

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA EMBRIOLOGIJOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS

Nurodytos prekės bus perkamos ne iš PSDF lėšų, todėl visoms prekėms taikomas 21 proc. PVM.

Eil. Nr.	Priemonė	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis perkamas kiekis	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Mato vnt. įkainis Eur su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM	PVM dydis %	PVM suma Eur	Orientacinė suma Eur su PVM	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapis Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklą
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS											
14.	Intrauterininės inseminacijos kateteriai (įprastinė IUI)	Vidutinio standumo IUI kateteriai, ilgis ne mažiau 18 cm., vidinis diametras 2.00 mm, tūris 0,10 ml. Sterilūs, supakuoti po 1. Sterilizuoti ETO. CE ženklavimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.	Vnt.	300	5,80	7,02	1740,00	21	366,00	2106,00	Kitazato IUI kateteris, num. 131182. Vidutinio standumo IUI kateteris, ilgis 18 cm., diametras 2.00 mm, tūris 0,10 ml. Sterilūs, supakuoti po 1. Sterilizuoti ETO. CE ženklavimas. Katalogas 14 ir 15 p.d. www.kitazato.co.jp
15.	Intrauterininės inseminacijos kateteriai (sudėtinga IUI, su pravedėju)	Didelio standumo IUI kateteriai. Su metaliniu pravedėju viduje. Ilgis ne mažiau 18 cm., vidinis diametras 2.00 mm., tūris 0,03 ml. Steriliai supakuoti po 1. Sterilizuoti ETO. CE ženklavimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.	vnt.	50	5,80	7,02	290,00	21	61,00	351,00	Kitazato IUI kateteris, num. 131181. Didelio standumo IUI kateteris, ilgis 18 cm., diametras 2.00 mm, tūris 0,03 ml. Sterilūs, supakuoti po 1. Sterilizuoti ETO. CE ženklavimas. Katalogas 14 ir 15 p.d. www.kitazato.co.jp
16.	Denudacijos pipetės 135μ	Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 135μ (+/-5) diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje ne daugiau	vnt.	300	3,50	4,24	1050,00	21	222,00	1272,00	Vitromed denudacijos pipetės DENUPE, num.: V-DEN-135. Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos

		10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.									pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 135µ diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje 10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Katalogas 16, 17 ir 18 p.d. www.vitromed.com/
17.	Denudacijos pipetės 170µ	Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 175µ (+/-5), MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje ne daugiau 10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui	vnt.	300	3,50	4,24	1050,00	21	222,00	1272,00	Vitromed denudacijos pipetės DENUKET, num.: V-DEN-175. Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 175µ diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje 10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Katalogas 16, 17 ir 18 p.d. www.vitromed.com/
18.	Denudacijos pipetės 300µ	Embrionų (blastocistų) manipuliacijų pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 300µ, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje ne daugiau 10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui	vnt.	300	3,50	4,24	1050,00	21	222,00	1272,00	Vitromed denudacijos pipetės DENUKET, num.: V-DEN-300. Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 300µ diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje 10 pipetėčių. CE ženklėjimas. Katalogas 16, 17 ir 18 p.d. www.vitromed.com/

19.	ICSI mikromanipuliacijų pipetės <i>Injection</i> tipo 35 laipsnių kampo	ICSI injekcinės pipetės, išorinis skersmuo 7 µm, vidinis skersmuo 5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (<i>spiked</i>). Pakuotėje ne mažiau 10 pipėčių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklintas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui	vnt.	150	15,00	18,15	2250,00	21	472,50	2722,50	Vitromed ICSIPET injekcinės pipetės, num.:V-INJ-S3-35, Nusmailintos (<i>spiked</i>).išorinis skersmuo 7 µm, vidinis skersmuo 5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje 10 pipėčių. Katalogas 19 ir 20 p.d. www.vitromed.com/
20.	ICSI mikromanipuliacijų pipetės <i>Holding</i> tipo 35 laipsnių kampo	ICSI holding tipo pipetės, išorinis skersmuo nuo 110 mm iki 120 mm, vidinis skersmuo nuo 15 iki 25 mm, antgalio kampas 35 laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipėčių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklintas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.	vnt.	150	11,00	13,31	1650,00	21	346,50	1996,50	Vitromed ICSI holding pipetės ICSIPET, num.:V-HOLD-35, išorinis skersmuo 120 µm, vidinis skersmuo 20 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Vienoje pakuotėje 10 pipėčių. Katalogas 19 ir 20 p.d. www.vitromed.com/
TERPĖS IR JŲ PRIEDAI											
32.	Parafino (mineralinis) aliejus	Mineralinis aliejus darbui su žmogaus embrionais. Ypač grynas, farmacinis, šviesus parafino aliejus. Pagamintas du kartus plaunant ypatingai išgrynintu vandeniu ir sterilizuotas filtruojant per 0.2 mikronų filtrą. Pakuojamas stiklinėje taroje. Kiekvienos partijos kokybės kontrolė užtikrina: Sterilumą: sterilus Tankį: <0.86 g/ml Klampumą: <30cP at 30°C Endotoksinų kiekį: < 0.25 EU/mL Pelės embriono tyrimas (MEA): ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo.	ml.	6 000	0,228	0,276	1368,00	21	288,00	1656,00	Irvine Scientific sterilus šviesus mineralinis aliejus darbui su žmogaus embrionais, num.: 9305. Kiekvienos partijos kokybės kontrolė užtikrina: Sterilumą: sterilus Endotoksinų kiekį: < 0.25 EU/mL Pelės embriono tyrimas (MEA): ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo. Vienoje pakuotėje 100

		<p>Peroksido skaičius: <0.1 mEq/kg CE ženklimas.</p> <p>Vienoje pakuotėje ne daugiau 100 ml. Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.</p> <p>Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.</p>									<p>ml. Tinkamumo laikas 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos. CE ženklimas. Katalogas 32 p.d.</p> <p>http://www.irvinesci.com</p>
36.	Hyadazė (hialuronidazė)	<p>Hyadazė (hialuronidazė), skirta žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš atliekant ICSI. Pakuotėje ne daugiau 5 mėgintuvėliai po 1 ml.</p> <p>Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. Atitikimas pH 7.2-7.6, osmoliariškumas 270-290 mOsm/kg, sterili, endotoksinai < 0.1 EU/ml, pelės embriono tyrimas $\geq 80\%$ blastocistų po 96 h inkubavimo (30 min 1 ląstelės stadijoje). EMA (Europa) atitiktis albuminui CE ženklimas.</p> <p>Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.</p> <p>Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.</p>	Paku otė (5x1 ml.)	10	63,00	76,23	630,00	21	132,30	762,30	<p>Irvine Scientific hialuronidazės tirpalas, num.: 90101. Skirtas žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš atliekant ICSI. Atitikimas pH 7.3- 7.5, osmoliariškumas 272-288 mOsm/kg, sterili, endotoksinai < 0.1 EU/ml, pelės embriono tyrimas $\geq 80\%$ blastocistų po 96 h inkubavimo. Pakuotė 5x1ml. Tinkamumo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. CE ženklimas. Katalogas 36 ir 37 p.d., 36 p.d.II http://www.irvinesci.com</p>
37.	PVP terpė	<p>Paruoštas naudoti 10% PVP tirpalas HEPES buferyje (<i>Flushing medium</i>), skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras žmonėms. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,2 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,2 ml).</p> <p>Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. Atitikimas pH 7.2-7.9 (7.2- 7.6 išleidžiant), osmoliariškumas 280-340 mOsm/kg (280-320 mOsm/kg išleidžiant), AL 10-3, klampumas > 170cP at 25°C, endotoksinų < 1.0 EU/mL, pelės embriono tyrimas $\geq 80\%$ blastocistų po 96 h inkubavimo. CE ženklimas.</p> <p>Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 9</p>	Paku otė (5x0, 2 ml.)	20	110,00	133,10	2200,00	21	462,00	2662,00	<p>Irvine Scientific 10% PVP tirpalas, num.: 90123. HEPES buferyje (<i>Flushing medium</i>), skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras. Pakuotė 5x0,5ml. Terpė sterili., Atitikimas pH 7.2-7.6, endotoksinų < 1.0 EU/mL, CE ženklimas.</p> <p>Tinkamumo laikas 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. CE ženklimas. Katalogas 36 ir 37 p.d., 37 p.d. II http://www.irvinesci.com</p>

		mėnesių nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui.									
38.	Blastocistų vitrifikacijos sistemos rinkinys (užšaldymo)	Rinkinys embrionų (blastocistų) ir kiaušialąsčių užšaldymui. Rinkinį sudaro terpės (4 vnt.), šiaudeliai (10 vnt.) ir lėkštutės (10 vnt.) vitrifikacijai. Terpės: pagrindinė terpė 1 x 1,5 ml, subalansavimo terpė 1 x 1,5 ml, vitrifikacijos terpė 2 x 1,5 ml. Rinkinio pagalba galima vitrifikuoti iki 16 embrionų ir kiaušialąsčių. Vitrifikacijos šiaudeliai embrionams ir kiaušialąstėms vitrifikuoti, šiaudeliai suderinti naudojimui su vitrifikacijos sistemos protokolu. Repro lėkštutė su šešiais atskirais šulinėliais, suderinta naudoti su vitrifikacijos sistemos protokolu.	Rinkinys	10	455,00	550,55	4550,00	21	955,50	5505,50	Kitazato vitrifikacijos rinkinys, num.: terpės VT801, šiaudeliai CR, lėkštutės K2. Rinkinį sudaro: pagrindinė terpė 1 x 1,5 ml, subalansavimo terpė 1 x 1,5 ml, vitrifikacijos terpė 2 x 1,5 ml. Rinkinio pagalba galima vitrifikuoti iki 16 embrionų ir kiaušialąsčių. Šiaudeliai skirti vitrifikuoti, suderinti su vitrifikacijos protokolu. Repro lėkštutė su šešiais atskirais šulinėliais suderinta naudoti su vitrifikacijos protokolu. CE ženklavimas. Katalogas 38 ir 39 p.d. www.kitazato.co.jp
39.	Blastocistų vitrifikacijos sistemos rinkinys (atšildymo)	Rinkinys embrionų (blastocistų) ir kiaušialąsčių atšildymui. Rinkinį sudaro: atšildymo terpė 2 x 4 ml, skiediklio terpė 1 x 4 ml, praplovimo terpė 1 x 4 ml. Su rinkiniu galima atšildyti iki 16 embrionų ir kiaušialąsčių. Suderintas naudojimui su vitrifikacijos sistemos protokolu.	Rinkinys	10	105,00	127,05	1050,00	21	225,00	1275,00	Kitazato atšildymo rinkinys, num.: terpės VT802 Rinkinį sudaro: atšildymo terpė 2 x 4 ml, skiediklio terpė 1 x 4 ml, praplovimo terpė 1 x 4 ml. Su rinkiniu galima atšildyti iki 16 embrionų ir kiaušialąsčių. Suderintas naudojimui su vitrifikacijos sistemos protokolu. CE ženklavimas. Katalogas 14 ir 15 p.d. www.kitazato.co.jp
PRIEMONĖS PAGALBINIO APVAISINIMO PROCEDŪROMS											
51.	Kiaušialąsčių aspiracijos adata VIENO SPINDŽIO	Vieno spindžio 17G, ilgis 35 cm. šlangutės ilgis 80 cm., adatos galiukas trigubo pjovimo, echogeniškas. Ergonomiška	vnt.	300	21,00	25,41	6300,00	21	1323,00	7623,00	Kitazato kiaušialąsčių aspiracijos adata, num.327350.

		rankena su krypties žymomis. Adata atitinka plonos adatos sienos standartą, pritaikyta naudoti su pompa. Steriliai supakuota po 1 vnt.									Vieno spindžio, 17 G, adatos ilgis 35cm, šlangutės ilgis 80 cm., Adata echogeniška, adatos galiukas trigubo pjovimo. Adata atitinka plonos adatos sienos standartą, naudojama su aspiracijos pompa . Steriliai supakuota po 1 vnt. CE ženklavimas.Katalogas 51 p.d. www.kitazato.co.jp
54.	Hysterosalpingosonografijos putų priemonė skirta kiaušintakių praeinamumui nustatyti	Rinkinį sudaro 5 ml. švirkštas su geliu (hydroxyethylcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo), 5 ml. švirkštas su išgrynintu vandeniu, švirkštų sujungimo priemonė, kateteris	vnt.	100	52,00	62,92	5200,00	21	1092,00	6292,00	IQ medical ventures, ExEm , num: FK05/LN970 Hysterosalpingosonografijos putos Rinkinį sudaro 5 ml. švirkštas su geliu (hydroxyethylcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo), 5 ml. švirkštas su išgrynintu vandeniu, švirkštų sujungimo priemonė, kateteris. CE sertifikatas. Katalogas 54 p.d www.iq-medicalventures.com/