

**PASIŪLYMAS
DĖL INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTŲ PIRKIMO**2016 m. Rugpjūčio 17 d. Nr.53 -16PK
Vilnius**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas	UAB AIRIMEDUS, Ik 126237331
Tiekėjo adresas	A.Stulginskio g.5-10, LT-01115 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Liutauras Dauderys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT427300010078254050 AB Swedbank
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Telefono numeris	8 5 20 40 892
Fakso numeris	8 5 20 40 893
El. pašto adresas	liutas@mail.tele2.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime,
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Zarasų g. 5, LT-01205 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 20 40 892, fax.: 8 5 20 40 893
El. paštas: liutas@mail.tele2.lt

I/k. 126237331
PVM m.k.: LT100001077410

AB SEB bankas: LT14 7044 0600 0774 3647
AB Swedbankas: LT42 7300 0100 7825 4050
AB DnB bankas: LT46 4010 0424 0233 9190

PASIŪLYMO KAINA

INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTOS

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
1.	Infuzinių tirpalų šildymo spintos	Warming Center II Barkey GmbH	2	Vnt.	4.200,00	5.082,00	10.164,00
	Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:	X	X	X	X	X	10.164,00

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos	Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Paskirtis. Infuzinių tirpalų šildymui	Infuzinių tirpalų, tekstilės gaminių šildymui (ž. katalogas)
2.	Reikalavimai konstrukcijai.	
2.1.	Šildymo spintos vidinė talpa. Ne mažiau kaip 30 vnt. vieno litro talpos flakonų, nepriklausomai nuo flakono tipo (ovalus ar apskritas).	40 vnt. vieno litro talpos flakonų, nepriklausomai nuo flakono tipo (ovalus ar apskritas). (ž. katalogas)
2.2.	Stalčiai 1. Šildymo spinta su dviem ištraukiamais stalčiais, skirtais infuzinių tirpalų flakonų sustatymui; 2. Maksimali stalčiaus išlaikoma apkrova > 20 kg; 3. Būtinai iki galo ištraukto stalčiaus padėtį fiksuojantys konstrukciniai elementai (apsauga nuo atidaromo stalčiaus iškritimo).	Stalčiai 1. Šildymo spinta su dviem ištraukiamais stalčiais, skirtais infuzinių tirpalų flakonų sustatymui; 2. Maksimali stalčiaus išlaikoma apkrova iki 22 kg; 3. Ištraukto stalčiaus mechaninis blokavimas suagiam naudojimui. (ž. katalogas)
2.3.	Ratukai Šildymo spinta mobili, su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais.	Keturi dvigubi ratukai, du iš jų su stabdžiais. (ž. katalogas)
2.4.	Temperatūros indikacijos ir nustatymo blokas 1. Integruotas šildymo spintos korpuse; 2. Su ekranu užduotos ir esamos (išmatuotos) temperatūros indikavimu; 3. Su temperatūros reguliavimo mygtukais.	LED ekranas. 1. Integruotas šildymo spintos korpuse; 2. Ekrane atvaizduojama užduotos ir esamos (išmatuotos) temperatūros; 3. Temperatūros reguliavimo mygtukai. (ž. katalogas)
2.5.	Korpuso ir stalčių medžiaga Nerudijantis plienas, aliuminis arba metalas, padengtas nuo korozijos apsaugančia danga.	Stalčiai nerūdijančio plieno, korpusas iš metalo padengto korozijai atsparia medžiaga. (ž. katalogas)

2.6.	Spintos išoriniai išmatavimai. 1. Plotis - ne daugiau 60 cm 2. Gylis - ne daugiau 70 cm 3. Aukštis, matuojant nuo grindų - ne daugiau 100cm	1. Plotis - 52,9 cm 2. Gylis - 69,8 cm 3. Aukštis, matuojant nuo grindų – 91,2 cm (ž. katalogas)
3	Temperatūros nustatymo ribos. Nuo +35 °C iki +40 °C (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	Temperatūros nustatymo ribos. Nuo +35 °C iki +55 °C (ž. katalogas)
4	Garsiniai aliarmai. 1.Šildymo spintos temperatūrai viršijus leistiną; 2.Palikus neuždarytą stalčių.	1. šildymo spintos temperatūrai viršijus leistiną; 2. Palikus neuždarytą stalčių. (ž. katalogas)
5	Elektros maitinimas. Iš 230 V +10%, 50 Hz elektros tinklo	Iš 230 V +10%, 50 Hz elektros tinklo
6	Žymėjimas CE ženklu. Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu sudarjančio dokumento kopiją)	CE sertifikatas pateikiamas (ž. katalogas)
7	Garantinis laikotarpis. > 36 mėnesiai	Ne mažiau kaip 36 mėn nuo instaliacijos datos. (ž. katalogas)
8	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo titulinis lapas	1 dokumentas
2	Kvalifikacija	1 dokumentas
3	Katalogas	2 dokumentai
4	CE sertifikatai	1 dokumentas
5	Gamintojo įgaliojimas	1 dokumentas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra

Direktorius

Liutauras Dauderis

