

PASIŪLYMAS DĖL SPEKTRO ANALIZATORIAUS PIRKIMO

08.09.2016

Vilnius

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

08.09.2016

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	<i>Rohde&Schwarz Danmark A/S</i>
Tiekėjo adresas	<i>Ejby Industrivej 40, DK2600, Glostrup Denmark</i> <i>Filialas: Laisvės pr.3, Vilnius LT-04132</i>
Bankas ir sąskaitos numeris	
Telefono nr., internetinis puslapis, el. paštas	<i>852101690, www.rohde-schwarz.com, tomas.palaikis@rohde-schwarz.com</i>
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktinis numeris	<i>Tomas Palaikis +37068540519</i>

Atsižvelgdami į apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus, įsipareigojame pristatyti prekes, kurios visiškai atitinka apklausos sąlygų 2 priede keliamus reikalavimus. Teikiame savo pasiūlymą tokia kaina:

Finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur su PVM*
1.	Spektro analizatorius	1	14200

*Į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau, kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Reikalavimai spektro analizatoriui:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūlomas parametras
Bendri reikalavimai spektro analizatoriui:			
1.1	Gamintojas, modelis	Nurodyti	Rohde&Schwarz
1.2.	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 100 kHz – 3 GHz;	Atitinka, 100 kHz – 3,6 GHz;
1.3.	Dažnio skiriamoji galia	Ne blogesnis nei 1 Hz	Atitinka, 1 Hz
1.4.	Kalibravimo tikslumas	Ne blogesnis nei $\pm 2,5 \times 10^{-8}$	Atitinka

1.5.	Markerio tikslumas	Ne blogesnis nei 0,1 Hz	Atitinka, 0.1Hz
1.6.	Tipinis matavimų diapazonas	Ne mažiau nei 90 dB	Atitinka, ne mažiau 90 dB
1.7.	El. maitinimas	230V ± 10 proc.	Atitinka
1.8.	Nepertraukiamo darbo laikas su vidiniu akumuliatoriumi	Ne mažesnis kaip 2 val.	Atitinka
1.9.	Vidinis akumuliatorius turi būti lengvai keičiamas	Nurodo tiekėjas	Atitinka
1.10	Ekranas	Spalvotas su VGA rezoliucija ne mažesne kaip 640 x 480 pikselių	Atitinka
1.11	Svoris	ne didesnis kaip 10 kg	Atitinka
1.12	Garantija	ne mažiau kaip 24 mėn.	Atitinka, 36mėn.
1.13	Darbo aplinka	Skirtas darbui patalpose ir lauko sąlygomis	Atitinka
1.14	Pristatymo sąlygos	Pristatoma adresu: Šventaragio g. 2, Vilnius	Taip bus pristatoma tuo adresu
1.15.	Turi vykdyti šias funkcijas (įskaitant ir neriboto galiojimo laiko licencijas jeigu tokios reikalingos funkcijų aktyvavimui ir vykdymui):		
1.15.1	Spektro analizė (su licencija jeigu tai reikalinga)	Nurodyti	Atitinka, ZVH-K1
1.15.2	Nustatyti atstumą iki radijo kabelio pažeidimo vietos	Nurodyti	Atitinka
1.15.3.	Išmatuoti nuostolius radijo kabelyje	Nurodyti	Atitinka
1.15.4.	Išmatuoti antenos VSWR	Nurodyti	Atitinka
1.15.5.	Atlikti bazinės stoties ar radijo ryšio terminalo transliuojamos ir grįžamos galios matavimas	Nurodyti	Atitinka su ZVH-K9 ir FSH-Z44
1.15.6.	Irašyti matavimų rezultatus į išorinę atminties kortelę ir (ar) USB raktą	Nurodyti	Atitinka

DIVI vadovas

Tomas Palaikis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai spektro analizatoriui – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūlomas parametras
Bendri reikalavimai spektro analizatoriui:			
1.1	Gamintojas, modelis	Nurodyti	Rohde&Schwarz
1.2.	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 100 kHz – 3 GHz;	Atitinka, 100 kHz – 3,6 GHz;
1.3.	Dažnio skiriamoji galia	Ne blogesnis nei 1 Hz	Atitinka, 1 Hz
1.4.	Kalibravimo tikslumas	Ne blogesnis nei $\pm 2,5 \times 10^{-8}$	Atitinka
1.5.	Markerio tikslumas	Ne blogesnis nei 0,1 Hz	Atitinka, 0.1Hz
1.6.	Tipinis matavimų diapazonas	Ne mažiau nei 90 dB	Atitinka, ne mažiau 90 dB
1.7.	El. maitinimas	230V $\pm$ 10 proc.	Atitinka
1.8.	Nepertraukiamo darbo laikas su vidiniu akumuliatoriumi	Ne mažesnis kaip 2 val.	Atitinka
1.9.	Vidinis akumuliatorius turi būti lengvai keičiamas	Nurodo tiekėjas	Atitinka
1.10	Ekranas	Spalvotas su VGA rezoliucija ne mažesne kaip 640 x 480 pikselių	Atitinka
1.11	Svoris	ne didesnis kaip 10 kg	Atitinka
1.12	Garantija	ne mažiau kaip 24 mėn.	Atitinka, 36men.
1.13	Darbo aplinka	Skirtas darbui patalpose ir lauko sąlygomis	Atitinka
1.14	Pristatymo sąlygos	Pristatoma adresu: Šventaragio g. 2, Vilnius	Taip bus pristatoma tuo adresu
1.15.	Turi vykdyti šias funkcijas (įskaitant ir neriboto galiojimo laiko licencijas jeigu tokios reikalingos funkcijų aktyvavimui ir vykdymui):		
1.15.1	Spektro analizė (su licencija jeigu tai reikalinga)	Nurodyti	Atitinka, ZVH-K1
1.15.2	Nustatyti atstumą iki radijo kabelio pažeidimo vietos	Nurodyti	Atitinka
1.15.3.	Išmatuoti nuostolius radijo kabelyje	Nurodyti	Atitinka
1.15.4.	Išmatuoti antenos VSWR	Nurodyti	Atitinka
1.15.5.	Atlikti bazinės stoties ar radijo ryšio terminalo transliuojamos ir grįžtamos galios matavimas	Nurodyti	Atitinka su ZVH-K9 ir FSH-Z44
1.15.6.	Irašyti matavimų rezultatus į išorinę atminties kortelę ir (ar) USB raktą	Nurodyti	Atitinka