

2016-11-14 Nr. SR-1319

MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. lapkričio 14 d. Nr. SR-1319

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2012 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-428, ir uždaroji akcinė bendrovė „Teida“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktorės Editos Želvienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, remdamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 32-19-69, sudarė šią medicininių baldų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Medicininiai baldai, atitinkantys Funkcinių slaugos lovų ir medicininių spintelių prie lovų (su staliuku) techninę specifikaciją (priedas) (toliau – medicininiai baldai), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2. Bendra medicininių baldų, atitinkančių techninę specifikaciją (priedas), kaina yra 12856,25 Eur su PVM (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 25 centai). Ją sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vieneto kaina (Eur)		Kiekis (vnt.)	Bendra kaina (Eur)	
		Su PVM	Iš jų PVM		Su PVM	Iš jų PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Funkcinė slaugos lova FBEE-4	1111,99	192,99	11	12231,89	2122,89
2.	Medicininė spintelė prie lovos (su staliuku) BCT	156,09	27,09	4	624,36	108,36

3. Medicininių baldų kaina yra fiksuota ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Ji negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 7 punkte numatytą atvejį. Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kainų lygio kitimo medicininių baldų kaina nebus perskaičiuojama.

4. Į medicininių baldų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, susiję su jų pardavimu, garantinio remonto ir pristatymo išlaidos ir PVM. Pardavėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių medicininių baldų pardavimo kainą.

5. Pardavėjui pristčius medicininius baldus Pirkėjui, suderinus su juo perdavimo ir priėmimo aktą ir jį abiem šalims pasirašius ir per 3 darbo dienas pateikus sąskaitą faktūrą, Pirkėjas ją apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

6. Pardavėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir

KOPJA TIKRA

Pirkėjo elektroniniu paštu sveikatos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Pardavėjas pateikia tik šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu).

7. Medicininių baldų kaina perskaičiuojama, kai pasikeičia prekei taikomo PVM tarifo dydis. Prekės kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Esant nurodytai aplinkybei, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina įforminama šalių rašytiniu susitarimu, kuris įsigalioja abiem šalims patvirtinus jį parašais ir kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

III SKYRIUS PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Pardavėjas įsipareigoja:

8.1. ne daugiau nei per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Pirkėjui:

8.1.1. medicininius baldus, atitinkančius techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties priede, nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus ir naudotojo instrukciją lietuvių kalba;

8.1.2. medicininių baldų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyta medicininių baldų kaina su PVM;

8.2. savo lėšomis medicininius baldus pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą Kaune (Armatūrinių g. 4, Kaune, VšĮ Kauno slaugos ligoninė);

8.3. pripažinęs, kad medicininiai baldai neatitinka Sutarties priede išvardytų reikalavimų ir Pirkėjo atsisakymas pirkti yra pagrįstas, pakeisti juos į atitinkančius techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties priede ir pateikti juos Pirkėjui naudotis per 5 (penkias) darbo dienas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos;

8.4. nepripažinęs, kad Pirkėjo atsisakymas pirkti yra pagrįstas, per 3 (tris) darbo dienas savo lėšomis atlikti nepriklausomą medicininių baldų būklės ir atitikties Sutarties sąlygose nurodytiems reikalavimams ekspertizę. Ekspertizės išvados Sutarties šalims yra privalomos;

8.5. apmokėti Pirkėjui visas 8.4 papunktyje numatytas nepriklausomos techninės būklės ekspertizės išlaidas, jei nustatyta, kad Pirkėjo atsisakymas pirkti yra pagrįstas, priešingu atveju apmoka Pirkėjas;

8.6. prisiimti medicininių baldų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo, pagrobimo ar sugedimo riziką iki jų perdavimo Pirkėjui momento;

8.7. garantuoti, kad tretieji asmenys į medicininius baldus neturi jokių teisių ar pretenzijų, jie nėra areštuoti ir nėra teismo ginčo objektas;

8.8. suteikti medicininiams baldams ne trumpesnę kaip 1 metų garantinį eksploatacijos laikotarpį;

8.9. medicininių baldų garantinio laikotarpio metu teikti visas būtinas garantinio remonto paslaugas savo lėšomis, įskaitant ir medicininių baldų transportavimo išlaidas, kai gedimui nustatyti ir gedimui pašalinti juos reikia transportuoti į kitą vietą;

8.10. atsakyti už subtiekėjų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą.

9. Jeigu Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 10.3 papunktyje, Pardavėjas turi teisę reikalauti už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo Sutarties 2 punkte nurodytos sumos.

KOPILIA TIKRA





IV SKYRIUS

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

10. Pirkėjas įsipareigoja:

10.1. priimti medicininius baldus iš anksto sutartu laiku Sutarties 8.2 papunktyje nurodytoje vietoje, jeigu jie atitinka Sutartyje nurodytą techninę specifikaciją. Pasirašyti medicininių baldų perdavimo ir priėmimo aktą;

10.2. dėl nustatytų trūkumų atsisakęs pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktą, per 3 (tris) darbo dienas raštu nurodyti Pardavėjui atsisakymo priežastis;

10.3. sumokėti Sutarties 2 punkte nurodytą medicininių baldų kainą 5 punkte numatyta tvarka.

11. Pirkėjas turi teisę nepasirašyti medicininių baldų perdavimo ir priėmimo akto ir nemokėti už medicininius baldus, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai.

12. Jeigu Pardavėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties III skyriuje, Pirkėjas turi teisę reikalauti už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo Sutarties 2 punkte nurodytos sumos.

V SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS

13. Sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo, patvirtina antspaudais, ir galioja 4 mėnesius. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

14. Jei šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (nepateikia medicininių baldų per Sutartyje nurodytą terminą, nepašalina atsiradusių gedimų, medicininiai baldai neatitinka priede nurodytų reikalavimų ir kt.), kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą šalį raštu apie tai prieš 15 kalendorinių dienų.

VI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

15. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

16. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, šalys, dėl šių aplinkybių neįvykdžiusios įsipareigojimų, atleidžiamos nuo atsakomybės.

18. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas.

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. Sutarčiai vykdyti Pardavėjas gali pasitelkti subtiekejus. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas gali pakeisti (Pirkėjui pareikalavus, privalo pakeisti) subtiekejus, jei subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat jei subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar kitų priežasčių. Pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turėti ne mažesnę patirtį nei buvę subtiekejai, jie turi turėti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Apie tai Pardavėjas turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju sudaro susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo, pasirašomą abiejų Sutarties šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Pardavėjas negali vienašališkai keisti subtiekejų, apie tai neinformavęs Pirkėjo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu.

21. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem Sutarties šalims.

22. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

23. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos Sutarties pagrindu.

24. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus šalių juridiniams adresams, bankų rekvizitams.

25. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

25.1. Funkcinių slaugos lovų ir medicininių spintelių prie lovų (su staliuku) techninė specifikacija (priedas), 5 lap.

25.2. Subtiekejų ir jiems perduodamų tiekti prekių sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subtiekejai).

VII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Tel. (8 37) 42 43 64

A. s. LT444010042500010078

AB DNB banko Kauno skyrius

Banko kodas 40100

Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Pardavėjas

UAB „Teida“

Įmonės kodas 134310131

Puodžių g. 4-1, 44288 Kaunas

Tel. (8 37) 32 35 76

A. s. LT977300010002263648

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Direktore

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Aušra Barauskienė
2016-11-14

(parašas)
Gintaras Petrauskas
2016 m. lapkričio 14 d.

(parašas)
Edita Želviene
2016 m. lapkričio 14 d.

A. V.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Kėvalienė
2016-11-14

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
(savivaldybės gydytoja)

Asta Garmienė
2016-11-14

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė
2016-11-14

2016 m. 2016-08-14 d.
 medicininių baldų pirkimo-pardavimo
 sutarties Nr. 3R-13/19 priedas

FUNKCINIŲ SLAUGOS LOVŲ IR MEDICININIŲ SPINTELIŲ PRIE LOVŲ (SU STALIUKU) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Siūlomos Funkcinės slaugos lovos mod. FBEE-4, gam. UAB Taneta (įrašyti pavadinimą, modelį, gamintoją) techninės savybės:

1 lentelė

<i>Eil. Nr.</i>	Techninis parametras	Reikalaujamo parametro charakteristikos ir reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulp. nurodytus reikalavimus) P.S. jei siūloma prekė neatitiks 2 stulpelyje nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmestas
1	2	3	4
1.	Konstrukcija	1.1 Gulimas paviršius sudarytas iš ne mažiau kaip keturių dalių. 1.2 Lovos dalių valdymas atskirai , elektrinių variklių pagalba: 1.2.1 galvos pakėlimas 1.2.2 kojų pakėlimas 1.2.3 kelių sulenkimas	1.1 Gulimas paviršius sudarytas iš keturių dalių. 1.2. atitinka (taip/ne) Lovos dalių valdymas atskirai , elektrinių variklių pagalba 1.2.1. atitinka (taip/ne) galvos pakėlimas. 1.2.2. atitinka (taip/ne) kojų pakėlimas 1.2.3. atitinka (taip/ne) kelių sulenkimas
2.	Rėmas pagamintas iš metalo	Būtina	2. atitinka (taip/ne) rėmas pagamintas iš metalo
3.	3.1. Metaliniai lovagaliai 3.2. lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai	Būtina	3.1 atitinka (taip/ne) metaliniai lovagaliai 3.2 atitinka (taip/ne) lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai
4.	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių	Būtina	4. atitinka (taip/ne) Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių
5.	Elektra valdomas aukščio ir lovos plokštumos dalių	Būtina	5. atitinka (taip/ne) Elektra valdomas aukščio ir lovos

KORPUS TIERA

	reguliavimas		plokštumos dalių reguliavimas
5.1	Elektra valdomas aukščio reguliavimas 2 padėtys	5.1.1. <i>ne daugiau</i> kaip 400mm 5.1.2. Aukščiausioji padėtis <i>ne mažiau</i> kaip 800 mm	5.1.1 Žemiausioji padėtis 400 mm 5.1.2 Aukščiausioji padėtis 800 mm
5.2	Maksimalus galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas	<i>Ne mažiau</i> kaip 70°	5.2.kampas 70°
5.3	Maksimalus kojų dalies reguliavimo kampas	<i>Ne mažiau</i> kaip 35°	5.3.kampas 40°.
5.4	Valdymo pultas	Būtina	5.4 atitinka (<u>taip/ne</u>) valdymo pultas
6.	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu	Būtina	6. atitinka (<u>taip/ne</u>) Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu
7.	Išoriniai lovos išmatavimai (ilgis x plotis)	2000 x 1000 mm ±200 mm	7. ilgis 2150 mm; plotis 1100 mm
8.	Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis)	2000 x 900 mm ±50 mm	8. ilgis 2000 mm; plotis 900 mm
9.	Lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu	Būtina	9. atitinka (<u>taip/ne</u>) lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu
10.	Ratukai	Visi 4 lovos ratukai su stabdžiais	10. atitinka (<u>taip/ne</u>) Visi 4 lovos ratukai su stabdžiais
11.	Lovos svoris	Iki 100 kg.	11. 98 kg
12.	Saugi darbinė apkrova	<i>Ne mažiau</i> 180 kg	12 210 kg.
13.	13.1.Lovos metalinės šoninės apsaugos turi būti per visą lovos ilgį, 13.2. šoninės apsaugos turi turėti nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos	Būtina	13.1. atitinka (<u>taip/ne</u>) lovos metalinės šoninės apsaugos per visą lovos ilgį, 13.2. atitinka (<u>taip/ne</u>) šoninės apsaugos turi nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos
14.	Lovos maitinimo šaltinis	220 V -+10%, 50 Hz.	14. 220 V; 50 Hz
15.	Lovos garantija	<i>Ne mažiau</i> 12 mėn.	15. 12 mėn.
16.	Žymėjimas	Prekę pažymėta CE ženklu, arba turi turėti sertifikatą, patvirtinantį lygiavertį produkto kokybės atitikimą	16. atitinka (<u>taip/ne</u>) Prekę pažymėta CE

17.	17.1 Specialus poroloninis antipragulinis čiuzinys su užvalkalu, 17.2 čiuzinio užvalkalas lengvai nuimamas užtrauktuko pagalba, 17.3 čiuzinys atitinkantis lovadugnio išmatavimus 2000 x 900 mm $\pm$50 mm	Būtina	17.1. atitinka (<u>taip/ne</u>) 17.2. atitinka (<u>taip/ne</u>) 17.3 ilgis 2000 mm. Plotis 900 mm
18.	Čiuzinio storis	Ne mažiau kaip 140 mm	18. 140 mm.
19.	Čiuzinio užvalkalo medžiaga: 19.1. antimikrobinė, 19.2. bakteriostatinė, 19.3. lengvai valoma, 19.4. nesitampanti, 19.5 nelaidi vandeniui.	Būtina	19.1. atitinka (<u>taip/ne</u>) antimikrobinė 19.2. atitinka (<u>taip/ne</u>) bakteriostatinė 19.3. atitinka (<u>taip/ne</u>) lengvai valoma 19.4. atitinka (<u>taip/ne</u>) nesitampanti 19.5. atitinka (<u>taip/ne</u>) nelaidi vandeniui
20.	Čiuzinio garantinis aptarnavimas	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn., skaičiuojama nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos	20. 12 mėn.
21.	Dokumentai	Pateikti siūlomos įrangos gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus, įrodančius visų šiame priede nurodytų techninių parametrų atitikimą lietuvių kalba	21. pateikta (<u>taip/ne</u>)

KOPĖJA TUBA

2. Siūlomos Medicininės spintelės prie lovos (su staliuku) mod. BCT, gam UAB Taneta (įrašyti pavadinimą, modelį, gamintoją) techninės savybės:

Paskirtis - naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus, gali būti pastatoma iš abiejų lovos pusių.

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamo parametro charakteristikos ir reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulp. nurodytus reikalavimus) P.S. jei siūloma prekė neatitiks 2 stulpelyje nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmestas
1	2	3	4
1.	Ištraukiamas stalčius į abi puses	Būtina	1. atitinka (taip/ne) Ištraukiamas stalčius į abi puses
2.	Durėlės: 1.1 gale 1.2 ir priekyje	Būtina	2.1. atitinka (taip/ne) gale 2.2. atitinka (taip/ne) ir priekyje
3.	Viena atvira lentyna po stalčiumi	Būtina	3. atitinka (taip/ne) Viena atvira lentyna po stalčiumi
4.	Reguliuojamas pasukamo staliuko aukštis	80 – 1300 mm (± 20)	4. 100 – 1280 mm
5.	Staliukas	Reguliuojamo aukščio virš lovos maitinimo staliukas turi būti pasukamas	5. atitinka (taip/ne) Reguliuojamo aukščio virš lovos maitinimo staliukas yra pasukamas
5.1	Staliuko išmatavimai	5.1.1. plotis 550 mm ± 50 mm, 5.1.2. gylis 400 mm ± 100 mm	5.1.1. plotis 500 mm 5.1.2 gylis 500 mm
6.	Ratukai	6.1. Keturi ratukai, 6.2. lengvai riedantys, 6.3. nebraižantys ir netepantys grindų, 6.4. bent du iš jų su stabdžiais	6.1. Keturi ratukai. 6.2. atitinka (taip/ne) lengvai riedantys 6.3. atitinka (taip/ne) nebraižantys ir netepantys grindų, 6.4. du iš jų su stabdžiais
7.	Medžiaga	Gali būti metalinė, metalinė kartu su medienos plokšte, medienos plokščių konstrukcijos	7. metalinė kartu su medienos plokšte
8.	Danga	Spintelės visi paviršiai padengti medžiaga,	8. atitinka (taip/ne) spintelės visi paviršiai padengti

KONJ. TIT.

Atly

		atsparia subbraižymams	medžiaga, atsparia subbraižymams
9.	Spintelės aukštis	700 mm $\pm$ 100 mm	9. 720 mm
10.	Spintelės plotis	500 mm $\pm$ 100 mm	10. 500 mm
11.	Spintelės gylis	400 mm $\pm$ 100 mm	11. 500 mm
12.	Spintelės svoris	Ne daugiau kaip 35 kg	12. 35 kg.
13.	Gaminys paženklintas CE ženklu	Būtina	13. atitinka (taip/ne) Gaminys paženklintas CE ženklu
14.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	14. 12 mėn.
15.	Dokumentai	Pateikti siūlomos įrangos gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus, įrodančius visų šiame priede nurodytų techninių parametrų atitikimą lietuvių kalba	15. pateikta (taip/ne)

Pirkėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Tel. (8 37) 42 43 64

A. s. LT444010042500010078

AB DNB banko Kauno skyrius

Banko kodas 40100

Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Petrauskas

2016 m.

19 d.

Pardavėjas

UAB „Teida“

Įmonės kodas 134310131

Puodžių g. 4-1, 44288 Kaunas

Tel. (8 37) 32 35 76

A. s. LT977300010002263648

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Direktore

A. V.

(parašas)

Edita Želvienė

2016 m.

19 d.

KOPĖJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Rita Venckutonytė

2016-11-14

Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Kuzminaitė
2016-11-14Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
(savivaldybės gydytoja)Asta Garmienė
2016-11-14



UAB „TEIDA“

Įmonės kodas: 134310131, įmonės PVM mokėtojo kodas: LT343101314
Puodžių g. 4, LT-44288 Kaunas, tel.: 8*37 323576, faks.: 8*37 226576, info@teida.lt

Kauno miesto savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU**

2015-10-21
Vinius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis)	UAB Teida, į.k. 134310131
Tiekėjo adresas, pašto kodas	Puodžių g. 4-1, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų vadybininkė Miglė Jonikė
Telefono numeris	852195921, 837 323576
Fakso numeris	852195921, 837 226576
El. pašto adresas	migle@teida.lt

****jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.**

1. Išnagrinėję sutarties projekte nurodytas sąlygas, mes siūlome medicininius baldus (užpildyta techninė specifikacija pridedama) parduoti **už bendrą planuojamą kainą 12856,25 Eur su PVM (lentelės 6 stulpelio įkainių suma)**, kurią sudaro:

Eil.	Pavadinimas	Vieneto kaina (Eur)		Planuojamas maksimalus kiekis (vnt.)	Bendra kaina (Eur)	
		Su PVM	Iš jų PVM		Su PVM	Iš jų PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Funkcinė slaugos lova Mod. FBEE-4, gam. Taneta	1111,99	192,99	11	12231,89	2122,89
2.	Medicininė spintelė prie lovos (su staliuku) Mod. BCT gam. Taneta	156,09	27,09	4	624,36	108,36
Viso:					12856,25	2231,25

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą.

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, susiję su jų pardavimu, garantinio remonto ir pristatymo išlaidos ir PVM. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi sutarties projekte nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų bei sutarties sąlygų.
4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir sutarties projekte nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pranešime nurodytu terminu sudaryti sutartį.

7. **Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus***:** subtiekejai nepasitelkiami

9. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ****:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pasiūlymo pateikimo data 2016-10-21

Viešųjų pirkimų vadybininkė Miglė Jonikė
(vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)



FUNKCINIŲ SLAUGOS LOVŲ IR MEDICININIŲ SPINTELIŲ PRIE LOVŲ (SU STALIUKU) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymo 1 priedelyje būtina užpildyti ir 4 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (2 ir 3 stulpeliuose) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

1. Siūlomos Funkcinės slaugos lovos mod. FBEE-4, gam. UAB Taneta (įrašyti pavadinimą, modelį, gamintoją) techninės savybės:

1 lentelė

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujamo parametro charakteristikos ir reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulp. nurodytus reikalavimus) P.S. jei siūloma prekė neatitiks 2 stulpelyje nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetas
1	2	3	4
1.	Konstrukcija	1.1 Gulimas paviršius sudarytas iš ne mažiau kaip keturių dalių. 1.2 Lovos dalių valdymas atskirai , elektrinių variklių pagalba: 1.2.1 galvos pakėlimas 1.2.2 kojų pakėlimas 1.2.3 kelių sulenkimas	1.1 Gulimas paviršius sudarytas iš keturių dalių. 1.2. atitinka (taip/ne) Lovos dalių valdymas atskirai , elektrinių variklių pagalba 1.2.1. atitinka (taip/ne) galvos pakėlimas. 1.2.2. atitinka (taip/ne) kojų pakėlimas 1.2.3. atitinka (taip/ne) kelių sulenkimas
2.	Rėmas pagamintas iš metalo	Būtina	2. atitinka (taip/ne) rėmas pagamintas iš metalo
3.	3.1. Metaliniai lovagaliai 3.2. lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai	Būtina	3.1 atitinka (taip/ne) metaliniai lovagaliai 3.2 atitinka (taip/ne) lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai
4.	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių	Būtina	4. atitinka (taip/ne) Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių

5.	Elektra valdomas aukščio ir lovos plokštumos dalių reguliavimas	Būtina	5. atitinka (taip/ne) Elektra valdomas aukščio ir lovos plokštumos dalių reguliavimas
5.1	Elektra valdomas aukščio reguliavimas 2 padėtys	5.1.1. <i>ne daugiau</i> kaip 400mm 5.1.2. Aukščiausioji padėtis <i>ne mažiau</i> kaip 800 mm	5.1.1 Žemiausioji padėtis 400 mm 5.1.2 Aukščiausioji padėtis 800 mm
5.2	Maksimalus galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas	<i>Ne mažiau</i> kaip 70°	5.2.kampas 70°
5.3	Maksimalus kojų dalies reguliavimo kampas	<i>Ne mažiau</i> kaip 35°	5.3.kampas 40°
5.4	Valdymo pultas	Būtina	5.4 atitinka (taip/ne) valdymo pultas
6.	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu	Būtina	6. atitinka (taip/ne) Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu
7.	Išoriniai lovos išmatavimai (ilgis x plotis)	2000 x 1000 mm ±200 mm	7. ilgis 2150 mm; plotis 1100 mm
8.	Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis)	2000 x 900 mm ±50 mm	8. ilgis 2000 mm; plotis 900 mm
9.	Lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu	Būtina	9. atitinka (taip/ne) lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu
10.	Ratukai	Visi 4 lovos ratukai su stabdžiais	10. atitinka (taip/ne) Visi 4 lovos ratukai su stabdžiais
11.	Lovos svoris	Iki 100 kg.	11. 98 kg
12.	Saugi darbinė apkrova	<i>Ne mažiau</i> 180 kg	12 210 kg.
13.	13.1.Lovos metalinės šoninės apsaugos turi būti per visą lovos ilgį, 13.2. šoninės apsaugos turi turėti nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos	Būtina	13.1. atitinka (taip/ne) lovos metalinės šoninės apsaugos per visą lovos ilgį, 13.2. atitinka (taip/ne) šoninės apsaugos turi nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos
14.	Lovos maitinimo šaltinis	220 V -+10%, 50 Hz.	14. 220 V; 50 Hz
15.	Lovos garantija	<i>Ne mažiau</i> 12 mėn.	15. 12 mėn.
16.	Žymėjimas	Prekę pažymėta CE ženklu, arba turi turėti sertifikatą,	16. atitinka (taip/ne) Prekę pažymėta CE

		patvirtinanti lygiavertį produkto kokybės atitikimą	
17.	17.1 Specialus poroloninis antipragulinis čiužinys su užvalkalu, 17.2 čiužinio užvalkalas lengvai nuimamas užtrauktuko pagalba, 17.3 čiužinys atitinkantis lovadugnio išmatavimus 2000 x 900 mm ±50 mm	Būtina	17.1. atitinka (<u>taip</u> /ne) 17.2. atitinka (<u>taip</u> /ne) 17.3 ilgis 2000 mm. Plotis 900 mm
18.	Čiužinio storis	<i>Ne mažiau</i> kaip 140 mm	18. 140 mm.
19.	Čiužinio užvalkalo medžiaga: 19.1. antimikrobinė, 19.2.bakteriostatinė, 19.3.lengvai valoma, 19.4. nesitampanti, 19.5 nelaidi vandeniui.	Būtina	19.1. atitinka (<u>taip</u> /ne) antimikrobinė 19.2. atitinka (<u>taip</u> /ne) bakteriostatinė 19.3. atitinka (<u>taip</u> /ne) lengvai valoma 19.4. atitinka (<u>taip</u> /ne) nesitampanti 19.5. atitinka (<u>taip</u> /ne) nelaidi vandeniui
20.	Čiužinio garantinis aptarnavimas	Garantija <i>ne mažiau</i> kaip 12 mėn., skaičiuojama nuo prekės perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos	20. 12 mėn.
21.	Dokumentai	Pateikti siūlomos įrangos gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus, įrodančius visų šiame priede nurodytų techninių parametrų atitikimą lietuvių kalba	21. pateikta (<u>taip</u> /ne)

2. Siūlomos Medicininės spintelės prie lovos (su staliuku) mod. BCT, gam UAB Taneta (įrašyti pavadinimą, modelį, gamintoją) techninės savybės:

Paskirtis - naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus, gali būti pastatoma iš abiejų lovos pusių.

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamo parametro charakteristikos ir reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulp. nurodytus reikalavimus) P.S. jei siūloma prekė neatitiks 2 stulpelyje nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmestas
1	2	3	4
1.	Ištraukiamas stalčius į abi puses	Būtina	1. atitinka (taip/ne) Ištraukiamas stalčius į abi puses
2.	Durėlės: 1.1 gale 1.2 ir priekyje	Būtina	2.1. atitinka (taip/ne) gale 2.2. atitinka (taip/ne) ir priekyje
3.	Viena atvira lentyna po stalčiumi	Būtina	3. atitinka (taip/ne) Viena atvira lentyna po stalčiumi
4.	Reguliuojamas pasukamo staliuko aukštis	80 – 1300 mm (±20)	4. 100 – 1280 mm
5.	Staliukas	Reguliuojamo aukščio virš lovos maitinimo staliukas turi būti pasukamas	5. atitinka (taip/ne) Reguliuojamo aukščio virš lovos maitinimo staliukas yra pasukamas
5.1	Staliuko išmatavimai	5.1.1.plotis 550 mm±50 mm, 5.1.2.gylis 400 mm±100 mm	5.1.1. plotis 500 mm 5.1.2 gylis 500 mm
6.	Ratukai	6.1. Keturi ratukai, 6.2. lengvai riedantys, 6.3. nebraižantys ir netepantys grindų, 6.4. bent du iš jų su stabdžiais	6.1. Keturi ratukai. 6.2. atitinka (taip/ne) lengvai riedantys 6.3. atitinka (taip/ne) nebraižantys ir netepantys grindų, 6.4. du iš jų su stabdžiais
7.	Medžiaga	Gali būti metalinė, metalinė kartu su medienos plokšte, medienos plokščių konstrukcijos	7. metalinė kartu su medienos plokšte
8.	Danga	Spintelės visi paviršiai	8. atitinka (taip/ne) spintelės

		padengti medžiaga, atsparia subraižymams	visi paviršiai padengti medžiaga, atsparia subraižymams
9.	Spintelės aukštis	700 mm ±100 mm	9. 720 mm
10.	Spintelės plotis	500 mm ±100 mm	10. 500 mm
11.	Spintelės gylis	400 mm ±100 mm	11. 500 mm
12.	Spintelės svoris	<i>Ne daugiau</i> kaip 35 kg	12. 35 kg.
13.	Gaminys paženklintas CE ženklu	Būtina	13. atitinka (<u>taip/ne</u>) Gaminys paženklintas CE ženklu
14.	Garantija	<i>Ne mažiau</i> kaip 12 mėn.	14. 12 mėn.
15.	Dokumentai	Pateikti siūlomos įrangos gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus, įrodančius visų šiame priede nurodytų techninių parametrų atitikimą lietuvių kalba	15. pateikta (<u>taip/ne</u>)

Pasiūlymo pateikimo data 2016-10-21

Viešųjų pirkimų vadybininkė Miglė Jonikė
(vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)



TANETA

HEALTH CARE FURNITURE

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"TANETA"


Prienu g. 19, LT-59202 Birštonas, tel. 8-319-65630, faks. 8-319-65633, el. p. info@taneta.lt, www.taneta.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152800158, PVM mokėtojo kodas
LT528001515
AB „Swedbank“, B.k.: 73000, A.s.: LT967300010002565142,
ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008

Funkcinės slaugos lovos mod. FBEE-4 ,

Eil nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė
<u>1</u>	Konstrukcija	Gulimas paviršius sudarytas iš keturių dalių. Lovo dalių valdymas atskirai , elektrinių variklių pagalba galvos pakėlimas. kojų pakėlimas atitinka kelių sulenkimas
<u>2</u>	Rėmas pagamintas iš metalo	Rėmas pagamintas iš metalo
<u>3</u>	3.1. Metaliniai lovagaliai 3.2. lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai	Metaliniai lovagaliai Lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai metaliniai šoniniai turėklai
<u>4</u>	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių
<u>5</u>	Elektra valdomas aukščio ir lovos plokštumos dalių reguliavimas	Elektra valdomas aukščio ir lovos plokštumos dalių reguliavimas
<u>6</u>	Elektra valdomas aukščio reguliavimas 2 padėtys	Žemiausioji padėtis 400 mm Aukščiausioji padėtis 800 mm
<u>7</u>	Maksimalus galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas	iki 70°
<u>8</u>	Maksimalus kojų dalies reguliavimo kampas	iki 40°
<u>9</u>	Valdymo pultas	Valdymo pultas
<u>10</u>	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu
<u>11</u>	Išoriniai lovos išmatavimai (ilgis x plotis)	ilgis 2150 mm; plotis 1100 mm
<u>12</u>	Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis)	ilgis 2000 mm; plotis 900 mm



<u>13</u>	Lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu	Lova komplektuojama su paciento pasikėlimo stulpu
<u>14</u>	Ratukai	Visi 4 lovos ratukai su stabdžiais
<u>15</u>	Lovos svoris	98 kg
<u>16</u>	Saugi darbinė apkrova	210 kg.
<u>17</u>	17.1.Lovos metalinės šoninės apsaugos turi būti per visą lovos ilgį, 17.2. šoninės apsaugos turi turėti nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos	lovos metalinės šoninės apsaugos per visą lovos ilgį, šoninės apsaugos turi nuleidimo galimybę iki gulėjimo plokštumos
<u>18</u>	Lovos maitinimo šaltinis	220 V; 50 Hz
<u>19</u>	Lovos garantija	12 mėn
<u>20</u>	Žymėjimas	Prekę pažymėta CE



*Lova iliustracijoje be šoninių bortelių ir pasikėlimo rankenos

Artūras Štikonas



[Signature]

**Įranga ligoninėms,
slaugai, reabilitacijai**

Procedūrines lovas

Masažo stalai

Prisitaikimui prie aplinkos
skirta įranga

Ginekologinės kėdės

Funkcinės lovos

Priediniai

Priedai masažo stalams

Transportavimo neštuvai

Mažų vaikų medicininių
apžiūrų stolas

Papildoma įranga

Naktinės spintelės ir
staliukai

Apžiūros kėdės

Procedūriniai stalai

Elektrinė funkcinė lova (4 dalių) FBEE-4


Visiškas elektrinis valdymas



CE sertifikuotas gaminys



Matmenys gali būti keičiami

Aprašymas


Keturių dalių funkcinė lova, kurios aukštis, nugaros, šlaunų ir blauzdų dalys valdomos elektriniu būdu. Lovos rėmas pagamintas iš plieno, dažyto miltelinio būdu, lovūgaliai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Lova su keturiais 125 mm diametro ratukais su individualiais stabdžiais ir apsauginiais bamperiais visuose kampuose. Visos funkcinės lovos dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.

Techniniai duomenys


Ilgis: 2100 mm



Plotis: 940 mm

Aukštis:
405-810
mmMaksimali
apkrova: 210 kgNugaros
atamos
pakėlimo
kampas: +70°Kojų
atamos
pakėlimo
kampas:
+40°Blauzdų
atamos
pakėlimo
kampas: +20°
Galimi priedai


UAB Taneta

Prienų g. 19, LT-59202 Birštonas, Lietuva

+370-319-65633

+370-319-65630

info@taneta.lt





Medicininės spintelės prie lovos (su staliuku) mod. BCT

Paskirtis - naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus, gali būti pastatoma iš abiejų lovos pusių.


<u>Eil nr.</u>	<u>Techninis aprašymas</u>
<u>1</u>	Ištraukiamas stalčius į abi puses
<u>2</u>	Durėlės: gale ir priekyje
<u>3</u>	Viena atvira lentyna po stalčiumi
<u>4</u>	Reguliuojamas pasukamo staliuko aukštis 100 – 1280 mm
<u>5</u>	Staliukas reguliuojamo aukščio virš lovos maitinimo staliukas yra pasukamas
<u>6</u>	Staliuko išmatavimai: plotis 500 mm gylis 500 mm
<u>7</u>	Keturi ratukai, lengvai riedantys, nebraižantys ir netepantys grindų, du iš jų su stabdžiais
<u>8</u>	Medžiaga: metalinė kartu su medienos plokšte
<u>9</u>	Danga: visi paviršiai padengti medžiaga, atsparia subraižymams
<u>10</u>	Išmatavimai: Spintelės aukštis 720 mm Spintelės plotis 500 mm Spintelės gylis 500 mm
<u>11</u>	Spintelės svoris 35 kg.
<u>12</u>	Paženklintas CE ženklu
<u>13</u>	Garantija 12 mėn

Bedside cabinet with table BCT



Čiužinys praguloms išvengti mod. M4

Techninis aprašymas	
1.	Specialus poroloninis antipragulinis čiužinys su užvalkalu,
2.	Čiužinio užvalkalas lengvai nuimamas užtrauktuko pagalba,
3.	Čiužinio išmatavimai 2000 x 900 mm
4.	Čiužinio storis 140 mm
5.	Čiužinio užvalkalo medžiaga: antimikrobinė, bakteriostatinė, lengvai valoma, nesitampanti, nelaidi vandeniui
6.	Čiužinio garantinis aptarnavimas 12 mėn
7.	Pažymėtas CE
8.	Specialus poroloninis antipragulinis čiužinys su užvalkalu,
9.	Čiužinio užvalkalas lengvai nuimamas užtrauktuko pagalba,
10.	Čiužinio išmatavimai 2000 x 900 mm
11.	Čiužinio storis 140 mm
12.	Čiužinio užvalkalo medžiaga: antimikrobinė, bakteriostatinė, lengvai valoma, nesitampanti, nelaidi vandeniui
13.	Čiužinio garantinis aptarnavimas 12 mėn .
14.	Pažymėtas CE



airium *2m 100cm*

[Signature]

2016 10 21

