

VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VIZIOGRAFO PIRKIMO**

2016-11-14, Nr. 2-16-221

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vilimekso servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Visorių g. 8, LT – 08300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Aviženis
Telefono numeris	8 5 279 6709
Fakso numeris	8 5 271 5495
El. pašto adresas	info@vilimeksoservisas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (<u>nurodyti gamintoją ir siūlomos įrangos modelį</u>)	Kiekis, Vnt.	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Viziografas <u>RVG5200, gamintojas Carestream Health</u>	1	Vnt.	2.800,00	3.388,00
Iš viso:					3.388,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 3.388,00 (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 588,00 Eur.

VILIMEKSO SERVISAS, UAB
Visorių g. 8, LT-08300 Vilnius
Registruota 1995 04 27 Nr. AB95-598
Imonės kodas 123055213
PVM mokėtojo kodas LT230552113

AB SEB bankas
A/S LT26 7044 0600 0110 7310
AB Swedibank
A/S LT45 7300 0100 7770 1290

Tel. (8 5) 279 6709, 271 1838
Faks. (8 5) 271 5495
El.p. info@vilimeksoservisas.lt
www.vilimeksoservisas.lt

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
1.	Dantų viziografijos sistema skirta odontologinei diagnostikai	Dantų viziografijos sistema skirta odontologinei diagnostikai RVG5200-brochure, pdf., 2psl.
1.1	Komplekte yra: jutiklis, laikikliai jutikliui (ne mažiau 4 vnt.), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (ne mažiau 500 vnt.dėžutė)	Komplekte yra: jutiklis, laikikliai jutikliui (4 vnt.), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (50+ 500 vnt.dėžutė) Packing list.jpg
1.2	Jutiklio technologija CMOS + optinė plokštė	Super CMOS + optinė plokštė RVG5200-brochure, pdf., 3psl.
1.3	Jutiklio dydis ne daugiau 28 x38 mm	27,6 x 37,7 mm RVG5200-brochure, pdf., 3psl.
1.4	Aktyvusis jutiklio plotas ne mažiau 650 mm ²	22,2 x 29,6 = 657,12 mm ² RVG5200-brochure, pdf., 3psl.
1.5	Pikselio (jutiklio taško) dydis ne daugiau 19 µm	19 µm RVG5200-brochure, pdf., 3psl.
1.6	Realio jutiklio raiška (rezoliucija) ne mažiau 16 lp/mm	16 lp/mm RVG5200-brochure, pdf., 3psl.
1.7	Jutiklio aktyvavimas -aktyvus savaime, atvėrus programą	Jutiklio aktyvavimas -aktyvus savaime, atvėrus programą Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą RVG5200-brochure.pdf – 2psl.
1.8	Jungimas į kompiuterį tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių	Jungimas į kompiuterį tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių RVG5200-brochure, pdf., 1psl.
1.9	Jutiklio laido ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m	3 m 5200-safety-regulatory-en – 11psl.
1.10	Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus	Valdymo ir apdorojimo programa apdoroja intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus Intra-ekstra vaizdai.jpg.
1.11	Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti suderinama su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis	Valdymo ir apdorojimo programa yra suderinama su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis DIS compability, pdf., 6psl.
1.12	Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle	Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle Bazės maršrutas.jpg
1.13	Valdymo ir apdorojimo programos kalbų pasirinkimas Anglų, lietuvių –būtina	Valdymo ir apdorojimo programos kalbų pasirinkimas – viso 18 kalbų, tarp jų - anglų, lietuvių liet.kalba.jpg
1.14.	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklui arba lygiavėčiu	CE žymėjimas, sertifikatai pridedami

Informacija apie sutiekėjus, kurie bus pasitelkiami įgyvendinant sutartį:

Eil. Nr.	Medicininė įranga	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas
1		
2		

Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai)
1.	CE sertifikatas.pdf	1-2
2.	RVG5200-brochure.pdf	1-3
3.	5200-safety-regulatory-en.pdf	1-20
4.	DIS compability.pdf	1
5.	bazės maršrutas.jpg	1
6.	intra-ekstra vaizdai.jpg	1
7.	liet.kalba.jpg	1
8.	packing list.jpg	1
9.	VERTIMAL.pdf	1
10.	2016 Įgaliojimas P. Purtokui viskam.pdf	1

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos prekės aprašymas	29
2.	Siūlomos prekės CE sertifikatas	2
3.	Įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Prekių grupės vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
mens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Povilas Purtokas

(Vardas ir pavardė)