

STERILIZACINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SRŽ - 40

Jurbarkas

2016 m. lapkričio mėn. 21 d.

VŠĮ Jurbarko ligoninė, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Aivaro Šlekio, toliau – Pirkėjas, ir **L. R. Tamulio firma**, atstovaujama komercijos direktorės Ritos Rutkevičienės, toliau Pardavėjas, sudaro šią prekių pirkimo – pardavimo sutartį ir susitaria dėl tokių sąlygų.

1. Sutarties objektas.

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui prekes abiejų šalių suderintais terminais ir kiekiais, o Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir už jas sumokėti šioje sutartyje nustatyta tvarka. Prekių pavadinimas ir asortimentas pateikiami Priede Nr. 1. Nenumatytais prekėms taikoma **10%** nuolaida.

1.2. Keičiantis poreikiams, Perkančioji organizacija pasilieka teisę koreguoti perkamų prekių kiekius ir pozicijas. Numatoma paklaida 30 %.

1.3. Perkamų-parduodamų prekių pavadinimai, asortimentas ir kaina yra nurodomi prekių pardavimo dokumentuose.

1.4. Keičiantis prekei dėl priežasties, nepriklausančios nuo Pardavėjo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutartyje numatytų prekių, Pardavėjas turi teisę pateikti tokias prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už pirkimo metu pasiūlyme nurodytas prekes.

1.5. Pirkėjui nuosavybės teisė į prekes pereina nuo prekių priėmimo momento.

2. Prekių tiekimo tvarka.

2.1. Bendra pirkimo vertė – 35.515,37 Eur su PVM.

2.2. Pirkėjas užsako reikiamas prekes, paruošdamas užsakymą ir perduodamas jį Pardavėjui faksu, elektroninio pašto priemonėmis arba telefonu.

2.3. Jei Pardavėjas pristato prekes, neatitinkančias Užsakyme nurodyto asortimento ar kiekio, Pirkėjas turi teisę tų prekių nepriimti, o priimtas – grąžinti.

2.4. Pardavėjas gali atidėti prekių pristatymo terminą, tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą.

2.5. Prekės pristatomos ir iškraunamos Pardavėjo transportu Pirkėjui nemokamai. Pardavėjas prisiima visas su prekių transportavimu susijusias išlaidas.

2.6. Prekės pristatomos per tris dienas nuo jų užsakymo ir iškraunamos pirkėjo nurodytoje vietoje.

2.7. Gavęs nekokybiškas ar pažeistais įpakavimais prekes, Pirkėjas praneša apie tai Pardavėjui per 1 darbo dieną. Pardavėjas įsipareigoja tokiu atveju per 1 dieną pašalinti pažeidimą ir pakeisti šias prekes kokybiškomis bei tvarkingai įpakuotomis. Neatlikęs šios pareigos, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui visus su tuo susijusius nuostolius.

3. Prekių kiekio ir kokybės reikalavimai.

3.1. Prekių kiekis yra tikrinamas prekių priėmimo metu.

3.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad būtų tiekiamos kokybiškos prekės. Prekių kokybė turi atitikti pasiūlymo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir standartus.

3.3. Tais atvejais, kai prekę pradėjus naudoti paaiškėja, kad prekę yra nekokybiška, Pirkėjas nedelsiant praneša apie tai Pardavėjui, o Pardavėjas įsipareigoja per 3 valandas atvykti ir dalyvauti surašant aktą. Pardavėjui neatvykus, laikoma, kad jis sutiko su tuo, kad produktai neatitinka kokybės reikalavimų.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja per 14 d. atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, jam atsiradusius dėl numatytų įsipareigojimų neįvykdymo, tame tarpe ir prekių ženklavimo ir kokybę kontroliuojančių institucijų Pirkėjui skirtas baudas.

3.5. Jei nustatoma ir aktais patvirtinama, kad Pardavėjas tris kartus pateikė nekokybiškus produktus, Pirkėjas įgyja teisę nutraukti sutartį prieš terminą ir reikalauti visų patirtų nuostolių atlyginimo.

4. Atsiskaitymo už prekes tvarka.

4.1. Prekių kainos yra nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

4.2. pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už prekes išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, sutarties kaina ir/ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) darbo dienų. Jeigu vėluoja lėšų pervedimai iš TLK, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5. Kitos sąlygos.

5.1. Sutarties šalys įsipareigoja neperduoti šios sutarties vykdymo trečiai šaliai be raštiško kitos šalies sutikimo.

5.2. Sutarties šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas pranešti viena kitai apie pavadinimo, statuso, adreso, banko rekvizitų ir telefonų pasikeitimus. Neįvykdžius šios pareigos, visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės tenka nepranešusiai šaliai, o kita šalis įgyja teisę į nuostolių, atsiradusių dėl šios pareigos neįvykdymo, atlyginimą.

5.3. Šalys neatsako už sutarties vykdymą, jei atsirado nenugalimos jėgos aplinkybės. Apie šias aplinkybes šalys turi pranešti per 10 dienų.

6. Baigiamosios nuostatos.

6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių, su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta:

6.2.1. šalims susitarus;

6.2.2. jei viena šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį;

6.2.3. jei nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių nėra galimybės sutartį vykdyti, užtrunka ilgiau kaip 1 mėnesį.

6.3. Pasibaigus sutarties galiojimui ar ją nutraukus prieš terminą, šalys privalo pilnai atsiskaityti viena su kita.

6.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštiškais šalių susitarimais.

6.5. Ginčai tarp sutarties šalių sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai.

PARDAVĖJAS

L. R. Tamulio firma "Meditalika"

Įmonės kodas: 134565744

PVM kodas LT345657415

Adresas: Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas

Tel. +370 37324501, faksas +37037424363

el. paštas: info@meditalika.lt

A.s. Nr. LT137300010000303432

Bankas: AB "Swedbank"

Banko kodas: 73000

PIRKĖJAS

VšĮ Jurbarko ligoninė

Įstaigos kodas: 158314921

Adresas: Vydūno 56, LT-74112 Jurbarkas

Tel.: (447) 71 835, faksas (447) 71 850

el. paštas: info.ligonine@zebra.lt

A/S Nr.: LT687300010112950676

Bankas: AB "Swedbank"

Banko kodas: 73000

Komercijos direktorė
Rita Rutkevičienė



Vyriausiasis gydytojas
Aivaras Šlekys



PRIEDAS NR.1 PRIE STERILIZACINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. SRŽ – 40, 2016-11-21

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis 3 metams	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Bendra suma Eur su PVM
1.	Pakavimo priemonės					
1.1.	Sterilizacijos juostos popieriaus – plastiko (užlydomos) Atitinka ISO 11607 reikalavimus Pagaminta iš krepinio popieriaus (ne mažiau 70g/kv.m) ir skaidraus plastiko Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB) Tinka sterilizacijai garais, EO ir FO dujomis Ant maišelių turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų, EO, FO). Ant maišelio popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių Visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 klasės garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydmų temperatūros Pateikti MDD 93/42 EEB deklaraciją. Be klostės : 75x200 (±5%)	Vnt.	24	11,4		
1.1.1.	Be klostės 10x200(±5)	Vnt.	24			
1.1.2.	Be klostės 20x200(±5%)	Vnt.	24			
1.1.3.	Be klostės 30x200(±5%)	Vnt.	24			
1.1.4.	Be klostės 25x200(±5%)	Vnt.	24			
1.1.5.	Be klostės 15x200(±5%)	Vnt.	24			
1.1.6.	Be klostės 12,5x200(±5%)	Vnt.	24			
1.1.7.	Be klostės 25mmx200m(±5%)	Vnt.	24			

1.1.8.	Be klostės 50mmx200m(±5%)	Vnt.	24
1.1.9.	Su klose:38x8x100 (±5%)	Vnt.	24
1.2.	Popierius krepinis. Turi atitikti LST EN 11607 standarto reikalavimus (pateikti dokumentų kopijas); Turi turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB) pateikti dokumentų kopijas; Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m; Turi būti sterilizacijai garais vakuiniuose sterilizatoriuose; Sukarpytas lakštais; Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Galiojimo laikas (nuo pagaminimo) 5 m.; Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas; Padidinto atsparumo. Tinka naudoti ypač sunkiems paketais; Krepinis popierius pagamintas taip, kad juo dirbti galėtų jautrią odą turintys darbuotojai; Spalva žalia;	Pak.	30
1.2.1.	120cmx120cm (±5%)(pakuotėje ne daugiau 130 lakštų) 100cmx100cm (±5%)(pakuotėje ne daugiau 250 lakštų)	Pak.	30
1.2.2.	90cmx90cm (±5%)(pakuotėje ne daugiau 250 lakštų)	Pak.	30
1.3.	Juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus Ypač stiprios fiksacijos; Juostos plotis - ne mažiau 19 mm; Juostos ilgis - ne mažiau 50 m; Juostos turi būti supakuotos į atskirą sandarią pakuotę po 1 juosta. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklavimas (gaminio identifikatorius, partijos numeris, galiojimo terminas)	Vnt.	90
1.4.	Medicinių instrumentų priežiūros priemonė Skirta naudoti instrumentų sutepimui bei apsaugai; Turi būti tinkama naudoti švarių vandens garų, EO, FO sterilizacijos procesuose; Forma – purškiamoji priemonė; Talpoje - ne mažiau kaip 400ml. Turi būti ženklinama CE (pagal direktyva 93/42/EEB).	Vnt.	90
Bendra grupės suma: 8.739,23 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 50 euro centų)			
2.	Dezinfekcijos vonelės Pagaminta iš atsparaus va-likliams ir dezinfekcinėms medžiagoms plastiko; pa-tvari; vonelės	Vnt.	30

	komplektą sudaro: vonelė, išimamas sietelis su rankena, prispau-dėjas, sandarus dangtis. Ženklinas CE (vadovaujan-tis MDD 93/42 EEB).		
	30 litrų		
1.	10 litrų		30
2.	5 litrai		15
3.	3 litrai		15
endra grupės suma: 4492,50 (keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 50 euro centų)			
Medicininį atliekų konteineriai, maišai			
1.	Konteineris medicininiams atliekoms surinkti su įtaisu adatoms, skalpelių galvutėms, kitoms aštrioms med. priemonių dalims nuimti. Konteineriai turi būti geltonos spalvos. Aukštis ir tūris reikalauja plačios angos ir spec. aukščio, turi tikti operacinėse, priėmimo ir kt. skyriuose. Talpa ≥ 0,5 L.	Vnt.	90
1.1.	Talpa ≥ 1,0 L.	Vnt.	90
1.2.	Talpa ≥ 2,0 L.	Vnt.	90
1.3.	Talpa ≥ 3,0 L.	Vnt.	90
1.4.	Talpa ≥ 5,0 L.	Vnt.	90
2.	Dideli konteineriai medicininiams atliekoms surinkti. Konteineriai turi būti su įtaisu adatoms, skalpelių galvutėms, kitoms aštrioms med. priemonių dalims nuimti; Konteineriai turi būti geltonos spalvos Talpos turi būti daugkartinio naudojimo Talpos turi būti pritaikytos gabenimui Konteineriai turi būti skirti med. atliekoms, kurių aukštis ir tūris reikalauja plačios angos ir spec. aukščio, turi tikti hemodializės skyriuose, operacinėse, priėmimo ir kt. skyriuose. Skyriuose. Talpa: ≥ 6 L	Vnt.	90
2.1.	Talpa : ≥ 11 L	Vnt.	300
2.2.	Talpa : ≥ 50 L	Vnt.	60
	Infekuotų atliekų, pavojingų atliekų lipdukai turi būti lipnus, lipdukas turi atitikti HN66:2013 reikalavimus.	Vnt.	30
	Maišai infekuotoms atliekoms rinkti. Geltonos spalvos; Ant maišo turi būti aiškiai matomas infekuotų atliekų ženklas; Atsparūs, 20 mikronų (+/- 2 mikronai); Susukti į ritinius Skirti tolimesniam utilizavimui deginant.	Rit.	480

3.4.1.	Talpa: ≥ 30 litrų				
	Talpa: ≥ 50 litrų		Rit.	600	F
Bendra grupės suma: 3436,53 (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai 53 euro centų)					
4. Sterilizacijos kontrolės ir pakavimo priemonės					
4.1.	Cheminiai 1 klasės indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams:				
	Skirtas vandens garų sterilizatoriams;				
	Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus);				
	Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui, sterilizuojant garais;				
	Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė; indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių;				
	Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750-800 vnt., bei pritaikyti rankiniams istaigos turimiems spausdintuvams; Indikatoriaus paviršius turi greitai (ne ilgiau 5 sek.) ir patikimai sugerti spausdintuvo rašalą, kad spausdintas tekstas būtų aiškiai įskaitomas, neišsitrintų, neišbluktų, neišliėtų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu, bei išliktų stabilus po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus;				
	Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (ne mažiau kaip 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų);				
	Po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas;				
	Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (garai/STEAM), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas;				
	Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Ypač stiprios fiksacijos.				
	Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į istaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos istoriją nenaudojant klijų(indikatoriaus išmatavimai : 3 cmx2 cm $\pm$ 5%);				
	Ant indikatoriaus turi būti aiškiai matoma skiriamoji žymėjimo spalvinė juosta (turi būti galimybė pasirinkti iš kelių, ne mažiau 4-rių skirtingų spalvų) logistikai;				
	Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui aiškiai identifikuojamą, paženklintą (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikacinis kodas, nuoroda į standartą, tipas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data, laikymo iki panaudojimo sąlygos, kt.) originalią gamintojo pakuotę, apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio laikymo iki panaudojimo metu. Pakuotėje turi būti 10 ($\pm$ 2) ritiniai.				

4.2.	Specialiam kroviniui (ikrovai) pritaikytas 2 klasės specialųjų tyrimų cheminis indikatorius: Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijai įstaigos krovinių kontrolei garų frakcionuoto vakuomo sterilizatoriuose (atitinkančiuose EN 285); indikatorius turi būti tinkamas visoms įstaigoje naudojamoms sterilizacijos programoms (121 °-15 min, 134 °-3,5 min) tas pats indikatorius abiem programoms; Pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti; Pateikti ES paskelbtosios (notifikuotos) pagal EN ISO 17025 įstaigos atlikto bandymo protokolą; Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus; Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklavimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis; Indikatoriaus pavidalas: lipni 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinių registracijos kortelių žurnalus; Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.	Vnt.	15000
4.3.	Bowie - Dick indikatorius: Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami - turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 (2 tipas), spalvos pasikeitimas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos numeris). Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, nesikondensuojančių dujų identifikavimui. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus); indikatoriaus juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinių registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų; Pateikti atitikties dokumentus LST EN 285, EN ISO 11140-1 (2 tipas); EN ISO 11140-4; LST EN 867-5 Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.	Vnt.	1200
4.4.	Indikatorius siūlėtuviu atliekamų juostų kokybei nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti Testo funkcinės dalies spalva - juoda.	Vnt.	36
4.5.	Testai med.prietaisų valymo kokybei nustatyti, naudojant automatinį plovimo būdą. Skirtas vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatinuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose komplekte su krovinių išbandymo įtaisais, imituojančiais	Vnt.	600

