

5MAXC, 4MAXC, 3MAXC

Trombektomijos reperfuziniai kateteriai, suderinami su „Penumbra“ aspiracijos kateteriu

Vidinis skersmuo – ne mažesnis kaip 0,54"; 0,041"; 0,035".

Proksimalusis išorinis skersmuo - ne didesnis kaip 6,0 F; 4,7 F

Distalusis išorinis skersmuo – ne didesnis kaip 5 F; 4,3 F; 3,8 F

Proksimalusis vidinis skersmuo: 0,043'' ir 0,065''

Distalusis vidinis skersmuo: 0,035'', 0,041'', 0,054''.

Darbinis ilgis - ne mažesnis kaip 153 cm, 139 cm, 132 cm, 125 cm.

Kateterio antgalį sušildžius garais jam galima suteikti pageidaujamą formą.

Metalinis spiralės karkasas per visą ilgį.

Platinos žymuo distaliojoje dalyje.

Suderinamas su aspiracijos kateteriu.

Sujungiami teleskopiškai.

5MAXACE132, 5MAXACE064

Trombų reperfuzijos kateteriai, sujungiami su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu

Kateteris sudarytas iš 12–14 pereinamųjų zonų, užtikrinančių kateterio lankstumą.

Kateterio struktūra: proksimalioji kateterio dalis – nerūdijančio plieno spiralės tinklelis, distalioji kateterio dalis – nitinolo spiralės tinklelis.

Lanksčios distaliosios dalies ilgis – ne mažesnis nei 30 cm, dalis pritaikyta patekti prie ypač išsiraizgiusių kraujagyslių.

Vidinis skersmuo proksimalusis / distalusis ne mažesnis kaip 0,068"/0,060" ir 0,064''

Išorinis kateterio skersmens gradientas – Proksimalusis/ distalusis ne didesnis kaip 6 F/5,4 F ir 5,75 F;

Darbinis ilgis – ne mažesnis kaip 132 cm.

Suderinamas su penumbros aspiracijos kateteriu ir siurbliu.

Vertimas tikras

2016.10.04

Rasa Juciene
Produktų grupės vadovė

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rasa Juciene', with a stylized, cursive script.