

LANTERN

Mikrokateriai didžiųjų aneurizmų embolinėms spiralėms įvesti:

Mikrokateterio antgalio konfigūracija – 4 tipai:

Tiesus antgalis.

45 laipsnių.

90 laipsnių.

J tipo.

Kateterio antgalį pakaitinus garais galima keisti jo formą.

Nukreipiantysis.

Du rentgenokontrastiniai žymenys, 3 cm distalusis antgalis.

Vieno spindžio kateteris.

Vidinis skersmuo ne mažesnis nei 0,025".

Darbinis ilgis – 150 cm.

Išorinis kateterio skersmens gradientas proksimalusis /

Distalusis – ne daugiau kaip 2,95 F/2,6 F.

Vertimas atliktas 2017.10.20

Produktų grupės vadovė

Rasa Jučienė

