

Neuron Max

Didelio spindžio pagrindinis kateteris smegenų kraujagyslių procedūroms.

Distalioji dalis su platina užtikrina lankstumą ir matomumą procedūros metu.

Kateterio distalioji dalis padengta hidrofiline danga.

Kateterio vidinio spindžio skersmuo ne mažesnis nei 0,088".

Vidinis spindis padengtas politetrafluoretanu (PTFE).

Darbinis kateterio ilgis – ne mažesnis nei 80 cm, 90 cm.

Lanksčioji kateterio dalis – ne mažesnė nei 4 cm.

Išorinis kateterio skersmuo – ne didesnis nei 8 F.

Vidinis kateterio skersmuo – ne mažesnis nei 6 F.

Modifikacijos.

Kateteriai turi turėti įvairios modifikacijos antgalius:
tiesusis,
universalus.

Suderinamumas su vielomis 0,35/0,38

Komplekte turi būti Y jungtis pagrindinio kateterio vožtuvui ir plėtikliui.

Vertimas tikras.

Rasa Jučienė

Produktų gr.vadovė

2016.08.26

