

Indigo CAT3 ir CAT5

Reperfuzinis kateteris trombų aspiracijai kojos dalyje žemiau kelio ir SFA arterijose

Kateteris sudarytas iš 8 pereinamųjų zonų, užtikrinančių kateterio lankstumą.

Kateterio karkasas – nerūdijantis plienas ir nitinolo spiralė.

Distalusis galas padengtas hidrofiline danga: 30 cm ir 75 cm.

Distaliojo galo lankstusis segmentas 20 cm ir 30 cm.

Reikalingi 2 dydžiai:

Proksimalusis išorinis skersmuo 6 F ir 4,1 F.

Distalusis išorinis skersmuo 5 F ir 3,4 F.

Kateterių darbinis ilgis 132 cm ir 150 cm.

Suderinamas su 0,014'' - 0,038'' pagrindinėmis vielomis.

Sujungiami teleskopiškai.

Suderinamas su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu.

Indigo CAT6

Reperfuzinis kateteris trombų aspiracijai pilvo arterijose

Kateteris sudarytas iš 10 pereinamųjų zonų, užtikrinančių kateterio lankstumą.

Kateterio karkasas – nerūdijančio plieno ir nitinolo spiralė.

Distaliojo galo žymuo.

Reikiami dydžiai:

Proksimalusis / distalusis išorinis skersmuo 6 F.

Kateterių darbinis ilgis 135 cm.

Suderinamas su 0,035'' - 0,038'' pagrindinėmis vielomis.

Suderinamas su didelio spindžio aspiracijos kateteriu.

Suderinamas su *Seperator 6*.

Suderinamas su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu.

Indigo CAT8

Didelio spindžio reperfuzijos kateteris trombų aspiracijai venose ir didelio spindžio periferinėse arterijose

Distalioji dalis su platinos tinkleliu, kuris užtikrina lankstumą ir matomumą procedūros metu.

Kateterio distalioji dalis padengta hidrofiline danga.

Vidinis spindis padengtas PTFE.

Kateterio proksimalusis / distalusis išorinis skersmuo 8 F.

Kateterio darbinis ilgis: 85 cm ir 115 cm.

Kateterio antgalio konfigūracijos: *Stright*, *Torq* ir *XTorq*

Suderinamas su 0,035" - 0,038" pagrindinėmis vielomis.

Suderinamas su didelio spindžio aspiracijos kateteriu.

Suderinamas su *Seperator 8*.

Suderinamas su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu.

Seperator3, Seperator5 ir Seperator6

Trombų aspiracijos kateterio separatorius periferinėms kraujagyslėms

Nitinolo kateteris su distalioju išoriniu skersmeniu 0,045", 0,028" ir 0,055".

Su 40 cm ir 35 cm proksimaliąja atramine zona

Distalioji viela 0,014" ir 0,010"

Padengtas PTFE.

Darbinis ilgis 175 cm ir 190 cm.

Suderinamas su CAT3, CAT5, CAT6.

Seperator8

Didelio spindžio trombų aspiracijos kateterio separatorius periferinėms kraujagyslėms

Nitinolo kateteris su distalioju išoriniu skersmeniu 0,068";

Darbinis ilgis 150 cm.

Padengtas PTFE.

Suderinamas su CAT8.

IST3

Sterilus didelio spindžio aspiracijos siurblio kateteris

Jungiamas su aspiracijos kateteriu ir „Penumbra“ aspiracijos siurbliu.

Sterilus.

Darbinis ilgis – ne mažesnis nei 285 cm.

Proksimalioji jungtis – jungiklis su *on/off* (įjungimo / išjungimo) funkcija.

Proksimalioji jungtis su „Luer Lock“ tipo sukamuoju adapteriu.

Suderinamas su tromboektomijos reperfuziniu kateteriu CAT3, CAT5, CAT6, CAT8.

Trombų reperfuzijos kateteriai, sujungiami su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu

Kateteris sudarytas iš 12–14 pereinamųjų zonų, užtikrinančių kateterio lankstumą.

Kateterio struktūra: proksimalioji kateterio dalis – nerūdijančio plieno spiralės tinklelis, distalioji kateterio dalis – nitinolo spiralės tinklelis.

Lanksčios distaliosios dalies ilgis – ne mažesnis nei 30 cm, dalis pritaikyta patekti prie ypač išsiraizgiusių kraujagyslių.

Vidinis skersmuo proksimalusis / distalusis ne mažesnis kaip 0,068"/0,060" ir 0,064"

Išorinis kateterio skersmens gradientas – Proksimalusis/ distalusis ne didesnis kaip 6 F/5,4 F ir 5,75 F;

Darbinis ilgis – ne mažesnis kaip 132 cm.

Suderinamas su penumbros aspiracijos kateteriu ir siurbliu.

PST2

Sterilus aspiracijos kateteris, suderinamas su reperfuziniu kateteriu ir „Penumbra“ aspiracijos siurbliu

Sterilus.

Darbinis ilgis – ne mažesnis kaip 285 cm.

Proksimalioji jungtis – jungiklis su *on/off* (įjungta/išjungta) funkcija.

Proksimalioji jungtis – su „Luer lock“ tipo sukamuoju adapteriu.

Suderinamas su tromboektomijos reperfuziniu kateteriu.

Suderinamas su aspiracijos siurbliu.

PAPS2 (kartu su indigo sistema)

Papildoma įranga, kurios reikia dirbant su „Penumbra“ aspiracijos siurbliu

Nesterilus su varikliu jungiantis laidas.

Siurblio rezervuaras su dangčiu, suderinamas su aspiracijos įranga.

Siurblio filtras.

Suderinamas su tromboektomijos aspiracijos kateteriu.

Vertimas tikras

Produktų grupės vadovė

Rasa Juciene

