



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515
I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel.. (8 5) 233 82 58, faks. (8 5) 213 55 58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS PIRKTI

Medicinos prietaisai (III) Nr. 14418

2017-09-19 Nr. 17/141

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB “Medicinos projektai”
Tiekėjo adresas	I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratore Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1	Kvalifikacijos dokumentai	3

Mes siūlome šias prekes:

6 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PV M dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
6.	Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina Miele PG8536, gamintojas Miele, Vokietija	2	Vnt.	30.800,00	21	37.268,00	61.600,00	74.536,00

6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt šeši Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: dvylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt šeši Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris)
		Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	
6	Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina Miele PG8536, gamintojas Miele, Vokietija	Paskirtis	Mašina skirta naudoti įvairių medicininių instrumentų (tame tarpe ir minimaliai invazyvios chirurgijos) ir priedų plovimui ir dezinfekavimui;	Mašina skirta naudoti įvairių medicininių instrumentų (tame tarpe ir minimaliai invazyvios chirurgijos) ir priedų plovimui ir dezinfekavimui; (“PG 8536.pdf”, 1 psl.)
		Konstruktinis išpildymas	1. Atskirai pastatoma (freestanding), 2. Vienerių durų, pakraunama iš priekio; 3. Atidarytos kameros durys naudojamos kaip pakrovimo plokštuma; 4. Pakrovimo aukštis 600 ± 50 mm;	1. Atskirai pastatoma (freestanding), 2. Vienerių durų, pakraunama iš priekio; 3. Atidarytos kameros durys naudojamos kaip pakrovimo plokštuma; 4. Pakrovimo aukštis 570 mm; 5. Integruotas stalčius plovimo priemonėms sudėti mašinos viduje; 6. (“MieleBrosiura.pdf”, 13 psl.)

			5. Integruotas stalčius plovimo priemonėms sudėti mašinos viduje;	
		Gabaritiniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	Ne daugiau kaip 1200x1000x700 mm	1175x900x700 mm ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
		Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas	Korpusas iš nerūdijančio plieno ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
		Garso ir karščio izoliacija	Būtina, dvigubos sienelės su specialia izoliacija	Dvigubos sienelės su specialia izoliacija garso ir karščio izoliacijai ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
		Dezinfekavimo būdai:	1. Terminė dezinfekcija 2. Cheminė dezinfekcija	1. Terminė dezinfekcija 2. Cheminė dezinfekcija ("MieleBrosiura.pdf", 8 psl.)
		Dezinfekavimo parametrai	1. Terminė dezinfekcija reguliuojamoje ne mažiau kaip iki 93°C temperatūroje; 2. A0 parametro kontrolė;	1. Reguluojama terminės dezinfekcijos temperatūra iki 93°C ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.) 2. A0 parametro kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
		Standartinės įdiegtos plovimo programos	Būtina, ne mažiau kaip 10, tame tarpe plovimo-dezinfekavimo programa naudojant cheminę dezinfekciją;	Įdiegtos 18 standartinių programos, tame tarpe ir cheminės dezinfekcijos ("MieleBrosiura.pdf", 8 psl.)
		Vartotojo sukurtos plovimo programos	Būtina, vartotojo sukurtų ir išsaugotų plovimo programų skaičius ne mažiau kaip 30;	30 vartotojo kuriamų ir išsaugomų programų ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
		Kritinių chirurginių instrumentų plovimo programa	Būtina, plovimo-dezinfekavimo programa proteinų neutralizavimui naudojant vandenilio peroksido pagrindo plovimo tirpalus;	Oxivario ir Oxivario Plus plovimo-dezinfekavimo programos ("MieleBrosiura.pdf", 7 psl.)
		Jautrių chirurginių instrumentų plovimo programa	Būtina, plovimo-dezinfekavimo programa chirurginiams instrumentams iš aliuminio ar	Orthovario plovimo-dezinfekavimo programa ("MieleBrosiura.pdf", 7 psl.)

			turintiems aliuminio dalių	
		Plovimo kameros talpa	Vienu metu plaunami ne mažiau kaip 7 DIN standarto arba lygiaverčiai krepšiai instrumentams	Vienu metu plaunami 7 DIN standarto krepšiai instrumentams ("MieleBrosiura.pdf", 3 psl.)
		Plovimo kameros medžiaga	Nerūdijantis plienas	Plovimo kamera iš nerūdijančio plieno ("MieleBrosiura.pdf", 2 psl.)
		Plovimo priemonių dozavimo elektroninė kontrolė	Būtina	Plovimo priemonių dozavimo elektroninė kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 6 psl.)
		Plovimo alkūnių sukimosi elektroninė kontrolė	Būtina	Plovimo alkūnių sukimosi elektroninė kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 6 psl.)
		Automatinė vykdomų plovimo programų kontrolė	Būtina	Automatinė vykdomų plovimo programų kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 2 psl.)
		Naudojamų plovimų rėmų atpažinimas	Būtinas, automatinis	Automatinis plovimo rėmų atpažinimas ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
		Serijinė jungtis proceso dokumentavimui	Būtina	Serijinė jungtis proceso dokumentavimui ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
		Elektroninis durų užraktas	Būtina	Elektroninis durų užraktas ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
		Integruotas regeneruojamas minkštintojas šaltam ir karštam vandeniui	Būtina	Integruotas regeneruojamas minkštintojas šaltam ir karštam vandeniui ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
		Integruota plovimo priemonių talpyklė - stalčius	Būtina, ne mažiau kaip 4-ioms 5L talpos skystoms plovimo priemonėms	Integruotas stalčius 4-ioms 5L talpos skystoms plovimo priemonėms ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Integruotas garų kondensatorius	Būtina	Integruotas garų kondensatorius ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Integruota panaudoto vandens pašalinimo pompa	Būtina	Integruota panaudoto vandens pašalinimo pompa ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
		Integruotas instrumentų džiovinimo įrenginys	Būtina	Integruotas instrumentų džiovinimo įrenginys ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Džiovinimui naudojamo oro išvalymas	Būtinas HEPA filtras oro valymo sistemoje ne žemesnės kaip 13 klasės	Naudojamas 13 klasės HEPA filtras ("PG 8536.pdf", 2 psl.)

		Oro srauto instrumentų džiovinimui našumas	$\geq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	Džiovinimo oro srautas $60 \text{ m}^3/\text{h}$ ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Reguliuojama džiovinimo temperatūra	Būtina	Reguliuojama džiovinimo temperatūra ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Džiovinimo temperatūros nustatymo ribos	$\geq (60 - 115^\circ\text{C})$	Džiovinimo temperatūros ribos $60 - 115^\circ\text{C}$ ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Džiovinimo temperatūros nustatymo tikslumas	Ne blogiau kaip 1°C	Džiovinimo temperatūros nustatymas kas 1°C ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Reguliuojamas džiovinimo laikas	Būtina	Reguliuojamas džiovinimo laikas ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Džiovinimo laiko nustatymo ribos	$\geq (1 - 240 \text{ min})$	Džiovinimo laiko nustatymo ribos $1 - 240 \text{ min}$ ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Džiovinimo laiko nustatymas tikslumas	Ne blogiau kaip 1 min	Džiovinimo laiko nustatymas kas 1 min ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Vandens cirkuliacijos plovimo metu našumas	$\geq 600 \text{ L/min.}$	Vandens cirkuliacijos plovimo metu našumas - 600 L/min ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
		Vartotojo sąsaja	Lietimui jautrus valdymo ekranas apsaugotas stiklu arba lygiaverte medžiaga, be mechaniškai valdomų kontrolės elementų	Lietimui jautrus valdymo ekranas apsaugotas stiklu, be mechaniškai valdomų kontrolės elementų ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
		Darbo ciklo parametrų atvaizdavimas, indikuojami parametrai:	Būtina, lietimui jautriame ekrane a) Pasirinktas darbo ciklas; b) Likęs programos laikas; c) Temperatūra; d) A0 reikšmė; e) Gedimo kodas arba tekstinė informacija apie gedimą.	Ekrane pateikiami parametrai: a) Pasirinktas darbo ciklas; b) Likęs programos laikas; c) Temperatūra; d) A0 reikšmė; e) Gedimo kodas ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
		Elektros maitinimas	Trifazis $3 \times 380\text{V} \pm 10 / 50 \text{ Hz}$	Trifazis $3 \times 400\text{V} / 50 \text{ Hz}$ ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
		Maksimalus naudojamas elektrinis galingumas	Ne daugiau 12 kW	Maksimalus naudojamas elektrinis galingumas $10,2 \text{ kW}$ ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
		Mašinos pajungimas prie vandens linijų.	Būtinios jungtys karšto, šalto ir	Mašina jungiama prie karšto, šalto ir demineralizuoto

			demineralizuoto vandens padavimui	vandens ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
		Komplektuojami priedai	1 komplektas	1 komplektas
		Specializuotas plovimo rėmas minimaliai invazyvios chirurgijos instrumentams plauti	Būtina, 1 vnt. 1. Komplekte turi būti visos techninės priemonės (laikikliai, purkštukai ir kt.), reikalingos laparoskopijos komplekto, įskaitant įvairios paskirties žarnos, kaniules ir antgalius, pakrovimui, plovimui bei dezinfekcijai; 2. Tuščiavidurių laparoskopinių instrumentų plovimo vietų skaičius ≥ 40 ; 3. Plaunamų tuščiavidurių instrumentų ilgis iki 550 mm;	Plovimo rėmas E450/1, 1 vnt.: 1. Komplekte su laikikliais, purkštukais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis laparoskopijos komplekto pakrovimui, plovimui bei dezinfekcijai; 2. Tuščiavidurių laparoskopinių instrumentų plovimo vietų skaičius - 40; 3. Plaunamų tuščiavidurių instrumentų ilgis iki 550 mm; ("MieleBrosiura.pdf", 10 psl.)
		Specialus tinklinis konteineris su dangčių smulkiems instrumentams ir jų dalims	Būtina, 2 vnt. Ilgis ne mažiau kaip 220mm, plotis 150 +/- 10 mm, aukštis 50 +/- 10 mm su išimamais skirtukais, dalijančiais konteinerio vidų į keturias dalis	Tinklinis konteineris su dangčiu E451, 2 vnt. Ilgis – 225mm, plotis – 150mm, aukštis 55mm, su išimamais skirtukais, dalijančiais konteinerio vidų į keturias dalis ("MieleBrosiura.pdf", 11 psl.)
		Specialus laikiklis, skirtas šviesolaidžiams, irigaciniams vamzdeliams	1 vnt. Dedamas į laparoskopinės chirurgijos instrumentų pakrovimo rėmą	Laikiklis E444, skirtas šviesolaidžiams, irigaciniams vamzdeliams, 1 vnt. ("MieleBrosiura.pdf", 11 psl.)
		DIN standarto tinklinis krepšelis	Būtina, 15 vnt. Išoriniai matmenys 250x480x50mm +/- 5mm, leistina įkrova ne mažiau kaip 10kg, su nulenkiomomis rankenomis	DIN standarto tinklinis krepšelis E142, 15 vnt. Matmenys 255x480x45/55mm, leistina įkrova 10kg, su nulenkiomomis rankenomis ("MieleBrosiura.pdf", 11 psl.)

		Nerūdijančio plieno tinklinis konteineris ypatingai mažiems daiktams su dangteliu	Būtina, cilindro formos, 1 vnt.	Nerūdijančio plieno tinklinis konteineris cilindro formos E473/1, 1 vnt. ("MieleBrosiura.pdf", 11 psl.)
		Plovimo rėmas, skirtas naudoti su DIN standarto ir analogiškais tinkliniais krepšeliais	Būtina, 1 vnt. 1. Plovimo lygių skaičius ≥ 4 ; 2. Vienu metu plaunamų krepšelių skaičius ≥ 7 vnt;	Plovimo rėmas DIN krepšeliams E439/3, 1 vnt.: 1. 4 plovimo lygiai; 2. Vienu metu plaunami 7 krepšeliai; ("MieleBrosiura.pdf", 9 psl.)

6. Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos, 2 vnt.

Siūloma chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina Miele PG8536, gamintojas: Miele, Vokietija

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas/konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge
1.	Paskirtis	Mašina skirta naudoti įvairių medicininių instrumentų (tame tarpe ir minimaliai invazyvios chirurgijos) ir priedų plovimui ir dezinfekavimui;	Mašina skirta naudoti įvairių medicininių instrumentų (tame tarpe ir minimaliai invazyvios chirurgijos) ir priedų plovimui ir dezinfekavimui; ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
2.	Konstruktinis išpildymas	6. Atskirai pastatoma (freestanding), 7. Vienerių durų, pakraunama iš priekio; 8. Atidarytos kameros durys naudojamos kaip pakrovimo plokštuma; 9. Pakrovimo aukštis 600 ± 50 mm; 10. Integruotas stalčius plovimo priemonėms sudėti mašinos viduje;	6. Atskirai pastatoma (freestanding), 7. Vienerių durų, pakraunama iš priekio; ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.) 8. Atidarytos kameros durys naudojamos kaip pakrovimo plokštuma; 9. Pakrovimo aukštis 570 mm; ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.) 10. Integruotas stalčius plovimo priemonėms sudėti mašinos viduje; ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
3.	Gabaritiniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	Ne daugiau kaip 1200x1000x700 mm	1175x900x700 mm ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
4.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas	Korpusas iš nerūdijančio plieno ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
5.	Garso ir karščio izoliacija	Būtina, dvigubos sienelės su specialia izoliacija	Dvigubos sienelės su specialia izoliacija garso ir karščio izoliacijai ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
6.	Dezinfekavimo būdai:	3. Terminė dezinfekcija 4. Cheminė dezinfekcija	3. Terminė dezinfekcija 4. Cheminė dezinfekcija ("MieleBrosiura.pdf", 8 psl.)
7.	Dezinfekavimo parametrai	3. Terminė dezinfekcija reguliuojamoje ne mažiau kaip iki 93°C temperatūroje; 4. A0 parametro kontrolė;	1. Reguluojama terminės dezinfekcijos temperatūra iki 93°C ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.) 2. A0 parametro kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
8.	Standartinės įdiegtos plovimo programos	Būtina, ne mažiau kaip 10, tame tarpe plovimo-dezinfekavimo programa naudojant cheminę dezinfekciją;	Įdiegtos 18 standartinių programos, tame tarpe ir cheminės dezinfekcijos ("MieleBrosiura.pdf", 8 psl.)

9.	Vartotojo sukurtos plovimo programos	Būtina, vartotojo sukurtų ir išsaugotų plovimo programų skaičius ne mažiau kaip 30;	30 vartotojo kuriamų ir išsaugomų programų ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
10.	Kritinių chirurginių instrumentų plovimo programa	Būtina, plovimo-dezinfekavimo programa proteinų neutralizavimui naudojant vandenilio peroksido pagrindo plovimo tirpalus;	Oxivario ir Oxivario Plus plovimo-dezinfekavimo programos ("MieleBrosiura.pdf", 7 psl.)
11.	Jautrių chirurginių instrumentų plovimo programa	Būtina, plovimo-dezinfekavimo programa chirurginiams instrumentams iš aliuminio ar turintiems aliuminio dalių	Orthovario plovimo-dezinfekavimo programa ("MieleBrosiura.pdf", 7 psl.)
12.	Plovimo kameros talpa	Vienu metu plaunami ne mažiau kaip 7 DIN standarto arba lygiaverčiai krepšiai instrumentams	Vienu metu plaunami 7 DIN standarto krepšiai instrumentams ("MieleBrosiura.pdf", 3 psl.)
13.	Plovimo kameros medžiaga	Nerūdijantis plienas	Plovimo kamera iš nerūdijančio plieno ("MieleBrosiura.pdf", 2 psl.)
14.	Plovimo priemonių dozavimo elektroninė kontrolė	Būtina	Plovimo priemonių dozavimo elektroninė kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 6 psl.)
15.	Plovimo alkūnių sukimosi elektroninė kontrolė	Būtina	Plovimo alkūnių sukimosi elektroninė kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 6 psl.)
16.	Automatinė vykdomų plovimo programų kontrolė	Būtina	Automatinė vykdomų plovimo programų kontrolė ("MieleBrosiura.pdf", 2 psl.)
17.	Naudojamų plovimų rėmų atpažinimas	Būtinai, automatinis	Automatinis plovimo rėmų atpažinimas ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
18.	Serijinė jungtis proceso dokumentavimui	Būtina	Serijinė jungtis proceso dokumentavimui ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
19.	Elektroninis durų užraktas	Būtina	Elektroninis durų užraktas ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
20.	Integruotas regeneruojamas minkštintojas šaltam ir karštam vandeniui	Būtina	Integruotas regeneruojamas minkštintojas šaltam ir karštam vandeniui ("MieleBrosiura.pdf", 13 psl.)
21.	Integruota plovimo priemonių talpyklė - stalčius	Būtina, ne mažiau kaip 4-ioms 5L talpos skystoms plovimo priemonėms	Integruotas stalčius 4-ioms 5L talpos skystoms plovimo priemonėms ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
22.	Integruotas garų kondensatorius	Būtina	Integruotas garų kondensatorius ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
23.	Integruota panaudoto vandens pašalinimo pompa	Būtina	Integruota panaudoto vandens pašalinimo pompa ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
24.	Integruotas instrumentų džiovinimo įrenginys	Būtina	Integruotas instrumentų džiovinimo įrenginys ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
25.	Džiovinimui naudojamo oro išvalymas	Būtinai HEPA filtras oro valymo sistemoje ne žemesnės kaip 13 klasės	Naudojamas 13 klasės HEPA filtras ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
26.	Oro srauto instrumentų	$\geq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	Džiovinimo oro srautas $60 \text{ m}^3/\text{h}$ ("PG 8536.pdf", 2 psl.)

	džiovinimui našumas		
27.	Reguliuojama džiovinimo temperatūra	Būtina	Reguliuojama džiovinimo temperatūra ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
28.	Džiovinimo temperatūros nustatymo ribos	$\geq (60 - 115^{\circ}\text{C})$	Džiovinimo temperatūros ribos 60 - 115°C ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
29.	Džiovinimo temperatūros nustatymo tikslumas	Ne blogiau kaip 1°C	Džiovinimo temperatūros nustatymas kas 1°C ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
30.	Reguliuojamas džiovinimo laikas	Būtina	Reguliuojamas džiovinimo laikas ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
31.	Džiovinimo laiko nustatymo ribos	$\geq (1 - 240 \text{ min})$	Džiovinimo laiko nustatymo ribos 1 – 240 min ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
32.	Džiovinimo laiko nustatymas tikslumas	Ne blogiau kaip 1 min	Džiovinimo laiko nustatymas kas 1 min ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
33.	Vandens cirkuliacijos plovimo metu našumas	$\geq 600 \text{ L/min.}$	Vandens cirkuliacijos plovimo metu našumas - 600 L/min ("PG 8536.pdf", 1 psl.)
34.	Vartotojo sąsaja	Lietimui jautrus valdymo ekranas apsaugotas stiklu arba lygiaverte medžiaga, be mechaniškai valdomų kontrolės elementų	Lietimui jautrus valdymo ekranas apsaugotas stiklu, be mechaniškai valdomų kontrolės element ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
35.	Darbo ciklo parametrų atvaizdavimas, indikuojami parametrai:	Būtina, lietimui jautriame ekrane f) Pasirinktas darbo ciklas; g) Likęs programos laikas; h) Temperatūra; i) A0 reikšmė; j) Gedimo kodas arba tekstinė informacija apie gedimą.	Ekrane pateikiami parametrai: f) Pasirinktas darbo ciklas; g) Likęs programos laikas; h) Temperatūra; i) A0 reikšmė; j) Gedimo kodas ("MieleBrosiura.pdf", 4 psl.)
36.	Elektros maitinimas	Trifazis 3 x 380V $\pm 10 / 50 \text{ Hz}$	Trifazis 3 x 400V / 50 Hz ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
37.	Maksimalus naudojamas elektrinis galingumas	Ne daugiau 12 kW	Maksimalus naudojamas elektrinis galingumas 10,2 kW ("MieleBrosiura.pdf", 12 psl.)
38.	Mašinos pajungimas prie vandens linijų.	Būtinos jungtys karšto, šalto ir demineralizuoto vandens padavimui	Mašina jungiama prie karšto, šalto ir demineralizuoto vandens ("PG 8536.pdf", 2 psl.)
39.	Komplektuojami priedai	1 komplektas	1 komplektas
39.1.	Specializuotas plovimo rėmas minimaliai invazyvios chirurgijos instrumentams plauti	Būtina, 1 vnt. 1. Komplekte turi būti visos techninės priemonės (laikikliai, purkštukai ir kt.), reikalingos laparoskopijos komplekto, įskaitant įvairios paskirties žarnos, kaniules ir antgalius, pakrovimui, plovimui bei dezinfekcijai; 2. Tuščiavidurių laparoskopinių instrumentų plovimo vietų skaičius ≥ 40 ; 3. Plaunamų tuščiavidurių	Plovimo rėmas E450/1, 1 vnt.: 1. Komplekte su laikikliais, purkštukais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis laparoskopijos komplekto pakrovimui, plovimui bei dezinfekcijai; 2. Tuščiavidurių laparoskopinių instrumentų plovimo vietų skaičius - 40; 3. Plaunamų tuščiavidurių instrumentų ilgis iki 550 mm; ("MieleBrosiura.pdf", 10 psl.)

		instrumentų ilgis iki 550 mm;	
39.2.	Specialus tinklinis konteineris su dangčių smulkiems instrumentams ir jų dalims	1. Būtina, 2 vnt. Ilgis ne mažiau kaip 220mm, plotis 150 +/- 10 mm, aukštis 50 +/- 10 mm su išimamais skirtukais, dalijančiais konteinerio vidų į keturias dalis	Tinklinis konteineris su dangčiu E451, 2 vnt. Ilgis – 225mm, plotis – 150mm, aukštis 55mm, su išimamais skirtukais, dalijančiais konteinerio vidų į keturias dalis (“MieleBrosiura.pdf”, 11 psl.)
39.3.	Specialus laikiklis, skirtas šviesolaidžiams, irigaciniams vamzdeliams	2. 1 vnt. Dedamas į laparoskopinės chirurgijos instrumentų pakrovimo rėmą	Laikiklis E444, skirtas šviesolaidžiams, irigaciniams vamzdeliams, 1 vnt. (“MieleBrosiura.pdf”, 11 psl.)
39.4.	DIN standarto tinklinis krepšelis	Būtina, 15 vnt. Išoriniai matmenys 250x480x50mm +/- 5mm, leistina įkrova ne mažiau kaip 10kg, su nulenkiomomis rankenomis	DIN standarto tinklinis krepšelis E142, 15 vnt. Matmenys 255x480x45/55mm, leistina įkrova 10kg, su nulenkiomomis rankenomis (“MieleBrosiura.pdf”, 11 psl.)
39.5.	Nerūdijančio plieno tinklinis konteineris ypatingai mažiems daiktams su dangteliu	Būtina, cilindro formos, 1 vnt.	Nerūdijančio plieno tinklinis konteineris cilindro formos E473/1, 1 vnt. (“MieleBrosiura.pdf”, 11 psl.)
39.6.	Plovimo rėmas, skirtas naudoti su DIN standarto ir analogiškais tinkliniais krepšeliais	Būtina, 1 vnt. 3. Plovimo lygių skaičius ≥ 4 ; 4. Vienu metu plaunamų krepšelių skaičius ≥ 7 vnt;	Plovimo rėmas DIN krepšeliams E439/3, 1 vnt.: 1. 4 plovimo lygiai; 2. Vienu metu plaunami 7 krepšeliai; (“MieleBrosiura.pdf”, 9 psl.)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	10
2	Kvalifikacijos dokumentai	10
3	ESPD	1
4	LetterOfAuthorization17	1
5	Authorization Service 2018	1
6	VertimasAutorizacija17	1
7	VertimasServisas18	1
8	VertimasPG8536technin	3
9	Miele GT BI AnhangII 93-42 EWG deutsch englisch	2
10	MieleBrosiura	13
11	PG 8536	2