

UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, tel./faksas 8 5 2796055. el. paštas neringa@anmeda.lt, www.anmeda.lt

Kam: VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

**PASIŪLYMAS
DĖL SLAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2018-04-24 d.Nr.01

Vilniaus m.

Tiekėjo pavadinimas	UAB ANMEDA TECHNA
Tiekėjo adresas	Baltupio g. 91-1, LT-08308 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Neringa Korotajevienė
Telefono numeris	+37052796055
Fakso numeris	+37052796055
El. pašto adresas	neringa@anmeda.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT577300010109259733 AB bankas SWEDBANKAS B.k. 73000 A.s.LT887044060006187793 AB SEB BANKAS, B/k 70440

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>; pirkimo 371470 - Slaugos priemonės ir inventoriai

2) 2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. elektronine forma pateikiami skanuoti šie kvalifikaciją įrodantys dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Užpildytas konkurso sąlygų priedas nr.2	3psl.
2.	Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos	3psl.
3.	Jungtinė Registrų centro išduota pažyma	2psl.
4.	Išplėstinis registrų centro išrašas	3psl.
5.	Įrangos gamintojo įgaliojimas suteikiantis teisę prekiauti siūloma įranga ir atlikti įrangos priežiūrą ir remontą Lietuvoje su vertimu į lietuvių kalbą	3psl.
6.	Įrangos aprašai ir bukletai	2vnt.
7.	Sertifikatai su vertimu į lietuvių kalbą.	4psl.

Pasiūlymas galioja iki 2018m. liepos mėn. 24d.

Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė _____

(dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)



UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

30 dalis. Basonų plovimo dezinfekavimo mašina

Eil Nr	Gaminio charakteristika	Reikalavimai	Atlikimas	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Atskirai stovinti iš priekio pakraunama basonų plovimo dezinfekavimo mašina	1vnt.	Būtina	Taip, FD1600, Getinge AB, Švedija
2.	Paskirtis	Plauna ir dezinfekuoja anteles basonus ir kitas talpas. Antelės ir basonai dedami į mašiną kartu su ekskrementais ir biologiniais skysčiais.	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge.pdf“ 1psl.
3.	Įrenginio matmenys	450mm x 580mm x 1350mm (plotis x gylis x aukštis) ±50 mm	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 4psl. 450x580x1320mm
4.	Svoris	ne daugiau 90 kg	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 6psl. 90kg.
5.	Reguliuojama dezinfekcijos temperatūra	nuo 80°C- 60s iki 90°C - 6s	Būtina	Taip, pagal LST EN ISO 15883 reikalavimus; atitikimas pridedamas.; Atitikimo LST EN ISO 15883 dokumentas pridedamas.
6.	Nepriklausoma temperatūros kontrolė		Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 6psl. Ir laikmena „Temperatūros sensoriai“
7.	Medžiaga:	Rėmas, laikanti konstrukcija, šoninės sienos ir vidinės durys pagaminti iš nerūdijančio plieno ASTM 304 arba geresnio, DIN 1.4301, kamera nerūdijančio plieno, polimerinė be siūlių, arba lygiavertė.	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 2psl., Rėmas, laikanti konstrukcija, šoninės sienos ir vidinės durys pagaminti iš nerūdijančio plieno ASTM 304, DIN 1.4301, kamera polimerinė be siūlių.
8.	Rakinama spintelė vandens nukalkinimo priemonei laikyti		Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 2psl.; „Spintele bakeliams rakinama“
9.	Nukalkinimo ir plovimo skysčio pompas ir lygio davikliai su 5 lt. priemonių		Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 2psl.;

UAB ANMEDA TECHNIA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

	bakeliais.			
10.	Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais	Ne mažiau 11 (vienuolikos) antgalių, iš kurių ne mažiau nei 2 besisukantys	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 2psl.; 11 (vienuolika) antgalių, iš kurių 2 besisukantys.
11.	Vienu metu galima plauti ir dezinfekuoti ne mažiau nei vieną basoną ir vieną šlapimo indą arba tris šlapimo indus		Būtina	Taip, pridedamas išrašas iš naudojimo instrukcijos „Daiktu isdestymas kameroje.pdf.“
12.	Garų tiekimas iš įmontuoto elektrinio garų generatoriaus		Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 1psl.
13.	Pilna vamzdynų dezinfekcijos sistema po kiekvieno proceso		Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 1psl.
14.	Maksimalus vandens suvartojimas	Ne daugiau 11 litrų/ciklui ekonominėje programoje ir ne daugiau 18 litrų/ciklui naudojant standartinę programą	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 6psl. 11 litrų ir 18 litrų
15.	Iš anksto užprogramuota ne mažiau dviejų programų: ekonominė ir universali.	Universalios programos laikas ne daugiau nuo 6 min. iki 10 minučių.	Būtina	Taip, pridedamas failas „Laikai.pdf“ 6-8 min.
16.	Durys su taškymosi apsauga	Būtina	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 1psl.
17.	Maksimali išorės temperatūra	Ne daugiau 40° C	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 6psl., 40° C
18.	Energijos suvartojimas	Ne daugiau 0,16 kWh/ciklui	Būtina	Taip, buketo „FD1600“ 7psl., 0,16kWh
19.	Elektros pajungimas, galingumas	L1 230V 1N+PE 50Hz , ne daugiau 3,0 kW.	Būtina	Taip, aprašo „PS07-0040_fd1600_Getinge..“ 6psl., L1 230V 1N+PE 50Hz , 3,0 kW
20.	Komplektuojama: vandens pajungimui mechaninio valymo vandens filtras aukštis 10“		Būtina	Pridedamas
21.	Pilnai atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai EN ISO 15883 ir medicinos įrangos direktyvą MDD 93/42/EEC arba lygiavertį, CE ženklavimas.		Būtina	Taip, deklaracija su vertimu pridedama.
22.	Garantija	Ne mažiau 36 mėnesių	Būtina	Taip, 36 mėn.
23.	Medicininio personalo apmokymas naudotis įrenginiu įskaičiuotas į įrenginio kainą.		Būtina	Taip
24.	Techninio personalo apmokymas vykdyti įrenginio po garantinį techninį aptarnavimą ir remontą įskaičiuotas į įrenginio kainą.		Būtina	Taip
25.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas		Būtina	Taip, pateikiama

	atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.		
26.	Perkamas kiekis	1 vnt.	
27.	PVM tarifas procentais	21%	21%
28.	Vnt. kaina Eur su PVM	6.486,00 Eur	6.486,00 Eur
29.	Firminis pavadinimas, gamintojas	FD1600, Getinge AB, Švedija	FD1600, Getinge AB, Švedija

Generalinė direktorė Neringa Korotajevienė _____


