

Viešųjų pirkimų komisijai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

2024-10-03 Nr. 554136
Į 2024-09-27 A39- /24(3.10.15E-VPS)

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Atsakydami į Jūsų prašymą dėl atviro konkurso „**Plastikinės medicininės priemonės**“ (pirkimo Nr. **727940**), paaiškiname pasiūlymą 5, 31, 43, 51, 61, 76, 95, 170, 196, 197 ir 222 pirkimo dalims.

5 pirkimo daliai papildomai pridedame pakuotės foto, kurioje matosi, kad prekė supakuota po vieną. Taip pat pakartotinai pridedame katalogą, kuriame matosi, kad vamzdelio ilgis 90cm.

31 pirkimo daliai papildomai pridedame dokumentus, kuriuose matosi virkštelės spaustuko medžiaga.

43 pirkimo daliai pateiktas tiekėjo patvirtinimas, kad gofruoto vamzdelio ilgis ištempus 150mm., suspaudus – 70mm (matuojant tarp jungtelių). Pažymėta pridėtame kataloge.

51 pirkimo daliai pateikiame tiekėjo oficialų raštą, kad kaukės atitinka reikalavimus:

- Kvėpavimo vamzdelis permatomas, optimaliai minkštas ir lankstus, kad lengvai prisitaikytų prie anatominių formų.
- Tvirtas prigludęs įpakavimas (kad būtų apsaugota laringinė kaukė ir palaikoma optimali kvėpavimo vamzdelio forma)

61 pirkimo daliai pateikiame katalogus, kur apibrėžtas siulomos prekės atitikimas specifikacijai. Įsitikinimui, kad nosies kaniulės yra su elastiniu konektoriumi ir legvai jungiasi prie deguonies tiekimo sistemos, pridedame prekės pavyzdį.

76 pirkimo daliai parašytas pavyzdžių pateikimo termino pratęsimas, kad su pateiktu pavyzdžiu įsitikintumėte, kad kaukė yra patogiai užsidėjimui ir laikymui: nykščio vietoje grublėtas paviršius.

95 pirkimo daliai pateikiame pakuotės nuotrauką, kad rezerviniai maišai yra supakuoti po 1 vnt.

170 pirkimo daliai papildomai pridedame dokumentą, kuriame matosi, kad prekė atitinka 5 ir 6 techninės specifikacijos punktus.

196 ir 197 pirkimo dalims pakartotinai pridedame katalogus, kuriuose matosi, kad prakės atitinka 2, 3, 5, 7, 8, 10 ir 11 techninės specifikacijos punktus.

222 pirkimo daliai pakartotinai pridedame katalogą, kuriame matosi, kad prakės atitinka 4 techninės specifikacijos punktą.

PRIDEDAMA:

1. Katalogai.pdf (33 lapai).

Viešųjų pirkimų specialistė

Kaja Blekaitytė