

VERTIMAS

SCW Medicath

19 dalis. Vidutinio slėgio PTKA rinkinys

833109

PTKA manometras (slėgis ne mažiau 30 atm.). Manometro vamzdelis ne trumpesnis nei 30 cm. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius - suktukas. Y jungtukas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata.

21 dalis. PTKA 'Y' jungtukas

832903

Y-jungtukas su vieno paspaudimo uždarymo/atidarymo hemostazine membrana. Praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius – suktukas.

24 dalis. PTKA vielos suktukas

507901

Universalus – pagamintas iš metalo, tinkamas visoms 0,014 colio diametro vieloms, steriliame įpakavime.

72 dalis. Švirkštas angiografiniam injektoriumi

832603

Vienartinis. Tūris 150 ml. MEDRAD (MARK V) tipo aukšto slėgio injektoriumi.

88 dalis. Manifoldas

833401; 833501

Dviejų ir trijų kraniukų. Turi atlaikyti slėgį ne mažiau 500 PSI.

93 dalis. Aukšto spaudimo linija automatiniam švirkštui

832802; 832826

Pritaiktos aukštam slėgiui (ne mažiau 1200 PSI). Lanksčios ir permatomos. Su skirtingomis jungtimis (F/M) abiejuose galuose. Ilgis 50-100 cm.

Vertimas tikras:

Vadybininkas

Donatas Gerulaitis

2017-05-17 d.

