



(Herbas arba prekių ženklas)

UAB „Sormedica“

(tiekėjo pavadinimas)

(Uždara akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, Tel. (8~5) 219 5710, Faks. (8~5) 219 5439, El.p.

info@sormedica.lt, Juridinių asmenų registras, 123961895, LT239618917)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, Vilnius

(adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI

2017-06-14 Nr. 186518

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Sormedica“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	V.Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkai Aleksandras Nemunaitis, Antanas Juška
Telefono numeris	(8 5) 219 5710
Fakso numeris	(8 5) 219 5439
El. pašto adresas	Info@sormedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pateikti pagal pridedamą lentelę (pildomas pirkimo dokumentų 3 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registro centro jungtinė pažyma	2
2.	Raštas	1
3.	Tiekėjo įgaliojimo laiškas	12
4.	CE	31
5.	Aprašai	48
6.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Administatorė-viešųjų pirkimų
specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)



Eglė Jasaitienė
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

VIENTKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS INTERVENCIŲ KARDIOLOGIJAI

(3) Tiekėjas privalo užtikrinti priemonės naudojimą kardiologų apmokymą iš gamintojo atstovo

P.d. Nr.	Pavadinimas	Reikšmės	Mato vnt.	Orient. kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM dydis, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Orientacinė suma be PVM, Eur	Silaomos priemonės gamintojas
1.	PTKA balionas rutininis procedūroms	Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 2,1 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, baliono sprogdimo slėgis (RBP) - ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,2 mm iki 5,0 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 145 cm. Balionas pagamintas iš atsparios abrazyjoms Pebax ar lygiavertės medžiagos. Lazeriu šifuota proksimali baliono dalis. Universalus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Balioninio kateterio išsištempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 procentų, žemo distalinio profilio ties lankščiais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	vnt.	10.000					
					40	5	42	400.000,00	MERIL MOZEC
					PVM suma, Eur			20.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	
2.	PTKA balionas (monorail tipo)	Gero slydimo - silks ar lygiavertės medžiagos hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,7 F, distalinė dalis - ne daugiau 2,6 F. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, baliono sprogdimo slėgis (RBP) - ne mažiau 16 atm, MBP - ne mažiau 22 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 10 mm iki 40 mm (visiems diametrams) ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,5 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Baliono medžiaga pebax ar lygiavertė atspari abrazyjoms, lazeriu šifuota proksimali baliono dalis. Balioninio kateterio išsištempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 proc. Žemo distalinio profilio ties distaliniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	vnt.	10.000					
					40	5	42	400.000,00	MERIL MOZEC
					PVM suma, Eur			20.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	
3.	PTKA balionas vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo)	Gero slydimo - dura-trac ar lygiavertės medžiagos hidrofilinė danga. Žemo profilio: vidinė dalis ne daugiau 1,9 F, distalinė dalis - ne daugiau 2,6 F, praėjimo profilis (crossing profile) nuo 0,5 mm. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, RBP - ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,0 mm (diametro žingsnis 0,25mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 138 cm. Baliono medžiaga Fulcrum ar lygiavertė atspari abrazyjoms, lazeriu šifuota proksimali baliono dalis. Balioninio kateterio išsištempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas max. 10-15 procentų. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	vnt.	10.000					
					40	5	42	400.000,00	MERIL MOZEC
					PVM suma, Eur			20.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			420.000,00	

44.	Diagnosticinis kateteris vaikams	Kateteriai skirti širdies ertmių ir stambiųjų kraujagyslių diagnostiniams tyrimams. Įvairių modifikacijų. Išorinis diametras: 4F, 5F. Ilgis 65-125cm. Dviejų modifikacijų: su distaline skyde ir su distaline ir 2 šoninėmis skylėmis	vnt.	100	34	5	35,7	3.400,00	MERIT angiographic catheters for pediatrics
					PVM suma, Eur			170,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			3.570,00	
47.	Specialusis diagnostinis kateteris ventrikulografijai per a. radialis adikti	Specialiai pritaikyti procedūroms per a. radialis. Išorinis diametras nuo 4 F iki 6F, ilgu ir trumpu PIG formos, 2 cm arba 4 cm galiuku, ne mažiau 6 šoninių skylių. Ilgiai: 110±2 cm ir 125±2cm. Viela 0,038 colio.	vnt.	500	25	5	26,25	12.500,00	MERIT MIV Radial ventriculogram catheters
					PVM suma, Eur			625,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			13.125,00	
54.	Diagnosticinė hidrofilinė viela	Vienos dalies titnolio ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE dangą. Ilgiai 80±5, 120±5, 150±5, 180±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro.	vnt.	2.000	7,5	5	7,875	15.000,00	MERIT InQwire
					PVM suma, Eur			750,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			15.750,00	
55.	Ilga diagnostinė hidrofilinė viela	Vienos dalies titnolio ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE dangą. Ilgis 260±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos.	vnt.	400	8,8	5	9,24	3.520,00	MERIT InQwire
					PVM suma, Eur			176,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			3.696,00	
59.	PTA balioninis kateteris arterijoms	Naudojami su 0,018 colio PTA vielomis. Žemo profilio: proksimal/distal, ne daugiau 0,021 colio. Labai aukšto slėgio RBP ne mažiau 14-16 atm., MBP ne mažiau 20 atm. 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai nuo 75 cm iki 180 cm. Balionų diametrai nuo 2 mm iki 9 mm, ilgiai nuo 20 mm iki 280 mm.	vnt.	50	40	5	42	2.000,00	MERIL MOZEC PTA
					PVM suma, Eur			100,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			2.100,00	
60.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris vaikiniams arterijoms	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 5F kateterių pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 2,9F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai.	vnt.	500	780	5	819	390.000,00	Philips Volcano
					PVM suma, Eur			19.500,00	Philips Volcano
					Orientacinė suma su PVM, Eur			409.500,00	Philips Volcano
61.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris periferinėms kraujagyslėms	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 6F kateterių pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Įėjimo profilis ne daugiau 3,4F. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms.	vnt.	50	780	5	819	39.000,00	Philips Volcano
					PVM suma, Eur			1.950,00	Philips Volcano
					Orientacinė suma su PVM, Eur			40.950,00	Philips Volcano
62.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris aortai	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 8F introduiseriu. Įėjimo profilis ne daugiau 8,2F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,038 colio vielai. Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms.	vnt.	50	780	5	819	39.000,00	Philips Volcano
					PVM suma, Eur			1.950,00	Philips Volcano
					Orientacinė suma su PVM, Eur			40.950,00	Philips Volcano
63.	Sterilius matšas	Turi tikt „Volcano“ IVUS aparatai. 30x100 cm dydžio su užklijuojamu galu.	vnt.	100	12	5	12,6	1.200,00	Philips Volcano
					PVM suma, Eur			60,00	Philips Volcano
					Orientacinė suma su PVM, Eur			1.260,00	Philips Volcano
					Orientacinė suma su PVM, Eur				

69.	Trombų aspiracinis kateteris	Nertidijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina tvirtumą ir atsparumą užlinkimams, proksimalinė kateterio dalis kieta, distalinė - minkšta. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą. Distalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,00/1,25 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,70/1,96 mm. Proksimalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,10/1,30 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,40/1,60 mm. Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje – ne mažiau 0,78/1,23 mm². Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje – ne mažiau 0,95/1,32 mm². Kateteris dviejų dydžių - 6F ir 7F. Kateterio ovalaus galo ilgis - 6±1 mm.	vnt.	500	100	5	105	50.000,00	MERIL ASPIRON
					PVM suma, Eur			2.500,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			52.500,00	
70.	Trombų aspiracinis kateteris su stiletu	Tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kateterio lankstumui užtikrinti komplektuojamas su stiletu. Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Išorinis diametras ne daugiau 1,70 mm. Kateterio pašalinimo paviršius ne mažiau 0,95 mm², atsiurbimo greitis ne mažiau kaip 1,6cc/s.	vnt.	100	100	5	105	10.000,00	MERIL ASPIRON
					PVM suma, Eur			500,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur			10.500,00	
					Orientacinė suma su PVM, Eur				
					Orientacinė suma su PVM, Eur				

* Pažymime, kad kiekvienos pirkimo dalies sudėtinės kainos dalys ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

Administratore -
viešųjų pirkimų specialistė
Eglė Jasaitienė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomų techninių parametrų patvirtinantis duomenys) <i>BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ</i>
1.	PTKA balionas rutininiams procedūroms	Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 2,1 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) – ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 5,0 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 145 cm. Balionas pagamintas iš atsparios abrazyjoms Pėbav ar lygiavertės medžiagos. Lazerių šliuota proksimali baliono dalis. Universalus panaudojimo – pletimams ir stentavimui. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 procentų, žemo distalinio profilio ties lankstais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis 1,98 F, distalinė dalis – 2,4 F. Nominalus slėgis 7 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) – 16 atm 1,25-4 mm diametrui ir 14 atm 4,50 mm diametrui. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,5 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis 142 cm. Balionas pagamintas iš Nylon. Lazerių šliuota proksimali baliono dalis. Universalus panaudojimo – pletimams ir stentavimui. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 procentų, žemo distalinio profilio ties lankstais rentgeno kontrastiniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 1-5
2.	PTKA balionas (monorail tipo)	Gero slydimo – silks ar lygiavertės medžiagos hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,7 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,6 F. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) – ne mažiau 16 atm, MBP – ne mažiau 22 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 10 mm iki 40 mm (visiems diametrui) ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,5 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Baliono medžiaga pėbav ar lygiavertė atspari abrazyjoms, lazerių šliuota proksimali baliono dalis. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 proc. Žemo distalinio profilio ties distaliniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC Gero slydimo – hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis 1,98 F, distalinė dalis – 2,4 F. Nominalus slėgis 7 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) – 16 atm 1,25-4 mm diametrui ir 14 atm 4,50 mm diametrui. Balionėliai įvairių ilgių nuo 9 mm iki 41 mm (visiems diametrui) ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,5 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis 142 cm. Baliono medžiaga Nylon. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10 proc. Žemo distalinio profilio ties distaliniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 1-5
3.	PTKA balionas vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo)	Gero slydimo – dura-trac ar lygiavertės medžiagos hidrofilinė danga. Žemo profilio: vidinė dalis ne daugiau 1,9 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,6 F, praėjimo profilis (crossing profile) nuo 0,5 mm. Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm, RBP – ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,0 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 138 cm. Baliono medžiaga Fulkum ar lygiavertė atspari abrazyjoms, lazerių šliuota proksimali baliono dalis. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas max. 10-15 procentų. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Žemo profilio: vidinė dalis 1,98 F, distalinė dalis – 2,4 F, praėjimo profilis (crossing profile) nuo 0,5 mm. Nominalus slėgis 7 atm, RBP – baliono sprogimo slėgis (RBP) – 16 atm 1,25-4 mm diametrui ir 14 atm 4,50 mm diametrui. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,25 mm iki 4,0 mm (diametro žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis 142 cm. Baliono medžiaga atspari abrazyjoms, lazerių šliuota proksimali baliono dalis. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas max. 10-15 procentų. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 1-5
4.	PTKA balionas žemo profilio rutininiams procedūroms (monorail tipo)	Monorail tipo, gero slydimo – bieslide ar lygiavertės hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai nuo 1,5 mm iki 6,0 mm, ilgiai nuo 8 mm iki 30 mm visiems balionų diametrui išskyrus 1,5 mm diametro balionus. Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis ne daugiau 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) ne mažiau 6 atm, RBP ne mažiau 14 atm, maksimalus slėgis (MBP) ne mažiau 19 atm. Baliono medžiaga leap/pəbav ar lygiavertė atspari abrazyjoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13 procentų. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markers centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio.	MERIL MOZEC Monorail tipo, gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai nuo 1,5 mm iki 4,5 mm, ilgiai nuo 9 mm iki 30 mm. Kateterio ilgis 142 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis 1,98 F, distalinė dalis 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) 7 atm, RBP baliono sprogimo slėgis (RBP) – 16 atm 1,25-4 mm diametrui ir 14 atm 4,50 mm diametrui, maksimalus slėgis (MBP) 19 atm. Baliono medžiaga atspari abrazyjoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13 procentų. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markers centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio. Psl.: 1-5
5.	PTKA balionas kalcifikuotoms stenozėms (monorail tipo)	Kateterio kūnas gerai valdomas – plieninis ar lygiavertės medžiagos. Lanksti iki 15 cm ilgio jungiančioji dalis tarp kūno ir distalinės dalies – leidžia gerai praeiti vingiuotas ir distalines stenozes. Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Dviguba danga (paties kateterio hidrofilinė, balionėlio – hidrofilinė) užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,7 F. Nominalus slėgis ne mažiau 12 atm, RBP – ne mažiau 20 atm. Galiukas lankstus, trumpas ir kūgio formos, lazerių šliuotas. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas 3-4%. Įvairių diametrų nuo 2,0 mm iki 5,0 mm ir ilgių nuo 10 mm iki 20 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau 140 cm. Žemo distalinio profilio ties distaliniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC NC Kateterio kūnas gerai valdomas. Lanksti iki 15 cm ilgio jungiančioji dalis tarp kūno ir distalinės dalies – leidžia gerai praeiti vingiuotas ir distalines stenozes. Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Dviguba danga (paties kateterio hidrofilinė, balionėlio – hidrofilinė) užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis 1,98 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,7 F. Nominalus slėgis 12 atm, RBP 20 atm. Galiukas lankstus, trumpas ir kūgio formos, lazerių šliuotas. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas 3-4%. Įvairių diametrų nuo 2,0 mm iki 4,0 mm ir ilgių nuo 8 mm iki 23 mm. Bendras darbinis ilgis 142 cm. Žemo distalinio profilio ties distaliniais markeriais. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 6-7
7.	Post-dilatacinis PTKA balionas ypač kalcifikuotoms stenozėms	„Non compliant“ (NC) tipo PTKA balionai. Gero slydimo – speciali hidrofilinė danga. Kateterio proksimali korpuso dalis iš vientisos medžiagos (hypotube). Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Proksimalinė dalis ne daugiau 1,9 F, distalinė ne daugiau 2,7 F. Baliono kampai: 16±1° – distalinė dalies, 25±1° – proksimalinė dalies. Nominalus slėgis ne mažiau 14 atm, RBP ne mažiau 20 atm, MBP ne mažiau 26 atm. 2 rentgeno kontrastiniai markeriai: 1,5 mm ir 2 mm diametro balionams. Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui, sustiprintas kateterio distalinės/proksimalinės dalies jungties segmentas. Balionai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir diametrų nuo 2,00 mm iki 4,00 mm. Baliono medžiaga Duralyn ar lygiavertė atspari abrazyjoms, kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 145 cm. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis ne daugiau 0,017 colio.	MERIL MOZEC NC „Non compliant“ (NC) tipo PTKA balionai. Gero slydimo – speciali hidrofilinė danga. Kateterio proksimali korpuso dalis iš vientisos medžiagos (hypotube). Naudojami su 0,014 colio PTKA vielomis. Proksimalinė dalis 1,98 F, distalinė 2,7 F. Baliono kampai: 16±1° – distalinė dalies, 25±1° – proksimalinė dalies. Nominalus slėgis 12 atm, RBP 20 atm, MBP 26 atm. 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui, sustiprintas kateterio distalinės/proksimalinės dalies jungties segmentas. Balionai įvairių ilgių nuo 8 mm iki 23 mm ir diametrų nuo 2,00 mm iki 4,00 mm. Baliono medžiaga Nylon atspari abrazyjoms, kateterio naudojamas ilgis 142 cm. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis 0,019 colio. Psl.: 6-7
8.	PTKA balionas rutininiams procedūroms (NC monorail tipo)	Kateterio kūnas gerai valdomas – plieninis ar lygiavertės medžiagos. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofilinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis ne daugiau 1,7 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,7 F. Nominalus slėgis ne mažiau 10 atm, RBP – ne mažiau 20 atm, MBP – ne mažiau 27 atm. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 5 procentų. Įvairių diametrų nuo 2,5 mm iki 4,0 mm (diametro žingsnis 0,25 mm) ir ilgių nuo 10 mm iki 30 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC NC. Kateterio kūnas gerai valdomas. Dviguba danga – paties kateterio – hidrofilinė, balionėlio – hidrofilinė, užtikrina gerą valdymą ir praeinamumą. Diametras: proksimali dalis 1,98 F, distalinė dalis 2,7 F. Nominalus slėgis 12 atm, RBP – 20 atm, MBP – 26 atm. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 5 procentų. Įvairių diametrų nuo 2,5 mm iki 4,0 mm (2,5; 2,75; 3,00; 3,5; 4) ir ilgių nuo 8 mm iki 23 mm. Bendras darbinis ilgis 142 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 6-7
9.	NC tipo balioninis angioplastikos kateteris	Gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta spec. hidrofiline danga. Diametras: proksimalinė dalis ne daugiau 2 Fr, distalinė dalis – ne daugiau 2,6 F. Nominalus slėgis ne mažiau 10 atm, RBP – ne mažiau 18 – 20 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Balionėlių ilgiai nuo 6 mm iki 20 mm, diametrai nuo 2,25 mm iki 5,00 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio, galiuko įėjimo profilis ne storesnis nei 0,42 mm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai.	MERIL MOZEC NC Gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta spec. hidrofiline danga. Diametras: proksimalinė dalis 1,98 Fr, distalinė dalis 2,7 F. Nominalus slėgis 12 atm, RBP – 20 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Balionėlių ilgiai nuo 8 mm iki 23 mm, diametrai nuo 2,00 mm iki 4,00 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis 142 cm. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio, galiuko įėjimo profilis 0,48 mm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. Psl.: 6-7
28.	Introduiseris a. radialis kateterizacijai	Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo ir nuo 4F iki 6 F introduserio. Padengtas hidrofiline danga. Introduserio ilgis: 7±2 cm, 12±2 cm ir 25±2 cm. Vielos pravedėjai 0,025 colio. Vielos ilgiai 50±5 cm ir 80±5 cm, galas tiesus.	Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo ir nuo 4F iki 6 F introduserio. Padengtas hidrofiline danga. Introduserio ilgis: 17 cm ir 22 cm. Vielos pravedėjai 0,025 colio. Vielos ilgiai 45 cm ir 80 cm, galas tiesus. Merit Prelude Ease PHR4F11025PW, PHR4F16025PW, PHR5F11025PW, PHR5F16025PW, PHR6F11025PW, PHR6F16025PW, PSI-4F-7-018, PSI-SF-7-018, PSI-6F-7-018, PSI-7F-7-018 Psl.: 8-11
29.	Introduiseris radialinėms arterijoms su hidrofiline danga	Įmovos galas plonėjantis distalinėje gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos praėjimą ir sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Įmova padengta hidrofiline danga, ilgis 16±2 cm, 25±2 cm, vidaus diametras nuo 5F iki 6 F (koduoja pagal spalvą). Turkančios 0,021 colio ir 0,025 colio vielai. Mini vielos ilgis nuo 45 cm iki 80 cm, galas tiesus. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,9 x 32 mm. Komplektuojami su švirkštu.	Įmovos galas plonėjantis distalinėje gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos praėjimą ir sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Įmova padengta hidrofiline danga, ilgis 17 cm, 22 cm, 29cm, vidaus diametras: nuo 5F iki 6 F (koduoja pagal spalvą). Tinkamos 0,021 colio ir 0,025 colio vielai. Mini vielos ilgis nuo 45 cm iki 80 cm, galas tiesus. Adata su grioveliu 32 mm. Komplektuojami su švirkštu. Merit Prelude Ease PHR5F11025PW, PHR5F16025PW, PHR6F11021PW, PHR6F11025PW, PHR6F16025PW, PHR6F23021PW Psl.: 8-11

37.	Koronarinis kateteris nukreipėjas, pritaikytas procedūroms per a. radialis	Dydys: 5F, 6F, 7F. Specialios modifikacijos procedūroms per a. radialis. Ilgis nuo 90 cm iki 100 cm. Geras pralaidumas: >1000 PSI su šoninėmis skylėmis ir be jų. Didelio vidinio diametro: 5F ne mažiau 0,058 colio, 6F ne mažiau 0,071 colio, 7F ne mažiau 0,081 colio. JR; JL; AL; AR; MP; ESU. Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Multisegmentinė konstrukcija	Dydys: 5F, 6F, 7F. Specialios modifikacijos procedūroms per a. radialis. Ilgis 100 cm. Geras pralaidumas: >1000 PSI su šoninėmis skylėmis ir be jų. Didelio vidinio diametro: 5F ne mažiau 0,058 colio, 6F ne mažiau 0,071 colio, 7F ne mažiau 0,081 colio. JR; JL; AL; AR; MP. Galiukas labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Multisegmentinė konstrukcija. MERIT Concierge Guiding catheters CGC5100JR30, CGC5100JR35, CGC5100JR35SH, CGC5100JR40, CGC5100JR40SH, CGC5100JR50, CGC5100JR50SH, CGC5100JR60, CGC6100JR35, CGC6100JR35SH, CGC6100JR40, CGC6100JR40SH, CGC6100JR50, CGC6100JR50SH, CGC6100JR60, CGC7100JR30, CGC7100JR35, CGC7100JR35SH, CGC7100JR40, CGC7100JR40SH, CGC7100JR50, CGC7100JR50SH, CGC7100JR60, CGC5100JL30, CGC5100JL35, CGC5100JL35SH, CGC5100JL35ST, CGC5100JL40, CGC5100JL40SH, CGC5100JL40ST, CGC5100JL45, CGC5100JL45SH, CGC5100JL50, CGC5100JL50SH, CGC6100JL30, CGC6100JL35, CGC6100JL35SH, CGC6100JL35ST, CGC6100JL40, CGC6100JL40SH, CGC6100JL40ST, CGC6100JL45, CGC6100JL45SH, CGC6100JL50, CGC6100JL50SH, CGC7100JL30, CGC7100JL35, CGC7100JL35SH, CGC7100JL35ST, CGC7100JL40, CGC7100JL40SH, CGC7100JL40ST, CGC7100JL45, CGC7100JL45SH, CGC7100JL50, CGC7100JL50SH, CGC5100AL1, CGC5100AL1SH, CGC5100AL2, CGC5100AL2SH, CGC5100AL3, CGC5100AL3SH, CGC5100AL7, CGC5100AL7SH, CGC6100AL1, CGC6100AL1SH, CGC6100AL2, CGC6100AL2SH, CGC6100AL3, CGC6100AL3SH, CGC6100AL7, CGC6100AL7SH, CGC7100AL1, CGC7100AL1SH, CGC7100AL2, CGC7100AL2SH, CGC7100AL3, CGC7100AL3SH, CGC7100AL7, CGC7100AL7SH, CGC5100AR1, CGC5100AR1SH, CGC5100AR2, CGC5100AR2SH, CGC5100AR3, CGC6100AR1, CGC6100AR1SH, CGC6100AR2, CGC6100AR2SH, CGC6100AR3, CGC7100AR1, CGC7100AR1SH, CGC7100AR2, CGC7100AR2SH, CGC7100AR3, CGC5100MP1, CGC5100MP1SH, CGC6100MP1, CGC6100MP1SH, CGC6100MPA2SH, CGC7100MP1, CGC7100MP1SH PsL: 12-19
41.	Specialus diagnostinis koronarinis kateteris per a. radialis	Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4F iki 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65±2 cm, 80±2 cm, 90±2 cm, 100±2 cm, 110±2 cm, 120±2 cm) Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anotomines modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR 1, 2, 3; AR JP. Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0. Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0. Straight pigtail: Angled pigtail 145°, 155°, round. Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0. Internal mammary- Short tip, JT tip. Bypass – left, right. Brachial – Tiger 4 cm, Tiger II. BLK. Amplatz left, right. Multipurpose: 3D.	Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4F iki 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65cm, 80 cm, 100 cm, 110cm, 125 cm). Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anotomines modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP. Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0. Straight pigtail: Angled pigtail 145°, 155°, round; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Amplatz left, right; Multipurpose. MERIT Performa Diagnostic Cardiology Catheters 7501-13, 7501-21, 7501-33, 7501-43, 7501-53, 7501-63, 7501-73, 7501-83, 7501-A3, 7501-B1, 7501-C3, 7501-D3, 7501-H1, 7502-13, 7502-23, 7502-33, 7502-43, 7503-13, 7503-21, 7503-33, 7503-43, 7503-53, 7503-63, 7503-73, 7503-83, 7503-93, 7503-A3, 7503-B1, 7503-C3, 7503-D3, 7506-11, 7521-13, 7521-21, 7521-33, 7521-43, 7521-53, 7521-63, 7521-73, 7521-83, 7521-A3, 7521-B1, 7521-C3, 7521-F1, 7523-13, 7523-21, 7523-33, 7523-43, 7523-53, 7523-63, 7523-73, 7523-83, 7523-93, 7523-A3, 7523-B1, 7523-C3, 7523-E3, 7523-F1, 7523-G3, 7523-H3 7574-13, 7574-21, 7574-33, 7574-43, 7600-11, 7601-13, 7601-21, 7601-33, 7601-43 7700-10, 7700-20, 7700-30, 7700-40, 7701-10, 7701-20, 7701-30, 7701-40, 7701-50 7509-11, 7509-23, 7509-33, 7509-43, 7509-53, 7509-63 7529-11, 7529-23, 7529-33, 7529-43, 7529-53, 7529-63 7704-10, 7704-20, 7704-30, 7704-70 7756-10 7756-20, 7757-10, 7757-20, 7776-11, 7776-21, 7776-33, 7776-43, 7776-B1, 7776-B3, 7776-C3, 7776-D3, 7777-21, 7777-33, 7777-43, 7777-B1, 7777-C3, 7777-D3 7511-13, 7531-13, 7531-23, 7531-33, 7706-10, 411038RADIM, 511038RADIM 7510-13, 7510-23, 7534-13, 7534-23, 7709-10, 7709-20 7506-11, 7507-13, 7507-23, 7507-33, 7507-43, 7508-13, 7508-23, 7508-33, 7526-21, 7527-13, 7527-23, 7527-33, 7527-43, 7527-53, 7527-63, 7527-73, 7528-13, 7528-23, 7528-33 7702-10, 7702-20, 7702-30, 7702-40, 7703-10, 7703-20, 7703-30, 7703-40, 7703-B0 7513-13, 7513-23, 7513-33, 7513-43, 7513-53, 7513-63, 7513-A3, 7513-B3, 7513-C3, 7513-D3, 7513-E3, 7513-F3, 7513-13, 7533-23, 7533-33, 7533-43, 7533-53, 7533-63 7708-10, 7708-20, 7708-30, 7708-40, 7708-50, 7708-60 PsL: 20-31
43.	Koronarinis kateteris vaikams	4-5 F dydžio, JL2; JL2,5; JR2; JR2,5 formų.	4-5 F dydžio, JL2; JL2,5; JR2; JR2,5 formų. MERIT angiographic catheters for pediatrics 7521-M3, 7521-N3, 7523-M3, 7523-N3, 7700-B0, 7700-C0, 7701-B0, 7701-C0
44.	Diagnostinis kateteris vaikams	Kateteriai skirti širdies ertmių ir stambiųjų kraujagyslių diagnostiniams tyrimams. Įvairių modifikacijų. Išorinis diametras: 4F, 5F. Ilgis 65-125cm. Dviejų modifikacijų: su distaline skylė ir su distaline ir 2 šoninėmis skylėmis	Kateteriai skirti širdies ertmių ir stambiųjų kraujagyslių diagnostiniams tyrimams. Įvairių modifikacijų. Išorinis diametras: 4F, 5F. Ilgis 65-80cm. Dviejų modifikacijų: su distaline skylė ir su distaline ir 2 šoninėmis skylėmis. MERIT angiographic catheters for pediatrics 4408-2M65, 4408-2M65SH, 4408-2M80, 4408-2M80SH
47.	Specialus diagnostinis kateteris ventrikulografijai per a. radialis atlikti	Specialiai pritaikyti procedūroms per a. radialis. Išorinis diametras nuo 4 F iki 6F, ilgu ir trumpu PIG formos, 2 cm arba 4 cm galiuku, ne mažiau 6 šoninių skylių. Ilgiai: 110±2 cm ir 125±2cm. Viela 0,038 colio.	Specialiai pritaikyti procedūroms per a. radialis. Išorinis diametras nuo 4 F iki 6F, ilgu ir trumpu PIG formos, 2 cm arba 4 cm galiuku, 6 šoninės skylės. Ilgiai: 110 cm ir 125 cm. Viela 0,038 colio. MERIT MIV Radial ventriculogram catheters 4RPL110, 4RPL110-NB, 4RPL125, 4RPL125-NB, 4RPS110, 4RPS110-NB, 4RPS125, 4RPS125-NB 5RPL110, 5RPL110-NB, 5RPL125, 5RPL125-NB, 5RPS110, 5RPS110-NB, 5RPS125, 5RPS125-NB 6RPL110, 6RPL110-NB, 6RPL125, 6RPL125-NB, 6RPS110, 6RPS110-NB, 6RPS125, 6RPS125-NB PsL: 32-36
54.	Diagnostinė hidrofilinė viela	Vienos dalies nitinolo ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80±5, 120±5, 150±5, 180±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro.	Vienos dalies nitinolo ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80, 100, 150, 180 cm. Storis: 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro. MERIT InQwire IQ35F100J15, IQ35F150B, IQ35F150BC, IQ35F150BST, IQ35F150J15, IQ35F150J1O5RS, IQ35F150J1O5S, IQ35F150J3S, IQ35F150J3SHD, IQ35F150J6, IQ35F150NLLT, IQ35F150NLLT, IQ35F150NLT, IQ35F150S, IQ35F180B, IQ35F180BC, IQ35F180BST, IQ35F180J15, IQ35F180J1O5, IQ35F180J1O5RS, IQ35F180J3S, IQ35F180J6F, IQ35F210J1O5F, IQ35F220J3, IQ35F80B, IQ35F80J1O5RS, IQ38F150B, IQ38F150J15, IQ38F150J1O5RS, IQ38F150J3S, IQ38F150J6, IQ38F150S, IQ38F50J3, IQ38F80J3, IQ38F150B, IQ38F150BST, IQ38F150J3, IQ38F150J3F, IQ38F150J3S PsL: 36-39
55.	Ilgia diagnostinė hidrofilinė viela	Vienos dalies nitinolo ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgis 260±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos.	Vienos dalies nitinolo ar lygiavertio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgis 260 cm. Storis: 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos. MERIT InQwire IQ35F260B, IQ35F260BST, IQ35F260J1O5F, IQ35F260J3S, IQ35F260S, IQ38F260J3F, IQ38F260S, IQ38F260J3 PsL: 36-39
59.	PTA balioninis kateteris arterijoms	Naudojami su 0,018 colio PTA vielomis. Žemo profilio: proksim./distal. ne daugiau 0,021 colio. Labai aukšto slėgio RBP ne mažiau 14-16 atm., MBP ne mažiau 20 atm. 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai nuo 75 cm iki 180 cm. Balionų diametrai nuo 2 mm iki 9 mm, ilgiai nuo 20 mm iki 280 mm	MERIL MOZEC PTA Naudojami su 0,018 colio PTA vielomis. Žemo profilio: proksim./distal. ne daugiau 0,021 colio. Labai aukšto slėgio RBP 11-14 atm., MBP 21 atm. 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai nuo 80 cm iki 135 cm. Balionų diametrai nuo 3 mm iki 10 mm, ilgiai nuo 20 mm iki 120 mm. PsL: 40-41
60.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris vainikinėms arterijoms	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 5F kateterių pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 2,9F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai.	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 5F kateterių pravedėju. Įėjimo profilis 2,9F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai. PsL: 44-45
61.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris periferinėms kraujagyslėms	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 6F kateterių pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Įėjimo profilis ne daugiau 3,4F. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms.	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 6F kateterių pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Įėjimo profilis ne daugiau 3,4F. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. PsL: 46
62.	Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris aortai	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 8F introduiseriu. Įėjimo profilis ne daugiau 8,2F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,038 colio vielai. Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms.	IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 8F introduiseriu. Įėjimo profilis ne daugiau 8,2F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transduseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,038 colio vielai. Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms. PsL: 47-48
63.	Sterilus maišas	Turi tikti „Volcano“ IVUS aparatai. 30x100 cm dydžio su užklijuojamu galu.	Tinka „Volcano“ IVUS aparatai. 30x100 cm dydžio su užklijuojamu galu.

69.	Trombų aspiracinis kateteris	Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina tvirtumą ir atsparumą užlinkimams, proksimalinė kateterio dalis kieta, distalinė - minkšta. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą. Distalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,00/1,25 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,70/1,96 mm. Proksimalinės dalies vidinis diametras – ne mažiau 1,10/1,30 mm; išorinis diametras – ne daugiau 1,40/1,60 mm. Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje – ne mažiau 0,78/1,23 mm²; Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje – ne mažiau 0,95/1,32 mm². Kateteris dviejų dydžių - 6F ir 7F. Kateterio ovalaus galo ilgis - 6±1 mm.	MERIL ASPIRON Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina tvirtumą ir atsparumą užlinkimams, proksimalinė kateterio dalis kieta, distalinė - minkšta. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą. Distalinės dalies vidinis diametras – 1,00 mm; išorinis diametras – 1,30 mm. Proksimalinės dalies vidinis diametras – 1,092 mm; išorinis diametras – 1,30 mm. Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje 1,70 mm²; Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje – 1,70 mm². Kateteris 6F dydžio. Kateterio ovalaus galo ilgis 5 mm. Psl.: 42-43
70.	Trombų aspiracinis kateteris su stiletu	Tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kateterio lankstumui užtikrinti komplektuojamas su stiletu. Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Išorinis diametras ne daugiau 1,70 mm. Kateterio pašalinimo paviršius ne mažiau 0,95 mm², atsurbimo greitis ne mažiau kaip 1,6cc/s	MERIL ASPIRON Tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kateterio lankstumui užtikrinti komplektuojamas su stiletu. Kateterio ilgis 140 cm. Išorinis diametras 1,70 mm. Kateterio pašalinimo paviršius ne mažiau 0,95 mm², atsurbimo greitis ne mažiau kaip 1,6cc/s. Psl.: 42-43

Administratore -
viešųjų pirkimų specialistė
Eglė Jasaitienė


