



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086, PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT29 7044 0901 0430 1880, AB SEB, b/k 70440

2025-01-14

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Teikiame paaiškinimus ir papildomus dokumentus, dėl 47 pirkimo dalies.

Reikalavimai	Atitikimai
2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg.	2 Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg. Failo PX260.pdf 2 psl
3.Vienartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis.	3.Vienartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. Failo PX260.pdf 82 psl
4.Trijų krypčių kranelis.	4.Trijų krypčių kranelis. Failo TueWave.pdf 1 psl
5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm.	5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm. Failo TueWave.pdf 1 psl ir Edwards1.pdf 3 psl
6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo.	6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. Failo TueWave.pdf 1 psl
7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta.	7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta.
8.Sistema turi būti tiekiamas su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais.	8.Sistema turi būti tiekiamas su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais Failai Edwards1.pdf 3 psl, Drager 5 psl, Prilips.pdf 294 psl

konkursų ruošimo vadybininkė Inga Rinkevičienė