



KiiltoClean Oy:n tuotekehittämä ja valmistama lääkinnällisten laitteiden direktiivin mukainen (CE luokka IIa) desinfektioaine

Easydes Pesevä pintadesinfektioaine

on testattu ja läpäissyt standardin määrittelemässä ajassa tai sitä nopeammin seuraavat mikrobisidisen tehon testit:

EN13697 Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Elintarviketeollisuudessa, teollisuudessa, kotitalouksissa ja julkisissa tiloissa käytettävien kemiallisten desinfektioaineiden bakteereja ja sieniä tappavan vaikutuksen määrittämisen kvantitatiivinen pintatesti. Testimenetelmä (ilman mekaanista vaikutusta) ja vaatimukset (vaihe 2/2)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase 2/step 2)

Lisäksi Easydes Desinfektiopyyhkeille on tehty antimikrobisen tehon määrittäminen modifioitulla EN 13697 standardilla. Tällöin testimikrobina on ollut *Staphylococcus aureus* MRSA-kanta.

EN 13727 Bakterisidisen tehon tutkiminen lääketieteessä käytettäville kemiallisille desinfektioaineille (faasi 2/vaihe 1)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2/ step 1)

prEN 13713 Bakterisidisen tehon tutkiminen lääketieteessä käytettäville pintadesinfektio- ja antiseptisille aineille (faasi 2/vaihe1).

- Chemical disinfectants and antiseptics - Surface disinfectants used in human medicine, bactericidal activity – Test method and requirements (phase 2/step 1)

Standardimikrobien lisäksi myös *Staphylococcus aureus* MRSA –kannoilla.

EN13624 Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Kvantitatiivinen suspensiotesti sellaisten desinfektioaineiden

fungisidisen tehon arvioimiseksi, joilla desinfioidaan lääketieteen alalla käytettäviä instrumentteja. Testimenetelmä ja

vaatimukset(faasi 2 / vaihe 1). - Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal and yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase2, step 1)

EN1650 Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Kvantitatiivinen suspensiotesti elintarvike-teollisuudessa, teollisuudessa,

kotitalouksissa ja julkisissa tiloissa käytettävien kemiallisten desinfektioaineiden ja antiseptisten aineiden sieniä jahiivoja tappavan

vaikutuksen määrittämiseen. Testausmenetelmä ja vaatimukset (faasi 2/ vaihe1) - Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)

EN14348 Chemical disinfectants and antiseptics. Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants. Test methods and requirements (phase 2, step 1)

Testivirukset: *M.terrae* ja *M.avum*

EN14476 Chemical disinfectants and antiseptics. Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine. Test method and requirements (phase 2, step 1). Testivirus: adenovirus

BVDV ja Vaccinia (HBV, HIV, HCV)

Norovirus (screening)

KiiltoClean Oy PL/Box 157, FI-20101 Turku, FINLAND
puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi





Alkuperäiset testitulokset ovat arkistoituna KiiltoClean Oy:n tuotekehitysosastolla ja saatavilla luottamuksellisesti. Tuotteen käyttö on ohjeistettu turvallisesti huomioiden myös orgaanisen lian vaikutus.

21.5.2013

Heikki Illi
tuotekehityskemisti
KiiltoClean Oy

KiiltoClean_{oy} PL/Box 157, FI-20101 Turku, FINLAND
puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi

