

TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*.

2. Pirkimo objekto savybės, kiekiai ir reikalavimai pagal pirkimo dalis pateikiami lentelėse žemiau:

1 dalis. Plokštelės ir sraigtai, pagaminti iš medicininio plieno

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametrų prekes galės pateikti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
1.	Plokštelės ir sraigtai, pagaminti iš medicininio plieno			
1.1.	DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 5,8 mm, plotis 19 mm, tinkanti Ø 4,5 mm sraigams.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių	30	4166.022 - 4166.042, Katalogas 2, p. A-23

1.2.	DCS pertrochanterinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 5,4 mm, plotis 16,0 mm, fiksuojama Ø 4,5 mm sraigtais.	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kiaurymių	10	4167.005 - 4167.022, Katalogas 2, p. A-24
1.3.	DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu	Ilgiai: nuo 50 mm iki 120 mm kas 5 mm	40	4168.050 - 4168.145, Katalogas 2, p. A-24
1.4.	Plokštelės tubuliarinės 1/3. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių	60	4138.102 - 4138.112, Katalogas 2, p. A-10
1.5.	Rekonstrukcinė plokštelė, storis 2,8 mm, fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 kiaurymių	20	4144.105 - 4144.124, Katalogas 2, p. A-12
1.6.	Tiesios kompresinės plokštelės, storis 3,5 mm, plotis 10 mm. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių	10	4140.102 - 4140.112, Katalogas 2, p. A-10
1.7.	Tiesios kompresinės plokštelės, storis 3,6 mm, plotis 12,0 mm. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 kiaurymių	5	4157.104 - 4157.118, Katalogas 2, p. A-17
1.8.	Tiesios kompresinės plokštelės, storis 4,5 mm, plotis 16 mm. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kiaurymių	5	4158.104 - 4158.120, Katalogas 2, p. A-17
1.9.	Plokštelės atraminės, „T“ formos, dvigubo lenkimo, 2,0 mm storio, 16 mm pločio. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiaurymių	10	4160.104 - 4160.110, Katalogas 2, p. A-17
1.10.	Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu	Nuo 10 mm iki 42 mm kas 2 mm	300	4102.010 - 4102.0401, Katalogas 2, p. A-8
		Nuo 45 mm iki 60 mm kas 5 mm	100	4102.045 - 4102.060, Katalogas 2, p. A-8
1.11.	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu	Nuo 14 mm iki 74 mm kas 2 mm	300	4106.0121 - 4106.074, Katalogas 2, p. A-13
1.12.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigčiai, pilnu sriegiu	Nuo 25 mm iki 110 mm kas 5 mm	60	4110.025 - 4110.110, Katalogas 2, p. A-14
1.13.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigčiai, sriegio ilgis 32 mm	Nuo 35 mm iki 110 mm kas 5 mm	60	4109.035 - 4109.110, Katalogas 2, p. A-14
Gamintojas, modelis:				Jindal Medi Surge

2 dalis. Traumatologiniai implantai osteosintezei – smulkiųjų kaulų sistema

2 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės patiekti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
2.	Traumatologiniai implantai osteosintezei – smulkiųjų kaulų sistema			
2.1.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių	20	29475404 - 29475408, Katalogas 1, p. 56
2.2.	T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	29476207, Katalogas 1, p. 56
		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	10	29476107, Katalogas 1, p. 56
		5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	24242000, Katalogas 1, p. 56
2.3.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	7 kiaurymių, 2 kiaurymės "galvoje"	1	29475307, Katalogas 1, p. 56

2.4.	Y formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	7 kiaurymių, 3 kiaurymės "galvoje"	1	29476307, Katalogas 1, p. 56
2.5.	Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės	1	24243100, Katalogas 1, p. 57
		7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės	1	24243200, Katalogas 1, p. 57
2.6.	H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	4 kiaurymių	1	24244000, Katalogas 1, p. 57
2.7.	2,0 mm užrakinami sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm	100	39475606 - 39475613, Katalogas 1, p. 58
		Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm	50	39475614 - 39475630, Katalogas 1, p. 58
2.8.	2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm	100	39475506 - 39475513, Katalogas 1, p. 58
		Nuo 14 mm iki 38 mm kas 2 mm	50	39475514 - 39475538, Katalogas 1, p. 58
Gamintojas, modelis:				Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

3 dalis. Traumatologiniai implantai osteosintezei – viršutinių galūnių sistema

3 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas
-----------	---	--	----------------------------------	--

		perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės patiekti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)		prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekes katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
3.	Traumatologiniai implantai osteosintezei – viršutinių galūnių sistema			
3.1.	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 3, 5, 7, 9 kiaurymių	4	22594103 - 22594209, Katalogas 1, p. 80
3.2.	Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 3, 5, 7, 9 kiaurymių	4	22579106 - 22579212, Katalogas 1, p. 80
3.3.	Anatomiškai išlenkta distaliniams stipinkaulio plokštelė. 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. Plokštelėje yra 5 skylės vieloms pravesti.	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais plokštelės "stiebe"	40	29568300 - 29568402, Katalogas 1, p. 72
3.4.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2.0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 5, 6, 8 kiaurymių	2	22560103 - 22560208, Katalogas 1, p. 73
3.5.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiaurymių	6	24206004 - 24206010, Katalogas 1, p. 64

3.6.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	24207000, Katalogas 1, p. 64
3.7.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	24208000, Katalogas 1, p. 65
3.8.	L formos užrakinama plokštelė, 90°, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės ir dešinės pusės	1	24209200, 24209100, Katalogas 1, p. 65
3.9.	L formos užrakinama plokštelė, 106°, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	24210100, 24210200, Katalogas 1, p. 65
3.10.	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	5 kiaurymių ir 6 kiaurymių	2	22555005, 22555006 Katalogas 1, p. 72
3.11.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, įstrižu kampu, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės "galvoje", išsidėsčiusios vienoje eilėje. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Dešinės ir kairės pusės; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	2	22572103 - 22572212, Katalogas 1, p. 73
3.12.	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Proksimalinėje plokštelės dalyje naudojami 2 atskiri užrakinami sraigčiai. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių	2	22573104 - 22573212, Katalogas 1, p. 80

3.13.	Raktikaulinė S formos užrakinama rekonstrukcinė kompresinė plokštelė, 3 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 6, 7, 8 kiaurymių	8	22563106 - 22563208, Katalogas 1, p. 79
3.14.	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė. Anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtais plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kairės ir dešinės pusės: 10, 11, 12, 13, 14, 15 kiaurymių	2	22578110 - 22578215, Katalogas 1, p. 77
3.15.	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	20	22508003, 22508005, Katalogas 1, p. 79
3.16.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių	14	22501004 - 22501012, Katalogas 1, p. 75
3.17.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 kiaurymių	1	22596004 - 22596012, Katalogas 1, p. 75
3.18.	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	20	22509005 - 22509012, Katalogas 1, p. 79
3.19.	Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigčių ilgis nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm	200	30375010 - 30375030, Katalogas 1, p. 74

		Sraigčių ilgis nuo 32 mm iki 50 mm kas 2 mm	20	30375032 - 30375050, Katalogas 1, p. 74
3.20.	Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigčių ilgis nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm	800	32580006 - 32580030, Katalogas 1, p. 74
		Sraigčių ilgis nuo 32 mm iki 50 mm kas 2 mm	40	32580032 - 32580050, Katalogas 1, p. 74
3.21.	Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigčių ilgis nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm	1200	31451010 - 31451040, Katalogas 1, p. 86
		Sraigčių ilgis nuo 45 mm iki 80 mm kas 5 mm	300	31451045 - 31451080, Katalogas 1, p. 86
3.22.	Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigčių ilgis nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm	500	30306110 - 30306130, Katalogas 1, p. 136
		Sraigčių ilgis nuo 32 mm iki 40 mm kas 2 mm	200	30306132 - 30306140, Katalogas 1, p. 136
		Sraigčių ilgis nuo 45 mm iki 50 mm kas 5 mm	100	30306145 - 30306150, Katalogas 1, p. 136
Gamintojas, modelis:				Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

6 dalis. Kaniuliuotos sistemos I

6 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės patiekti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
6.	Kaniuliuotos sistemos			
6.1.	Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis, mm:	140	31421025 - 31421070, Katalogas 1, p. 142
		25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70		
6.2.	Poveržlė Ø 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano		100	31409000, Katalogas 1, p. 141

6.3.	Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis, mm:	20	31405020 - 31405075, Katalogas 1, p. 142
		20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75		
6.4.	Poveržlė Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano		10	31406000, Katalogas 1, p. 141
6.5.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano		10	31407000, Katalogas 1, p. 141
6.6.	Nukreipianti viela su aštriu trikampių galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 mm		10	236111, Katalogas 1, p. 146
6.7.	Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampių galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 mm		10	236121, Katalogas 1, p. 146
6.8.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis, mm:	20	31401040 - 31401096, Katalogas 1, p. 142 31404050 - 31404096, Katalogas 1, p. 143
		40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120		
6.9.	Poveržlė Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano		10	31402000, Katalogas 1, p. 141

6.10.	Poveržlė su iškirsta dalimi Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano	1	31403000, Katalogas 1, p. 141
6.11.	Nukreipianti viela su aštriu trikampių galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 mm	10	241250, Katalogas 1, p. 154
6.12.	Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampių galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 mm	10	241260, Katalogas 1, p. 154
Gamintojas, modelis:			Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

7 dalis. Kaniuliuotos sistemos II

7 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės pateikti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
7.	Kaniuliuotos sistemos			
7.1.	Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dviejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis nuo 10 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis 4,0 mm.	5	31464010 - 31464019, Katalogas 4, p. 101

	Sraigčių ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 6,0 mm.	5	31464020 - 31464029, Katalogas 4, p. 101
	Sraigčių ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.	5	31464030 - 31464040, Katalogas 4, p. 101
	Sraigčių ilgis nuo 16 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 5,0 mm iki 7,0 mm.	20	31465016 - 31465019, Katalogas 4, p. 101
	Sraigčių ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.	20	31465020 - 31465029, Katalogas 4, p. 102
	Sraigčių ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 12 mm iki 16 mm.	10	31465030 - 31465040, Katalogas 4, p. 102
Gamintojas, modelis:			Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

8 dalis. Tubuliarinės plokštelės

8 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės pateikti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
8.	Tubuliarinės plokštelės			

8.1.	Plokštelės tubuliarinės 1/3. Fiksuojamos Ø 2,7 mm kortikaliniais ir spongioziniais sraigtais.	5, 6, 7 kiaurymių	30	
8.2.	Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu	Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm	10	
Gamintojas, modelis:				

9 dalis. Intramedulinės vinys

9 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos (Šie parametrai apibūdina pačią prekę ir yra nekintantys kiekvieno užsakymo metu)	Kintamos charakteristikos (Prekių parametrai, kurie gali kisti, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visų šių parametru prekes galės pateikti. Konkretus parametras bus nurodytas, teikiant užsakymą.)	Maksimalus perkamas kiekis, vnt.	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas techniniams reikalavimams. Pateikiamas prekės kodas kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą prekės katalogą ar kitą gamintojo dokumentą*
9.1.	Šlaunikaulio retrogradinės intramedulinės kaniuliuotos užrakinamos vinys su sraigtais			
9.1.1.	Šlaunikaulio lūžiams skirtos kaniuliuotos vinys. Intramedulinių vinių proksimalinis diametras nuo 9mm ar platesnis (ne mažiau kaip 4 skirtingi dydžiai). Intramedulinių vinių minimalus ilgių diapazonas ne trumpesnis nei 320 mm, ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 20 mm. Atskiri implantai kairei ir dešinei kojoms arba universalūs. Proksimalinėje vinių dalyje ne mažiau 2 angos sraigtams įsriegti, distalinėje dalyje ne mažiau 2		10	

	angos sraigtams įsriegti. Vinių proksimalinis galas uždaromas specialiu “kaiščiu” (ne mažiau 4 ilgių).			
9.1.2.	Intramedulinių vinių sraigčiai.	Intramedulinių vinių sraigčiai 4,5 mm - 5,5 mm storio, 30 mm - 90 mm ilgio, ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm.	60	
9.1.3.	Kartu su vinimis turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai vinies implantavimui ir pašalinimui su krepšeliais instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriais. Sraigtų užrakinimui turi būti pateiktas rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas panaudai.			
9.2.	Blauzdikaulio intramedulinės kaniuliuotos užrakinamos vinys su sraigtais			
9.2.1.	Blauzdikaulio lūžiams skirtos kaniuliuotos vinys. Intramedulinių vinių proksimalinis diametras ne mažiau kaip 8 mm (nemažiau 4 skirtingų dydžių). Intramedulinių vinių ilgis ne mažesnis kaip 240 mm, ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 20 mm. Atskiri implantai kairei ir dešinei kojoms arba universalūs. Proksimalinėje vinių dalyje ne mažiau 2 angos sraigtams įsriegti, distalinėje dalyje ne mažiau 3 angos sraigtams įsriegti. Vinių proksimalinis galas uždaromas specialiu “kaiščiu” (ne mažiau 4 ilgių).		10	
9.2.2.	Intramedulinių vinių sraigčiai.	Intramedulinių vinių sraigčiai 4,0 mm - 5,5 mm storio, 30 mm - 80 mm ilgio, ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm.	70	
9.2.3.	Kartu su vinimis turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai vinies implantavimui ir pašalinimui su krepšeliais instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriais. Sraigtų užrakinimui turi būti pateiktas rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas panaudai.			

9.3.	Šlaunikaulio trochanterinės intramedulinės kaniuliuotos užrakinamos vinys su sraigtais			
9.3.1.	Šlaunikaulio trochanterinės kaniuliuotos vinys, skirtos šlaunikaulio proksimalinės dalies lūžiams. Vinies lenkimo kampas 5-6°. Vinių diametras ne mažesnis kaip 8 mm (ne mažiau 4 skirtingi dydžiai). Intramedulinių vinių ilgis ne mažesnis kaip 160 mm. Proksimalinėje vinių dalyje yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui (10-10,5mm diametro) 130° kampu įsriegti, distalinėje dalyje ne mažiau 2 angos sraigtams įsriegti. Vinių proksimalinis galas uždaromas specialiu “kaiščiu” (ne mažiau 4 dydžių).		20	
9.3.2.	Kaniuliuoti sraigtaai pagaminti iš titano naudojami vinies proksimaliname gale, sraigto ilgis 70mm ±5mm - 120mm ±5mm		20	
9.3.3.	Intramedulinių vinių sraigtaai 4,5-5,0 mm storio, 30 mm ±5mm - 90 mm ±5mm ilgio, ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm.		60	
9.3.4.	Kartu su vinimis turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai vinies implantavimui ir pašalinimui su krepšeliais instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriais. Sraigtų užrakinimui turi būti pateiktas rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas panaudai.			
Gamintojas, modelis:				

*** Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai (katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir lietuvių kalba). Tiekėjas turi nurodyti teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pateikti prekės kodą kataloge ar kitame dokumente ir puslapio nr. ar nuorodą į konkrečią dokumento vietą).**

3. Kiti reikalavimai (taikomi visoms pirkimo dalims):

3.1. Tiekėjas neatlygintinai perkančiajai organizacijai kartu su prekėmis turi pateikti instrumentus darbui su pasiūlytais implantais (jei reikalinga).

3.2. Tiekėjas, pirkimo komisijai pareikalavus, turės neatlygintinai pateikti bet kurių iš šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius – po 1 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos adresu: Regioninė Telšių ligoninė VšĮ – Kalno g. 40, 87134 Telšiai, prekių pavyzdžius turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas.

Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo – savybės nustatomos, apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).

Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo

Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Traumatologiniai implantai“, turi būti patvirtintas Tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia pats Tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio Tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negražinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.