

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal MP 93/42/EEC direktyvą, V ir VII priedus

TF 76 2010 spalio 4 d.
GMDN 35876

GC Europe N.V.
Research Park, Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
BELGIJA

Šiuo dokumentu mes garantuojame ir tvirtiname, kad produktai:

GC G-aenial Universal Flo

atitinka sekančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus:

**ISO 4049:2000 – ODONTOLOGIJA. POLIMERINĖS PLOMBAVIMO, RESTAURAVIMO
IR GLAISTYMO MEDŽIAGOS**

bei atitinka medicinos prietaisų sąlygas pagal 93/42/EEC direktyvą, ir yra gaminamos pagal techninę dokumentaciją.

Šis produktas pagal tarybos direktyvą IX priedą yra IIa klasės 5 punktas.

Notifikavimo įstaiga: British Standards Institution (Nr. 0086)

2014-03-17
Leuven

M.Aydin
GC EUROPE N.V.
Kokybės garantijos ir valdymo
vadovas

