



UAB „Labostera“

Basanavičiaus al. 5
Kaunas, LT-50282
Tel. (8-37) 732042
Faksas (8-37) 731994
El. paštas: info@labostera.lt



Lietuvos sveikatos mokslų universitetui

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

i Jūsų 2015-07-20 Nr. VTP2 - 1470

Atsakydami į Jūsų raštą, pateikiame šiuos atsakymus:

PASIŪLYMO PAAIŠKINIMAS

Rašto priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Parametras	Konkursa sąlygose reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomo prietaiso parametru reikšmės	Nustatytas neaiškumas	Vadovautis konkurso sąlygų 10.2 p. ir 10.3.1 p. ir prašyti Tiekėjo paaiškinti pasiūlymą nekeičiant jo esmės	Tiekėjo 2015-07-03 paaiškinimo vertinimas	2015-07-03d. 14:30 val. komisijos priimtas sprendimas	Tiekėjo 2015-07-14d. paaiškinimas, atsižvelgiant į 8 stulpelyje nustatytus neaiškumus	Nustatyti neaiškumai	Tiekėjo paaiškinimas, atsižvelgiant į 10 stulpelyje nustatytą neaiškumą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6. Modulinis narkozės aparatas Drager Medical AG & Co.KG ; Drager Fabius ® Tiro										
10.	Greito dujų mišinio išmetimo kvėpavim	Ne mažiau 0-12 l/min	Prie 6 bar deguonies slėgio: 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies	Tiekėjas nurodo, kad „Žr. Kataloge	Paaiškinti ar kataloge (brošiųroje) yra nurodyta	Tiekėjas nurodė, kad „Pasiūlyme buvo pridėtas nebrošiūra. Siūlomų prekių techninių	Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo turi esmės paaiškinti pasiūlymą,	Siūlomo aparato greito dujų mišinio išmetimo kvėpavimo	Iš paaiškinimo neaišku ar tenkina reikalavimą „Ne mažiau 0-12 l/min“.	Nekeisdamam pasiūlymo esmės paaiškinti, kad mūsų siūlomas aparatas

Reg. VI Registrų centro Kauno filialas
Nr. 058934

Įmonės kodas 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416

A. s. LT237400025828623810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000

o kontūro sistema, užtikrinanti paciento saugumą ir greitesnį prabudimą		slėgio: 25 l/min) „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7	„Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7“, tačiau nustatyta, kad pridėta katalogą sudaro tik 2 psl.	informacija, patvirtinti atitikimų minimam reikalavimui. Jei taip – nurodyti konkrečią vietą.	charakteristikų atitinkamą žiūrėkite priedame brošiūroje („Narkozės aparatas brošiūra“ 1 ^a 7 psl.). Greito dujų išmetimo iš kontūro sistema veikia prapučiama kontūrą deguonimi atitinkamais režimais: prie 6 bar deguonies slėgio: 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies slėgio: 25 l/min“	t.y. paaiškinti ar nurodomas parametras „Prie 6 bar deguonies slėgio: 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies slėgio: 25 l/min“ yra lygus konkurso sąlygose nustatytam parametrai: Ne mažiau 0-12 l/min“	kontūro sistema, užtikrinanti paciento saugumą ir greitesnį prabudimą reikalaujamos 0-12 l/min yra, priklausomai nuo sistemoje esančio deguonies slėgio (prie 6 bar deguonies slėgio - 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies slėgio: 25 l/min)“.	Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo turi paaiškinti ar tenkina reikalavimą „Ne mažiau 0-12 l/min“.	Dräger Fabius® Tiro tenkina reikalavimą „Ne mažiau 0-12 l/min“.
			Taip pat pat neaišku ar Tiekėjo siūloma prekė tenkina 10 p. reikalavimą – „Greito dujų mišinio išmetimo kvėpavimo kontūro sistema -Ne mažiau	Taip pat paaiškinti ar Tiekėjo siūloma prekė tenkina 10 p. reikalavimą – Greito dujų mišinio išmetimo iš kvėpavimo kontūro sistema „Ne mažiau 0-12 l/min“.	Posėdžio metu nustatyta, kad brošiūroje nurodytas minimas parametras „Prie 6 bar deguonies slėgio: 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies slėgio: 25 l/min“, tačiau Tiekėjas nepaaiškino ar jo siūlomas parametras yra lygus konkurso sąlygose				

			0-12 l/min“.		nustatytam parametrui: Ne mažiau 0-12 l/min“				
14.	Ventiliatoriaus darbo režimai	IPPV, rankinis ir spontaninis	IPPV, rankinis ir spontaninis Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7	Pateikta Tiekėjo siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašyme neatitiki mūsų nenustatytą, tačiau Tiekėjas nurodė, kad „Žr. Kataloge“	Paašikinti ar kataloge (brošiūroje) yra nurodyta informacija, patvirtina patirtina niti atitiktį minimam reikalavimui. Jei nurodyti konkretią vietą.	Tiekėjas paašikiniame nurodo, kad „Pasiūlyme buvo pridėtas ne ta brošiūra. Siūlomų prekių techninių charakteristikų atitikimą žiūrėkite priededamoje brošiūroje („Narkozės aparatas brošiūra 1“ 7 psl.) Operating Mode“	Iš pateiktų dokumentų visumos neišku ar tikrai ventiliatorius turi IPPV darbo režimą. Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo esmės turi paašikinti ar tikrai siūloma prekė atitinka reikalavimą „Ventiliatoriaus darbo režimas IPPV“.	Rėžimas IPPV yra apsprendžia mas kintamumu teigiamo slėgio palaikymu plaučiuose naudojant slėgio valdymo modulį (operating mode-pressure control) taip pat kaip ir režimas PEEP. Siūlomų prekių techninių charakteristikų atitikimą žiūrėkite priededamoje brošiūroje („Narkozės aparatas brošiūra 1“ 7 psl.).	Nekeisdamam s pasiūlymo esmės paašikinti, kad mūsų siūlomas aparatas Dräger Fabius® Tiro naudojant slėgio valdymo modulį (operating mode-pressure control) tenkina Jūsų reikalavimą „Ventiliatoriaus darbo režimas – IPPV“ (žr. Gamintojo priedamą raštą.)

23.	Dujų tėkmės aliarnas	Maziiau kaip 1 l/min ir daugiau kaip 18 l/min	0,2 l/min ir 18 l/min Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7	Tiekėjas nurodo, kad „Žr. Kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7“, tačiau nustatyta, kad pridėta katalogą sudaro tik 2 psl.	Paašikinti ar kataloge (brošiūroje) yra nurodyta informacij a, patvirtina ni atitikį minimam reikalavi mui. Jei taip nurodyti konkrečią vietą.	Tiekėjas paašikini me nurodo, kad „Pasiūlyme pridėtoje brošiūroje nebuvo nurodytas reikalaujamas techninis parametras. Siūlomo aparato reikalaujamo techninio parametro atitikimą žiūrėkite priededamoje brošiūroje „Narkozės aparatas brošiūra 3“ Siūlyme įvykus korektūros klaidai dingo žodelis daugiau kaip 18 l/min“. Siūlomo įrenginio parametras 19,9 l/min	Tiekėjas nekeisdamas pasiūlymo turi esmės turėti paašikinti pasiūlymą, t.y. nurodyti kuris konkretus parametras siūlomas – ar pasiūlyme ir brošiūroje siūlomas tas pats prekės modelis.	Dujų tėkmės aliarnas siūlomo prietaiso atitinka intervalą nuo 0.0 iki 19.9l/min.	Ivertinus pasiūlymo visumą – ši ir kitus tiekejo paašikininimus (šio klausimo paašikininimas matosi 2015-07-03d. 14:00 val. Tiekejo pateiktoje brošiūroje Nr. 3) aišku, kad parametro reikšmė atitinka reikalavimus.	Kadangi pasiūlyme Tiekejas nurodė jog dujų tėkmės aliarnas yra <...> 18 l/min. o paašikini me nurodė, kad ši reikšmė yra <...> 19.9 , Perkančioji organizacija siekdama išitikinti, kad aiškindamas pasiūlymą tiekejas jo esmės	Nekeisdamam s pasiūlymo esmės paašikinu, kad mūsų siūlomo aparato Dräger Fabius® Tiro pateikta brošiūra „Narkozės aparatas brošiūra 3“ buvo aktuali ir pasiūlymo pateikimo momentu 2015.03.18 (Žr. Gamintojo priedamą raštą.). 2015-07-03d. pateikta brošiūra „Narkozės aparatas brošiūra 3“ yra taikoma siūlomam aparatui Dräger Fabius® Tiro.
-----	----------------------	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---

				specifik acijoje nustatyt a „ir daugiau kaip 18 l /min.“ 0 tiekėjas rašo „18 l/min.“	kaip 18 l /min.“ 0 tiekėjas rašo „18 l/min.“	pateiktą brošiūrą, nustatyta, kad nurodoma: “0.0 to 19,9” t.y. daugiau nei 18. Tačiau pastebėta, kad Tiekėjas pasiūlyme nurodo apatinę parametro ribą :0,2 l/min o brošiūroje nurodoma – 0,0 l/min. Abu parametrai tenkina reikalavimą : “mažiau kaip 1 l/min.” tačiau neaišku kuris konkretus parametras siūlomas.		nepakeitė – prašo informuoti ar su 2015-07- 03d. paaškinimu pateikta gamintojo brošiūra buvo aktuali pasiūlymo pateikimo momentui. Taip pat prašome paašškinti ar 2015-07-03d. pateikta brošiūra tikrai yra taikoma tiekėjo siūlomam prekės modeliui.	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

Komercijos direktorius

Vytautas Aikevičius

UAB „AMI sprendimai“
Turniškių str. 7
LT-10104 Vilnius
-Lithuania-

Lübeck, 22.07.2015

Confirmation

Herewith we, Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, confirm that:

1. The anaesthesia device Fabius Tiro can be used and support IPPV ventilation mode which is equal to Pressure control mode during which inspiratory pressure (PINSP), the slope of the pressure waveform (Insp Flow) and positive end-expiratory pressure (PEEP) can be set.
2. In anaesthesia device Fabius Tiro the minute volume alarm can be set in the following ranges: at the lower limit from 0 to 19,9 l/min and at the upper limit from 0,1 -20 l/min. The brochure with the indicating the technical parameters was relevant at the bidding time in 18.03.2015. In this brochure the parameters of the Fabius Tiro anaesthesia device are described, which is proposed in this tender and will be delivered in case of winning.

Dräger Medical GmbH
Sales Region North Europe


Carsten Dewner
Area Sales Manager



Lietuvos medicinos mokslų universitetui
Veterinarijos akademijai
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
Konkurso komisijai

Liubekas, 22.07.2015.

Patvirtinimas

Mes, Draeger Medical GmbH, Moislinger Alle 53-55, 23542 Liubeck, patvirtiname, kad:

1. Anestezijos aparatas Fabius Tiro gali būti naudojamas ir palaiko IPPV ventiliacinį režimą, kuris yra tolygus slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimui (Pressure control), kurio metu įkvėpimo slėgis (PINSP), slėgio kreivės kilimo greitis (InspFlow) ir teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP) gali būti parenkami vartotojo.
2. Anestezijos aparate Fabius Tiro minutinio tūrio aliarmas gali būti nustatytas sekančiame diapazone: žemutinis limitas nuo 0 iki 19,9 l/min ribose ir viršutinis limitas nuo 0,1-20 l/min ribose. Brošiūra, kurioje atsispindi šis techninis parametras buvo galiojanti ir pasiūlymo pateikimo metu, 2015.03.18 dieną. Šioje brošiūroje yra aprašomi narkozės aparato Fabius Tiro parametrai, kurie yra galiojantys šio konkursui ir laimėjimo atveju pristatomas aparatas atitiks nurodomus parametrus.

Draeger Medical GmbH
Šiaurės Europos pardavimo regionas

/parašas/
Carsten Dewner
Regiono pardavimų vadovas

/antspaudas/



VERTIMAS TIKRAS. UAB LABOSTERA (BASANA VIČIAUS AL. 5 KAUNAS)
VERTĖDAS: JONAS BUDĖNAS, KAUNAS 2015.07.24
LR BK 235 str. MAN ŽINOMAS