



UAB „Labostera“

Basanavičiaus al. 5
Kaunas, LT-50282
Tel. (8-37) 732042
Faksas (8-37) 731994
El. paštas: info@labostera.lt



Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO (VETERINARIJOS GYDYKLA, TILŽĖS G. 18, KAUNAS)

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2, 3, 4 ir 5 punktus. 2 ir 3 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. 4 Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Dėl 4 punkto – tiekėjas pildo tik tuos punkto papunkčius – kurioms pirkimo objekto dalims pasiūlymą teikia. Dėl 5 punkto – ši lentelė privalo būti užpildoma tik toms dalims, kurioms teikiamas pasiūlymas.

2015-03-18 **Nr.** 20150318/1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Labostera“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Aikevičius
Telefono numeris	(8 37) 732042
Fakso numeris	(8 37) 731994

Reg. VI Registrų centro Kauno filialas
Nr. 058934

Įmonės kodas 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416

A. s. LT237400025828623810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000

El. pašto adresas	info@labostera.lt
-------------------	-------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame CVP IS, interneto adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>

Tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS);

1.2. šiuose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Prekės, numatytos patiekti subtiekimui pagrindais	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiekimui vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1			
2			
3			

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

4. Mes siūlome šias prekes:

4.1. 1 pirkimo objekto daliai „Narvai paukščių / gyvūnų laikymui ir susijusi įranga “ (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 1 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pasiūlymo valiuta, Eurai (arba užsienio valiuta pasirinktinai): <u>Eurai</u> (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)									
Eil Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas (pildo tiekėjas)	Siūlomos prekės modelis (pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis; ne daugiau kaip	Vnt. kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Vnt. kaina su PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina su PVM (pildo tiekėjas)
1 pirkimo objekto dalis: „Narvai paukščių / gyvūnų laikymui ir susijusi įranga“:									
1.1	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - (Jūrų kiaulytėms)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Guinea pig cages MZK 80/25-L	vnt..	2	4950,00	5989,50	9900,00	11979,00
1.2	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (paukščiams)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Bird cages	vnt.	6	5700,00	6897,00	34200,00	41382,00
1.3	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais	BIOSCAPE EBECO GmbH	Rabbit cages GK 54/2-	vnt.	11	4500,00	5445,00	49500,00	59895,00

	maitinimui ir girdymui (Triušiams)		60						
1.4 .	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (Pelėms)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Mice cages Cage type 2-L	vnt.	8	3600,00	4356,00	28800,00	34848,00
1.5 .	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (Žiurkės)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Rates cages	vnt.	8	3975,00	4809,75	31800,00	38478,00
1.6 .	Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais	Angelantoni Life Science S.r.l.	TOPFLO W 3	vnt.	1	13500,00	16335,00	13500,00	16335,00
1.7 .	Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina	Hobart	PREMAX-Line GP	vnt.	1	6135,00	7423,35	6135,00	7423,35
1.8 .	Narvų plovimo įranga su priedais	Hobart	UXT-10N-TKR	vnt.	1	47220,00	57136,20	47220,00	57136,20

Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo objekto daliai be PVM (skaičiais ir žodžiais) <i>Du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt penki EUR, 00 ct.</i>	221055,00
PVM <u>suma</u> (skaičiais ir žodžiais) <i>Keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas EUR, 55 ct.</i>	46421,55
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo objekto daliai su PVM (skaičiais ir žodžiais): <i>Du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši EUR, 55 ct.</i>	267476,55

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai – pildoma atskira lentelė, parengta pagal šią formą):

1.1.Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 2vnt. (Jūrų kiaulytėms)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1.	Stovas penkiems narveliams	1vnt.	Stovas penkiems narveliams pagamintas iš nerūdijančio plieno	1 ir 2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)

	pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.			
2.	Narvelis pagamintas iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio) plastmasės ar kitos lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	Būtina	Narvelis pagamintas iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio) plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	1 ir 2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
3.	Narvelio dydis	PxGxA 810 x 610 x 260 mm ±20 mm	PxGxA 810 x 610 x 260 mm	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
4.	Priekinis atsilenkiantis narvelio panelis pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos	Būtina	Priekinis atsilenkiantis narvelio panelis pagamintas iš nerūdijančios plieninės vielos su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
5.	Narvelio nuimamas ir bėgeliais slankiojantis stogas pagamintas iš	Būtina	Narvelio nuimamas ir bėgeliais slankiojantis stogas pagamintas iš nerūdijančios plieninės vielos	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)

	nerūdijančios plieninės vielos ar kitos lygiavertės medžiagos..			
6.	Ne mažiau nei dviejų gertuvių laikiklis priekinėje panelėje pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos..	Būtina	Ne mažiau nei dviejų gertuvių laikiklis priekinėje panelėje pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
7.	Ne mažiau nei dvi gertuvės ne mažiau kaip 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato ar kitos lygiavertės medžiagos su užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnę kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Dvi gertuvės 750 ml tūrio, pagamintos iš polisulfono su užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnę kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms) ir 2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
8.	Stovas su keturiais ne mažiau nei 100 mm diametro guminiiais ar lygiaverčiais rateliais , iš kurių du turi stabdį	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais , iš kurių du turi stabdį	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)

9.	Stovo dydis	PxGxA870 x 700 x 1940 mm±20 mm	PxGxA 872 x 700 x 1940 mm	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
10.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.2 Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 6 vnt. (Paukščiams)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslus dydžius,	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba
----------	---	---	---	---

		<i>techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>	informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1.	Ne mažiau nei trijų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	1vnt.	Trijų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
2.	Durės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios arba lygiavertės vielos, kurios storis ne mažiau kaip 7 mm su fiksuojama durėlių užrakinimo sistema	Būtina	Durės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis 15 mm su fiksuojama durėlių užrakinimo sistema	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
3.	Specialus dviejų ir daugiau stovų su trimis narvais fiksavimo vienas prie kito mechanizmas	Būtina	Specialus dviejų ir daugiau stovų su trimis narvais fiksavimo vienas prie kito mechanizmas	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
4.	Narvelio dydis PxGxA 1100x850x750±20 mm,	Būtina	Narvelio dydis PxGxA 1100x850x750mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)

	pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.			
5.	Narvelio apačioje speciali nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos lentyna išmatoms ir kt.atliekoms surinkti.	Būtina	Narvelio apačioje speciali nerūdijančio plieno lentyna išmatoms ir kt.atliekoms surinkti.	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
6.	Nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos šerykla ir girdykla, kurių išmatavimai PxGxA 1000x200x200 mm±10 mm , kurios atitinkamai fiksuojasi priekinėje ir užpakalinėje narvelio dalyje.	Būtina	Nerūdijančio plieno šerykla ir girdykla, kurių išmatavimai PxGxA 1000x200x200 mm, kurios atitinkamai fiksuojasi priekinėje ir užpakalinėje narvelio dalyje.	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
7.	Narvelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagosvielos, kurios storis ne mažiau kaip 15x15 mm.	Būtina	Narvelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurios storis 15x15 mm.	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
8.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais , iš kurių du turi stabdį	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais , iš kurių du turi stabdį	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)
9.	Stovo dydis	PxGxA1100x850x2450 ±20 mm	PxGxA1100x850x2450 mm	2 psl. (1.2 Narvai pauksciams)

10.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
11.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	
12.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.3. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 11vnt. (Triušiams)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne</i>	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo
-----------------	---	--	--	--

		<i>(atkeliamą iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>	internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1.	Dviejų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno.	1vnt.	Dviejų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
2.	Durėlės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis ne mažiau kaip 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema	Būtina	Durėlės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
3.	Viena iš šoninių sienų uždengta HPL drožlių arba lygiaverte plokšte slankiojančia bėgeliais ne mažiau kaip 6 mm storio.	Būtina	Viena iš šoninių sienų uždengta Trespa plokšte slankiojančia bėgeliais 6 mm storio.	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
4.	Specialus dviejų ir daugiau stovų su dviem narvais fiksavimo	Būtina	Specialus dviejų ir daugiau stovų su dviem narvais fiksavimo viens prie kito mechanizmas	2 psl. (1.3 Narvai triusiams)

	viens prie kito mechanizmas			
5.	Ištraukus HPL drožlių arba lygiaverteplokštės sienelės tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį.	Būtina	Ištraukus Trespa plokštės sienelės tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį.	2 psl. (1.3 Narvai triusiams)
6.	Narvelio ištraukiamas dugnas , kurio dydis PxGxA 885x775x100 mm±20 mm, šiukšlių surinkimo padėklas ir pakyla su gulėjimo zona narvelyje pagaminti iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystyreno (PS) mišinio)plastmasės kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	Būtina	Narvelio ištraukiamas dugnas , kurio dydis PxGxA 885x775x100 mm, šiukšlių surinkimo padėklas ir pakyla su gulėjimo zona narvelyje pagaminti iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystyreno (PS) mišinio)plastmasės kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
7.	Nerūdijančio plieno šerykla kiekviename narvelyje.	Būtina	Nerūdijančio plieno šerykla kiekviename narvelyje	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
8.	Kiekviename narvelyje turi būti nerūdijančio plieno rėmelis gertuvei, gertuvė ne mažiau kaip 750 ml tūrio pagaminta iš polikarbonato su ne mažesniu kaip 35 mm	Būtina	Kiekviename narvelyje yra nerūdijančio plieno rėmelis gertuvei, gertuvė 750 ml tūrio pagaminta iš polikarbonato su ne mažesniu kaip 35 mm ilgio ir 2,2 mm skersmens gėrimo snapeliu pagamintu iš nerūdijančio plieno.	3 psl. (1.3 Narvai triusiams) ir 2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)

	ilgio ir 2,2 mm skersmens gėrimo snapeliu pagamintu iš nerūdijančio plieno.			
9.	Vieno narvelio aukštis ne mažiau kaip 600 mm	Būtina	Vieno narvelio aukštis 600 mm	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
10.	Vieno narvelio grindų plotis ne mažiau kaip 5400 cm ²	Būtina	Vieno narvelio grindų plotis 5400 cm ²	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
11.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais , du iš kurių turi stabdį		Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais , du iš kurių turi stabdį	2 psl. (1.3 Narvai triusiams)
12.	Stovo dydis	PxGxA 940x840x1780 mm±20 mm	PxGxA 940x840x1780 mm	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
13.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

		teikiamo pasiūlymo kainą.		
15.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.4. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8vnt. (Pelėms)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
----------	---	---	--	--

1.	Stovas trisdešimčiai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	1vnt.	Stovas trisdešimčiai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1 dalis stovai)
2.	Stovas su penkiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems pelių narvams	Būtina	Stovas su penkiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems pelių narvams	2 psl. (1 dalis stovai)
3.	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės arba lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	Būtina	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	2 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
4.	Narvelio dydis	PxGxA 365 x 205 x 140 mm±20 mm	PxGxA 365 x 205 x 140	3 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
5.	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos ne mažiau kaip 5 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės 7 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno	4 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)

6.	Gertuvė ne mažiau kaip 500 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato ar lygiavertės medžiagos su silikoniniu arba lygiaverčius žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 35 mm ir 1,5 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Gertuvė 500 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato su silikoniniu arba lygiaverčius žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 35 mm ir 1,5 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
7.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais , du iš kurių turi stabdį		Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais , du iš kurių turi stabdį	1 psl. (1 dalis stovai)
8.	Stovo dydis	PxGxA1230 x 550 x 1780 mm±20 mm	PxGxA1250 x 550 x 1800 mm	3 psl. (1 dalis stovai)
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas,šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

		eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.		
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Bus pateikta	

1.5. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8vnt. (Žiurkės)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne</i>	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo
----------	--	---	---	---

		<i>(atkeliamą iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>	internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1.	Stovas aštuoniolikai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos.	1vnt.	Stovas aštuoniolikai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1 dalis stovai)
2.	Stovas su šešiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems žiurkių narvams	Būtina	Stovas su šešiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems žiurkių narvams	2 psl. (1 dalis stovai)
3.	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės arba kitos lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	Būtina	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki 134°C	2 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
4.	Narvelio dydis.	PxGxA590 x 380 x 200	PxGxA590 x 380 x 200 mm	3 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)

		mm±20 mm		
5.	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba kitos lygiavertės medžiagos vielos ne mažiau kaip 5 mm skermens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno.	Būtina	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba kitos lygiavertės medžiagos vielos 7 mm skermens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno.	4 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
6.	Gertuvė ne mažiau kaip 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato arba kitos lygiavertės medžiagos su silikoniniu ar lygiaverčiu žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 40 mm ir 2,2 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos..	Būtina	Gertuvė 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato su silikoniniu ar lygiaverčiu žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu 40 mm ir 2,2 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
7.	Stovas su keturiais 100 mm diametro	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais , du iš kurių turi stabdį	1 psl. (1 dalis stovai)

	guminiais arba kitos lygiavertės medžiagos rateliais , du iš kurių turi stabdį			
8.	Stovo dydis	PxGxA1250 x 650 x 1800 mm±20 mm	PxGxA1250 x 650 x 1800 mm	2 psl. (1 dalis stovai)
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti	Pateikiama	

		lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.		
--	--	--	--	--

1.6 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamų parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nurodant o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.
	Vertikalaus oro srauto	Būtina	Vertikalaus oro srauto laminaras	

	laminaras			
1.	Pagamintas ne žemenės kaip II klasės mikrobiologinės apsaugos laminarinis boksas oro išvalymo efektyvumas atitinka ne mažiau nei ISO 5 pagal ISO EN 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija. arba lygiavertį standartą (normatyvą)	Būtina. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ir / arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).	Pagamintas ne žemenės kaip II klasės mikrobiologinės apsaugos laminarinis boksas oro išvalymo efektyvumas atitinka ne mažiau nei ISO 5 pagal ISO EN 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija. arba lygiavertį standartą (normatyvą)	3 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
2.	Reguliuojamas apšvietimas	Intensyvumas ne mažiau 500 Lux	Reguliuojamas apšvietimas , kurio intensyvumas 500 Lux	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
3.	HEPA arba lygiaverčiai 14 filtrai 99,995% efektyvumo	Ne mažiau 2 vnt.	HEPA arba lygiaverčiai 14 filtrai 99,995% efektyvumo 2 vnt.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
4.	Prefiltrai instaliuoti virš darbatalio	Būtina	Prefiltrai instaliuoti virš darbatalio	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
5	Naudojamas	Ne mažiau	Naudojamas galingumas – 1300W	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

	galingumas	1300 W		gyvūnais)
6.	Įrenginio darbo kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni nei 1160x700x670 mm	1160x700x670 mm	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
7.	Ventiliatorių skaičius	Ne mažiau 2 vnt.	2 vnt.	5 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
8.	Reguliuojamas oro paskirstymas tarp filtrų	Būtina	Reguliuojamas oro paskirstymas tarp filtrų	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
9.	Atstumas tarp stalo viršaus ir pilnai pakelto apsauginio stiklo apatinės briaunos	Nuo ne daugiau kaip 290 mm iki ne mažiau kaip 530 mm	Nuo 290 mm iki 530 mm	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
10.	Darbo kameros apsauginis organinis stiklas, ne mažiau 5 mm storio	Būtina	Darbo kameros apsauginis organinis stiklas 5 mm storio	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
11.	Galimybė dirbti iš abiejų priekinės ir užpakalinės laminaro pusių.	Būtina	Galimybė dirbti iš abiejų priekinės ir užpakalinės laminaro pusių.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
12.	Oro srautas kameroje	Vertikalus	Vertikalus	3 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais

				gyvūnais)
13.	Visų parametų valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
14.	Automatinis parametų parinkimas nustatytam darbo režimui	Būtina	Automatinis parametų parinkimas nustatytam darbo režimui	4 -6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
15.	Skystų kristalų displėjus abiejose laminaro pusėse, tai leidžia dirbti dviems operatoriams nepriklausomai viens nuo kito.	Būtina	Skystų kristalų displėjus abiejose laminaro pusėse, tai leidžia dirbti dviems operatoriams nepriklausomai viens nuo kito.	4-6psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
16.	Informacija skystųjų kristalų displėjuje (oro greitis m/s, išmetamo oro tūris m ³ /h, data ir laikas, darbo valandų skaičiuoklis, slėgio filtruose, filtrų ir lempų tarnavimo laiką, pasirinkto darbo režimo, dekontaminacijos ciklai, slaptažodžio surinkimas)	Būtina	Informacija skystųjų kristalų displėjuje (oro greitis m/s, išmetamo oro tūris m ³ /h, data ir laikas, darbo valandų skaičiuoklis, slėgio filtruose, filtrų ir lempų tarnavimo laiką, pasirinkto darbo režimo, dekontaminacijos ciklai, slaptažodžio surinkimas)	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

17.	Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylio borteliu	Būtina	Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylio borteliu	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
18.	Konteineris atliekoms nusiurbtoms nuo darbinio paviršiaus pagamintas iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 304L arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Konteineris atliekoms nusiurbtoms nuo darbinio paviršiaus pagamintas iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 304L arba lygiavertės medžiagos	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
19.	UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatoma režimais (ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W	Būtinai	UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatoma režimais (ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
20.	Audio ir vaizdinis signalas sumažėjus oro srauto greičiui	Būtina	Audio ir vaizdinis signalas sumažėjus oro srauto greičiui	5 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
21.	Automatinis parinkimas oro srauto	Būtina	Automatinis parinkimas oro srauto greičio ir išmetamo oro tūrio: dirbant vienam 550 m ³ /h ir	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

	greičio ir išmetamo oro tūrio: dirbant vienam operatoriui ne mažiau kaip 550 m ³ /h ir ne mažiau kaip 0,43 m/s, dirbant dviem operatoriams ne mažiau kaip 1100m ³ /h		0,43 m/s, dirbant dviem operatoriams 1100m ³ /h	gyvūnais)
22.	Automatinis oro srauto reguliavimas užsiteršus filtrui	Būtinai	Automatinis oro srauto reguliavimas užsiteršus filtrui	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
23.	Infraraudonųjų spindulių sensorius apsaugai nuo prispaudimo apsauginiu stiklu	Būtina	Infraraudonųjų spindulių sensorius apsaugai nuo prispaudimo apsauginiu stiklu	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
24.	Elektros lizdas darbo kameroje	Ne mažiau 2 vnt. IP 55 (220/240 V, 50/60Hz)	2 vnt. IP 55 (220/240 V, 50/60Hz)	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
25.	Specialus stovas įrenginiui su ne mažesniais kaip 125 mm skersmens nerūdijančio plieno keturias ratukais su stabdžiais.	Būtina	Specialus stovas įrenginiui su 125 mm skersmens nerūdijančio plieno keturias ratukais su stabdžiais.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

26.	Elektrinis stovo aukščio reguliavimas	Nuo ne daugiau kaip 800 mm iki ne mažiau kaip 1100 mm	Nuo 800 mm iki 1100 mm	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
27.	Švarumo klasė pagal LST EN ISO 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija arba lygiavertį standartą (normatyvą)	Ne mažesnė nei ISO klasė 5 arba lygiavertė. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ir / arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).	ISO klasė 5	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
28.	Atitikimas patvarumo reikalavimams	Atitinka LST EN 12469:2000	Atitinka	2 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

		Biotechnologija. Mikrobiologiniai saugių spintų darbo charakteristikos. Reikalavimai. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ir / arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).		gyvūnais)
29.	Triukšmo lygis darbo vietoje	Ne daugiau 58 dB (A)	58 dB (A)	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais

				gyvūnais)
30.	Elektros maitinimas	220/240V, 50/60 Hz	220/240V, 50/60 Hz	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
32.	Garantija	Ne mažiau 24 mėnesių	24 mėn.	

1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nurodant o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.
1	Paskirtis	Plovimo mašina skirta	Plovimo mašina skirta gyvūnų gėrimo buteliams, šėrykloms plauti	2-3 psl.(1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)

		gyvūnų gėrimo buteliams, šėrykloms plauti		
2	Padėklo matmenys, mm, ne mažiau	500 x 500	500 x 500 mm	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
3	Daugiapakopė mašinos kamos ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	Būtina	Daugiapakopė mašinos kamos ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	10 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
4	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	Būtina	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
5	Integruota reversinės osmozės sistema	Būtina	Integruota reversinės osmozės sistema	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
6	Įkrovimo aukštis, mm, ne mažiau	300	425 mm	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
7	Plovimo ciklo laikas	Ne mažiau nei trys skirtingo greičio plovimo ciklai pasirinktinai pagal daikto	Trys skirtingo greičio plovimo ciklai pasirinktinai pagal daikto užterštumą 60/90s/120 s	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)

		užterštumą 60/90s/120 s		
8	Triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 62 dB	62 dB	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
9.	Vandens sąnaudos ciklui ne didesnės nei	2,0 litrai	2,0 litrai	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
10	Mašinos valdymas vienu mygtuku	Privaloma	Mašinos valdymas vienu mygtuku	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
11	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	Privaloma	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
12	Plovimo mentė	Viena apačioje	Viena apačioje	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
13	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	Privaloma	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	6 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
14	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	Privaloma	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
15	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	Privaloma	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	12-14 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
16	Mašinos išoriniai	600x600x70	600x600x700	16-17psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių

	matmenys (plotis x gylis x aukštis), mm, ne daugiau	0		plovimo mašina)
17	Plovimo temperatūra, ne mažiau	55° C	55° C	8 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
18	Skalavimo temperatūra	65°C ± 5 °C	65°C	16-17psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
19	Kameros talpa, ne mažiau	60 litrų	60 litrų	16-17psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
20	Švaraus vandens sunaudojimas padėklui, ne daugiau	2,0litro	2,0litro	16-17psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
21	El. maitinimas	230 V, 50 Hz (vienfazis)	230 V, 50 Hz (vienfazis)	16-17psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
22	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
23	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas,šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

		atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.		
--	--	--	--	--

1.8 Narvų plovimo įranga su priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nurodant o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1	Paskirtis	Plovimo mašina skirta	Plovimo mašina skirta gyvūnų laikymo narvams,	14-15 psl. (1.8 Narvų plovimo

		gyvūnų laikymo narvams, buteliams ir įrangai plauti	buteliams ir įrangai plauti	įranga su priedais)
2	Padėklo matmenys, mm, ne mažiau	1240 x 700	1240 x 700 mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
3	Įkrovimo aukštis, mm, ne mažiau	860	860 mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
4	Plovimo kameros vidiniai matmenys, mm , ne mažiau kaip	1250x770x860 mm	1258x773x860 mm	16 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
5	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	Būtina	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	12-13 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
	Šilumos regeneracinė sistema, kuomet iš kameros pašalinamas karštas vanduo įkaitina į kamerą paduodamą šaltą vandenį iki ne mažiau kaip 45 °C.	Būtina	Šilumos regeneracinė sistema, kuomet iš kameros pašalinamas karštas vanduo įkaitina į kamerą paduodamą šaltą vandenį iki 45 °C.	10-11 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)

6	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	Būtina	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	18-19 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
7	Integruota reversinės osmozės sistema	Būtina	Integruota reversinės osmozės sistema	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
	Automatinė nuolatinė vandens minkštinimo sistema	Būtina	Automatinė nuolatinė vandens minkštinimo sistema	12-13 psl. ir 20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
8	Mašinos valdymas vienu mygtuku	Privaloma	Mašinos valdymas vienu mygtuku	12-13 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
9	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	Privaloma	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	12-15 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
10	Panaudoto vandens regeneravimo sistema su teršalų nusodinimo filtrais	Sistema privalo užtikrinti detergentų ekonomiją iki 30%	Sistema užtikrina detergentų ekonomiją iki 30%	6-7 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
11	Plovimo mentės	Ne mažiau dviejų: viena viršuje ir viena apačioje	dvi: viena viršuje ir viena apačioje	6-7 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
12	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių	Privaloma	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)

	sumažinimui			
13	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	Privaloma	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
14	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	Privaloma	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
15	Mašinos išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis), mm,	1370x940x1980mm ± 10 mm	1375x945x1984mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
16	Plovimo temperatūra, ne mažiau	60° C	60° C	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
17	Skalavimo temperatūra	85°C ± 5 °C	85°C ± 5 °C	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
18	Vonios talpa, ne mažiau	130 litrų	130 litrų	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
19	Švaraus vandens sunaudojimas padėklui, ne daugiau	7,5 litro	7,5 litro	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
20	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis	Būtina	Nerūdijančio plieno stalas su nerūdijančio plieno kriaukle narvams praplauti. Kriauklė su dušo tipo	1-2 psl. (1.8.1 narvu plovimo įranga)

	stalas su nerūdijančio plieno arba lygiaverte kriaukle narvams praplauti. Kriauklė su dušo tipo lanksčios žarnos čiaupu. Išmatavimas ne mažiau kaip pxgxa 1300x 900x860 mm.		lanksčios žarnos čiaupu. Išmatavimas pxgxa 1300x 900x860 mm.	
21	El. maitinimas	400 V, 50 Hz (trifazis)	400 V, 50 Hz (trifazis)	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
22	Garantijos sąlygos	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.	
23.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

(Pastaba. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija- pagrindimas – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. Jei šis paaiškinimas bus neišsamus ar nebus pateiktas kartu su pasiūlymu – perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, kad pateiktų arba patikslintų informaciją– iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA	3
2.	Įgaliojimas	1
3.	Kvalifikaciniai dokumentai (registrų centro pažyma, tiekėjo deklaracija, sutarčių sąrašas ir užsakovo pažyma)	5
4.	Gamintojų įgaliojimai ir jų vertimai	44
5.	Techniniai aprašai	10 pdf failų
6.	Atitikties deklaracija ir jos vertimas	2

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. birželio mėn. 18 d.

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.12 punkte).

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vytautas Aikevičius
(Vardas ir pavardė)

* **Pastaba.** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.