

UAB „STELSA“

P. Lukšio 53, LT49412 Kaunas, tel 388 508, tel./faks.388 508, įmonės kodas 134411924, PVM kodas LT344119219, a/s LT49 7300 0100 0228 3330, AB „Swedbank“, kodas 73000

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

**PASIŪLYMAS
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS
PIRKTI (II)**

2017-01-26 Nr.170126

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Stelsa“
Tiekėjo adresas	P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas, Donatas Gerulaitis
Telefono numeris	+37 388508
Fakso numeris	+37 388508
El. pašto adresas	donatas@stelsa.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto šiuose pirkimo dokumentuose, t. y. iki 2017-05-10.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviėšinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (pildomas pirkimo dokumentų priedas Nr.3 „Pasiūlymas“).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: pildomas pirkimo dokumentų 4 priedas “Techninė specifikacija”.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pažyma	1 psl.
2.	VMI ir Sodros pažymos	1 psl.
3.	Pažyma dėl balsų daugumos	1 psl.
4.	Pažyma dėl teistumo	1 psl.
5.	CE sertifikatai ir autorizacijos pažymos	5 psl.

6.	Prekių techninis aprašymas	3 psl.
7.	Igaliojimas	1 psl.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2017-05-10.

Vadybininkas

Donatas Gerulaitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirk. dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
12.	Ašmenys dermatomui	Naudojami odos transplantato paėmimui, tinkantys Zimmer elektriniam dermatomui (JAV).	Taip, naudojami odos transplantato paėmimui, tinkantys Zimmer elektriniam dermatomui (JAV). Zimmer, 8800-00-10
24.	Naujagimių saturacijos daviklis Massimo pulsiniui oksimetru		
24.1.	naujagimiams iki 1 kg	Vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 3 % esant žemai padėčiai.	Taip, vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 3 % esant žemai padėčiai. Shenzhen Caremed Medical Technology Co. Ltd., SpO2 Masimo Set
24.2.	naujagimiams iki 3kg	Vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 2 % esant žemai padėčiai.	Taip, vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 2 % esant žemai padėčiai. Shenzhen Medplus Accessory Co. Ltd., MPD108AP turi būti MP-D108DP, laiskas is Jenie Wei 160729
32.	Inhaliacinė kaukė vaikams	Skirta ultragarsiniam inhaliatoriui Ultrasonic 2000 su metaliniu arba lygiavertės medžiagos nosies užspaudėju, šoninėmis angomis, gumyte kaukės uždėjimui. Sudėtyje neturinti latekso – būtinas ženklavimas ant individualios pakuotės.	Taip, skirta ultragarsiniam inhaliatoriui Ultrasonic 2000 su metaliniu nosies užspaudėju, šoninėmis angomis, gumyte kaukės uždėjimui. Sudėtyje neturinti latekso – ženklavimas ant individualios pakuotės. Nouvag AG, 3011
36.	Kontaktinis kremas (pasta) EC2 elektrodams	Naudojamas atlikti ilgalaikiai encefalogramai, ilgalaikiam elektrodų fiksavimui prie galvos odos. Pakuotėje 100g ± 25g	Taip, naudojamas atlikti ilgalaikiai encefalogramai, ilgalaikiam elektrodų fiksavimui prie galvos odos. Pakuotėje 100g

			Medisoft, EC2 electrode cream
--	--	--	-------------------------------

Vadybininkas

Donatas Gerulaitis