



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Iregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515
I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8 5) 233 82 58, faks., (8 5) 213 55 58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

PASIŪLYMAS VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI (II)

2017-02-10 Nr. 17/025

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medicinos projektai“
Tiekėjo adresas	I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto šiuose pirkimo dokumentuose, t. y. iki 2017-05-10
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	Kvalifikacijos dokumentai (konfidencialu)	3
2	Pažyma (konfidencialu)	4

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (pildomas pirkimo dokumentų priedas Nr.3 „Pasiūlymas“).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: pildomas pirkimo dokumentų 4 priedas “Techninė specifikacija”.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	4
2	PD 3 PRIEDAS (pasiūlymo kaina)	1
3	Kvalifikacijos dokumentai (konfidencialu)	10
4	Pažyma (konfidencialu)	1
5	GFlex gamintojo dokumentai	6
6	GFlex 29 p.d.	1
7	Igaliojimas_Carl Zeiss Meditec_EN	2
8	Igaliojimas_Carl Zeiss Meditec_LT	2
9	Igaliojimas_Geuder_EN	1
10	Igaliojimas_Geuder_LT	1
11	Alcon Pharmaceuticals Ltd. įgaliojimas	1
12	CE_Carl Zeiss Meditec_EN	5
13	CE_Carl Zeiss Meditec_LT	5
14	CE_Geuder atitikties deklaracija_EN	3
15	CE_Geuder atitikties deklaracija_LT	3
16	CE_Alcon sertifikatas_EN	3
17	CE_Alcon sertifikatas_LT	1
18	4_Brosiura_OPMI drape_No26	1
19	4_Brosiura_OPMI Drapes_with_VisionGuard	12
20	30_Brosiura_Anel lacrimal cannula	1
21	39_Aprasymas_LT_23G_VITRECTOMY_PAK	1
22	40_Aprasymas_LT_25G_VITRECTOMY_PAK	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2017-05-10

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

 Administratorė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas*)

 (Parašas*)

 Edita Štuopienė
 (Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirk. dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas		Techniniai reikalavimai	<u>Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris</u> Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
4.	Apklotas neurochirurginiam mikroskopui		Privalo būti tinkamas naudoti su liginės turimu OPMI "Pentero" mikroskopu. Tinkamas naudoti su vakuumine drapiravimo sistema. Su dviem asistento vamzdžiais. Su neįtakojančių stebimo vaizdo kokybės objektyvo apsauginiu stikliuku bei galimybe pakeisti užterštą stikliuką operacijos metu pakaitiniu steriliu stikliuku (komplektuojamas su apklotu) nekeičiant apkloto. Plotis 132 ± 2 cm, ilgis ne mažiau kaip 390 cm. Sterilus.	Gamintojas Carl Zeiss Medite, Vokietija 306026 Apklotas Nr. 26 neurochirurginiam mikroskopui, tinkamas naudoti su liginės turimu OPMI "Pentero" mikroskopu. Tinkamas naudoti su vakuumine drapiravimo sistema. Su dviem asistento vamzdžiais. Su neįtakojančių stebimo vaizdo kokybės objektyvo apsauginiu stikliuku bei galimybe pakeisti užterštą stikliuką operacijos metu pakaitiniu steriliu stikliuku (komplektuojamas su apklotu) nekeičiant apkloto. Plotis 132 cm, ilgis 391 cm. Sterilus. (brošiūra "OPMI Drapes with VisionGuard"; brošiūra „OPMI drape No26“)
29.	Endoskopinis krepšelis svetimkūniams		Ovalo formos; ilgis 230 cm +/- 1 cm ; sietelis 3 x 6 cm +/- 0,5 cm, diametras ne daugiau 2,5 mm	Gamintojas G-Flex, Belgija, Captiva GF4501 , Ovalo formos, Ilgis 230cm, sietelis 3 x 6 cm, diametras 2,5 mm.
30.	Adata ašarų latakui		Apvaliai lenkta, metalinė 23 dydžio/0,64 mm, bendras ašarų latakų ilgis 10 ± 0,5 mm, užlenkto galiuko ilgis 7 ± 0,5 mm, bendras ašarų latakų adatos ilgis 40 ± 1 mm. Jungiama prie vienkartinio švirkšto. ANEL modelio arba lygiavertis.	Gamintojas Geuder G-15195 Adata ašarų latakui. Apvaliai lenkta, metalinė 23 dydžio/0,64 mm, bendras ašarų latakų ilgis 10 mm, užlenkto galiuko ilgis 7 mm, bendras ašarų latakų adatos ilgis 40 mm. Jungiama prie vienkartinio švirkšto. ANEL modelio. (brošiūra "Anel lacrimal cannulas")
39.	Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato		Vienkartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 23 dydžio. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt.	Gamintojas Alcon Laboratories LT-23G VITRECTOMY PAK SANT Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt.

		Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt.	Operacinio stalo apklotas 140x140 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. Alcon Laboratories, JAV. (aprašymas "LT-23G VITRECTOMY PAK")
40.	Vienartinis 25G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato	Vienartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 25 dydžio. Komplektą sudaro: Constellationkasetė 25G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt.	Gaminiojas Alcon Laboratories LT-25G VITRECTOMY PAK SANTAR. Vienartinis 25G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. Alcon Laboratories, JAV. (aprašymas "LT-25G VITRECTOMY PAK")