

Perkamų prekių sąrašas

3 dalis. Paciento transportavimo lenta

Eilės Nr.	Gaminio charakteristika	Atitikimas	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	1. Skirta nukentėjusiojo, pernešimui, imobilizavimui ir transportavimui taip pat evakavimui iš sunkiai prieinamų vietų įtarus stuburo traumą.	Būtina	Plačiausiai naudojama ligoninėse, sporto renginiuose, pirmos pagalbos ir gelbėtojų tarnybų pernešant, imobilizuojant ir evakuojant nukentėjusiuosius. (1 psl.)
2	2. Komplektacija: 2.1. Lenta – 1 vnt. 2.2. Diržai ligonio fiksavimui prie lentos ne mažiau kaip 3 poros. 2.3. Sistema galvos ir kaklo fiksavimui – 1 vnt.	Būtina	Komplektacijoje: 2.1. 1 lenta. (1 psl.) 2.2. 3 poros saugos diržų. (1-2 psl.) 2.3. Galvos įtvaras (1-2 psl.) ir kaklo įtvaras (1 psl.; 3-5 psl.)
3	3. Lenta: 3.1. Pagaminta iš didelio tankio plastiko ar identiškos medžiagos. 3.2. Lentos kraštuose esantys tarpai suteikia galimybę įvairiais būdais imobilizuoti pacientą. 3.4. Lentos šonuose turi būti tarpai su skersiniais elementais, tvirtinti greitos fiksacijos saugos diržų metalines jungtis. 3.5. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 3.6. Laidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant KT ir BMR tyrimus 3.7. Leidžiama apkrova – ne mažiau kaip 180 kg. 3.8. Lentos svoris ne daugiau kaip 8,0 kg. 3.9 Lentos ilgis ne mažiau 183 cm 3.10 Lentos plotis ne mažiau kaip 45 cm	Būtina	3.1. Neštuvai pagaminti iš PE (termoplastinė medžiaga) (1 psl.) 3.2. Nuotrauka (1 psl.) 3.4. Nuotrauka (1 psl.) 3.5. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. (1 psl.) 3.6. Vientisas lydinys, nėra tikimybės antrinei kontaminacijai, tvirtas, laidus Rentgeno spinduliams, galima naudoti kompiuterio tomografijos ir magnetinio rezonanso metu. (1 psl) 3.7. Keliamas svoris 181 kg. (1 psl.) 3.8. Lentos svoris 7 kg. (1 psl.) 3.9. Lentos ilgis 184 cm (1 psl.) 3.10. Lentos plotis 45 cm. (1 psl.)
4	4. Fiksavimo diržai: 4.1. Universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. 4.2. Operatyviai pritvirtinami prie lentos ir lengvai ir greitai užsegami/atsegami. Greitos fiksacijos sagtys ir metalės greitos fiksacijos jungtys (karabinai) tvirtinimui prie lentos.	Būtina	4.1. Tinkami krūtinės, dubens ir kojų fiksavimui. (2 psl.) 4.2. 2-jų dalių, su plastikine greitos fiksacijos sagtimi, diržo ilgis

			reguliuojamas iš abiejų sagties pusių. Prie spinalinės lentos tvirtinami metalinėmis karabininėmis greito sukabinimo sagtimis. (2 psl.)
5	5. Galvos fiksavimo sistema: 5.1. Apykaklė kaklo imobilizavimui 5.2. Galvos įtvaras prie lentos tvirtinamas fiksuojančių juostų pagalba. Sudarytas iš pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose privalo būti ertmės prieiti prie paciento ausų. Papildomai komplektuojama su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. Lengvai valoma ir dezinfekuojama.	Būtina	5.1. Gali būti komplektuojama kartu su galvos įtvaru ir kaklo įtvaru AEROresc. (1 psl., 3-5 psl.) 5.2. Pagamintas iš didelio tankumo plastiko medžiagų, didelės ausų ertmės ausų kanalų monitoravimui; Naudojama kartu tiek su Scoop kaušiniaus neštuvais, tiek ir stuburo fiksavimo lenta, tvirtinama dirželių pagalba; Galimybė Rentgeno, kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimams; Komplekte yra kaktos ir smakro fiksavimo dirželiai; Vandeniui atsparus plastiko padengimas palengvina valymą, dezinfekavimą ir neleidžia kauptis bakterijoms. (2 psl.)
6	Prekę turi būti pažymėta originaliu CE ženklu, kartu pateikiama prekės gamintojo CE atitikties deklaracija.	Būtina	6. Pažymėta CE ženklu (6-10 psl.)
7	Garantija 24 mėn.	Būtina	24 mėnesių garantija
8	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiama
9	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	
10	Vieneto kaina eurais su PVM		
11	Viso 3 dalies bendra suma Eur su PVM	556,60	
12	PVM tarifas procentais	21	
12	Firminis pavadinimas, gamintojas		