



UAB „Labostera“

Basanavičiaus al. 5
Kaunas, LT-50282
Tel. (8-37) 732042
Faksas (8-37) 731994
El. paštas: info@labostera.lt



Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO (VETERINARIJOS GYDYKLA, TILŽĖS G. 18, KAUNAS)

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2, 3, 4 ir 5 punktus. 2 ir 3 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. 4 Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Dėl 4 punkto – tiekėjas pildo tik tuos punkto papunkčius – kurioms pirkimo objekto dalims pasiūlymą teikia. Dėl 5 punkto – ši lentelė privalo būti užpildoma tik toms dalims, kurioms teikiamas pasiūlymas.

2015-03-18 **Nr.** 20150318/2

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Labostera“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Aikevičius
Telefono numeris	(8 37) 732042
Fakso numeris	(8 37) 731994

Reg. VI Registrų centro Kauno filialas
Nr. 058934

Įmonės kodas 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416

A. s. LT237400025828623810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000

El. pašto adresas	info@labostera.lt
-------------------	-------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame CVP IS, interneto adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>

Tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS);

1.2. šiuose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiektėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai):

Eil. Nr.	Prekės, numatytos patiekti subtiektimo pagrindais	Subtiektėjo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiektimo vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1			
2			

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

4. Mes siūlome šias prekes:

4.2. 2 pirkimo objekto daliai „Operaciniai stalai ir mobilios anestezijos sistemos“(šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 2 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 2 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pasiūlymo valiuta, Eurai (arba užsienio valiuta pasirinktinai): <u>Eurai</u> (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)									
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas(pildo tiekėjas)	Siūlomos prekės modelis(pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis; ne daugiau kaip	Vnt. kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Vnt. kaina su PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina su PVM (pildo tiekėjas)
2 pirkimo objekto dalis: „Operaciniai stalai ir mobilios anestezijos sistemos“:									
2.1.	Mobili anestezijos sistema gyvūnams:			Vnt.	2				
2.1.1.	Mobili anestezijos sistema gyvūnams (vidutinio dydžio gyvūnams triušis / jūrų kiaulytė)	WEST MEDICA	VitaPAM V	Vnt.	1	6490,00	7852,90	6490,00	7852,90
2.1.2	Mobili anestezijos sistema gyvūnams (mažiems gyvūnams pelėms / žiurkėms)	Univentor Limited	Univentor 1200	Vnt.	1	9735,00	11779,35	9735,00	11779,35
2.2	Operacinis stalas mažiems laboratoriniams gyvūnams su	Hugo Sach Elektronik /Harvard	Operating Tables Size 1 for mice and	Vnt.	1	7670,00	9280,70	7670,00	9280,70

	homeotermine reguliavimo sistema ir tvirtinimo priedais	Instrumens	size 5 for rodents						
2.3	Operacinis hidraulinis stalas vidutinio dydžio gyvūnams	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instrumens	Heated Flat-Top operating table with Single Tilting and Hydraulic-Lift Base	Vnt.	2	5310,00	6425,10	10620,00	12850,20
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo objekto daliai be PVM (skaičiais ir žodžiais) <i>Trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiolika EUR, 00 ct.</i>									34515,00
PVM suma (skaičiais ir žodžiais) <i>Septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni EUR, 15 ct.</i>									7248,15
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo objekto daliai su PVM (skaičiais ir žodžiais): <i>Keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt trys EUR, 15 ct.</i>									41763,15

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

4.3. 3 pirkimo objekto daliai „Ivairi įranga“*(šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 3 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 3 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):*

Pasiūlymo valiuta, Eurai (arba užsienio valiuta pasirinktinai): <u>Eurai</u> (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)									
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas(pildo tiekėjas)	Siūlomos prekės modelis(pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis; ne daugiau kaip	Vnt. kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Vnt. kaina su PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina su PVM (pildo tiekėjas)
3.1.	Tūrinis ventiliatorius	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Large Animal Ventilators	Vnt.	3	7950,00	9619,50	23850,00	28858,50
3.2	Trachėjinė kaniulė su kontūru pelėms	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Tracheal Cannula with Luer Adapter Rodent Circuit Set, hose, mask and uncut diaphragm with Diaphragm for Rodent Mask, Small	Vnt.	10	600,00	726,00	6000,00	7260,00

			(7/16 in DIA)						
3.3	Elektrochirurgi nismonopoliari niskaustikas su priedais	LED SpA	Surtron 80	Vnt.	1	1500,00	1815,00	1500,00	1815,00
3.4.	Mobili chirurgine lempa	Rimsa	PRIMALE D	Vnt.	1	900,00	1089,00	900,00	1089,00
3.5	Elektrochirurgi nismonopoliari nis - bipoliarinis kaustikas	LED SpA	Surtron 200	Vnt.	2	2250,00	2722,50	4500,00	5445,00
3.6	Modulinis narkozės aparatas	Dräger Medical AG & Co. KG	Dräger Fabius® Tiro	Vnt.	1	33145,00	40105,45	33145,00	40105,45
3.7	Gyvybinių funkcijų matavimo monitorius	Sino-Hero Bio- medical Electronic s	mTouch7	Vnt.	1	3000,00	3630,00	3000,00	3630,00
3.8.	Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamose- iškvėpiamose	Dräger Medical AG & Co. KG	Vamos	Vnt.	1	3750,00	4537,50	3750,00	4537,50

	dujose analizės monitorius								
3.9.	Operacinis šviestuvassualkūnių sistema	Dräger Medical AG & Co. KG	POLARIS® 700	Vnt.	1	19500,00	23595,00	19500,00	23595,00
3.10.	Švirkštinė pompa	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Pump 11 Elite Infusion Only Single Syringe	Vnt.	1	4200,00	5082,00	4200,00	5082,00
3.11.	Pulsoksimetras su priedais	West Medica	Vitasign 350V	Vnt.	1	450,00	544,50	450,00	544,50
3.12.	Homeoterminė gyvūnų šildymo ir temperatūros palaikymo sistema su šildomais įvairių dydžių paklotėliais	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Homeothermic Monitoring Systems	Vnt.	1	3825,00	4628,25	3825,00	4628,25
3.13.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Large Animal Intensive Care Units	Vnt.	1	7250,00	8772,50	7250,00	8772,50

	gyvūnams	ts							
3.14.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Medium Animal Intensive Care Units	Vnt.	1	12750,00	15427,50	12750,00	15427,50
3.15.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams	Hugo Sach Elektronik /Harvard Instruments	Small Animal Intensive Care Units	Vnt.	1	14087,00	17045,27	14087,00	17045,27
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo objekto daliai be PVM (<i>skaičiais ir žodžiais</i>) <i>Vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyni EUR, 00 ct.</i>									138707,00
PVM suma (<i>skaičiais ir žodžiais</i>) <i>Dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni EUR, 47 ct.</i>									29128,47
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo objekto daliai su PVM (<i>skaičiais ir žodžiais</i>): <i>Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki EUR, 47 ct.</i>									167835,47

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai – pildoma atskira lentelė, parengta pagal šią formą):

2.1. Mobili anestezijos sistema gyvūnams -2 vnt.

2.1.1. Mobili anestezijos sistema gyvūnams (vidutinio dydžio gyvūnams triušis / jūrų kiaulytė) -1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (<i>atkeliamas iš</i>)	Konkurso sąlygose nustatytas reikalaujamos	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš
----------	---	--	--	--

	<i>techninės specifikacijos stulpelio</i>	parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>	oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
1. Anestezijos aparatas				
1.1	Kvėpavimo kontūras	Uždaro tipo	Uždaro tipo	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.2	Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris	Nuo ne daugiau kaip 20 ml iki ne mažiau kaip 1600 ml	Nuo 20 ml iki 1600 ml	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.3	Degumonies darbo slėgis	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.4	Degumonies srauto reguliavimo ribos	Nuo ne daugiau kaip 0,1 l/min iki ne mažiau 10 l/min	Nuo 0,1 l/min iki 10 l/min	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.5	N ₂ O darbo slėgis	Intervale 0,3 –	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)

		0,4 MPa		
1.6	N ₂ O srauto reguliavimo ribos	Nuo ne daugiau kaip 0,1 l/min iki ne mažiau 10 l/min	Nuo 0,1 l/min iki 10 l/min	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.7	CO ₂ absorbcijos agentas	Soda, ne mažiau kaip 2000 ml talpa	Soda, 2000 ml talpa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.8	Apsaugų suveikimo slėgis	60 cm H ₂ O stulpelio	60 cm H ₂ O stulpelio	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.9	Svoris	Ne daugiau 12 kg	12 kg	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.Garintuvas				
2.1	Galimybė naudoti su: Enflurane, Isoflurane, Halothane, Sevoflurane	Privaloma	Yra	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.2	Tūris ties maksimumo žyme	Ne mažiau 250 ml	250 ml	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.3	Tūris ties minimumo žyme	Ne daugiau 35 ml	35 ml	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.4	Srautas	Nuo ne daugiau 0,2 l/min iki ne	0.2–15 l/min	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)

		mažiau 15 l/min		
2.5	Maksimalus slėgis vamzdyne	38 kPa	38 kPa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.6	Svoris	Ne daugiau kaip 5 kg	5 kg	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.Ventiliatorius				
3.1	Darbo slėgis	Intervale 0,3 – 0,5 Mpa	Intervale 0,3 – 0,5 Mpa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.2	Ventiliacijos tipas	Teigiamo slėgio ventiliacija (angl.: „IPPV interittent positive pressure ventilaitio	Teigiamo slėgio ventiliacija (angl.: „IPPV interittent positive pressure ventilaition)	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.3	Kvėpavimo dažnis	Nuo 3 iki 100 kartų per minutę	Nuo 3 iki 100 kartų per minutę	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.4	Įkvėpimo/iškvėpimo santykis	4:1; 3:1; 2:1; 3:2; 1:1; 2:3; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6	4:1; 3:1; 2:1; 3:2; 1:1; 2:3; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.5	Įkvėpimo ir	Nuo ne daugiau kaip	Nuo 50 ml iki 1600 ml	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)

	išskvepiamo oro tūris	50 ml iki ne mažiau kaip 1600 ml		
3.6	Svoris	Iki 10 kg	10 kg	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.Kompresorius				
4.1	Slėgio debitas	Ne mažiau nei 0,4 MPa	0.4 MPa	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.2	Nominalus srautas išėjime	≥ 24 l/min	≥ 24 l/min	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.3	Triukšmas	< 56 dB (A)	< 56 dB (A)	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.4	El. maitinimas	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.5	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne daugiau 400 x 300 x 710 mm	400 x 300 x 710 mm	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.6	Svoris	Ne daugiau 34 kg	34 kg	1 psl.(2.1.1 mobili anestezijos sistema)
5.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
6.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimas eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	

		tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.		
7.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Privaloma pateikti su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
8.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar	Atitinka	

		kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.		
--	--	--	--	--

2.1.2. Mobili anestezijos sistema gyvūnams (mažiems gyvūnams pelėms / žiurkėms) -1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nurodant o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje). <i>Šis reikalavimas taikomas tik 1 pirkimo objekto dalies 1.1.-1.5. pozicijoms ir 2 pirkimo dalies 2.1 pozicijai.</i>
Anestezijos aparatas 1 vnt.				
1.	Pavaros variklis	Nuolatinės srovės, reguliuojamo greičio, dirbantis be	Nuolatinės srovės, reguliuojamo greičio, dirbantis be pulsacijų	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina)

		pulsacijų		
2.	Greita stūmoklio eiga	Ne mažiau 45 mm/min	45 mm/min	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
3.	Švirkštas	Stiklinis, 10 ml tūrio, sandarus dujoms, stūmoklio eiga 60 mm	Stiklinis, 10 ml tūrio, sandarus dujoms, stūmoklio eiga 60 mm	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
4.	Skysčio srautas	Minimalus: ne daugiau 0,4 ml/val. Maksimalus: ne mažiau 10 ml/val	Minimalus: 0,4 ml/val. Maksimalus: 10 ml/val	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
5.	Oro srautas	Minimalus: ne daugiau 50 ml/min Maksimalus: ne mažiau 999 ml/val	Minimalus: 50 ml/min Maksimalus: 999 ml/val	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
6.	Pridedamų dujų slėgis	Minimalus: ne daugiau 0,5 bar Maksimalus: ne mažiau 1,0	Minimalus: 0,5 bar Maksimalus: 1,0 bar	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina

		bar		
7.	Maksimali stūmiklio jėga	Ne mažiau 100 N	100 N	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
8.	Stūmiklio judėjimo tikslumas	$\pm 0,01$ mm arba $\pm 1\%$ visos eigos	$\pm 0,01$ mm arba $\pm 1\%$ visos eigos	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
9.	Displėjus	Ne mažiau kaip dviejų eilučių po 16 simbolių	dviejų eilučių po 16 simbolių	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
10.	Saugumas	Privalo būti garsinis aliarmo signalas ir raudonos spalvos šviesinis indikatorius	yra	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
11.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.		12 mėn.
12.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	

		privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.		
13.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Privaloma pateikti kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
14.	Kiti reikalavimai tiekėjui	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar	Atitinka	

		kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.		
--	--	--	--	--

2.2 Operacinis stalas mažiems laboratoriniams gyvūnams su homeoterminė reguliavimo sistema ir tvirtinimo priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslus dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1.	Šildomas, operacinis stalas su homometriniu temperatūros kontrolieriu pelėms ir žiurkėms.	1 vnt.- žiurkėms ir 1 vnt. pelėms	1 vnt.- žiurkėms ir 1 vnt. pelėms
2.	Operacinio stalo viršus	Pagamintas iš plastiku ar lygiaverte medžiaga dengto aliuminio ar lygiavertės medžiagos	Pagamintas iš plastiku dengto aliuminio
3.	Operacinio stalo viršutinės dalies dydis	Stalo skirtas pelėms 160x100 mm ±5 mm Stalo skirtas žiurkėms - ne mažiau kaip 300x190 mm±5 mm	Stalo skirtas pelėms 160x95 mm Stalo skirtas žiurkėms - 300x190 mm
4.	Operacinio stalo pagrindas trikampio	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius

	formos arba trikojis	operatoriaus poreikius	
5.	Stalo šonuose yra daugybinės išdrožos kojų fiksavimo laikikliams ir krūtinės ląstos retraktoriams fiksuoti įvairiose pozicijose.	Būtina abipus stalo	Yra abipus stalo
6.	Stendas su šarnyru elektrodų, daviklių ir kaniulių fiksavimui	Tvirtinamas prie stalo viršutinės dalies. Būtina	Yra. Tvirtinamas prie stalo viršutinės dalies
7.	Reguliuojamas stalo aukštis	Stalo pelėms – ne mažiau kaip 105 mm, stalo žiurkėms- ne mažiau kaip nuo 160 mm iki 180 mm	Stalo pelėms –105 mm, stalo žiurkėms- nuo 160 mm iki 180 mm
8.	Šildymo įrenginys su galios regulatoriumi	Reguliavimas intervale ne mažesniame nei 20-100 % visos galios.	Reguliavimas intervale nuo 20-100 % visos galios
9.	Kaitinimo elemento varža	Stalo skiro pelėms ne daugiau kaip 6 Ω , skirto žiurkėms –ne daugiau kaip 1,5 Ω	Stalo skiro pelėms 6 Ω , skirto žiurkėms 1,5 Ω
10.	Stalo svoris	Pelėms – ne mažesnis nei 1,8 kg, žiurkėms ne mažesnis– 2,3 kg.	Pelėms –1,85 kg, žiurkėms ne mažesnis– 2,3 kg.
11.	Lankstus temperatūrinis daviklis vidiniai graužiko temperatūrai matuoti	Diametras ne didesnis nei 1,7 mm, ilgis ne mažesnis nei 100 mm, du kabeliai jungiantys daviklį prie kontrolerio ilgis ne mažiau kaip 2 m. Būtinai	Yra. Diametras 1,3 mm, ilgis 100 mm, du kabeliai jungiantys daviklį prie kontrolerio ilgis 2 m.
12.	Šildymo įrenginys palaiko temperatūrą diapazone	Temperatūros nustatymas diapazone nuo ne daugiau kaip 35°C iki ne mažiau kaip 40°C, tikslumas ne didesnis nei $\pm 1\%$	Temperatūros nustatymas diapazone nuo 35°C iki 40°C, tikslumas $\pm 1\%$

13.	Šildymo įrenginio išmatavimai	270 x 320 x 90 mm ±10 mm	274 x 320 x 94 mm
14.	Šildymo įrenginio svoris	Ne didesnis nei 3 kg.	3 kg
15.	Papildomos detalės:	Kojų laikikliai 4 vnt. Anestezinės kaukės laikiklis, Laikiklis kaniulėms ir elektrodams	Kojų laikikliai 4 vnt. Anestezinės kaukės laikiklis, Laikiklis kaniulėms ir elektrodams
16.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
17.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
18.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

2.3 Operacinis hidraulinis stalas vidutinio dydžio gyvūnams -2 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (atkeliama iš techninės specifikacijos stulpelio)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (atkeliama iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
----------	--	---	--

1.	Šildomas operacinis stalas gyvūnams	2 vnt.	2 vnt.
2.	Operacinio stalo viršus	Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos su užapvalintais kampais	Pagamintas iš nerūdijančio plieno su užapvalintais kampais
3.	Operacinio stalo pagrindas	Iškilus su skysčių nutekėjimu į stalviršio kraštus	Iškilus su skysčių nutekėjimu į stalviršio kraštus
4.	Operacinio stalo viršutinės dalies dydis	150,0 x 55 cm ± 5 cm	152,5 x 56 cm
5.	Šildomas stalo paviršiaus plotas	Ne mažiau kaip 120 X 38 cm± 5 cm	122 cm x 40.5cm
6.	Operacinio stalo pakreipimas	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius
7.	Stalo apkrovimas	Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip iki 135 kg	136,2 kg
8.	Reguliuojamas stalo aukštis	Nuo ne daugiau kaip 75 cm iki ne mažiau kaip 100 cm	Nuo 75cm iki 100 cm
9.	Stalo aukščio reguliavimas	Stalas su hidrauline <i>aukščio reguliavimo</i> sistema, valdymo pedalas kojoms	Stalas su hidrauline <i>aukščio reguliavimo</i> sistema, valdymo pedalas kojoms
10.	Maitinimas	230V 50Hz	230V 50Hz
11.	Reguliuojama operacinio stalo temperatūra	Nuo ne daugiau kaip 21 °C iki ne mažiau kaip 42 °C	Nuo 21 °C iki 42 °C
12.	Papildomos detalės:	Skysčių surinkimo indas	Skysčių surinkimo indas
13.	Garantijos sąlygos		12 mėn.

		Ne mažiau kaip 12 mėn.	
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
15.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3. Įvairi įranga

3.1. Tūrinis ventiliatorius 3 vnt.			
Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (<i>tiektėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.</i>)
1.	Gyvūnų skaičius	1vnt.	1vnt.
2.	Taikoma šioms gyvūnų rūšims	Žiurkės, jūrų kiaulytės, triušiai, katės, šunys	Žiurkės, jūrų kiaulytės, triušiai, katės, šunys
3.	Aparato valdymo režimas	Tūrinis	Tūrinis
4.	Minimalus gyvūno svoris	Ne daugiau 1,5 kg	1,5 kg
5.	Maksimalus gyvūno svoris	Ne mažiau kaip 50 kg	50 kg
6.	Minimalus įkvepiamo	Ne daugiau kaip 30ml/ taktą	30ml/ taktą

	/iškvepiamo oro tūris		
7.	Maksimali įkvepiamo /iškvepiamo oro tūris	Ne mažiau kaip 750 ml/ taklą	750 ml/ taklą
8.	Įkvepiamo/iškvepiamo oro tūris	Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 30ml/taklą iki ne mažiau kaip 750ml/ taklą	Reguliuojamas nuo 30ml/taklą iki 750ml/ taklą
9.	Minimalus kvėpavimo dažnis	Ne daugiau kaip 7 įkvėpimai/min	7 įkvėpimai/min
10.	Maksimalus kvėpavimo dažnis	Ne mažiau kaip 50 įkvėpimai/min	50 įkvėpimai/min
11.	Įkvėpimo ir iškvėpimo trukmės santykis	25:50 viename takte	25:50 viename takte
12.	Kvėpavimo dažnis	Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 7 kartai/min iki ne mažiau kaip 50 kartų/min	Reguliuojamas nuo 7 kartai/min iki ne 50 kartų/min
13.	PEEP Teigiamas iškvėpimo pabaigoje slėgis	Būtinai	Yra
14.	Maitinimas	230V/50Hz	230V/50Hz
15.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 21 kg	21 kg
16.	Aparato išmatavimai	Ne didesni kaip IxAxG 500x300x230 mm ±10 mm	IxAxG 500x300x225 mm
17.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
18.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.

19.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė – 1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Tiekėjas atliks apmokymus Mokymų trukmė – 1 dienos, mokomi 2 operatoriai.
20.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.2 Trachėjinė kaniulė su kontūru pelėms - 10 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>)
1.	Tracheosrominė kaniulė su Luer arba lygiaverčiu adapteriu, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos	Būtina	Tracheosrominė kaniulė su Luer adapteriu, pagaminta iš nerūdijančio plieno
2.	Išorinis diametras ir ilgis - 5 vnt.	Atitinkamai ne didesnis nei 1,2 mm/ 27 mm	1,2 mm/ 20 mm
3.	Išorinis diametras ir ilgis - 5 vnt.	Atitinkamai ne didesnis nei 1,1 mm/ 24 mm	1,0 mm/ 20 mm

4.	Anestezijos kontūras vieno vamzdžio su kauke 10 vnt..	Būtina	yra
5.	Vidinis vamzdis skirtas dujų įvedimui	Vidinis diametras 6,25 mm	Vidinis diametras 6,25 mm
6.	Išorinis vamzdis skirtas dujų išmetimui	Išorinis diametras 22,0 mm	Išorinis diametras 22,0 mm
7.	Kaukės dviejų skirtingų dydžių	7/16“ diafragma 5 vnt. ir 9/16“ diafragma 5 vnt.	7/16“ diafragma 5 vnt. ir 9/16“ diafragma 5 vnt.

3.3 Elektrochirurginis monopoliarinis kaustikas su priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1.	Monopolinis-Bipolinis koagulatorius	1vnt.	1vnt.
2.	Darbinis dažnis visuose režimuose	Ne mažiau kaip 600 kHz	600 kHz
3.	Galios reguliavimas	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso
4.	Maksimali pjovimo galia	Ne mažiau kaip 80 W/ 250Ω	80 W/ 250Ω
5.	Maksimali galia, mišri	Ne mažiau kaip 60 W/ 200Ω	60 W/ 200Ω
6.	Maksimali sustiprinto	Ne mažiau kaip 50 W/ 150Ω	50 W/ 150Ω

	pjovimo galia		
7.	Maksimali paviršinės forsuotos koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 40 W/100 Ω	40 W/100 Ω
8.	Maksimali bipolinio išėjimo galia	Ne mažiau kaip 30 W/100 Ω	30 W/100 Ω
9.	Radio dažnių galios impulsų emisijos laikas	Ne blogesnis kaip intervale 10-990 ms	10-990 ms
10.	Radio dažnių galios impulsų intervalas	Ne blogesnis kaip intervale 1-9	1-9
11.	Papildomos įrenginio funkcijos, įjungiamos bei išjungiamos atskiru mygtuku	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; 4) audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso
12.	Nustatytų parametrų atmintis	Ne mažiau 4 programų	4 programos
13.	Bipolinio koagulatoriaus komplektavimas:		
15.1.	Dviejų pedalo kojinis jungiklis	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo
15.2.	Padalintas paciento elektrodas	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui
15.3.	Laidas paciento elektrodams	2 vnt.; ilgis 3,0 m $\pm$ 50 cm	2 vnt.; ilgis 3,0 m
15.4.	Monopolinė rankena su dviem mygtukais	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 $\pm$ 0,5 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm	5 vnt.; laido ilgis: 3,0; jungtis instrumentui: 2,4 mm
15.5.	Monopolinis elektrodas adata ne trumpesnė nei 7 cm, tiesi	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;
15.6.	Monopolinis elektrodas	3 vnt., pagaminta iš karščiui	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;

	rutulinis, ne trumpesnė nei 6 cm	atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 20 mm±5 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm	Darbinis ilgis: 25 mm adatos diam.: 0,2
15.7.	Monopolinis elektrodas mentelės formos 7 cm ilgio	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm.	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25mm; adatos diam.: 0,2 mm.
15.8.	Bipolinių elektrodų rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
15.9.	Bipolinis laidas	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0 m
16.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 5 kg	5,0 kg
17.	Aparato išmatavimai	Ne didesni nei IxAxG 260x110x290 mm	254x104x288 mm
18.	Visi instrumentai ir priedai, išvardinti punktuose 15.5.-15.9. turi būti daugkartiniai, autoklavuojami.	Būtina	yra
19.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
20.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
21.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė –1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Tiekėjas atliks apmokymus Mokymų trukmė –1 dienos, mokomi 2 operatoriai.

22.	Dokumentacija	I įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	I įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke. Atitinka
-----	---------------	---	--

3.4. Mobili chirurginė lempa 1 vnt.			
Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>)
1.	Šviestuvo tipas pagal tvirtinimą	Mobilus, įtvirtintas ant pagrindo su ne mažiau kaip 5 ratukais	Mobilus, įtvirtintas ant pagrindo su ne mažiau kaip 5 ratukais
2.	Šviesos šaltinis	LED arba lygiavertis	LED
3.	Šviesos intensyvumas 0,5 m atstumu (Ec) @ 5000K	Ne mažiau 86 Klx	86 Klx
4.	Šviesos intensyvumas 0,5 m atstumu (Ec) @ 4500K	Ne mažiau 80Klx	80Klx
5.	Ne mažiau dviejų spalvos temperatūrų pasirinkimų	4500 / 5000°K	4500 / 5000oK
6.	Spalvų perteikimo rodiklis CRI (angl. color rendering index)	Ne mažiau 95 Ra	95 Ra

7.	d10 šviesos lauko skersmuo @ 50cm (EC)	Ne mažiau 140 mm	140 mm
8.	Bendra radiacinė energija Ee, kuriai esant pasiekiamas maksimalus apšvietimo lygis	Ne daugiau 225 W/m ²	225 W/m ²
9.	Pirminė kintama įtampa	80 – 240 V	80 – 240 V
10.	Antrinė, nuolatinė įtampa	24 V	24 V
11.	Dažnis	50Hz	50Hz
12.	Naudojamas galingumas	Ne daugiau 21 VA	21 VA
13.	Apšvietimo valdymas (%)	25 – 100, sudalinta į 6 intervalus	25 – 100, sudalinta į 6 intervalus
14.	Svoris	Ne daugiau 3,5 kg	3,3 kg
15.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau nei 12 mėnesių.	12 mėn.
16.	Įstaliacija	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
17.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.5 Elektrochirurginis monopoliarinis - bipoliarinis kaustikas - 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Monopolinis-Bipolinis koaguliatorius	1vnt.	1vnt.
2.	Darbinis dažnis visuose režimuose	Ne mažiau kaip 600 kHz	600 kHz
3.	Galios reguliavimas	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso
4.	Maksimali pjovimo galia	Ne mažiau kaip 200 W/ 250Ω	200 W/ 250Ω
5.	Maksimali galia, mišri	Ne mažiau kaip 120 W/ 200Ω	120 W/ 200Ω
6.	Maksimali sustiprinto pjovimo galia	Ne mažiau kaip 120 W/ 250Ω	120 W/ 250Ω
7.	Maksimali paviršinės forsuotos koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 150 W/150 Ω	150 W/150 Ω
8.	Maksimali giluminės švelnios koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 90 W/100 Ω	90 W/100 Ω
9.	Maksimali bipolinio pjovimo	Ne mažiau kaip 80 W/100 Ω	80 W/100 Ω

	galia		
10.	Radijo dažnių galios impulsų emisijos laikas	Ne mažesniame intervale - 10-990 ms	10-990 ms
11.	Radijo dažnių galios impulsų intervalas	Ne mažesniame intervale - 1-9	1-9
12.	Papildomos įrenginio funkcijos, įjungiamos bei išjungiamos atskiru mygtuku	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso
13.	Nustatytų parametrų atmintis	Ne mažiau 4 programų	4 programos
14.	Bipolinio koagulatoriaus komplektavimas:		
15.1.	Dviejų pedalų kojinis jungiklis	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo
15.2.	Padalintas paciento elektrodas	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui
15.3.	Laidas paciento elektrodams	2 vnt.; ilgis 3,0 m	2 vnt.; ilgis 3,0 m
15.4.	Monopolinė rankena su dviem mygtukais	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 ± 0,5 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm
15.5.	Monopolinis elektrodas adata ne trumpesnė nei 7 cm, tiesi	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;
15.6.	Monopolinis elektrodas rutulinis, ne trumpesnė nei 6 cm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 15-20 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 20 mm; adatos diam.: 0,2 mm
15.7.	Monopolinis elektrodas	3 vnt. pagaminta iš karščiui	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;

	mentelės formos 7 cm ilgio	atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm.	Darbinis ilgis: 25mm; adatos diam.: 0,2 mm.
15.8.	Bipolinių elektrodų rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
15.9.	Bipolinis laidas	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0 m
16.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 6 kg	6 kg
17.	Aparato išmatavimai	Ne didesni nei IxAxG 370x150x320 mm	IxAxG 370x144x319 mm
18.	Visi instrumentai ir priedai, išvardinti punktuose 15.5 – 15.9 turi būti daugkartiniai, autoklavuojami.	Būtina	Yra
19.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.
20.	Instaliavimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
21.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė –1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Tiekėjas atliks apmokymus Mokymų trukmė –1 dienos, 2 operatoriai.
22.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke. Atitinka

		Pateikiama kartu su preke.	
--	--	----------------------------	--

3.6 Modulinis narkozės aparatas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Pavadinimas, modelis, gamintojas		
2.	Narkozės aparatas	Su integruotu ventiliatoriumi ir ergonomišku vežimėliu su stalčiais	Su integruotu ventiliatoriumi ir ergonomišku vežimėliu su stalčiais Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 5
3.	Aparate integruoti mechaniniai rotometrai N ₂ O, O ₂ ir suspaustam orui	Matavimo ribos nuo ne daugiau kaip 0,1 iki ne mažiau nei 10 l/min su atskira mažos tėkmės gradacija, apimančią 0,2 iki 2 l/min. intervalą arba didesnę	Matavimo ribos 0,0 iki 12 l/min su atskira mažos tėkmės gradacija, apimančią 0,5 iki 2 l/min. intervalą arba didesnę Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 5
4.	Inhaliacinių anestetikų garintuvai	1 vnt. anestetinių dujų rūšis patikslinama užsakymo metu	1 vnt. anestetinių dujų rūšis patikslinama užsakymo metu Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
5.	Veterinarinis	Visiems turi būti naudojamos tos pačios dumplės	Visų tipų pacientams naudojamos tos pačios dumplės Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 4
6.	Greito – ekstrinio O ₂ tiekimo vožtuvas	Būtinasis	Greito – ekstrinio O ₂ tiekimo vožtuvas Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
7.	Dujotakos kontrolės vožtuvas	Būtinasis	Dujotakos kontrolės vožtuvas Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 5
8.	Minimalios O ₂ koncentracijos apsaugos sistema	Automatinė O ₂ koncentracijos kontrolė – ne mažiau 23%	Automatinė O ₂ koncentracijos kontrolė – ne mažiau 23% deguonies N ₂ O ir O ₂ mišinyje. Automatinis N ₂ O tiekimo

		deguonies N ₂ O ir O ₂ mišinyje. Automatinis N ₂ O tiekimo nutraukimas esant O ₂ koncentracijai mažesnei nei 23%	nutraukimas esant O ₂ koncentracijai mažesnei nei 23% Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
9.	Deguonies aliarmas	Kai O ₂ spaudimas mažesnis už 2,5 (x100 kPa)	Kai O ₂ spaudimas mažesnis už 1,38 bar Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
10.	Greito dujų mišinio išmetimo iš kvėpavimo kontūro sistema, užtikrinanti paciento saugumą ir greitesnį prabudimą	Ne mažiau 0-12 l/min	0-25-75 l/min priklausomai nuo sistemos slėgio Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
11.	CO ₂ absorberis	Talpa ne mažesnė kaip 1,5 l	Talpa ne mažesnė kaip 1,5 l Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
12.	Ventiliatoriaus tipas	Elektrinis, elektroniniu būdu valdomas ventiliatorius	Elektrinis, elektroniniu būdu valdomas ventiliatorius Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
13.	Kvėpavimo kontūro sistemos vožtuvas	Kontroliuojamas tūrio ir slėgio	Kontroliuojamas tūrio ir slėgio Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
14.	Ventiliatoriaus darbo režimai	IPPV, rankinis ir spontaninis	IPPV, rankinis ir spontaninis Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
15.	Aparato ventiliacijos režimai turi išlikti nesant nei suslėgto oro nei deguonies	Būtina	Aparato ventiliacijos režimai išlieka nesant nei suslėgto oro nei deguonies Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 4
16.	Ventiliatorius su integruotu skaitmeniniu LCD monitorium	Monitoriuje nustatomi ir stebimi bent šie parametrai (gali būti ir daugiau): įkvėpimo tūrio (ml), kvėpavimo dažnio (k/min), I:E dažnio, kvėpavimo tūrio (l/min), kvėpavimo spaudimo (Pa), PEEP, maksimalaus spaudimo (Pa), O ₂ koncentracija, plato (%), režimo parametrai bei aliarmai	Monitoriuje nustatomi ir stebimi bent šie parametrai : įkvėpimo tūrio (ml), kvėpavimo dažnio (k/min), I:E dažnio, kvėpavimo tūrio (l/min), kvėpavimo spaudimo (Pa), PEEP, maksimalaus spaudimo (Pa), O ₂ koncentracija, plato (%), režimo parametrai bei aliarmai Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
17.	Įkvėpimo/iškvėpimo santykis	Ne blogiau nuo 2:1 iki 1:3	Ne blogiau nuo 4:1 iki 1:4 Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
18.	Inspiracinė pauzė (plato)	Nuo 0 iki 50%	Nuo 0 iki 50% Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
19.	Įkvėpimo tūris	Ne blogiau 20-1400 ml	20-1400 ml Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7

20.	Kvėpavimo dažnis	Ne blogiau 10-60 k/min	4-60 k/min Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
21.	PEEP ribos	Ne blogiau 5-15 hPa	0-20 hPa Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
22.	Ventiliacijos aparato spaudimo aliarmas	Spaudimo ribos turi apimti 10-60 hPa intervalą, su galimybe naudotojui jį keisti	Spaudimo ribos turi apimti 5-65 hPa intervalą, su galimybe naudotojui jį keisti Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
23.	Dujų tėkmės aliarmas	Mažiau kaip 1 l/min ir daugiau kaip 18 l/min	0,2 l/min ir daugiau kaip 18 l/min Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 11
24.	Ventiliatorius su pasikraunama baterija	Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis kaip 45 min.	Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis kaip 45 min. Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
25.	Ventiliatoriaus patikra ir klaidų pranešimas	Automatinė ventiliatoriaus savikontrolė su specialiais klaidų pranešimais	Automatinė ventiliatoriaus savikontrolė su specialiais klaidų pranešimais Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 10
26.	Automatinis atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys	Būtina	Automatinis atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
27.	Komplektuojamas su O ₂ , N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ₂ dujų analizatoriumi.	Gali būti atskiras monitorius su tvirtinimo įtaisu arba integruotas į narkozės aparatą. Turi turėti bateriją, kuri užtikrintų nepertraukiamą darbą ne mažiau 45 min.	Gali būti atskiras monitorius su tvirtinimo įtaisu N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ₂ dujų analizavimui ir integruotas į narkozės aparatą O ₂ dujų analizatorius. Monitorius su baterija, kuri užtikrina nepertraukiamą jo darbą 45 min. Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 15
28.	Aparato dujų pajungimo žarnos 5 m su DIN arba lygiavertėmis jungtimis	Būtinios	Aparato dujų pajungimo žarnos 5 m su DIN jungtimis
29.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
30.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
31.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

		dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
--	--	---	--

3.7. Gyvybinių funkcijų matavimo monitorius – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai,pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Elektros maitinimas	1. 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.	1. 220 V, 50 Hz elektros tinklas, Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 6 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 210 min. Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2
2.	Reikalavimai monitoriaus ekranui:	1. Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, ≥ 12“ (30 cm) įstrižainės, 2. Skiriamoji geba ≥ (800x600) 3. Maksimalus kreivių skaičius	1. Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, 12“ (30 cm) įstrižainės, 2. Skiriamoji geba (800x600) 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu 6; Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2

		ekrane vienu metu ≥ 6 ;	
3.	Monitoriaus valdymas	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas 2. Integruoti klavišai 3. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas 4. Skaitinės ir raidinės klaviatūra monitoriaus ekrane;	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1 2. Integruoti klavišai Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1 3. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1 4. Skaitinės ir raidinės klaviatūra monitoriaus ekrane; „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 4
4.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija:	1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 120 val. 2. Galimybė atvaizduoti 1 min. intervalu. 3. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali; 5. Vartotojo nustatomos perspėjimo signalizacijos veikimo ribos visiems matuojamiems parametrams.	1. Atminties trukmė (trendai) 256 val. „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2 2. Galimybė atvaizduoti 1 min. intervalu. „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2 3. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali; „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2 4. Vartotojo nustatomos perspėjimo signalizacijos veikimo ribos visiems matuojamiems parametrams. „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 5
5.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG multi-derivacinis kanalas. 2. Respiracinis kanalas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD).	1. EKG multi-derivacinis kanalas. 2. Respiracinis kanalas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. Temperatūra -2 kanalai.

		4. Temperatūra -2 kanalai. 5. Neinvazinis kraujospūdis kanalas. 6. SpO2 - 1 kanalas. 7. Invazinis kraujospūdis – 1 kanalas	5. Neinvazinis kraujospūdis kanalas. 6. SpO2 - 1 kanalas. 7. Invazinis kraujospūdis – 1 kanalas <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
6.	Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:	1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 15 - 300 susitraukimų per min;	1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos 15 - 300 susitraukimų per min; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
7.	Reikalavimai respiraciniam kanalui:	1. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytą) 7-150 k/min., 2. Matavimo paklaida $\leq \pm 1$ kartas/min visame matuojamajame diapazone arba $\leq \pm 2\%$	1. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos 7-150 k/min., 2. Matavimo paklaida -nestebima <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
8.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:	1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 10 – 50°C. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; 2. Temperatūros matavimo rezultatų indikacija skaitmeninė;	1. Temperatūros matavimo ribos 0 – 50 °C. Matavimo paklaida $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; 2. Temperatūros matavimo rezultatų indikacija skaitmeninė; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>

9.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:	2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems $\leq 10-270$ mmHg, matavimo paklaida Ne daugiau 5% 5. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 7. Kraujospūdžio matavimo duomenys, skaitmenine forma, pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis.	1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems 10-270 mmHg, matavimo paklaida 5% 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 3. Kraujospūdžio matavimo duomenys, skaitmenine forma, pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis. <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
10.	Reikalavimai SpO2 kanalui:	1. SpO₂ matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 - 100 %; 2. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 2,0$ % diapazone 70-100%; 3. SpO₂ matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; 4. ŠSD matavimas pagal SpO₂ (ne siauresnis už nurodytą) 25 – 300 k/min., galimas neatitikimas ne daugiau 3k/min;	1. SpO₂ matavimo diapazonas 1 -100 %; 2. Matavimo paklaida $\pm 2,0$ % diapazone 70-100%; 3. SpO₂ matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1</i> 4. ŠSD matavimas pagal SpO₂ 20 – 300 k/min., <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>

11.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) nuo (-10 iki +300 mmHg) 2. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 2,0\%$	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo diapazonas nuo (-10 iki +300 mmHg 2. Matavimo paklaida $\pm 2,0\%$ „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2
11.	Su monitoriumo komplektuojami priedai:		
11.1.	Daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis	1 vnt.,	1 vnt.,
11.2.	Vienkartinių EKG elektrodų komplektas	1 vnt.,	1 vnt.,
11.3.	Daugkartinio naudojimo prailginimo kabelis SpO2 pirštiniam davikliui	1 vnt.,	1 vnt.,
11.4.	Daugkartinio naudojimo, pirštinis, SpO2 matavimo daviklis suaugusiems	1 vnt.,	1 vnt.,
11.5.	Daugkartinio naudojimo, pirštinis, SpO2 matavimo daviklis vaikams	1 vnt.,	1 vnt.,
11.6.	Vienkartinio naudojimo, SpO2 matavimo daviklis vaikams	1 kompl.	1 kompl.
11.7.	Daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetės suaugusiems (skirtingo dydžio manžėčių kiekiai suderinami su užsakovu	3 vnt.,	3 vnt.,

	prieš užsakant prekes)		
11.8.	Daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti	1 vnt.,	1 vnt.,
11.9.	Daugkartinio naudojimo stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis	1 vnt.,	1 vnt.,
11.10.	Invazinio kraujospūdžio linių prijungimo kabelis	1 vnt.	1 vnt.
11.11.	Invazinio kraujospūdžio matavimo vienkartinio naudojimo linijos	1 kompl.	1 kompl.
13.	Garantijos	Įrangai suteikiama ne mažiau 12 mėnesių garantija	12 mėnesių garantija
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimo, įdiegimo eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
15.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeis vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiamas kartu su preke.

--	--	--	--

3.8 Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamose-iškvėpiamose dujose analizės monitorius - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1.1.	Monitoriaus maitinimo šaltinis	220V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas	220 V, 50 Hz elektros tinklas Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.2.	Monitoriaus analizuojamos dujos	CO2, N2O ir penkių rūšių anestetinės dujos	CO2, N2O ir penkių rūšių anestetinės dujos Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
1.3.	Dujų analizatoriaus veikimo principas	Infraraudonųjų spindulių analizė	Infraraudonųjų spindulių analizė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.4.	Galimybė monitorių naudoti su bet kuriuo anestezijos aparatu	Būtina	Galimybė monitorių naudoti su bet kuriuo anestezijos aparatu Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.5.	Monitoriuje integruotas ekranas	TFT tipo arba lygiavertis ekranas	Aukštos rezoliucijos elektroliumeniscencinis ekranas Žr. kataloge „Vamos brošiūra_ENG“ psl. Nr. 3
1.6.	Ekране matoma CO2 koncentracijos kreivė	Būtina	Ekране matoma CO2 koncentracijos kreivė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4

1.7.	Dujų koncentracijos matavimo rezultatų indikacija	Skaitmeninė	Skaitmeninė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
1.8.	Vartotojo nustatomos monitoriaus aliarmų ribos	Būtina	Vartotojo nustatomos monitoriaus aliarmų ribos Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 6
1.9.	Perspėjimo signalizacija	Garsinė ir vizuali	Garsinė ir vizuali Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 7
1.10.	Aliarmo išjungimo mygtukas	Būtina	Aliarmo išjungimo mygtukas Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
1.11.	Galimybė ateityje įdiegti SpO2 matavimo funkciją	Būtina	Galimybė ateityje įdiegti SpO2 matavimo funkciją Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
2.	Reikalavimai monitoriaus komplektavimui:	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas aprašytas funkcijas	Aparatas sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas aprašytas funkcijas
2.1.	Aparato elektros maitinimo kabelis	Ne trumpesnis kaip 3 m	3 m
2.2.	Aparatui tiekiamų dujų vamzdeliai	Ne trumpesni kaip 1,5 m., 10 vnt	1,5 m., 10 vnt
2.3.	Vandens garų surinkimo talpos	1 vnt.	1 vnt.
2.4.	Monitoriui suteikiama 12 mėn. gamintojo garantija	Būtina	12 mėn.
2.5.	Įranga turi turėti CE arba lygiavertį ženklą	Teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato ar lygiavertio dokumento kopiją.	Kartu su pasiūlymu pateikiama sertifikato ar lygiavertio dokumento kopija
	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo

		pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	pasiūlymo kainą.
	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.9 Operacinis šviestuvus su alkūnių sistema – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1.	Reflektorinė apšvietimo sistema	Būtina	Reflektorinė apšvietimo sistema Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
2.	Vieno modulio operacinė lempa su alkūnių sistema	Būtina	Vieno modulio operacinė lempa su alkūnių sistema Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 3
3.	Operacinėje lemposje šviesą generuojančios šviesos diodai	Tik baltos šviesos diodai	Operacinėje lemposje šviesą generuoja šviesos diodai (LED) Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1

	(LEDarbalysavartai)		
4.	Modulio sugeneruojamas šviesos intensyvumas:	$\geq 160 \text{ klx}$	Modulio sugeneruojamas šviesos intensyvumas: 160 klx Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
5.	Šviesos intensyvumo elektroninio reguliavimo ribos:	Ne blogiau kaip nuo 50 % iki 100 % ribose	Šviesos intensyvumo elektroninio reguliavimo ribos: 50 % iki 100 % ribose Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
6.	Sufokusuojamas apšvietimo lauko diametras	$\geq (20 - 30) \text{ cm, } \pm 2 \text{ cm}$	Sufokusuojamas apšvietimo laukodiametras (23 - 29) cm Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
7.	Apšvietimo gylis (L1+L2)	$\geq 1000 \text{ mm}$	Apšvietimo gylis (L1+L2): 1000 mm Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 7
8.	Spalvų skiriamosios gebos koeficientas	$\geq 92 \text{ Ra}$	Spalvų skiriamosios gebos koeficientas: 93 Ra Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
9.	Fiksuota spalvinė šviesos temperatūra	$\geq 4600 \text{ K}$	Fiksuota spalvinė šviesos temperatūra 4600 K Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
10.	Šviesos diodų tarnavimo laikas	$\geq 30.000 \text{ h}$	30.000 h Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
11.	Operacinė lempa turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui ir turėti montavimo galimybę su jau sumontuota lubine inžinerinių sistemų konsole.	Būtina	Operacinė lempa bus pritaikyta esamam patalpos aukščiui ir turi montavimo galimybę su jau sumontuota lubine inžinerinių sistemų konsole.
12.	Lempos apšvietimo intensyvumo reguliavimo ir įjungimo/išjungimo mygtukai sumontuoti lempos konstrukcijoje	Būtina	Lempos apšvietimo intensyvumo reguliavimo ir įjungimo/išjungimo mygtukai sumontuoti lempos konstrukcijoje Žr. kataloge „Operacinis šviestuvas brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2

13.	Lempos kupolas pritaikytas “laminariniam srautui “	Būtina	Lempos kupolas pritaikytas “laminariniam srautui “ Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
14.	Pagal lempo skupo loperimetrą umontuotos rankenos nesterilia m lempo pozicijos keitimui	Būtina	Pagal lempo skupo perimetrą sumontuotos rankenos nesteriliam lempo pozicijos keitimui Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
15.	Lempos kupolo centre sumontu otarankenasukeičiamomissteri lizuojamomisrankenomis, steriliam lempo pozicijoskeiti muiirfokusoregulavimui	Būtina	Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis sterilizuojamomis rankenomis, steriliam lempo pozicijos keitimui ir fokuso regulavimui Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
16.	Lempos alkūnių sistema užtikrina maksimalų sukimosi apie savo ašį diametrą ne mažesnę kaip 3.0 m ir vertikalų nusileidimą nuo lubų žemyn 1.5 m.	Būtina	Lempos alkūnių sistema užtikrina maksimalų sukimosi apie savo ašį diametrą 4.2 m ir vertikalų nusileidimą nuo lubų žemyn 1.6 m. priklausomai nuo lempo montavimo aukščio Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 5
17.	Lempos maitinimo įtampa	220 V ± 10%, 50 Hz	220 V 50 Hz Žr. kataloge „Operacinis šviestuvus brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
18.	Sterilizuojamų rankenų lempo komplekte	≥ 4 vnt.	6 vnt.
29.	Įranga turi turėti CE arba lygiavertį ženklą	Teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato ar lygiavertio dokumento kopiją.	Įranga turi CE ženklą, pateikiama sertifikato kopija
30.	Garantinis laikotarpis	Nemažiau 12 mėn.	12 mėn.
	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vie	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą

		toje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turėtų būti įtrauktos į teikiamą pasiūlymą kainą.	atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.10 Švirkštinė pompa 1 vnt.

	Parametras, pavadinimas	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
2	Darbo režimai	Infuzija; ištraukimas; infuzija/ištraukimas; ištraukimas/infuzija	Infuzija; ištraukimas; infuzija/ištraukimas; ištraukimas/infuzija
3	Valdymo pultas	Jutiklinis displėjus	Jutiklinis displėjus
4	Displėjuje turi būti indikuojama:	Švirkšto tūris, skysčio srautas, pateikto skysčio tūris, praėjęs laikas	Švirkšto tūris, skysčio srautas, pateikto skysčio tūris, praėjęs laikas
5	Tinkami švirkštai	Stikliniai, plastikiniai arba plieniniai švirkštai, kurių tūris nuo 0,5 µl iki 60 ml	Stikliniai, plastikiniai arba plieniniai švirkštai, kurių tūris nuo 0,5 µl iki 60 ml
6	Maksimali linijinė jėga	Ne mažiau 13,6 kg	13,6 kg
7	Stūmoklio eigos greitis, minimalus	Ne daugiau 0,15 µl/min	0,15 µl/min
8	Stūmoklio eigos greitis, maksimalus	Ne mažiau 159 mm/min	159 mm/min
9	Srautas	Minimalus: 1,26 pl/min (su 0,5 µl švirkštu), Maksimalus: 88,28ml/min (su 60 ml švirkštu)	Minimalus: 1,26 pl/min (su 0,5 µl švirkštu), Maksimalus: 88,28ml/min (su 60 ml švirkštu)
10	Mikrožingsnių skaičius vienam sraigto apsisukimui	Ne mažiau 15	15
11	Stūmoklio eigos greitis	Minimalus: ne daugiau 0,15 µm/min; Maksimalus: ne mažiau 159 mm/min	Minimalus: 0,15 µm/min; Maksimalus: 159 mm/min
12	Skysčio srautas	Minimalus: ne daugiau 1,3 pl/min (0,5 µl švirkštas). Maksimalus: ne mažiau 88 ml/min (60 ml švirkštas)	Minimalus: 1,3 pl/min (0,5 µl švirkštas). Maksimalus: 88 ml/min (60 ml švirkštas)
13	Matmenys	230 x 200 x150 mm ± 10 mm	226x 197,8x150 mm

14	Svoris	Ne daugiau 2,7 kg	2,1 kg
15	Jungtys	RS-232- 9Pin D subjungtyje; RS485-IEEE-1394USB – tipas B arba lygiavertės	RS-232- 9Pin D subjungtyje; RS485-IEEE-1394USB – tipas B arba lygiavertės
16	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn	12 mėn.
17	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
18	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.11 Pulsoksimetras su priedais -1vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1.	Matuojami parametrai ir jų matavimo ribos	SpO ₂ ; 0 – 100% Širdies dūžiai: ne daugiau kaip 30 k/min. iki ne mažiau kaip – 250 k/min.	SpO ₂ ; 0 – 100% Širdies dūžiai: nuo 30 k/min. iki 254 k/min
2.	Ekranas	LCD arba lygiavertis su LED arba lygiaverčiu pašvietimu	LCD su LED pašvietimu
3.	Maitinimas	Autonominis. Baterinis arba akumuliatorinis.	Autonominis. Baterinis 4 1,5V AA baterijos
4.	Maitinimo elementų tarnavimo laikas	Ne mažiau darbo: 48 valandų	48 valandos
5.	Prisotinimo matavimo tikslumas	± 2 skaitmenys (70 – 100%), nejudant; ±3 skaitmenys (70 – 100%) judant	± 2 skaitmenys (70 – 100%), nejudant; ±3 skaitmenys (70 – 100%) judant
6.	Pulso matavimo tikslumas	±3 skaitmenys, nejudant; ±5 skaitmenys, judant	±3 skaitmenys, nejudant; ±5 skaitmenys, judant

7.	Matavimo tikslumas	SpO ₂ –ne daugiau kaip 1%; Pulsas – ne daugiau kaip 1 dūžis per minutę	SpO ₂ –1%; Pulsas –1 dūžis per minutę
8.	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne mažiau: 160 x 70 x 35 mm	Ne mažiau: 160 x 70 x 37,6 mm
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.12. Homeoterminė gyvūnų šildymo ir temperatūros palaikymo sistema su šildomais įvairių dydžių paklotėliais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Homeoterminė	1vnt.	1vnt.

	monitoravimo sistema gyvūnams		
2.	Sistemos komponentai	Zondas, valdymo pultas ir kilimėlis	Zondas, valdymo pultas ir kilimėlis
3.	Sistemos režimai	Dviejų tipų: homeoterminis valdymas ir autonominis skaitmeninis termometras	Dviejų tipų: homeoterminis valdymas ir autonominis skaitmeninis termometras
4.	Matavimo vienetai	Pagal Celsijų ir Farenheitus	Pagal Celsijų ir Farenheitus
5.	Temperatūros reguliavimas	Automatinis temperatūros nustatymas pagal gyvūno kūno temperatūrą	Automatinis temperatūros nustatymas pagal gyvūno kūno temperatūrą
6.	Temperatūros svyravimo ribos	Ne mažiau kaip 20°C ir nedaugiau kaip 50°C	Nuo 20°C iki 50°C
7.	Ekranas	Didelis fluorescencinis ekranas	Didelis fluorescencinis ekranas
8.	Zondo skersmuo	Ne daugiau kaip 1.7 mm	1.7 mm
9.	Zondo ilgis	Ne mažiau kaip 100 mm	100 mm
10.	Zondo kabelio ilgis	Ne mažiau kaip 2 m	2 m
11.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 15 x 20 cm	15 x 20 cm
12.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 45 x 70 cm	45 x 70 cm
13.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 60 x 90 cm	60 x 90 cm
14.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
15.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą,	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą

		įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
16.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.13 Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams – 1vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Naudojamas pooperacinių stambių gyvūnų > 30 kg. priežiūrai ir laikymui	Būtina	Naudojamas pooperacinių stambių gyvūnų > 30 kg. priežiūrai ir laikymui
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.

3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiaverčio tipo plastmasės ar kitos lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienelės tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja du termostatai, kurių vieno galingumas ne mažiau kaip 100W, o kito ne mažiau kaip 150W	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba lygiavertis dangtis su specialiomis ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialiomis ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nebulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nebulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nebulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nebulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.

	pajungimas su alkūne, 2,1 m ± 10 cm ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm±10 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.		
6.	Maitinimas	230V 50 Hz	230V 50 Hz
7.	Išmatavimas ne mažesnis kaip	Pxgxa 740x1070x330 mm± 10 mm	Pxgxa 756x1076x673 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažiau kaip 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

		Pateikiama kartu su preke.	
--	--	----------------------------	--

3.14 Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Naudojamas pooperacinių vidutinių 15 -30 kg gyvūnų priežiūrai ir laikymui	Būtina	Naudojamas pooperacinių vidutinių 15 -30 kg gyvūnų priežiūrai ir laikymui
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.
3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiaverčio tipo plastmasės arba ktios lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienes tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja du termostatai, kurių kiekvieno	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C

	galingumas ne daugiau kaip 100W.		
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba lygaivertis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.
6.	Maitinimas	230 V 50 Hz	230V 50 Hz

7.	Išmatavimas ne mažesnis kaip	Pxgxa 740x850x340 mm± 10 mm	Pxgxa 756x848x673 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažiau kaip 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

3.15. Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne“</i>
----------	-------------------------	----------------------------------	---

			<i>siauresnis“</i> , „ <i>ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1.	Naudojamas pooperacinių smulkių gyvūnų iki 15 kg priežiūrai ir laikymui	Būtina	Naudojamas pooperacinių smulkių gyvūnų iki 15 kg priežiūrai ir laikymui
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.
3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiaverčio tipo plastmasės arba ktios lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienes tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja vienas termostatas, kurio galios galia ne daugiau kaip 90W.	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba lygiavertis dangtis su specialiomis ventiliacinėmis angomis. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialiomis ventiliacinėmis angomis. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris,	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis,

	kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m± 10 cm ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm±10 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa.		nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.
6.	Maitinimas	230V 50 Hz	230V 50 Hz
7.	Išmatavimai išoriniai	Pxgxa 450x670x190 mm± 10 mm	Pxgxa 7470x680x432 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažesniais nei 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.

		įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiam kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

(Pastaba. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija- pagrindimas – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. Jei šis paaiškinimas bus neišsamus ar nebus pateiktas kartu su pasiūlymu – perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, kad pateiktų arba patikslintų informaciją– iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA	3
2.	Įgaliojimas	1
3.	Kvalifikaciniai dokumentai (Registrų centro pažyma, tiekėjo deklaracija, sutarčių sąrašas ir užsakovo pažyma)	5
4.	Gamintojų įgaliojimai ir jų vertimai	44
5.	Techniniai aprašai	26 pdf failų
6.	CE sertifikatai ir jų vertimai	8 pdf failai

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. birželio mėn. 18 d.

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.12 punkte).

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vytautas Aikevičius
(Vardas ir pavardė)