

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	1/9
Pakeičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.:	Žiūrėti 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 1: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikacija

Pavadinimas: Radiometras SDS M1 044

Produkto pavadinimas: Produkto specifikaciją rasite 16 skyriuje

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatymui naudojami būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometro mėginių ėmikliai.

1.3. Informacija apie tiekėją iš saugos duomenų lapo

Gamintojas Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
DK-2700 Brønshøj, DENMARK
Tel: +45 3827 2853
Tel: +45 3827 2828
www.radiometer.com

Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą: environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Pagalbos telefono numeris: 112

(Apsinuodijimų kontrolės centrui gali būti prieinami tam tikrose valstybėse narėse.)

SKYRIUS 2: PAVOJŲ NUSTATYMAS

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas neklasifikuojamas

Fiziniai ir Cheminiai Nėra svarbūs.

pavojai:

Žmogaus sveikata: Nėra svarbūs.

Aplinka: Laikoma, kad pavojingos gaminio savybės aplinkoje yra ribotos.

2.2. Etiketės elementai

Remiantis gamintojo informacija apie cheminę sudėtį, produktas nėra klasifikuojamas ir ženklinamas etiketėmis.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB: Nėra svarbūs.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	2/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.:	Žiūrėti 16 sekciją	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 3: SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: Filtravimo popierius su 60–80 TV heparino ir druskomis.
Po sterilizacijos „SafePICO“ ėminiuose etileno oksido likučiai yra mažesni nei 2 000 µg / įrenginyje.

SKYRIUS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įprasto naudojimo metu netinka. Pažeidus pakuotę:

<u>Įkvėpus:</u>	Nėra poveikio.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nuplaukite odą muilu ir vandeniu.
<u>Kontaktas su akimis:</u>	Nuplaukite vandeniu.
<u>Nurijus:</u>	Skalaukite burną ir gerkite daug vandens.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis: Išsamesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / procedūros: Nėra žinoma.

SKYRIUS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Naudokite gesinimo priemones, tinkamas aplinkinėms medžiagoms.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai: Jokių specialių atsargumo priemonių.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Apsauginė ugniagesių įranga: Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamą apsauginę įrangą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	3/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėti 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Venkite patekimo ant odos ir į akis.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės: Neaktualu atsižvelgiant į mažus sunaudotus kiekius.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei medžiagos

Valymo metodai: Surinkite į pažymėtus kontenerius ir pristatykite į patvirtintą saugyklą.

6.4. Nuorodos į kitus skyrius

Nuorodos: Dėl asmeninės apsaugos žr. 8 skyrių. Kaip pašalinti atliekas, žiūrėkite 13 skyrių.

SKYRIUS 7: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Įspėjimai saugiam naudojimui

Saugaus naudojimo patarimai: Dirbdami su nepažeistais įrenginiais, nesiimkite jokių specialių atsargumo priemonių.
Pažeisti vienetai: Laikykitės geros cheminės higienos praktikos. Venkite patekimo ant odos ir į akis.
Kai produktas bus naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Laikykitės įprastų biologinio saugumo procedūrų, naudodamiesi produktu, ir laikykite visas medžiagas potencialiai infekcinėmis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės saugaus sandėliavimo priemonės: Nėra specialių reikalavimų.

Laikymo sąlygos: Laikyti tamsioje vietoje. Laikymo temperatūrą žiūrėkite ant produkto etiketės.

7.3. Konkretus galutinis naudojimas(ai)

Specifinis naudojimas: Nėra svarbus.

SKYRIUS 8: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Kontroliniai parametrai

Nėra nustatyta profesinio poveikio ribinė vertė.

8.2. Poveikio kontrolė

Asmeninė apsauga: Dirbdami su nepažeistais įrenginiais, nesiimkite jokių specialių atsargumo priemonių.

Rankų apsauga: Patekus į išsiliejusį produktą: Mūvėkite apsaugines pirštines.

Higienos priemonės: Po darbo nusiplaukite rankas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Poveikio aplinkai kontrolė:

Negalima.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	4/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėti 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Išvaizda:</u>	Balta.
<u>Kvapas:</u>	nėra svarbi
<u>Santykinis tankis:</u>	neprieinama
<u>Tirpumas:</u>	nėra svarbi
<u>Suirimo temperatūra:</u>	nėra svarbi

9.2. Kita informacija

<u>Kita informacija:</u>	Nėra svarbi.
--------------------------	--------------

SKYRIUS 10: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas

<u>Reaktyvumas:</u>	Nėra žinoma.
---------------------	--------------

10.2. Cheminis stabilumas

<u>Stabilumas:</u>	Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.
--------------------	--

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

<u>Pavoingos reakcijos:</u>	Nėra žinoma.
-----------------------------	--------------

10.4. Reakcijos, kurių vengti

Vengtinios sąlygos ir medžiagos Nėra specifinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

<u>Nesuderinamos medžiagos:</u>	Nėra žinoma.
---------------------------------	--------------

10.6. Pavojingi skilimo produktai

<u>Pavojingi skilimo produktai:</u>	Nėra normaliomis sąlygomis.
-------------------------------------	-----------------------------

SKYRIUS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Įprasto naudojimo metu netinka. Pažeidus pakuotę:

<u>Inhaliacija:</u>	Nėra svabu.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Ilgesnis ar pakartotinis kontaktas gali sudirginti.
<u>Kontaktas su akimis:</u>	Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.
<u>Nurijus:</u>	Nepanašu, dėl produkto formos.
<u>Specifiniai poveikiai:</u>	Nėra žinoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	5/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėti 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas: Manoma, kad produktas nebus pavojingas aplinkai.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Skaidomumas: Manoma, kad produktas bus biologiškai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.

12.4. Judėjimas dirvožemyje

Judrumas: Neaktualu dėl produkto formos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB: Nėra svarbūs.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: Nėra žinomas.

SKYRIUS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekas ir liekanas šalinkite pagal vietos valdžios reikalavimus.

PASTABA: Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Laikykitės įprastų biologinio saugumo procedūrų, naudodamiesi produktu, ir laikykite visas medžiagas potencialiai infekcinėmis.

Likučių atliekos: EWC-kodas: 18 01 01

Užteršta pakuotė: EWC-kodas: 18 01 03

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	6/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėkite 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 14: TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

Produktui netaikomos tarptautinės pavojingų krovinių vežimo taisyklės (IMDG, IATA, ADR / RID).

14.1. UN numeris

UN-Nr: -

14.2. UN tinkamas gabenimo pavadinimas

Tinkamas gabenimo pavadinimas: -

14.3. Transporto pavojaus klasė(s)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Aplinkos pavojai

Jūros teršalai: -

Aplinkai pavojinga medžiaga:

14.6. Ypatingos atsargumo priemonės vartotojui

Ypatingas atsargumas: Nėra žinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuotas gabenimas: Nėra svarbu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1	Puslapis:	7/9
Keičiama data:	044 2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėkite 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

SKYRIUS 15: TEISINĖ INFORMACIJA

15.1. Specifiniai medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinis reguliavimas: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.
Directives 67/548/EEC on dangerous substances and 1999/45/EC on dangerous preparations, including amendments.
Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work, with amendments.
2001/118/EC: Commission Decision of 16 January 2001 amending Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes.

15.2 Cheminis saugumo vertinimas (CSV)

CSV statusas: Nėra svarbus.

SKYRIUS 16: KITA INFORMACIJA

Vartotojas turi būti informuotas apie tinkamą darbo procedūrą ir būti susipažinęs su šių instrukcijų turiniu.

Šiuose skyriuose pateiktos pataisos ar nauji teiginiai: 6, 16.

Šis SDS nurodo šiuos vidinius brėžinius:

Internal drawing 941-838: A4-28104 rev. 7

Internal drawing 941-839: A4-28651 rev. 6

Standard Operating Procedure #3005 from Celsus regarding Heparin Sodium - Specifications (10/14/09)

Standard Operating Procedure #3007 from Celsus regarding Heparin Sodium Solution (PU) (10/14/09)

Standard Operating Procedure #3075 from Celsus regarding Heparin Lithium - Specifications (06/01/08)

Radiometer SafePICO Certificate (BKH/20-09-2010)

Produkto specifikacija:

956-518 PICO70 w/o needle 0.3-1.5mL

956-519* PICO70 w/o needle 0.3-1.5mL

956-522 PICO70 22G × 25 mm 0.3-1.5mL

956-525 PICO70 22G × 32 mm 0.3-1.5mL

956-529 PICO70 23G × 16 mm 0.3-1.5mL

956-533 PICO70 23G × 25 mm 0.3-1.5mL

956-534 PICO70 23G × 32 mm 0.3-1.5mL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

956-546* PICO70 23G × 16 mm 0.3-1.5mL

956-547 PICO70 25G × 16 mm 0.3-1.5mL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometras SDS M1 044	Puslapis:	8/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	Žiūrėkite 16 skyrių	SDS-ID:	EU-EN/3.1

956-563* PICO70 22G × 25 mm 0.3-1.5mL
956-608* safePICO70 + (nsd) 22G × 32 mm 0.3-1.5mL
956-609* safePICO70 + (nsd) 23G × 16 mm 0.3-1.5mL
956-624* safePICO70 + (nsd) 23G × 25 mm 0.3-1.5mL
956-634* safePICO70 + (nsd) 23G × 32 mm 0.3-1.5mL
956-610* safePICO w/o needle 0.7-1.5mL
956-611 safePICO Self-fill with TsafeTTIPCAP w/o (nsd) 22G x 32 mm, 0.7-1.5 mL (100 units)
956-612 safePICO 23G × 16 mm 0.7-1.5mL
956-613 safePICO 22G × 25 mm 0.7-1.5mL
956-636 safePICO 23G × 25 mm 0.7-1.5mL
956-637 safePICO 23G × 32 mm 0.7-1.5mL
956-614* safePICO + (nsd) 22G × 32 mm 0.7-1.5mL
956-615* safePICO + (nsd) 23G × 16 mm 0.7-1.5mL
956-616* safePICO + (nsd) 23G × 25 mm 0.7-1.5mL
956-620* safePICO + (nsd) 22G × 25 mm 0.7-1.5mL
956-623 safePICO + (nsd) 25G x 16mm 0.7-1.5mL
956-635* safePICO + (nsd) 23G × 32 mm 0.7-1.5mL
956-552 PICO50 0.5-2 mL
956-622 safePICO aspirator 0.7-1.7mL

* No needle cube

(nsd) = needle shield device

905-661 CLINITUBES D956G-70-35X1
905-663 CLINITUBES D956G-70-100X1
905-664 CLINITUBES D956G-70-125X1
905-666 CLINITUBES D956G-70-210X1942-878 CLINITUBES D957G-70-100x5 with balanced heparin, 100 µL
942-880 CLINITUBES D957G-70-125x5 with balanced heparin, 125 µL
942-882 CLINITUBES D941G-80-140X5
942-884 CLINITUBES D957G-70-210X5
942-885 CLINITUBES D941G-240-55X5 with sodium heparin, 55 µL
942-889 SAFE CLINIT. D941P-NA-240-55X3
942-890 SAFE CLINIT. D941P-240-85X1
942-891 SAFE CLINIT. D941P-NA-240-85X3
942-892 CLINITUBES D957P-70-100x1 with balanced heparin, 100 µL
942-893 CLINITUBES D957P-70-125x1 with balanced heparin, 125 µL
942-894 SAFE CLINIT. VIAL D941P-240-55
942-895 SAFE CLINIT. VIAL D941P-240-85
942-896 SAFE CLINIT. VIAL D957P-70-100
942-897 SAFE CLINIT. VIAL D957P-70-125
942-898 CLINITUBES D957P-70-70x1 with balanced heparin, 70 µL
942-899 SAFE CLINITU. VIAL D957P-70-70
942-869 CLINITUBES D957G-70-35X5
942-873 CLINITUBES D941G-NA-240-55X10
942-875 CLINITUBES D941G-240-85X5
942-876 CLINITUBES D941G-NA-240-85X10
942-878 CLINITUBES D957G-70-100X5
942-880 CLINITUBES D957G-70-125X5
942-882 CLINITUBES D941G-80-140X5
942-884 CLINITUBES D957G-70-210X5

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	9/9
Keičiama data:	2011-02-01	Peržiūrėta	2013-08-02
Produkto Nr.	See Section 16	SDS-ID:	EU-EN/3.1

Šiame duomenų lape pateikta informacija atspindi dabartinius mūsų duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytais sąlygomis ir laikantis nurodymų, nurodytų ant pakuotės ir (arba) techninių nurodymų literatūroje. Už bet kokią kitą produkto naudojimą, susijusį su produkto naudojimu kartu su kitu produktu ar kitu procesu, atsako vartotojas.

Pagal DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.
