

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	1/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

	Radiometer SDS M1 038
<u>Produkto</u>	ABL90 FLEX jutiklio kasetė - įskaitant:
	946-005 ABL90 FLEX jutiklio kasetė
<u>pavadinimas:</u>	946-008 ABL90 FLEX jutiklio kasetė
	946-009 SC90 900 BG, LYT, MET, OXI + QC
<u>Produkto</u>	946-010 SC90 100 BG, LYT, MET, OXI +QC
	946-013 SC90 600 BG, LYT, MET, OXI + Q
<u>pavadinimas:</u>	946-040 ABL90 FLEX Demo Sensor cassette
	946-056 SC90 900 BG, LYT, MET MOD, OXI + QC
	946-059 SC90 300 BG, LYT, MET, Hb + QC
	946-060 SC90 1200 BG,LYT,MET,OXI+QC
	946-061 SC90 600 BG, LYT, MET, Hb +QC
	946-062 SC90 900 BG, LYT, MET, Hb +QC
	946-063 SC90 100 BG, LYT, MET, Hb +QC
	946-705 SC90 Ki 300 BG, LYT, MET, UREA, CREA, OXI + QC
	946-712 Sensor Cassette SC300 (BEC)
	944-384 Kontrolampul SC90

<u>Talpyklos dydis:</u>	2 ml
-------------------------	------

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

<u>Taikymas:</u>	Kasetė, kurioje yra vidinis skystas elektrolitas.
------------------	---

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

<u>Gamintojas:</u>	Radiometer Medical ApS
	Åkandevvej 21
	DK-2700 Brønshøj, DANIJIA Tel.:
	+45 3827 3827
<u>Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:</u>	www.radiometras.com
	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

<u>Pagalbos telefonas:</u>	Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.
----------------------------	--

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	2/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal REACH reglamentą šis gaminys apibrėžiamas kaip gaminys, iš kurio nenumatoma išsiskirti medžiagų. Produktui netaikomi ES reglamentai dėl cheminių medžiagų ir medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo.

2.2. Etikečių elementai

Produktui netaikomi ES reglamentai dėl cheminių medžiagų ir medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB: Nėra svarbus.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: vandens, druskų ir priedų.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Neaktualu įprasto naudojimo metu. Sugedus pakuotei:

Įkvėpimas: Nėra svarbus.

Kontaktas su oda: Nuplaukite odą muilu ir vandeniu.

Nuplaukite vandeniu.

Akių kontaktas: Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Nurijimas:

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Simptomai / poveikis: Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydykite simptomiškai.

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	3/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Gesinimo priemonės:

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Konkretūs pavojai: Jokių specialių atsargumo priemonių.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Naudokite apsaugines priemones, tinkamas aplinkinėms medžiagoms.

Apsauginė įranga ugniagesiams:

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

Aplinkosaugos atsargumo priemonės:

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo būdai: Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga. Nedidelį išsiliejimą nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuorodos: Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Nereikia jokių specialių atsargumo priemonių dirbant su nepažeistais įrenginiais.

Pažeisti įrenginiai: laikykite geros cheminės higienos praktikos. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykite įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės saugios laikymo priemonės: Jokių specialių atsargumo priemonių.

Laikymo sąlygos:

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpykloje. Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	4/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra: SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.

Asmeninė
apsauga: Rankų Nereikia jokių specialių atsargumo priemonių dirbant su nepažeistais įrenginiais.

apsauga: Akių Patekus į išsiliejusį produktą: Rekomenduojama mūvėti nitrilo pirštines.

apsauga: Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos Po kontakto nusiplaukite rankas.

priemonės: Nepasiekiamas.

Aplinkos poveikis

Valdikliai:

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda: Kasetė su vidiniu skystu elektrolitu.

Kvapas: Bekvapis.

Kvapo riba: Kvapo riba: nėra.

pH.

Tirpimo temperatūra / užšalimo temperatūra: Nėra.

Virimo temperatūra: Temperatūra: nėra.

Pliūpsnio temperatūra: Temperatūra: nėra.

Garavimo greitis: Nėra.

Sprogimo ribos: Sprogimo ribos: Nėra.

Garų slėgis: nėra.

Garų tankis: Garų tankis: nėra.

Santykinis tankis: 1,08 (22 °C)

Tirpumas: Visiškai tirpsta vandenyje.

Pasiskirstymo koeficientas (noktanolis/
vanduo):

Nėra.

Savaiminis užsidegimas

temperatūra (°C):

Nėra.

Skilimas

temperatūra (°C):

Nėra.

Klampa: Klampumas: Nėra.

Oksiduojančios savybės: Oksiduojančios savybės: nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	5/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nereaktyvus.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

Stabilumas:

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių

reikia vengti

Jokio konkretaus.

Sąlygos/medžiagos, kurių

reikia vengti: 10.5.

Nežinomas.

Nesuderinamos

medžiagos

Nesuderinamos

medžiagos:

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas Normaliomis sąlygomis nėra.

Produktai:

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Neaktualu įprasto naudojimo metu. Sugedus pakuotei:

Ūmus toksiškumas (per burną):	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Ūmus toksiškumas (per odą):	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Ūmus toksiškumas (įkvėpus):	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Sunkus akių pažeidimas ir (arba) dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
STOT - vienkartinis poveikis:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
STOT - Pakartotinis poveikis:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Įkvėpimo pavojus:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Įkvėpus:	Įprastinėje kambario temperatūroje nėra aktualu.
Susiduria su oda:	Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis gali sukelti dirginimą.
Patekimas į akis:	Tiesioginis kontaktas gali dirginti.
Prarijus:	Dėl produkto formos mažai tikėtina.
Specifinis poveikis:	Nėra žinomas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	6/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra: SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Duomenų apie šio produkto ekotoksiškumą nėra.

Ekotoksiškumas:

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas: Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

Mobilumas:

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB: Nėra svarbus.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Niekas nežinomas.

Kitas neigiamas poveikis:

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus.

PASTABA: kai naudojamas produktas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

Atliekos iš likučių: EWC kodas: 16 05 09 (arba 18 01 03)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	7/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. **J**

T tinkamas siuntos

pavadinimas Teisingas

pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus

klasė (-ės) Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga -

medžiaga:

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

Produkto
pavadinimas:

Radiometer SDS M1 038

Puslapis:

8/9

Pakeičiama data:

2017-03-24

Peržiūra: SDS-

2020-04-22

Gaminio Nr.:

ID:

EU-LT/4.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinis reglamentas: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB)Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais. 2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 038	Puslapis:	9/9
Pakeičiama data:	2017-03-24	Peržiūra:SDS-	2020-04-22
Gaminio Nr.:		ID:	EU-LT/4.0

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1,

16.Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius:
MFG-009185 rev 13

<u>Saugos duomenų lape</u>	CSA = Cheminės saugos vertinimas. PBT =
<u>naudojamaisantrumpos ir</u>	patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas. vPvB =
<u>akronimai:</u>	labai patvarus irlabai bioakumuliuojantis.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitugiminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI - Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.