

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Pateikti ne mažiau dviejų ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės (kurios Valstybinė ligonių kasa prie SAM dar nepirko) studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijų
4. Tose pirkimo dalyse, kuriose nurodomas galimų matmenų intervalas, turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
5. Pasiūlytų prekių kaina toje pačioje pirkimo dalyje turi būti viena, neatsižvelgiant į jų dydį.

Apie poreikį pateikti pavyzdžius, pasiūlymų vertinimo metu, Tiekėjai bus informuoti atskirai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Prekės kodas gamintojo kataloge, joje gamintojas turi savo prekių katalogą.								
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI	Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis be PVM, EUR	Vieneto įkainis su PVM, EUR	Bendra suma be PVM, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Pintas Y formos stentas trachėjos bifurkacijos stentavimui	Vnt.	16	5.1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio); nitinolinio siūlo skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,26 mm.	Stentas pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio); nitinolinio siūlo skersmuo 0,26 mm.	800,00	840,00	12.800,00
				5.2. Stento trachėjinės atšakos vidinis skersmuo turi būti 16 -20 mm;	Stento trachėjinės atšakos vidinis skersmuo 16 -20 mm;			
				5.3. Stento vidinis paviršius turi būti padengtas silikono plėvele;	Stento vidinis paviršius padengtas silikono plėvele;			
				5.4 Stento galuose turi būti rentgenokontrastiniai markeriai;	Stento galuose rentgenokontrastiniai markeriai;			
				5.5. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje.			
Pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM							12.800,00	
PVM (5%) suma							640,00	
Pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM							13.440,00	

6.	Pinti stentai trachėjos ir bronchų stentavimui	Vnt.	20	6.1. Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio; nitinolinio siūlo skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,26 mm.	Stento karkaso pynė pagaminta iš nitinolio; nitinolinio siūlo skersmuo 0,26 mm.	320,00	336,00	6.400,00
				6.2. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10 iki 20 mm; diametrai graduoti 1,5±5 mm žingsniu; ilgis - nuo 25±5mm iki 80±5mm;	Stento išorinis skersmuo nuo 10 iki 20 mm; diametrai graduoti 2 mm žingsniu; ilgis - nuo 20mm iki 80mm;			
				6.3. Vidinis stento paviršius turi būti padengtas silikono plėvele, kuri 1-3 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas;	Vidinis stento paviršius padengtas silikono plėvele, kuri 1-3 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas;			
				6.4. Stento galuose ir viduryje turi būti auksiniai ar platininiai rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kiekviename lygmenyje turėtų būti ne mažiau kaip 4 (iš viso - ne mažiau kaip 12);	Stento galuose ir viduryje yra auksiniai rentgenokontrastiniai markeriai, kurių kiekviename lygmenyje yra po 4 (iš viso - 12);			
				6.5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis;	Kiekvienas stentas yra komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis;			
				6.6. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje;	Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje;			
				6.7. Proksimaliniame stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui; "lasso" siūlas turi būti metalinis ar polimerinis, bent 20 % ilgesnis už stento perimetrą.	Proksimaliniame stento gale yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui; "lasso" siūlas polimerinis, bent 20 % ilgesnis už stento perimetrą.			
				Pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM				
PVM (5%) suma							320,00	
Pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM							6.720,00	