

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
STERILIZACINĖS EKSPLOATACINĖS IR CHEMINĖS DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGOS NR. 17431 AKTUALI REDAKCIJA nuo 2018-08-17)

| 1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 2. Tiekėjai turi pateikti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentus. | | | | | | | | | | |
| 3. Tiekėjai, siūlantys chemines dezinfekcijos priemones, turi pateikti priemones saugos duomenų lapą. | | | | | | | | | | |
| 4. Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą instrukciją originalo ir lietuvių kalba. | | | | | | | | | | |
| 5. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems perkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimų lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiskai nurodyti (t.y. pasistebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkamčiosios organizacijos vertinotajai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. | | | | | | | | | | |
| 6. Perkimo pozicijoms Nr. 2, 9, 11, 12, 15 priemonės turi turėti biocido autorizacijos liudijimą. Biocidinių produktų duomenų bazės duomenys priemami viešai, todėl perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų ir duomenis patikrinti pati. | | | | | | | | | | |
| 7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vienetu įkainis pateikiama pasitūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitčiai po kablelio) skaitčius dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vienetu įkainis pateikiama pasitūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaitčiai po kablelio) skaitčius dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir perkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitčiai po kablelio). | | | | | | | | | | |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis Eur/be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kūno priežiūros priemonės | | | | | | | | | | |
| 1. | Šluostės viso kūno odai valyti | Prisotinta išgryninto vandens, švelnių prausiklių, praturtinta odą minkštinamomis medžiagomis. Sugeria ir panaikina nemalonių kvapų, nedirgina odos, nealergizuoja. Pagaminta iš ypač tvirtos medžiagos, neplyšta, nežaloja valomos odos. Tinka ir veidui valyti. Tinkama pašildyti su visa pakuote mikrobangų krosnelėje. Nereikia papildomai skalauti vandeniu. Pakuoteje ne mažiau - 8 šluostės (dydis 22x15 ± 3cm) | 1200 | Pak. | 1,40 Eur/1pak. | 21,00 % | 1,694 Eur/1pak. | 1.680,00 Eur | 2.032,80 Eur | Servetėlės pacientų priež. (8vnt). Anion Manufacturing B.V., Olandija „Meditalika I dalis“, Psi.Nr.16; www.swash.eu |
| 2. | Bespaltvė odos dezinfekcijos priemonė | Biocidas. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai ne mažiau 60 proc. (neturi sudėtyje triklorano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti platiu veikimo spektru: bakterijoms (įskaitant MRSA, TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HBC), skirta operacinio lauko paruošimui, periferinių kraujagyslių punkcijos Nesukelia alerginių reakcijų pakuotė 200 - 250 ml su purkštuvu | 1400 | Vnt. | 2,00 Eur/1vnt. | 21,00 % | 2,42 Eur/1vnt. | 2.800,00 Eur | 3.388,00 Eur | OP DERM bespalvis (200ml), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika II dalis“, Psi.Nr.21-29 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonės | | | | | | | | | | |
| 3. | Valymo ir dezinfekcijos priemonė (koncentratas) odontologijos stulbių sistemos be ir su amalgamos maišytuvais | Sudėtis - kvartiriniai amonio junginiai, kiti ingredientai, smirgėtiniai priedai, pagalbiniai priedai, aromatines medžiagas, putojimą reguliuojančios medžiagos, be aldehidų, veikia TB, HBV/ŽIV, bakterijas, grybelius, naikina kvapus, ekonomiškas, koncentracija ne daugiau 2 proc., ekspozicijos laikas – ne ilgiau 15 min. išsausuota 2 - 5 litrų talpse. | 20 | Litras | 7,80 Eur/1litr. | 5,00 % | 8,19 Eur/1litr. | 156,00 Eur | 163,80 Eur | Instru Suc dez. priemonė (2 l), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija „Meditalika II dalis“/„Meditalika III dalis“, Psi.Nr.17-20; 30-37 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---|
| 4. | Priemonė anesteziologinių instrumentų ir priemonių naudojimui pagerinti | Skirta chirurginių intervencijų metu palengvinti pacientui įvedamų anesteziologinių instrumentų ir priemonių įvedimo procedūrą, gumos (latekso), metalinių instrumentų suteipimui. Sterilus, paruoštas naudoti, aerozolinis preparatas. Išsėvimas iki 1 litro. | 350 | Litras | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Plovimo mašinos Belimed CS 750 plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Be aldehidų. Mažai putojanti. Priemonės dezinfekcijos veiksmingumas turi būti testuojamas pagal EN ISO 15883-7 (2016) standartą. Naudojamas darbinis 0,5- 1 % tirpalas. Priemonės veiksmingumas: Baktericidinis (E. faecium), EN ISO 13727 - ne daugiau 1 min; Mielicidinis (C. albicans) EN ISO 13624 - ne daugiau 3 min; Tuberkulocidinis (M. terrae) EN ISO 14348 - ne daugiau 3 min; Virusas su apvalkalu EN ISO 14476 – ne daugiau 3 min. Veikliosios medžiagos: Riebiųjų alkoholio etoksilatas < 10 %, N-(2-etilheksil)jazonano-1-amidas < 2,5 %, Didecildimetilamonio chloridas 1,25 %, Ketvirtiniai amino junginiai, benzil-C12-16-alkildimetilchloridai 1,25 %. Darbinio tirpalo pH: apie 5-8. Pakuotė: 25 ±5 l kanistras. Pateikti atitiktės 93/42/EEC direktyvai deklaracija. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | 2800 | Litras | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Priemonės, skirtos darbui su MeliMed WD290, WD200, WD425 plovimo - dezinfekavimo mašinomis. Sąlytų vieno gamintojo priemonės. | | | | | | | | | |
| 6.1 | Mediciniinių instrumentų ir lankstųjų endoskopių ploviklis, skirtas naudoti automatiniuose dezinfekuojančiuose plautuvuose | Ploviklis turi būti tinkamas naudoti chirurginių instrumentų, medicinos priemonių, standžių ir lankstųjų endoskopių plovimui. Ploviklio sudėtyje sudėtyje turi būti enzimų. Naudojamas 0,2-1,0 % tirpalas. Darbinė temperatūra 40-60° C. Darbinio tirpalo pH 9,3-10,6 Sudėtyje turi būti anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų < 5%, polikarboksilatų <5%, fosfonatų <5%, Be fosfatų ir silikatų. Pageidaujama pakuotė: 5 l kanistras. Pateikti atitiktės 93/42/EEC direktyvai deklaracija. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | 16.000 | Litras | 3,00 Eur/litr. | 5,00 % | 3,15 Eur/litr. | 48.000,00 Eur | 50.400,00 Eur | Labomat SPM dez. priemonė (5 l), Laboratorium Dr. Deppe, Vo- kietija „Mediallika I dalis“/ „Mediallika III dalis“ Psl.Nr.17-20: 38-42 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|------|--------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|--|
| 6.2 | Priemonė lamkėčių endoskopų chemoterminė dezinfekcijai automatines endoskopų plautuvuose. | Priemonė turi būti neputojanti. Veiklosios medžiagos: gliutaraldehidas < 25 %, etanolis < 10 %, Priemonės veiksmingumas: Baktericidinis (E. faecium) pagal EN ISO 13727, EN ISO 14561 (0,25% tirpalas)- ne daugiau 5 min. Fungicidinis (A. brasiliensis) pagal EN ISO 13624, EN ISO 14562 (1,0% tirpalas)- ne daugiau 5 min. Tuberkulocidinis (M. terrae) pagal EN ISO 14348, EN ISO 14563 (1,0% tirpalas)- ne daugiau 5 min. Virusai su apvalkalu ir be apvalkalo (Parvovirusas) EN ISO 14476 (1,0% tirpalas) – ne daugiau 5 min. Pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai deklaraciją. Darbinio tirpalo pH apie 7,0. Pageidaujama pakuotė: talpa 5 L kamistras. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl stulomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | 3200 | Litras | 9,00 Eur/litr. | 5,00 % | 9,45 Eur/litr. | 28.800,00 Eur | 30.240,00 Eur | Endomat Plus Viruguard dez. priemonė (5 l), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika II dalis“/ „Meditalika III dalis“/ „Meditalika IV dalis“, Psl.Nr.17-20: 43-53 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| 6.3 | Priemonė chirurginių instrumentų, lovų remų, vežimėlių ir kontenerių skalavimui bei džiovinimui automatiniuose plautuvuose | Priemonė turi nepalikti dėmių ir dvyžių. Naudojama koncentracija: 0,05 – 0,2 % Priemonės sudėtyje turi būti: Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų <5%, etanolio < 20 %, propanolio < 15 %, alkoholiai: C12-18, etoksiluoti, propoksiluoti < 15 %, propan-2-olio < 5 %, Darbinio tirpalo pH: 7. Pageidaujama pakuotės: 5 L kamistras. Pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai deklaraciją. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl stulomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | 2000 | Litras | 3,00 Eur/litr. | 21,00 % | 3,63 Eur/litr. | 6.000,00 Eur | 7.260,00 Eur | Labomat MA dez. priemonė (5 l), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika II dalis“/ „Meditalika III dalis“/ „Meditalika IV dalis“, Psl.Nr.17-20: 54-60 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| 6.4 | Terminis popierius instrumentų plovimo mašinoms | Susuktas rulonuose, kurio plotis 56 mm, diametras 48 ± 1 mm. Tinkamas dokumentacijai iki 3 metų. | 400 | vnt. | 2,00 Eur/lvnt. | 21,00 % | 2,42 Eur/lvnt. | 800,00 Eur | 968,00 Eur | Terminis popierius, Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| 6 pirkimo dalies suma Eur be PVM 83.600,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 6 pirkimo dalies 5%, 21% PVM suma Eur 5.268,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 6 pirkimo dalies suma Eur su PVM 88.868,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 7. | Priemonės instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinoms. Stulvyti vieno gamintojo priemonės. Priemonių talpos skirtingų spalvų pagal savo paskirtį (valtklis, neutralizuojantis ploviklis,) | | | | | | | | | |
| 7.1 | Instrumentų ir kitų daiktų ploviklis (neutralizatorius) automatiniams plovimo - dezinfekavimo mašinoms | Veiklioji medžiaga: cirtinos rūgšties monohidratas (nuo 30 iki 50%), be fosfatų ir tenzidų. Skalavimo priemonė turi būti tinkama indams, turintiems tiesioginį sąlytį su maistu. Koncentrato PH=2. Naudojamas 0,1-0,2% koncentrato tirpalas. Talpa 5 litrai | 900 | Litras | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Plauananti priemonė plovimo - dezinfekavimo mašinoms. | Veiklosios medžiagos: nejoniniai tenzidai (nuo 5 iki 15 %), fermentai, glikolis, cianolis. Koncentrato PH=6-7. Turi būti neputojantis, tinkantis minimalios invazijos instrumentams, kietiesiems endoskopams, intensyvios terapijos įrangai, aliumininiams prietaisams. Naudojamas 0,3-0,5%. Talpa 5 litrai | 2800 | Litras | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|--------|---------|------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---|
| II pirkimo dalies suma Eur be PVM | | | | | | | | | | |
| 26.490,00 Eur | | | | | | | | | | |
| II pirkimo dalies 5% PVM suma Eur | | | | | | | | | | |
| 1.330,75 Eur | | | | | | | | | | |
| II pirkimo dalies suma Eur su PVM | | | | | | | | | | |
| 27.820,75 Eur | | | | | | | | | | |
| 12. | Kibirėlis - talpa su servetėlėmis greitai paviršių dezinfekcijai | Biocidas: Veiklosios medžiagos etanolo alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne 40 - 60 g/100 g tirpalo) ir kvietiriniai anonio junginiai, paviršiaus aktyvios bei aromatines medžiagos. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 20 x 14 cm. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Polio, Papova), grybelius, MRSA. Ekspozicijos laikai: Baktericidinis (pagal EN 16615) - ne daugiau 2 min. Tuberkulocidinis (pagal EN 14348) - ne daugiau 1 min. Virucidinis (virusai su apvalkalu) - ne daugiau 30 sek. Noro virusas (pagal EN 14476) - ne daugiau 5 min. Pageidautinas kiekis pakuotėje- ne mažiau 100 vnt. | 900 | Pak. | 3,15 Eur/ Ipak. | 5,00 % | 3,31 Eur/I pak. | 2.835,00 Eur | 2.979,00 Eur | Spray Off Viruguard servetėlės dėžutėje (150vnt.) , Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika VI dalis“, Psi.Nr. 17-20; 83-95 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| 12.1 | Servetėlės dezinfekcijai kaip papildymas talpos, aprašytoms poz. 12. užpildyti | Aprašymas atitinka poz. 12. | 2800 | pakuotė | 2,55 Eur/ Ipak. | 5,00 % | 2,6775 Eur/Ipak. | 7.140,00 Eur | 7.497,00 Eur | Spray Off Viruguard servetėlių papildymas (150 vnt.) , Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija „Meditalika I dalis“/ „Meditalika VI dalis“, Psi.Nr. 17-20; 83-95 http://www.dr-deppe.de/Eng/servi |
| 12 pirkimo dalies suma Eur be PVM | | | | | | | | | | |
| 9.975,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 12 pirkimo dalies suma Eur su PVM | | | | | | | | | | |
| 501,00 Eur | | | | | | | | | | |
| II pirkimo dalies suma Eur su PVM | | | | | | | | | | |
| 10.476,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 13. | Dezinfekcinis biologiniams skysčiams nukensminti | Veiklioji sudėtinė medžiaga chloramas T (aktyvus chloro 10 - 12%), pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu. Dezinfekuoja sutirštindamas biologinius skysčius, po dezinfekavimo išpiltas į kanalizaciją. Nukensmintam ne mažiau 2 litrų biologinių skysčių tenka ne daugiau 30 - 35 g prtemones, išfasavimas 30 - 35 g pakuotėje | 13.000 | Pak. | 3,50 Eur/ Ipak. | 5,00 % | 3,68 Eur/Ipak. | 45.500,00 Eur | 47.840,00 Eur | Gelsorb dez. priemonė (33 gr.) , Bidoiaj s.a.s. Italija „Meditalika VI dalis“/ „Meditalika VII dalis“, Psi. Nr.96-101 http://www.bidoia.com |
| 14. | Vonelė su dangčiu instrumentų dezinfekcijai | Talpa stačiakampio formos, su sandariu dangčiu, su tūrio žymomis vidiniame talpos paviršiuje, pagaminta iš medžiagos, atsparios vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos preparatams. Talpos daugkartinio naudojimo su vidiniu klauryminiu indu instrumentams sudėti. | 100 | Vnt. | 28,00 Eur/ Ivnt. | 5,00 % | 29,40 Eur/ Ivnt. | 2.800,00 Eur | 2.940,00 Eur | Dezinfekcijos vonelė 2litr/3litr, plastikine MK Touristenbetreuung&Medtechnik , Vokietija „Meditalika VII dalis“/ „Meditalika VIII dalis“, psi.Nr.102-109 www.damed.com |
| 14.1 | 3 litrų, dydis: 32 x 22 x 10 cm ± 3 cm | | | | | | | | | |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|-------|------|----------------------|---------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 14.2 | | 5 litrų, dydis: 53 x 20 x 13 cm ± 3 cm | 100 | Vnt. | 38,00 Eur/ 1vnt. | 5,00 % | 39,90 Eur/1vnt. | 3.800,00 Eur | 3.990,00 Eur | Dezinfekcijos vonelė 5litr, plastikinė MK Touristenbetreuung&Medtechnik , Vokietija „Meditalika VII dalis“/ „Meditalika VIII dalis“; psl.Nr. 102-109 www.elamed.com |
| 14.3 | | 12 litrų, dydis: 90 x 21 x 14 cm ± 5 cm, tinkama sterilizuoti vandens įgais 134°C, naudojama endoskopines įrangos aukšto lygio cheminei dezinfekcijai | 30 | Vnt. | 65,00 Eur/ 1vnt. | 5,00 % | 68,25 Eur/ 1vnt. | 1.950,00 Eur | 2.047,50 Eur | Dezinfekcijos vonelė 12litr, plastikinė MK Touristenbetreuung&Medtechnik , Vokietija „Meditalika VII dalis“/ „Meditalika VIII dalis“; psl.Nr. 102-109 www.elamed.com |
| 14.4 | | 30 litrų daugkartinio naudojimo, dydis: 45 x30 x 15 cm ± 2 cm (į ilgį galimi dresni matmenys), naudojama operacinėse panaudotų rinkių – instrumentų ir kt. priemonių pirmimiam mirkymui chemines dezinfekcijos tirpale, turi įtaisus palengvinančius tirpalo išpylimą (kranelius ir panašius analogus). | 10 | Vnt. | 160,00 Eur/ 1vnt. | 21,00 % | 193,60 Eur/1vnt. | 1.600,00 Eur | 1.936,00 Eur | Dezinfekcijos vonelė 30litr, plastikinė MK Touristenbetreuung&Medtechnik , Vokietija „Meditalika VII dalis“/ „Meditalika VIII dalis“; psl.Nr. 102-109 www.elamed.com |
| 14 pirkimo dalies suma Eur be PVM 10.150,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 14 pirkimo dalies 5%, 21% PVM suma Eur 763,50 Eur | | | | | | | | | | |
| 14 pirkimo dalies suma Eur su PVM 10.913,50 Eur | | | | | | | | | | |
| 15. | Dezinfekcinė medžiaga skirta mobilias sauso ranko generatoriui „STERINIS“. | | 250 | Vnt. | - | - | - | - | - | |
| 16. | Priemonių kompleksas antikondensacinio poveikio | Biocidas. Veikliosios medžiagos: 5% vandeninio peroksidas ir sidabro kationai. Specialaus dizaino kasetės po 2 L. Platus veikimo spektras -baktericidinis (TBC), fungicidinis, virucidinis (ZIV, HBV), sporticidinis. Skirtas laparoskopinių operacijų metu naudojami kempinėle, specializuotu skystu padengti optinį paviršių. Veikimo principas: garuoja nuo optinio paviršiaus ir neleidžia susidaryti kondensatui. Vienkartinio naudojimo. Komplekto sudėtis: specializuotas skystis ir kempinėle; išfasuota vienkartiniam dozavimui, sterili, vienoje pakuotėje. Išfasavimas: po 1 komplektą; kempinėle – 1vnt. specializuotas skystis 6-10 ml. Ištūrio talpose | 6.200 | Vnt. | - | - | - | - | - | |
| Sterilizacinės eksplotacinės medžiagos | | | | | | | | | | |
| 17. | Sterilių instrumentų ir priemonių sandėlavimo talpos | Atsparios vidutinio veikimo lygio cheminės dezinfekcijos priemonės; Talpų kraštinį apvalintį su dangčiais, skirtos sterilienis pakėtams laikyti ir transportuoti; Pagamintos iš skaidraus atsparaus plastiko; Talpą turi sudaryti funkcinė dalis – skaidraus plastiko pagrindas su dangčio fiksatoriais ir dangtis; Dangtis turi būti sandarus, priglundantis prie pagrindo. atkartojantis jo formą, tvirtai ir stabiliai fiksuojamas, kad apsaugotų talpos turinį nuo veiksmų poveikio, patekimo į aplinką | | | | | | | | |
| 17.1 | | 36 x 26 x 15 cm (± 2) | 95 | Vnt. | 8,00 Eur/ 1vnt. | 21,00 % | 9,68 Eur/1vnt. | 760,00 Eur | 919,60 Eur | Dėžutė 36x26x15 cm, (1 vnt), InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.interlockmed.com |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|------|------|------------------------|---------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 17.2 | | 50 x 37 x 35 cm (± 2) | 15 | Vnt. | 20,00 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 24,20 Eur/Ivnt. | 300,00 Eur | 363,00 Eur | Dėžutė 50x37x35 cm, (1 vnt), InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.interlockmed.com |
| 17.3 | | 76 x 36 x 15 cm (± 2) | 20 | Vnt. | 22,00 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 26,62 Eur/Ivnt. | 440,00 Eur | 532,40 Eur | Dėžutė 76x36x15 cm, (1 vnt), InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.interlockmed.com |
| 17 pirkimo dalies suma Eur be PVM 1.500,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 17 pirkimo dalies 21% PVM suma Eur 315,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 17 pirkimo dalies suma Eur su PVM 1.815,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 18. | Indikatorius siūlėtuvu atliekamų juostų kokybei nustatyti | Tinka siūlėtuviui Famos Seal Test, HAWO. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos užlydymo juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vieta reikiama informacijai įrašyti, ne mažiau kaip 3 eilutės. Testas pritaikytas dokumentacijai archyvuoti. | 8000 | Vnt. | 0,12 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 0,1452 Eur/Ivnt. | 960,00 Eur | 1.161,60 Eur | SEAL TEST indikatoriai Pharmalabel B.V., Olandija Medialika VIII dalis", Psl.Nr.110-112 https://www.pharmalabel.nl/home |
| 19. | Priemonė (alyva) chirurginių instrumentų priežiūrai | Skirta besisukančių jėgos sistemos dalių supuškimui prieš sterilizavimą. Suteikia lubrikačijos ir antikorozijos efektą. Pūškiamas, sudėtyje nėra silikono. Supakuota flakonėliuose po 300 ± 10 ml. | 45 | Vnt. | 6,80 Eur/ Ivnt. | 5,00 % | 7,14 Eur/Ivnt. | 306,00 Eur | 321,30 Eur | Lubrikantas LUBRINOL (400 ml) InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija „Medialika VIII dalis“, Psl.Nr.113-120 https://www.interlockmed.com |
| 20. | Išorinės cheminės sterilizacijos EO dujomis indikatorinė lipni juostelė | Komplekte turi būti ne mažiau 5 dydžių antgaliai, pritaikyti sandariai supurkšti jėgos sistema. | 40 | Vnt. | 5,00 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 6,05 Eur/Ivnt. | 200,00 Eur | 242,00 Eur | Juosta paketu sutvirt. su EIO indik. InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija „Medialika VIII dalis“, Psl.Nr.121-123 https://www.interlockmed.com |
| 21. | Skubaus įvertinimo biologinis indikatorius sterilizacijai garais | Skirtas greitiam, patikimam sterilizavimo garais proceso įvertinimui. Tinka inkubatoriui Attest™ Auto – Reader. Naudojamas frakcionuoto vakuomo sterilizatorių (121° - 134°C temperatūros režimas) biologinei kontrolei. Galutinis įvertinimas po 3 inkubavimo valandų (be mikrobiologinių tyrimų). Forma - ampulė. | 2500 | Vnt. | 1,70 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 2,057 Eur/Ivnt. | 4.250,00 Eur | 5.142,50 Eur | Stearo-Bio-Plus biologinis indikatorius Gke- GmbH, Vokietija „Medialika VIII dalis“/ „Medialika IX dalis“, Psl.Nr.124-127 https://gke.eu/en/ |
| 22. | Priemonės turimai Valisafė sterilizuotų gaminių panaudojimo atsekamoms sistemai | | | | | | | | | |
| 22.1 | Etiketė - I klasės indikatorius | Dvigubos – dvisluoksnės etiketės, 3 eilučių, I tipo pagal LST EN 11140-1:2014 indikatoriumi. Ant etiketės yra vieta reikiama informacijai įrašyti ne mažiau 26 simbolių. Pristipina prie paketo paviršiaus tvirtai – savaime po sterilizacijos proceso, paketo priežiūros, transportavimo, 1 metų laikotarpyje – sandėliavimo metu, nuo paketo paviršiaus nemukrenta. Etiketės matmenys: 29 x 28 mm. Ritinėlyje ne mažiau 500 vnt. | 1000 | Rit. | 7,00 Eur/ Ivnt. | 21,00 % | 8,47 Eur/Ivnt. | 7.000,00 Eur | 8.470,00 Eur | Doku-L-Label ECO chem.indikat. (750vnt) Gke-GmbH, Vokietija „Medialika IX dalis“, Psl.Nr.128-130 https://gke.eu/en/ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---------|------|------------------|---------|------------------|--------------|---------------|--|
| 22.2 | Rankinis spausdintuvas | Tinkamas istaigos naudojamiems 1 klasės cheminiais indikatoriams-etiketoms ženklinti, 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant kreipinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketu. Ne mažiau 3-jų horizontalių ciliučių (informacijos kodavimui). Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais ir EO. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškūs, įskaitomi. | 2 | Vnt. | 100,00 Eur/lvnt. | 21,00 % | 121,00 Eur/lvnt. | 200,00 Eur | 242,00 Eur | Rankinis spausdintuvas (3 eilučių) Gke- GmbH, Vokietija „Meditalika IX dalis“, Psi.Nr.131-134 https://gke.eu/en/ |
| 22.3 | Dažantys tušo voleliai | Voleliai, tinkantys spausdintuvui, aprašytam poz. 22.2 | 60 | Vnt. | 5,00 Eur/lvnt. | 21,00 % | 6,05 Eur/lvnt. | 300,00 Eur | 363,00 Eur | Rašalo kasėtės pakeitimui Gke- GmbH, Vokietija https://gke.eu/en/ |
| 22 pirkimo dalies suma Eur be PVM 7.500,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 22 pirkimo dalies 21% PVM suma Eur 1.575,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 22 pirkimo dalies suma Eur su PVM 9.075,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 23. | Išorinis cheminis indikatorius – įdėklas į Aesculapo gamintojo medicinos pieno konteinerį | Dydis 7,5 x 3,5 cm dydžio. Turi standartinę spalvos žymą, turi ne mažiau kaip 4 eilutes pagrindiniams duomenims žymėti, turi atitikti EN 867-1 Klasė A/ISO 11140-11 klases reikalavimus. | 100.000 | Vnt. | 0,09 Eur/lvnt. | 21,00 % | 0,1089 Eur/lvnt. | 9.000,00 Eur | 10.890,00 Eur | Iš.chem.indik.įdėk. į Aesculapo kont. (1000vnt) InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija „Meditalika IX dalis“, Psi.Nr.135-136 https://www.interlockmed.com |
| 24. | Absorbuojantis popierius | Skirtas iškloti konteinerių dugnus ir garų sterilizacijos metu kameroje susidariusiam, pertekliniam drėgmės kiekiiui sugerti; Dydis 30 x 50 cm ±2 cm. | 35000 | Vnt. | 0,16 Eur/lvnt. | 21,00 % | 0,1936 Eur/lvnt. | 5.600,00 Eur | 6.776,00 Eur | Absorbuojantis popierius mėlynas 30x50cm Verneighte Papierwarenfabrik GmbH, Vokietija „Meditalika IX dalis“, Psi.Nr.137-138 https://www.sterclin.de/en/ |
| 25. | Konteinerio filtras skirtas Aesculap® Prime Line konteineriuose sterilizuoti prietaisus | Skirtas Aesculap® konteineriuose sterilizuoti medicinos prietaisus sterilizacijos garais metodu. Konteinerio filtras: apvalus 19 cm diametro, JK 095 (arba lygiavertis, pateikiant gamintojo nuorodą, kad tinka Aesculap® konteineriui; Vienkartinio naudojimo. | 40.000 | Vnt. | 0,09 Eur/lvnt. | 5,00 % | 0,0945 Eur/lvnt. | 3.600,00 Eur | 3.780,00 Eur | Iš.chem.indik.įdėk. į Aesculapo kont. (1000vnt) InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija „Meditalika IX dalis“, Psi.Nr.139-142 https://www.interlockmed.com |
| Viso pasiūlymo kaina be PVM Eur: 229.907,00 Eur | | | | | | | | | | |
| 5% PVM suma Eur 9.506,35E ur | | | | | | | | | | |
| 21% PVM suma Eur: 8.796,90 Eur | | | | | | | | | | |
| Viso pasiūlymo kaina su PVM Eur: 248.210,25 Eur | | | | | | | | | | |

8