

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (V ETAPAS) NR. 19263 VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Garantijos sąlygos:
 - 1.1. Garantinis laikotarpis nurodytas prekės techninėje specifikacijoje.
 - 1.2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatą privaloma pateikti teikiant prekes.
2. Privalomas pilnas sistemos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2 pirkimo dalis. Šviesos (poliarizuotos ir kt.) terapija, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Medicininis prietaisų šviesos terapijai kompleksas	Būtina	Medicininis prietaisų šviesos terapijai kompleksas (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.1	Komplekto dalys: Šviesos terapijos prietaisas Šviesos filtrų kompleksas Stovas(-ai)	Būtina Būtina Būtina	Komplekto dalys: Šviesos terapijos prietaisas Šviesos filtrų kompleksas

			Stovai (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
2.	Šviesos savybės:		
2.1.	Poliarizacija	$\geq 95\%$	95 % (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
2.2.	Bangos ilgio diapazonas	Ne siauresnis diapazonas kaip 480-3400 nm	480 – 3400 nm (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
2.3.	Nekoherentinė	Būtina	Nekoherentinė (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
2.4.	Vidutinis šviesos energijos tankis	$2,5 \pm 0,5 \text{ J/cm}^2$	$2,4 \text{ J/cm}^2$ (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
3.	Lemputės galia	$\geq 50 \text{ W}$	50 W (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
4.	Filtro skersmuo	Būtinai $\geq 11 \text{ cm}$	11 cm (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
5.	Gydymo laiko nustatymas (laikmatis) ir automatinis aparato išsijungimas pasibaigus nustatytam laikui	Būtina	Gydymo laiko nustatymas (laikmatis) ir automatinis aparato išsijungimas pasibaigus nustatytam laikui (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
6.	Maitinimo nuo tinklo	Būtina	Maitinimas nuo tinklo (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
7.	Maitinimo įtampa:	$230 \text{ V} \pm 10\%$, 50 Hz.	240 V, 50 Hz (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
8.	Naudojama galia, ne daugiau	160 VA	90 VA (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
9.	Apsaugos klasė	II	II (2 p.d. aprašymas, 2 psl.)
10.	Stovas		
10.1.	Mobilus reguliuojamas grindų stovas, kurio pagalba galima nukreipti šviesą visomis kryptimis	Būtina	Mobilus reguliuojamas grindų stovas, jo pagalba galima nukreipti šviesą visomis kryptimis (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
10.2.	Stalo stovas	Būtina	Stalo stovas (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
11.	Spalvų terapijos rinkinys, ne mažiau 7 spalvų filtrai	Būtina	Spalvų terapijos rinkinys, 7 spalvų filtrai (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
11.1	Dėklas filtrams sudėti	Būtina	Dėklas filtrams sudėti (2 p.d. aprašymas, 1 psl.)
12.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba	Būtina	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
13.	CE atitikties deklaracija pagal medicininių gaminių direktyvą	Būtina	CE atitikties deklaracija pagal medicininių gaminių direktyvą (2 p.d. CE sertifikatas)
14.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai
15.	Specialistų apmokymai	Instruktavimas darbo vietoje	Instruktavimas darbo vietoje