

5.2 pirkimo dalis Rinkinyms angiografijai (radialinis), sterilus

Vnt.	
1	Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm
3	Kempinė 5x5 cm su koteliu 18 cm
1	Indas 250 ml skaidrus, graduotas, plastikinis
3	Popierinės servetėlės 39x58 cm
1	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XXLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
1	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
2	Švirkštas 10ml L/L
2	Švirkštas 5 ml, L/L
2	Švirkštas 20 ml, L/L
2	Adata hipoderminė 20Gx38 mm
2	Adata hipoderminė 21Gx38 mm
1	Adata hipoderminė 18Gx38 mm
3	Neaustinės medžiagos skarelės 40x40 cm, su XR siūlu
30	Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių
1	Skaidrus, graduotas plastikinis indas 60 ml
1	Indas 250 ml, spalvotas, sugraduotas
1	Dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte - maišo formos, 100 cm diametro
1	Dislokacinė kišenė širmai 102x102 cm
2	Operacinė tvirta juosta 9x50 cm
1	Apklotas 150x90, pagamintas iš tvirtos dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius, apatinis visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės
1	Absorbuojantis apklotas lipniu kraštu 30x50 cm, pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustino polipropileno medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės visiškai nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis
1	Apklotas apsauginiam stovui 160x260 cm su lipniu kraštu. Pagamintas iš tvirtos dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės
1	Radialinis apklotas 230x358 cm, su 2 femoralinėmis angomis 15x15 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele ir 2 radialinėmis angomis 9x12 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele. Apklotas pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės visiškai nepralaidus, apatinis apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausia žaizdos esanti T formos padidintos skysčių sugėrimo zonos dydis 100x120/100x70 cm

Pagrindinė medžiaga: Trijų sluoksnių: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.). Dviejų sluoksnių – viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš polipropileno, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš polipropileno. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas. 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras
Įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė