

UAB GENERIX

Elnių 25-18, LT08101 Vilnius, tel. 8 687 22698, Įm.kodas 122752661, PVM mokėtojo kodas LT227526610.
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje registrų centre

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ HISTOLOGIJAI PIRKIMO**

2018.08.06 Nr.18/36
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Generix
Tiekėjo adresas	Elnių 25 – 18, 08101 Vilnius
Įmonės kodas	122752661
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aurimas Matukaitis
Telefono numeris	8*687 22698, 8*346*58800
Fakso numeris	8*346*58800
El. pašto adresas	aurimas@generix.ot.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT757044060001097273, AB SEB Bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	12
3.	Įmonės įstatai	2
4.	CE sertifikatai	3
5.	Prekių katalogas	312
6.	Stiklelių sudėties Sertifikatas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(parašas*)

Aurimas Matukaitis

(vardas ir pavardė*)

UAB Generix siūlomų medicininių priemonių histologijai sąrašas

Eil. Nr.	Priemonės apibūdinimas (specifikacija)	Orientacinis perkamas kiekis	Mato vnt.	PV M tarifas %	Mato vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
1	2	3	4	5	6	7	8
	Medicininės priemonės citologijai, histologijai						
1	Objektyviniai stikleliai, skirti rutininiams HE ir specialiesiems histocheminiams dažymams, su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti paprastu pieštuku ir automatinio stiklų spausdintuvu kaitinimo būdu su termokuostu. Matmenys: 76x26mm. Storis: 1,0mm (±0,05mm). Medžiaga: privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO ₂ ≥72%; Na ₂ O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe ₂ O ₃ ≤0,03%. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą.	iki 70000 vnt.	Vnt.	5	0,04074	2851,80	Deltalab, katalogo kodas: D100003, psl.97, pridėjama sudėties sertifikatas
6	Biopsinės kempinė, skirtos įdėjimui į įprastinę biopsinę kasetę (32x26 mm)	Iki 10000 vnt.	Vnt.	5	0,01995	199,50	Deltalab, katalogo kodas:192 922.04, psl.88
7	Antgaliai kintamo tūrio mikrodozatoriams (7 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo) (būtinai antgalių suderinamumas su esamais ligoninėje Biohit/Sartorius mikrodozatoriais):						
7.1	Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 500 vnt.	Vnt.	5	0,0126	6,30	Deltalab, katalogo kodas:200 024, psl.169
7.2	Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 2500 vnt.	Vnt.	5	0,00924	23,10	Deltalab, katalogo kodas:200 074, psl.176
7.3	Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 1000 vnt.	Vnt.	5	0,00609	6,09	Deltalab, katalogo kodas:200 012, psl.178
	Viso 7 pozicija					35,49	
16	Biopsinės kasetės, vienkartinės, plastikinės, su dangteliu, skirtos biopsinės medžiagos įliejimui į parafiną. Turi būti tinkamos žymėti paprastu pieštuku, automatizuotiems rašaliniams bei kitokio tipo markiravimo įrenginiams. Turi būti tinkami naudoti standartiniam automatizuotam audinių įmirkymo procesui, kuriame naudojamas ksilenas. Turi būti tinkami standartiniam mikrotomo mėginio laikikliui. Turi būti su perforuotomis mažomis apvaliomis arba kvadratinėmis angomis. CE atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Pakuotė: ne daugiau nei 1000 vnt.	Iki 60000 vnt.	Vnt.	5	0,0651	3906,00	Deltalab, katalogo kodas: 554147, psl.90

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Metalinės, nerūdijančios formelės parafininių blokų įliejimui (19 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):						
19.1	15x15x5±1mm	iki 50 vnt.	Vnt.	5	0,966	48,30	Deltalab, katalogo kodas: 192932, psl.88
19.2	24x24x5±1mm	iki 100 vnt.	Vnt.	5	0,966	96,60	Deltalab, katalogo kodas: 192933, psl.88
19.3	30x24x5±1mm	iki 100 vnt.	Vnt.	5	0,966	96,60	Deltalab, katalogo kodas: 192934, psl.88
	Viso 19 pozicija					241,50	
27	Dėžutė, objektyvinių stiklų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu	Iki 10 vnt.	Vnt.	5	7,56	75,60	Deltalab, katalogo kodas: 19278.B, psl.105
29	Dėžutė, objektyvinių stiklų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu	Iki 10 vnt.	Vnt.	5	0,2709	2,709	Deltalab, katalogo kodas: 900028,, psl.104
37	Mikrodozavimo sistema (37 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):						
37.1	Mažo tūrio mikrodozatorius I: tūris nuo 1-10 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,02 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui .	1 vnt.	Vnt.	21	166,98	166,98	Deltalab Nichiryo, Japonija, katalogo kodas: NPX2-10, psl.186
37.2	Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 500 vnt.	Vnt.	5	0,105	52,50	Deltalab, katalogo kodas: 301-01, psl.169
37.3	Mažo tūrio mikrodozatorius II: tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui.	1 vnt.	Vnt.	21	166,98	166,98	Deltalab Nichiryo, Japonija, katalogo kodas: NPX2-100, psl.186

1	2	3	4	5	6	7	8
37.4	Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 1000 vnt.	Vnt.	5	0,0378	37,80	Detalab, katalogo kodas: 200079, psl.173
37.5	Mažo tūrio mikrodozatorius III: tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui.	1 vnt.	Vnt.	21	166,98	166,98	Detalab Nichiryo, Japonija, katalogo kodas: NPX2-1000, psl.186
37.6	Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs.	iki 1000 vnt.	Vnt.	5	0,00777	7,77	Detalab, katalogo kodas: 200080.1, psl.179
37.7	Stovas mikrodozatoriams: Turi laikyti ne mažiau nei 6 mikrodozatorius. Stovas turi tikt tiek vienkanaliams, tiek daugiakanaliams mikrodozatoriams.	1 vnt.	Vnt.	21	67,76	67,76	Detalab Nichiryo, Japonija, katalogo kodas: MLTSTD, psl.186
	Viso 37 pozicija					666,77	