

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Ligoninė Kauno Klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ ATNAUJINIMO (RENOVACIJOS) PIRKIMO

2018-11-14, Nr. SR-038/18

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "CHIRURGIJOS TECHNOLOGIJOS"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities pl. 40, LT-52112 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	134515346, LT345153419
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT71 7044 0600 0309 8746, AB SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Sergej Tuguši
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Sergej Tuguši
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Sergej Tuguši
Telefono numeris	8 37 353558
Fakso numeris	8 37 350373
El. pašto adresas	ctech@ctech.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SUBTEIKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-	-
-	-

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Instrumentų pavadinimai	Maksimali instrumento atnaujinimo kaina, Eur (be PVM)
1.	Žirklys be kietmetalio (trumpas)	12,00
2.	Žirklys be kietmetalio (ilgos)	22,00
3.	Žirklys su kietmetaliu (trumpas)	22,00
4.	Žirklys su kietmetaliu (ilgos)	75,00
5.	Mikrožirklys (trumpas)	37,00
6.	Mikrožirklys (ilgos)	180,00
7.	Mikrožirklys su kietmetaliu (trumpas)	22,00
8.	Mikrožirklys su kietmetaliu (ilgos)	75,00
9.	Adatkočiai be kietmetalio įdėklo (trumpi)	14,00
10.	Adatkočiai be kietmetalio įdėklo (ilgi)	28,00
11.	Adatkočiai su kietmetalio įdėklu (trumpi)	48,00
12.	Adatkočiai su kietmetalio įdėklu (ilgi)	80,00
13.	Mikroadatkočiai be kietmetalio įdėklo (trumpi)	55,00
14.	Mikroadatkočiai be kietmetalio įdėklo (ilgi)	180,00
15.	Mikroadatkočiai su kietmetalio įdėklu (trumpi)	62,00
16.	Mikroadatkočiai su kietmetalio įdėklu (ilgi)	180,00
17.	Spaustukai kraujagysliniai, atraumatiniai (trumpi)	16,00
18.	Spaustukai kraujagysliniai, atraumatiniai (ilgi)	23,00
19.	Žnyplės vielai, be kietmetalio įdėklų (trumpas)	80,00
20.	Žnyplės vielai, be kietmetalio įdėklų (ilgos)	180,00
21.	Žnyplės vielai, su kietmetalio įdėklais (trumpas)	105,00
22.	Žnyplės vielai, su kietmetalio įdėklais (ilgos)	200,00
23.	Kaulinės žnyplės (trumpas)	77,00
24.	Kaulinės žnyplės (ilgos)	180,00
25.	Artroskopiniai instrumentai (kandikliai, čiupikai, suėmikliai ir pan.)	300,00
26.	Pincetai (chirurginiai, anatominiai, Adson tipo ir pan.) (trumpi)	12,00
27.	Pincetai (chirurginiai, anatominiai, Adson tipo ir pan.) (ilgi)	20,00
28.	Pincetai su kietmetalio įdėklais (trumpi)	25,00
29.	Pincetai su kietmetalio įdėklais (ilgi)	40,00
30.	Traumatologiniai plaktukai	35,00
31.	Traumatologiniai instrumentai (kaltai, kiuretės, elevatoriai, raspatoriai ir pan.)	20,00
32.	Retraktoriai-kabliai (paprasti)	17,00
33.	Retraktoriai (sudėtingi, savaime praplečiantys)	180,00
34.	Ginekologiniai instrumentai (plėtikliai-dilatatoriai, gimdos zondai, mentelės, kiuretės ir pan.)	17,00
35.	Skalpelių rankenėlės (laikikliai)	8,00
36.	Oftalmologiniai mikropincetai (rainelės, kapsuloreksinis ir pan.)	180,00
37.	Siurbimo instrumentai (siurblio žarnelės antgaliai)	15,00
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM, EUR:	2822,00
	PVM (21%) suma, EUR :	592,62
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, EUR:	3414,62

SIŪLOMŲ PASLAUGŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Reikalaujamos charakteristikos		Siūlomos charakteristikos
	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	
1.	Pirkimo apimtis	Instrumentų atnaujinimas (renovacija) pagal specialiųjų reikalavimų 1 priede pateiktą techninę specifikaciją. Bendra preliminarinė sutarties suma, įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymo pateikimo dieną, yra 107 800,00 eurų. Pastaba: Neviršijant nustatytos preliminarinės sutarties sumos, gali būti užsakomas taip pat ir 1 priede nenurodytų instrumentų atnaujinimas (žr. papildomų reikalavimų 3 punktą)	
2.	Kokybiniai rodikliai:		
2.1.	Instrumento paviršiaus apdirbimas	Chemiškai bei mechaniškai pažeisti instrumentų paviršiai turi būti atnaujinti, atstatant paviršiaus vientisumą, pašalinant paviršiaus pažeidimus (spec. apdirbimas – šlifavimas, poliravimas ir kt.)	Chemiškai bei mechaniškai pažeisti instrumentų paviršiai atnaujinami, atstatant paviršiaus vientisumą, pašalinant paviršiaus pažeidimus (spec. apdirbimas – šlifavimas, poliravimas ir kt.) (<i>Kvalifikacija. 3.4.1. _2 Gamintojo patvirtinimas psl. Nr.6, 14).</i>
2.2.	Kietmetalo įdėklų keitimas	Susidėvėję instrumentų kietmetalo įdėklai (adatkočiams, žirkklėms ir kt.) turi būti pakeisti naujais.	Susidėvėję instrumentų kietmetalo įdėklai (adatkočiams, žirkklėms ir kt.) pakeičiami naujais (<i>Kvalifikacija. 3.4.1. _2 Gamintojo patvirtinimas psl. Nr.5, 13).</i>
2.3.	Instrumentų funkcinis sureguliuojimas	Instrumentų judančios dalys, jungtys turi būti sureguliuotos taip, kad atitiktų atitinkamų naujų instrumentų charakteristikas (judesio amplitudę, standumą, aštrumą ir kt.)	Instrumentų judančios dalys, jungtys sureguliuojamos taip, kad atitiktų atitinkamų naujų instrumentų charakteristikas (judesio amplitudę, standumą, aštrumą ir kt.) (<i>Kvalifikacija. 3.4.1. _2 Gamintojo patvirtinimas psl. Nr. 1-2, 9-10).</i>
2.4.	Darbinės dalies formavimas	Būtinai deformacijų panaikinimas (deformuotų instrumentų darbinių dalių formos atstatymas), atbukusių paviršių galandimas, aštrinimas.	Deformacijos panaikinamos (deformuotų instrumentų darbinių dalių formos atstatomos), atbukę paviršiai galandami, aštrinami (<i>Kvalifikacija. 3.4.1. _2 Gamintojo patvirtinimas psl. Nr. 1-2, 9-10).</i>
2.5.	Instrumentų paruošimas darbui	Būtinai jungčių, tarpusavyje besitrinančių instrumento dalių sutepimas specialia medicinine, instrumentams skirta priemone, t.y. pilnas paruošimas sterilizavimui, atliekamam prieš naudojimą.	Jungtys, tarpusavyje besitrinančios instrumento dalys sutepamos specialia medicinine, instrumentams skirta priemone, t. y. instrumentas pilnai paruošiamas sterilizavimui, atliekamam prieš naudojimą.
3.	Ženklinimas	Atnaujinti instrumentai turi būti pažymėti nenusitrinančiu, neišblunkančiu, visiems instrumentams vieningu atpažinimo ženklu, nurodančiu instrumento atnaujinimo informaciją: kelintą kartą atnaujintas, atnaujinimo metus ir mėnesį (pavyzdžiui, R1/02/2015)	Atnaujinti instrumentai pažymimi nenusitrinančiu, neišblunkančiu, visiems instrumentams vieningu atpažinimo ženklu, nurodančiu instrumento atnaujinimo informaciją: kelintą kartą atnaujintas, atnaujinimo metus ir mėnesį (RX/XX/20XX)
4.	Paslaugų trukmė	Instrumentų susidėvėjimo įvertinimas atliekamas ne vėliau, kaip per 2 savaites nuo instrumentų pateikimo. Bendra instrumentų atnaujinimo trukmė – ne ilgiau kaip 2 mėnesiai. <i>Pageidautina, kad laikotarpiui kol</i>	Instrumentų susidėvėjimo įvertinimas atliekamas per 2 savaites nuo instrumentų pateikimo. Bendra instrumentų atnaujinimo trukmė – ne ilgiau kaip 2 mėnesiai. <i>Laikotarpiui,</i>

		<i>atliekamas instrumentų atnaujinimas būtų pateikti lygiaverčiai pakaitiniai instrumentai.</i>	<i>kol atliekamas instrumentų atnaujinimas esant galimybei ir pageidavimui bus pateikiami lygiaverčiai pakaitiniai instrumentai.</i>
5.	Paslaugų kaina	Specialiųjų reikalavimų 1 priede išvardintų instrumentų atnaujinimo kainos turi apimti maksimalias išvardintų instrumentų tikslingo atnaujinimo kainas. Galutinės instrumentų atnaujinimo kainos nustatomos atsižvelgiant į jų susidėvėjimą, skaičiuojant pagal formulę: galutinė kaina = maksimali atnaujinimo kaina x instrumento susidėvėjimo koeficientas (koeficientas nustatomas 6 punkte nustatyta tvarka). Maksimalus instrumento susidėvėjimo koeficientas – 1.	Maksimalias instrumentų tikslingo atnaujinimo kainas žiūrėti techninėje specifikacijoje.
6.	Atnaujinimui pateiktų instrumentų susidėvėjimo įvertinimas	Atlikęs detalią atnaujinimui pateiktų instrumentų apžiūrą, tiekėjas kiekvienam instrumentui nustato koeficientą ir pateikia užsakovui patikslintas atnaujinimų kainas, perskaičiuotas, atsižvelgiant į instrumentų susidėvėjimą.	Atlikus detalią atnaujinimui pateiktų instrumentų apžiūrą, kiekvienam instrumentui nustatomas koeficientas ir pateikiamos užsakovui patikslintos atnaujinimų kainos, perskaičiuotos, atsižvelgus į instrumentų susidėvėjimą.
7.	Garantiniai įsipareigojimai	1.Atnaujintiems instrumentams suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių (skaičiuojamas nuo atnaujintų instrumentų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos), instrumentų aštrinimui (galandinimui) – ne trumpesnis kaip 3 mėn. 2.Nustačius trūkumus, defektus garantinio laikotarpio metu, jie ne vėliau kaip per 1 mėnesį neatlygintinai pašalinami bei suteikiama nauja, ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (pakartotino instrumentų aštrinimo (galandinimo) atveju – ne trumpesnė kaip 3 mėnesių garantija). Garantija gali būti netaikoma tik nustačius, kad instrumentas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.	1.Atnaujintiems instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantijos laikotarpis (skaičiuojamas nuo atnaujintų instrumentų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos), instrumentų aštrinimui (galandinimui) – suteikiamas 3 mėnesių garantinis laikotarpis (<i>Kvalifikacija. 3.4.1._2 Gamintojo patvirtinimas psl. Nr.3,11</i>). 2.Nustatyti trūkumai, defektai garantinio laikotarpio metu ne vėliau kaip per 1 mėnesį neatlygintinai pašalinami bei suteikiama nauja, ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (pakartotino instrumentų aštrinimo (galandinimo) atveju – ne trumpesnė kaip 3 mėnesių garantija). Garantija netaikoma nustačius, kad instrumentas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas paslaugas turi būti nurodyta paslaugų pavadinimas, charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje “Siūlomos charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	ESVPD (.pdf ir .xlm formatu)	13	espd_response_signed
2.	Kainų pasiūlymų lentelė 1 priedas	1	Kainų pasiūlymų lentelė_1 priedas
3.	Patvirtinimas iš LSMUL KK	1	Kvalifikacija. 3.4.1._1 Patvirtinimas LSMUL KK
4.	Patvirtinimas iš Respublikinės Panevėžio lig.	1	Kvalifikacija. 3.4.1._1 Patvirtinimas Panevezio lig.
5.	Pažyma dėl sutarties įvykdymo	4	Kvalifikacija. 3.4.1._1 Pažyma dėl sutarties įvykdymo
6.	Sutarčių sąrašas	1	Kvalifikacija. 3.4.1._1 Sutarčių sąrašas
7.	Gamintojo įgaliojimas (su vertimu)	2	Kvalifikacija. 3.4.1._2 Gamintojo įgaliojimas
8.	Gamintojo patvirtinimas (su vertimu)	16	Kvalifikacija. 3.4.1._2 Gamintojo patvirtinimas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Sergej Tuguši
Vardas, pavardė