

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PATIKSLINTA 2016-10-21)**VIENTARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS PIRKTI**

Pirk. dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientac. kiekis	Vnt. įkainis Eur be PVM	PVM dydis %	Vnt. įkainis Eur su PVM	Orientac. suma be PVM	PVM suma Eur	Orientac. suma su PVM	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
	Priemonės skirtos V operaciniam blokui										
12	Priemonė nuo sąaugų laparoskopinėms operacijoms	100% grynumo Hyaluronic rūgšties permatomas gelis. Komplekte su 30cm (±1cm) ilgio adata – aplikatoriumi, pritaikytu naudoti su 0,5 cm trokaru. CE ženklintas. Įpakavimas ne daugiau 10 ml švirkšte.	vnt.	20	130,00	5	136,50	2600,00	130,00	2730,00	Failas Dokumentas Nr 2, nuo 1 iki 5 psl. Kodas 130212F
21	Laparoskopinė audinių šalinimo sistema	Maišo tūris – 350 ml (±10ml), įeigos išsiskleidimo diametras – 100mm (±2mm), maišo ilgis – 170 mm (±2mm), tinkamas naudoti su 10 mm trokaru. CE ženklintas.	vnt.	500	13,50	5	14,18	6750,00	340,00	7090,00	Failas Dokumentas Nr 2, nuo 6 iki 8 psl. Kodas HSD-100/A