

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, Lt-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas 344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

VšĮ Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTŲ, SKIRTŲ LAZERINĖMS KOJŲ VENŲ
OPERACIJOMS ATLIKTI, KARTU SU ĮRANGOS KOMPLEKTU ŠIOMS OPERACIJOMS ATLIKTI
PIRKIMO**

2018-04-24 Nr. 10391

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Energetikų g. 8, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	234449420, LT344494219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB Swedbank, banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė Gintarė Saročkienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Telefono numeris	8 37 457746
Fakso numeris	8 37 458161
El. pašto adresas	info@skirgesa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-	-

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Šviesolaidis	NeverTouch Direct 11403101, Angiodynamics	Vnt.	200	404,70	80940,00	84987,00
2.	Rinkinys nuskausminimo pompai	Tubing set 6022, Nouvag AG	Vnt.	200	25,00	5000,00	5250,00
3.	Užvalkalas vaizdo kamerai arba echoskopo davikliui	Camera cover, Plastimed	Vnt.	200	10,00	2000,00	2100,00
4.	Žaizdų užklajavimo juostelės (pakuotėje 10 vnt.)	066006, Rudastrip, Nobamed	Pak.	200	1,00	200,00	210,00
5.	Apklotas galūnių operacijai	DYJPEEXDSM, Extremity drape, Medline	Vnt.	200	19,00	3800,00	3990,00
6.	Chirurginis chalatas (pakuotėje 2 vnt.)	Surgical gowns, Medwell medical products	Pak.	200	9,00	1800,00	1890,00
7.	Ultragarsinis gelis (20 g)	AquaUltra Sterile gel, US20, Ultrigel 2000 Hungary Kft.	Vnt.	200	3,80	760,00	798,00
8.	Absorbuojantys tvarščiai (pakuotėje 4 vnt.)	Absorbent pad, Nobamed	Pak.	200	2,50	500,00	525,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)							99750,00

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Eil. Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Steriliai supakuotas; 2. Šviesolaidžio ilgis – 85 cm; 3. Šviesolaidžio antgalis saugantis nuo tiesioginio kontakto su venos sienele lazerinės energijos aplikacijos metu (stiklo lydinio antgalis su auksiniu apvalkalu); 4. Pateikiamas komplekte su šviesolaidžio įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: a) 21G echogeninė įvedimo adata (suderinta su 0,018" skersmens viela-gidu), b) 4F skersmens, 10 cm ilgio pravediklis-plėtiklis, c) 45 cm ilgio 0,018" skersmens nerūdijančio plieno viela – gidas; 5. Ce ženklavimas, atitinka 9/42/EEB medicinos prietaisų direktyvą. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1-2
2	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Vienkartinis sterilus 2. Ilgis 5,64 m 3. Rinkinyje adata, ritinis vožtuvas, Luerlock jungtis Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 3

3	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Vienkartinis, sterilus; 2. Dydis 15x250 cm; 3. Teleskopiškai supakuotas; 4. Pagamintas iš polietileno su lipnia juosta fiksavimui; 5. Rankovės formos apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, su perforacija patogiam nuplėšimui. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 4
4	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Dydis 6x100 mm; 2. Sterilios; 3. Vienkartinės; 4. Permatomos; 5. Tvirtai prilimpančios. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 5
5	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Dydis 221x328 cm; 2. Vienkartinis; 3. Absorbuojantis sustiprinimas; 4. „velcro“ laikikliai, kuriuos galima užsegti ir atsegti keletą kartų. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 6
6	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Sterilus; 2. Vienkartinis; 3. Dydis XXL; 4. Tvirtinamas raišteliais; 5. Su elastiniais rankogaliais; 6. Pagamintas iš hidrofobinės SMS medžiagos. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7
7	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	Sterilus sterilizuotas gama spinduliais, įpakotas į šviesai atsparų folijos pakelį bei į apsauginį išorinį įpakavimą (dviguba pakuotė) Aukšto klampumo Hipoalergeninis Bespalvis Tirpus vandenyje Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 8-9
8	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Sterilus; 2. Pagamintas iš celiuliozės; 3. Paviršinis tvarsčio sluoksnis – iš skysčiams nepralaidžios medžiagos; 4. Tvarstis pritaikytas šlapiuojančioms žaizdoms gydyti; 5. Išmatavimai 10x20 cm ir 15x20 cm po 2 vnt abiejų dydžių. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

NEMOKAMAI (PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU) PATEIKIAMOS ĮRANGOS KOMPLEKTO CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Eil. Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Skirtas kojų venų operacijoms atlikti; 2. 1470 nm bangos ilgio CE sertifikuotas; 3. Pateikiamas komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 4. Techninė priežiūra atliekama nemokamai. Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1

Eil. Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
2	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Naudojama infiltracinei nejautrai užtikrinti. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 2. Taikymo sritys .Panauda 2 dalis, 2 puslapis 2.1.riebalų nusiurbime 2.2.gydant varikozines venas 2.3.angiologijoje 2.4.endoskopijoje 2.5.artroskopijoje 2.6.laparoskopijoje 2.7.endodontikoje 2.8.ureteroendoskopijoje 2.9.gastroenterologijoje 3. 260 x 250 x 110 mm. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 4. 230 V, 50–60 Hz. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 5. Galimybė valdyti potenciomtru ir kojiniu pedalu.. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 6. 2.0 bar. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 7. 2,4 kg. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 8. Nuo 10°C iki 40°C. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 9. 1 – 15 l/h. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 10. Kilnojama (mobili). Panauda 2 dalis, 2 puslapis 11. Stovelis tirpalo pakabinimui. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 12. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos sertifikatas (atitikties deklaracija). Panauda 2 dalis, 2 puslapis 13. Instrukcija pateikiama kartu su prietaisu. Panauda 2 dalis, 2 puslapis 14. Techninė priežiūra atliekama nemokamai. Panauda 2 dalis, 2 puslapis Žr. „Katalogai“.pdf. psl. 2-4
3	Žr. PO parengtus specialiuosius reikalavimus	1. Paskirtis: kraujagyslių tyrimai- katalogas – 2 psl. 2. Konstrukcija: nešiojamas, svoris 6,5 kg su maitinimo adapteriu, integruota rankena pernešimui – katalogas – 3, 4 psl.; 3. Maitinimo šaltiniai: a) 230V, 50 Hz elektros tinklas, b) vidinis akumuliatorius, 1 val. darbą be išorinio maitinimo šaltinio- katalogas – 4, 17, 18 psl.; 4. Greitai paruošiamas echoskopijai: 20 sekundžių nuo įjungimo momento – katalogas – 5 psl.; 5. Spalvoto vaizdo monitorius: 5.1. Įstrižainė 33 cm – katalogas – 6 psl. ; 5.2. Atlenkiamas. Pasukamas į šonus 90° kampu – katalogas – 2 psl.; 5.3. Skiriamoji geba (1280x800) vaizdo elementų – katalogas – 6 psl. 6. Spalvotas, lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui: 6.1. Įstrižainė 22 cm, įmontuotas valdymo panelėje- katalogas – 6, 7 psl.; 6.2. Naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos – katalogas – 2 psl.. 7. Aktyvios daviklių pajungimo jungtys integruotos

		aparate: 2 – katalogas – 2 psl. 8. Audinių harmoninio vaizdavimo funkcija – katalogas – 8 psl.; 9. Automatinis vaizdo optimizavimas: vieno mygtuko paspaudimu -katalogas – 2 psl; 10. Skaitmeninė – raidinė klaviatūra: atidaroma ekrane, lietimui jautri -katalogas – 6, 9 psl; 11. Valdymo mygtukų ir rankenėlių pašvietimo lygio reguliavimas- katalogas – 2 psl; 12. Palaikomas daviklių dažnio diapazonas: 1-18 MHz - katalogas – 8, 10 psl; 13. Darbo režimai: 13.1. B režimas- katalogas – 6 psl; 13.2. M režimas- katalogas – 6 psl; 13.3. Spalvinio doplerio režimas- katalogas – 6 psl; 13.4. Spalvinio galios doplerio režimas- katalogas – 6 psl; 13.5. Spektrinio doplerio režimas (PW)- katalogas – 11 psl. 14. B režimas- katalogas 14.1. Kadru kaita 1449 Hz -katalogas – 11 psl; 14.2. Maksimalus vaizduojamas gylis 36 cm - katalogas – 8 psl; 14.3. Vaizdo didinimas realiuoju laiku ir jį sustabdžius -katalogas – 11 psl; 14.4. Suminis vaizdų režimas skenuojant skirtingais kampais - ne mažiau 15 vaizdų -katalogas – 19, 20, 21 psl. 15. Spalvinio doplerio režimas: 15.1. Sienuelės filtrai - 5 lygių – katalogas – 11 psl. 15.2. Greičio diapazonas - 5 m/s -katalogas – 11 psl; 16. Pulsinės bangos doplerio režimas: 16.1. Analizės laikas - 1 ms-katalogas – 11 psl; 16.2. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis 41,7 kHz-katalogas – 11 psl; 16.3. Mėginio keitimo diapazonas (0,5÷24,0) mm-katalogas – 11 psl.; 17. Linijinis daviklis smulkių organų, kraujagyslių tyrimams: 17.1. Skirtingų perjungiamų dažnių skaičius B režime: 4-katalogas – 12 psl; 17.2. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: 3,0÷13,0 MHz-katalogas – 12 psl.; 17.3. Apžvalgos laukas 47 mm-katalogas- 12 psl.. 18. Aparato vidinė atmintis: 250 GB- katalogas – 13 psl.; 19. Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje- katalogas – 14, 15 psl; 20. Video vaizdo įrašymas-katalogas – 2, 13 psl; 21. Kadru atminties talpa „Cine memory“: ≥ 1000 kadru- katalogas – 13 psl.; 22. Echoskopijos vaizdų konvertavimas: į BMP, PNG, JPEG ir AVI formatus- katalogas- 13 psl.; 23. Išorinės jungtys:
--	--	---

	23.1. HDMI- katalogas – 13 psl.; 23.2. LAN- katalogas – 13 psl; 23.3. EKG- katalogas – 13 psl; 23.4. USB jungtys: 4 - katalogas – 13 psl. 24. Echoskope įdiegta bevielio ryšio įranga „Wi-Fi“ - katalogas – 13 psl. 25. Papildoma įranga, kurią galima įsigyti ir instaliuoti ateityje: programinė įranga automatiniam pasirinktos kraujagyslės diametro, intimos medijos storio ir kraujagyslės sienelės audinio standumo matavimui radiodažnuminiu būdu- katalogas – 16 psl. 26. Deklaruojame, kad aparatas bus pateiktas komplekte su mobiliu, reguliuojamo aukščio stovu ir linijiniu davikliu, kurio jungiamojo kabelio ilgis 200 cm; 27. Pateikiama 28. Bus pateikiama komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 29. Techninė priežiūra atliekama nemokamai (tiekojo sąskaita). Žr. „Katalogai“.pdf. psl.
--	---

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

6 lentelė

NEMOKAMAI (PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU) PATEIKIAMOS ĮRANGOS KOMPLEKTO APRAŠAS:

NEMOKAMAI (PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU) PATEIKIAMOS ĮRANGOS KOMPLEKTO APRAŠAS:				
Eil. Nr.	Perduodamo turto (Panaudos) aprašas	Vieneto kaina (Eur)	Kiekis	Suma (Eur)
1	Lazeris VenaCure1470 venų varikozei gydyti	0,00	1	0,00
2	Nuskausminimo pompa, DP30	0,00	1	0,00
3	Portatyvinis echoskopas, MyLab Gamma	0,00	1	0,00
Iš viso: (Eur)				0,00

7 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Pasiūlymas	7	Pasiūlymas
2	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą
3	Įgaliojimas tvirtinti kopijas	1	Įgaliojimas tvirtinti kopijas
4	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
5	Įgaliojimai ir sertifikatai	39	Įgaliojimai ir sertifikatai
6	Katalogai	38	Katalogai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2018-07-25 d.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Administratorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Gintarė Saročkienė

(Vardas ir pavardė)