



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Iregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515
I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8 5) 233 82 58, faks., (8 5) 213 55 58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2014-11-06

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medicinos projektai“
Tiekėjo adresas	I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Pirki mo dalie s Nr.	Prekės pavadinimas	Perkama s kiekis	Vnt. kaina, Lt be PVM	Vnt. kaina Lt su PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Lt su PVM	Suma Eur su PVM
11	Pacientų šildymo sistema						
	Tipas Nr. 1	2 komplek tai	10.250,00	12.402,50	3.592,01	24.805,00	7.184,02
	Tipas Nr. 2	1 komplek tas	12.480,00	15.100,80	4.373,49	15.100,80	4.373,49
		Suma:				39.905,80	11.557,51

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

39.905,80 Lt (Trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penki litai, 80 ct)

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6.925,80 Lt.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

11.557,51 Eur (Vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 51 ct.)

(skaičiais ir žodžiais)

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Vienuolikta pirkimo dalis. Pacientų šildymo sistema - 3 kompl.
Siūloma šildymo sistema – Alpha, gamintojas Inditherm, Jungtinė Karalystė
Tipas Nr. 1 - 2 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Paskirtis	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7)
2.	Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas;	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6, 7, 8)
3.	Šildymo čiužinio matmenys	- ilgis 2000 +/- 100 mm - plotis 600 +/- 50 mm	Čiužinys OTM1 - ilgis 1900 mm - plotis 585 mm („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
4.	Čiužinio tvirtinimas	Turi tiktį standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių.	Tinka standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių užsegamais diržais. („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6)
5.	Antipragulinės čiužinio savybės	Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote	Integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
6.	Šildymo elementas	Vienalytis specialus polimeras	Vienalytis specialus polimeras („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
7.	Suderinamumas su C-lanku	Šildymo elementas turi nepalikti atskiro pėdsako rentgeno grafinių tyrimų zonoje	Vienalytis polimeras nepalieka atskiro pėdsako rentgeno vaizde („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4)
8.	Čiužinio prijungimo kabelis	Ne mažiau kaip 2 m ilgio	Čiužinio prijungimo kabelis 4 m ilgio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
9.	Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui	- šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas;	- šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas;

		- gedimų kontrolė;	- gedimų kontrolė; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
10.	Šildytuvo valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8 ir naudojimo instrukcia)
11.	Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas	Būtinai LCD ekranas tekstinei ar grafini informacijai pateikti	LCD ekranas su pašvietimu tekstinei ar grafini informacijai pateikti („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
12.	Palaikomos čiužinio temperatūros indikavimas	Būtinai	Rodoma čiužinio temperatūra („IndithermInstr.pdf“)
13.	Temperatūros palaikymo ribos	- žemutinė – ne mažiau kaip 37°C - viršutinė – ne daugiau kaip 40°C	- žemutinė – 37°C - viršutinė – 40°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
14.	Temperatūros nustatymo tikslumas	1°C tikslumas arba tiksliau	Temperatūros nustatymo tikslumas - 1°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
15.	Temperatūros kontrolės principas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
16.	Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros	Būtinai, automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C	Automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
17.	Valdymo bloko tvirtinimas	Būtinai įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo	Integruotas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)

Tipas Nr. 2 - 1 kompl.

Siūloma šildymo sistema – Alpha, gamintojas Inditherm, Jungtinė Karalystė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Paskirtis	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje ir paciento transportavimui į operacinę ir iš jos, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir šildomo čiužinio	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7)
2.	Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas;	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6, 7,

			8)
3.	Šildymo čiužinio matmenys	- ilgis 1300 +/- 100 mm - plotis 600 +/- 50 mm	Čiužinys OTM2 - ilgis 1200 mm - plotis 585 mm („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
4.	Čiužinio tvirtinimas	Turi tikt standartinės konstrukcijos operaciniams stalams ir pacientų transportavimo vežimėliams. Tvirtinamas prie šonuose esančių bėgelių.	Tinka standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių užsegamais diržais. („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6)
5.	Antipragulinės čiužinio savybės	Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote	Integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
6.	Šildymo elementas	Vienalytis specialus polimeras	Vienalytis specialus polimeras
7.	Suderinamumas su C-lanku	Šildymo elementas turi nepalikti atskiro pėdsako rentgeno grafinių tyrimų zonoje	Vienalytis polimeras nepalieka atskiro pėdsako rentgeno vaizde („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4)
8.	Čiužinio prijungimo kabelis	Ne mažiau kaip 2m ilgio	Čiužinio prijungimo kabelis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
9.	Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui	- vidinė baterija įrenginio darbui transportavimo metu užtikrinti; - šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė;	- vidinė baterija įrenginio darbui transportavimo metu užtikrinti; - šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
10.	Šildytuvo valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8 ir naudojimo instrukcia)
11.	Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas	Būtinai LCD ekranas tekstinei ar grafinei informacijai pateikti	LCD ekranas su pašvietimu tekstinei ar grafinei informacijai pateikti („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
12.	Paciento temperatūros monitoringas	Būtinai	Su papildomu paciento temperatūros davikliu („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 3, 8)
13.	Palaikomos čiužinio temperatūros indikavimas	Būtinai	Rodoma čiužinio temperatūra („IndithermInstr.pdf“)
14.	Temperatūros palaikymo ribos	- žemutinė – ne mažiau kaip 37°C - viršutinė – ne daugiau kaip 40°C	- žemutinė –37°C - viršutinė – 40°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
15.	Temperatūros	1°C tikslumas arba tiksliau	Temperatūros nustatymo

	nustatymo tikslumas		tikslumas - 1°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
16.	Temperatūros kontrolė principas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
17.	Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros	Būtinai, automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C	Automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
18.	Darbo laikas nuo vidinės baterijos	Ne mažiau kaip 1 valanda	Darbo laikas nuo vidinės baterijos 1 valanda („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
19.	Transportinio valdymo bloko svoris	Ne daugiau 3,5 kg	Transportinio valdymo bloko MCU204 svoris 3,2 („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
20.	Valdymo bloko tvirtinimas	Būtinai įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo	Integruotas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	5
2	Kvalifikacijos dokumentai	8
3	Tender Authorisation Letter 14	1
4	VertimasAutorizacija2014	1
5	CE Certificate	3
6	VertimasCEsertifikatas	2
7	Alpha-Brochure	8
8	VertimasAlpha	5
9	IndithermInstr	15
10	SILD 091430+raštas	2
11	Serviso sertifikatas	1

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame „BTA Incurante Company“ SE filialo Lietuvoje išduotą 2% pasiūlymo vertės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą SILD 091430.

Administratorė



Edita Štuopienė