

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 12950935	
Siuntėjas:	UAB B. Braun Medical - Vincas Vaitiekūnas
Išsiųsta:	2024-10-25 17:35
Kam:	UAB B. Braun Medical - Vaida Vereniūtė - Berlinskienė Vilniaus miesto savivaldybės administracija - Elžbieta Taločkaitė Perskaityta: 2024-10-25 18:20 UAB B. Braun Medical - Dalius Motiejūnas
Perskaitė:	Vilniaus miesto savivaldybės administracija - Kiti naudotojai Perskaityta: 2024-10-25 18:20
Nuoroda:	Pirkimas 727940 : 1 VVMKL-34505 Plastikinių medicininių gaminių pirkimas
Tema:	Re: DĖL PASIŪLYMO ATMETIMO IR NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO
Laba diena, Nenorime sutikti su 101 p.d. vertinimu. Ant pateikto pvz. pakuotės yra nurodytas preliminarus tūris vienam metrui sistemos, tai nėra tikslus skaičius, kuris atspindi visos sistemos tūrį. Tūrį įtakoja tirpalo temperatūra, pats tirpalas ir kt parametrai. Prašome vadovautis techninių duomenų lapu, kuris yra pridėtas prie konkurso dokumentų, kuriame yra surašyti visi tikslūs sistemos duomenys ir įrodo sistemos atitikimą techninei specifikacijai. Pagarbiai, Vincas Vaitiekūnas > > > Laba diena, siunčiame raštą.	

