

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS PRIETAISAI IR PAGALBINĖ ĮRANGA 18-5, PIRKIMO NR. 17476

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms bei **pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus**.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Taip pat Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius** kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
4. Medicinos įrangos garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (taikoma 1-9 ir 11 pirkimo dalims), **24 mėnesiai** - nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (taikoma 10 pirkimo daliai).
5. Visi konkurso dalyviai, teikiantys pasiūlymą **6 pirkimo daliai** „Funkcinė lova reanimacijai su integruotomis svarstyklėmis“, kaip prekės egzistavimo bei kokybės charakteristikų įrodymą **turi pristatyti siūlomos funkcinės lovos ir čiužinio pavyzdį**. Pavyzdį turi pristatyti per 7 kalendorines dienas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Pristatant prekes būtina pateikti medicinos įrangos naudojimo instrukciją **lietuvių ir anglų kalbomis** kartu su serviso dokumentacija **anglų kalba**.

1 pirkimo dalis – Defibriliatorius, 1 vnt.

2 pirkimo dalis – Mobilus kraujo komponentų vamzdelių nulydytojas, 2 vnt.

Eil. Nr.	Specifikacija	Reikalavimai	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, parametrai, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1	Komplektacija ir konstrukcija	Į komplektaciją įeina: vamzdelių užlydymo rankena su kabeliu, akumuliatorius ir įkroviklis. RF generatorius sumontuotas rankenoje.	Taip, vamzdelių užlydymo rankena su kabeliu, akumuliatorius ir įkroviklis. RF generatorius sumontuotas rankenoje. Techninė informacija 2 psl.
2	Užlydomų vamzdelių tipai	Įrenginys tinka PVC ir EVA vamzdelių, naudojamų vienkartinėse kraujo komponentų ėmimo sistemose, užlydymui. Užlydymas gali būti atliekamas, kai donoras dar prijungtas prie vienkartinės sistemos.	Taip, Techninė informacija, 10 psl.

3	Užlydymo laikas	Adaptyvinis, užlydymo laikas priklauso nuo vamzdelio storio. Įrenginys automatiškai būdu sustabdo užlydymą, kai vamzdelis yra užlydytas, bet procesas negali trukti ilgiau kaip 5 s.	<i>Iki 3 s.</i> , Techninė informacija, 10 psl.
4	Užlydymo apimtys	Galima atlikti ne mažiau nei 1000 užlydymų vienu akumuliatoriaus įkrovimu Galima atlikti ne mažiau nei 50 užlydymų nepertraukiamai	<i>1500 užlydymų</i> , Techninė informacija
5	Elektros energijos reikalavimai įkrovikliui	220 - 240V AC, 50 Hz	220 - 240V AC, 50 Hz, Techninė informacija
6	Akumuliatorius	Li-Ion	<i>Taip</i> , Techninė informacija
7	Energijos suvartojimas	Krovimas: $\leq 30W$, Užlydymas: $\leq 150W$	<i>Taip</i> , Techninė informacija, 10 psl.
8	Elektrinio saugumo standartai	EN 60601-1: 2006 EN 60601-1-2: 2007	<i>Taip</i> , Techninė informacija 26 psl.
9	Elektrinis saugumas	Įkrovimo metu: II klasė Naudojimo metu atjungtas nuo elektros tinklo ir maitinamas iš akumuliatoriaus.	<i>Taip</i> , Techninė informacija, 11 psl.