



AYR MEDCARE

CE FDA ISO



Technical description

Bedside Cabinet with over bed table BC040F

Overall dimensions: 590mm (L) × 470mm (W) × 930mm (H) 2.2.8

dining-table board: 640mm (L) × 350mm (w) 2.2.4

The height of the dining-table board can be adjusted from 950mm to 1250 mm, tilted 2.2.4
to the sides by gas spring 2.2.5

Wheels: 75 mm diameter two with brakes, high quality polyurethane 2.2.7

Table top: ABS plastic with raised edges 2.2.3

GW: 10KG 2.2.10

Volume: 0.24cbm

【Product Structure】 : MDF/HPL/ALU 2.2.2



2.2.6



Techninis aprašymas

Spintelė su maitinimo staliuku dvipusio naudojimo BC040F

Bendrieji išmatavimai: 59 cm (ilgis) x 47 cm (plotis) x 93 cm (aukštis)

Maitinimo staliukas: 64 cm x 35 cm

Maitinimo staliuko aukštis reguliuojamas nuo 95 iki 125 cm, pasukamas į šonus, dujinės spyruoklės pagalba

Ratukai 75 mm diametro, du su stabdžiais iš aukštos kokybės poliuretano

Svoris: 10 kg

Tūris 0,24 m³

Spintelės struktūra: MDP/HPL/Aliuminis

Please do not place heavy objects on the table top, drawer and dining table. (table top<20kg, ,drawer<10kg) 2.2.11

1. Please don't heat on the table , avoid direct contact with the water higher than 60degree
2. Please avoid storage in high temperature, wet, dusty environment.

Storage conditions:temperature-10°C~40°C

humidity; lower than 80%RH

Atmospheric pressure range:760hPa~1060hPa

1. Prašome nedėti labai sunkių daiktų ant spintelės stalviršio, stalčiaus ir staliuko.
(maksimali stalviršio apkrova <20 kg, stalčiaus <10 kg)
2. Prašome vengti didelio karščio HPL spintelės paviršiams, taip pat karštesnio nei 60 laipsnių temperatūros vandens
3. Nesandėliuokite patalpose kur didelis karštis, drėgmė ar dulkės
4. Saugojimo temperatūra nuo -10 iki +40 laipsnių celsijaus
5. Drėgmė mažiau nei 80% RH
6. Slėgis 760hPa-1060hPa

AYR MEDCARE



ZHANGJIAGANG AYR IMPORT & EXPORT CO., LTD
ADD: 18F GUOTAI ORIENTAL PLAZA, RENMING ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, 215600, CHINA
Tel:(+86)0512-58989133 Fax:(+86)0512-58989130

DECLARATION OF CONFORMITY

General applicable: MDD93/42/EEC

Annex I & VII of the 93/42/EEC Medical Devices Directive

Name of the manufacturer: Zhangjiagang AYR Import & Export Co., Ltd.

Address :18F Guotai Oriental Plaza Renmin Road, Zhangjiagang , Jiangsu , 215600, China.

Product:

AYR Series: BC040F

We herewith declare that the above-mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directive and Standards, All supporting documents are retained under the premises of the Manufacturer.

Signatory established within the EU who has been empowered to enter into commitments on our behalf:

SUNGO Certification Company Limited

Registered Address:

78 YORK STREET, LONDON, W1H 1DP ENGLAND

Contact: Fiona Chan

Tel: +44 2033 750424

E-mail: sungo.group@yahoo.com



Zhangjiagang, China 20/10/2015

Issue place and date (DD/MM/YY)

Richard Jiang/ General Manager

Atitikties deklaracija

Bendras taikymas: MDD93/42/EEC

Priedas I ir VII Medicinos prietaisų direktyva 93/42/EEC

Gamintojo pavadinimas: ZHANGJIAGANG AYR IMPORT & EXPORT CO. LTD

Adresas: 18/F Guotai Oriental Plaza, Renming Road, Zhangjiagang, Jiangsu, China 215600

Prekė:

AYR Serija: BC040F

Šiuo raštu mes patvirtiname, kad aukščiau paminėtos prekės atitinka jiems taikomos ES direktyvos reikalvimus bei standartus. Visi palaikantys dokumentai yra saugomi gamintojo biure.

Standartai: EN 60601-2-52:2010

Mūsų atstovas ES, kuris yra įgaliotas teikti informaciją mūsų vardu:

SUNGO Certification Company Limited

Adresas:

78 York Street, Londonas, W1H 1DP, D.Britanija

Kontaktas: Fiona Chan

Tel. +44 2033 750424

El.paštas sungogroup@yahoo.com

Zhanjiagang, Kinija 20/10/2015

Parašai Richard Jiang/generalinis direktorius