

Medicininės įrangos pirkimo
atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų
Priedas Nr. 1



UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda, Tel.: 8 46 400002, Faks.: 8 46 314094, VŠĮ Registrų centro
Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINEI LIGONINEI

PASIŪLYMAS MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMUI

2022-12-22 Nr. OST22/1222/01

Klaipėda

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Osteca“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Tiekėjo (įmonės) kodas	Į/k 300871049
PVM mokėtojo kodas	PVM mokėtojo kodas LT100003238211
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Arvydas Klovas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovė Odeta Raklevičienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų vadovė Odeta Raklevičienė
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	or@osteca.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Mes siūlome prekes:

Pirki mo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiek- is	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra pasiūly mo kaina Eur (be PVM)	PVM (%)	Bendra pirkimo dalies kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Endoskopinė sistema, skirta artroskopinėms ir kitoms endoskopinėms operacijoms atlikti	Vnt.	1	32859,00	32859,00	21%	39759,39

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

1. Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.):
Tiekėjo techninis pasiūlymas*:

Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas	Tiekėjo siūloma papildoma garantija
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)
1. Endoskopinė sistema, skirta artroskopinėms ir kitoms endoskopinėms operacijoms atlikti	[-]

* Šioje lentelėje tiekėjo nurodyta reikšmė bus naudojama pasiūlymo ekonominiam naudingumui apskaičiuoti.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Medicininės įrangos techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios: *(pateikti pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedo „Medicininės įrangos techninė specifikacija“ grafą „Privalomi techniniai parametrai“)*. Tiekėjas šių Konkurso sąlygų 2 priedo lentelėse nurodo pirkimo objekto dalis, kurioms teikia pasiūlymą. 2 priedo lenteles pateikti elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu. Jei kainos pasiūlymas teikiamas pdf formatu, prašome papildomai pateikti kainos pasiūlymą ir xls arba doc formatu.

4. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Taip pat patvirtiname, kad mes netenkiname šiam pirkimui taikomų Europos Sąjungos Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 nustatytų draudimų ir su mumis nėra draudžiama sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Katalogas	66
3.	Jungtinė pažyma	2
4.	Gamintojų dokumentai	33
5.	Užpildytas EBVPD	14
6.	Kvalifikaciniai dokumentai	3
7.	Tiekėjo deklaracija	1
8.	Sterilizacija	15

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Katalogas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Projektų vadovė

Odeta Raklevičienė

Medicininės įrangos techninė specifikacija

18 pirkimo dalis. Endoskopinė sistema, skirta artroskopinėms ir kitoms endoskopinėms operacijoms atlikti -1 kompl.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai, atitinkantys prašomiems (tiekėjas įrašo atitinkančius prašomiems konkrečius duomenis, prekių gamintoją ir kilmės šalį)	Pasiūlyme katalogų, techninių aprašymų puslapio numeris
1.	Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama	1. Ultra aukštos raiškos 4K (UHD4), ≥ 3 lustų; 2. Raiška $\geq 3840 \times 2160$ vaizdo elementų; 3. Progresyvus skenavimas; 4. Skaitmeninis priartinimas; 5. ≥ 3 programuojami valdymo mygtukai; 6. Kameros galvutės kabelio ilgis ≥ 350 cm	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), LENS 4K, 72205058; 72200315; 1. Ultra aukštos raiškos 4K (UHD4), 3 lustų; 2. Raiška 3840×2160 vaizdo elementų; 3. Progresyvus skenavimas; 4. Skaitmeninis priartinimas; 5. 3 programuojami valdymo mygtukai; 6. Kameros galvutės kabelio ilgis 366 cm	Katalogas, psl. 1-3; 8-15; 17; 22; 29; 36; 39; 50; 51; 52.
2.	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu	1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvute ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; 2. Video įrašų kokybė: 4K $\geq 3840 \times 2160$ arba Full HD $\geq 1920 \times 1080$; 3. Signalų išvestys:	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), LENS 4K, 72205059; 1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvute ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; 2. Video įrašų kokybė: 4K $\geq 3840 \times 2160$ arba Full HD $\geq 1920 \times 1080$; 3. Signalų išvestys:	Katalogas, psl. 1; 4-8; 12-13; 16-28; 30-35; 38-43; 50; 53.

	3.1 ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė, 3.2 ≥ 2 vnt. 3G HD-SDI (4K) arba lygiavertė, 3.3 ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis, 3.4 ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis. 4. Vaizdų įrašymas-perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB, 4.2 Į planšetę. 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšetė, kameros galvos mygtukais. 6. Bevielės interneto ryšys. 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1 Ekrano įstrižainė $\geq 10''$, 7.2 Raiška $\geq 1920 \times 1080$ vaizdo elementų, 7.3 Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. 9. Integruotas LED tipo šviesos šaltinis, 9.1 Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų, 9.2 Šviesos srautas ≥ 1800 lumenų, 9.3 Valdymas valdymo įrenginio	3.1 1 vnt. HD-SDI, 3.2 4 vnt. 3G HD-SDI (4K), 3.3 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis, 3.4 2 vnt. USB tipo jungtis. 4. Vaizdų įrašymas-perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB, 4.2 Į planšetę. 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšetė, kameros galvos mygtukais. 6. Bevielės interneto ryšys. 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1 Ekrano įstrižainė $10,2''$, 7.2 Raiška 2160×1620 vaizdo elementų, 7.3 Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. 9. Integruotas LED tipo šviesos šaltinis, 9.1 Lempos darbo laikas daugiau nei 30000 valandų, 9.2 Šviesos srautas daugiau nei 1800 lumenų, 9.3 Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi ir kameros galvos mygtukais.	
--	--	---	--

		monitoriumi arba kameros galvos mygtukais.		
3.	Plokščiaekranis monitorius	1. Ekrano įstrižainė ≥ 32 coliai 2. Vaizdo formatas 16:9, 3. Raiška 4K, $\geq 3840 \times 2160$ vaizdo elementų, 4. Ryškumas $\geq 700 \text{cd/m}^2$, 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija, 6. Spalvų skaičius $\geq 1,05$ mlrd, 7. Medicininės paskirties.	Gamintojas FSN (Vokietija); FM-E3203D; 1. Ekrano įstrižainė 32 coliai 2. Vaizdo formatas 16:9, 3. Raiška 4K, 3840×2160 vaizdo elementų, 4. Ryškumas 700cd/m^2 , 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija, 6. Spalvų skaičius 1,07 mlrd, 7. Medicininės paskirties.	Katalogas, psl. 44-49.
4.	Artroskopinė optika, perduodanti 4K (2 vnt.)	1. Vaizdo kryptis 30° , 2. Diametras $4 \pm 0,2$ mm, 3. Ilgis 160 ± 10 mm, 4. Autoklavuojama.	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 4K, 72205154; 1. Vaizdo kryptis 30° , 2. Diametras 4 mm, 3. Ilgis 160 mm, 4. Autoklavuojama.	Katalogas, psl. 54.
5.	Artroskopinė įmova (2 vnt.)	Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo $4 \pm 0,2$ mm diametro siūlomai optikai	Gamintojas Smith&Nephew (JAV) 72200829; 4356; Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai	Katalogas, psl. 55.
6.	Šviesolaidis (3 vnt.)	1. Fibrooptinis 2. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi, 3. Ilgis ≥ 280 cm, 4. Išorinis diametras $5,0 \pm 0,2$ mm.	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 72204924, 1. Fibrooptinis 2. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi, 3. Ilgis 304 cm, 4. Išorinis diametras 5,0 mm.	Katalogas, psl. 56-58.
7.	Laparoskopinė optika 4K (1 vnt.)	1. Vaizdo kryptis 30° , 2. Diametras $10,0 \pm 0,2$ mm, 3. Ilgis 330 ± 5 mm, 4. Autoklavuojama	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 72202464, 1. Vaizdo kryptis 30° , 2. Diametras 10,0 mm, 3. Ilgis 330 mm,	Katalogas, psl. 59-60.

			4. Autoklavuojama	
8.	Sterilizavimo konteineris instrumentams (1 vnt.)	Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu	Gamintojas PRO-MED (Vokietija), 80.7013; 80.8133; Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu	Katalogas, psl. 61-62.
9.	Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms	Būtina	Yra dezinfekuojamas	Katalogas, psl. 63-66.
10.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai	Būtina	Pateikiami	Gamintojų dokumentai
11.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	Bus pateikta. Lietuvių ir anglų kalbomis	
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	