

Siūlomoms medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis

Aparato pavadinimas, tipas, gamintojas:

Angiografijos aparatas

Modelis „Azurion 3“, gamintojas „Philips Medical Systems Nederland“

Tiekėjo organizacijos pavadinimas: **UAB „Arbor Medical Corporation LT“**

Eil.Nr.	Pavadinimas	Būtina	Pageidautina
1	2	3	4
1.	Servisinė dokumentacija ir priemonės pateikiami	Taip	
1.1	Techniniai parametrai, apsprendžiantys aparato kokybę ir darbuotojo bei paciento saugumą	Taip	
1.2	Parametrų patikros metodikos, patikros periodiškumas, naudojamų priemonių sąrašas	Taip	
1.3	Sistemos eksploatacinė programinė įranga (pateikiamas instaliacinis diskas) su jos instaliavimo instrukcija (jei siūlomame aparate yra naudojama)	Taip	
1.4	Sistemos testavimo programinė įranga (jei siūlomame aparate yra naudojama)	Taip	
1.5	Pilna struktūrinė schema ir ją paaiškinanti informacija	Taip	
1.6	Elektrinė principinė schema bei jos aprašymas		Taip
2.	Nurodymai dėl aparato remonto pateikiami su visų lygių slaptažodžiais ir servisinių raktais ir kitomis šios paskirties priemonėmis	Taip	
2.1	Defekto radimo procedūra	Taip	
2.2	Atsarginių dalių sąrašas	Taip	
3.	Nurodymai eksploatacijai ir profilaktikai pateikiami		
3.1	Eksploatacinių medžiagų ir dalių sąrašas	Taip	
3.2	Pateikiamos eksploatacinės išlaidos 1m, Eur		Taip
3.3	Profilaktikos periodiškumas	Taip	
4.	Kauno klinikų Medicinos technikos tarnybos darbuotojų apmokymas pirminei priežiūrai, profilaktikai ir remontui	Taip	
4.1	Apmokymas atliekamas gamykloje nemokamai		Taip
4.2	Apmokymas atliekamas Kauno klinikose nemokamai	Taip	
5.	Kiek metų po paskutinio pagaminimo/išleidimo yra garantuotas atsarginių dalių tiekimas? (nurodyti)	5 metai	

Įsipareigojame pateikti servisui atlikti būtiną informaciją ir priemones pagal šiame priede 3 grafoje padarytus pažymėjimus.

UAB „Arbor Medical Corporation LT“

Direktorius Aurimas Širvinskas

