

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas (gamintojas, prekės kodas)	Techniniai reikalavimai	Komplektacija	Preliminarus kiekis vnt. 36 mėn.	Įkainis 1 vnt. Eur be PVM	Įkainis 1 vnt. Eur su PVM	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
60.	Suplėšomas ("peel-away") introduiseris stimuliacijos elektrodo įvedimui	Ilgis 12-14 cm, diametras 6 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Introduiserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. SCW Med cath, 835202	Neturi būti užsukamo introduiserio fiksavimo elemento.	3000	5,30	5,565	16695,00
61.	Suplėšomas ("peel-away") introduiseris	Ilgis 12-14 cm, diametras 7 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Introduiserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. SCW Med cath, 835203	Neturi būti užsukamo introduiserio fiksavimo elemento.	3000	5,30	5,565	16695,00
62.	Suplėšomas ("peel-away") introduiseris	Ilgis 12-14 cm, diametras 8 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Introduiserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. SCW Med cath, 835204	Neturi būti užsukamo introduiserio fiksavimo elemento.	600	5,80	6,09	3654,00
63.	Suplėšomas ("peel-away") introduiseris	Ilgis 12-14 cm, diametras 9 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Introduiserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. SCW Med cath, 835205	Neturi būti užsukamo introduiserio fiksavimo elemento.	300	6,20	6,51	1953,00
64.	Suplėšomas ("peel-away") introduiseris	Ilgis 12-14 cm, diametras 10 F. Rinkinyje su dilatoriumi, 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50	Neturi būti užsukamo introduiserio	200	6,20	6,51	1302,00

		cm) ir adata punkcijai. Introduserio distalinė dalis pakankamai kieta, kad prasiskverbtų pro randinius audinius, konuso formos, tolygiai (be juntamo „laiptelio“) pereinanti į dilatatorių. SCW Med cath, 835206	fiksavimo elemento.				
74.	Angiografinė viela	Diametras 0,032 colio, ilgis 150 cm. SCW Med cath, 831301		700	4,60	4,83	3381,00
75.	Angiografinė viela	Diametras 0,035 colio, ilgis 150 cm. SCW Med cath, 831401		300	4,80	5,04	1512,00
76.	Klijuojami elektrodai išorinei elektrinei kardioversijai (defibriliacijai)	Komplekte pora klijuojamų elektrodų, jungtis PhysioControl/Medtronic LifePak tipo Telic, EDC-1015		300	10,90	11,45	3433,50

Specialieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti **CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus**.
2. Visų siūlomų elektrokardiosimulatorių skilvelinių ir prieširdinių elektrodų diametras neturi viršyti **7F (elektrodui įvesti pakanka 7F diametro introduserio), jei nenurodyta kitaip**.
3. Visi introduseriai (kreipikliai) turi būti pagaminti iš **rentgenokontrastinės medžiagos**.
4. Visi vienkameriai ir dvikameriai EKS turi būti su **IS-1 standarto jungtimis**.
5. Pirkimo dalims, kur perkama **mažiau nei 100 vnt.** implantuojamų prietaisų tiekėjas privalo kartu į pasiūlymo kainą įskaičiuoti ir užtikrinti visa sutarties galiojimo laikotarpį nuolatinį veikimą **dvių prietaisų** skirtų implantuojamų prietaisų programavimui, kuriuos privaloma pristatyti kartu su pirmo užsakymo prekėmis. Pirkimo dalims, kur perkama **daugiau nei 100 vnt.** implantuojamų prietaisų tiekėjas privalo kartu į pasiūlymo kainą įskaičiuoti ir užtikrinti visa sutarties galiojimo laikotarpį nuolatinį veikimą **trių prietaisų** skirtų implantuojamų prietaisų programavimui, kuriuos privaloma pristatyti kartu su pirmo užsakymo prekėmis. Pasirašytos sutarties tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo galiojimo laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su prietaisų skirtų implantuojamų prietaisų programavimui naudojimui, dengia tiekėjas. Prietaisai skirti implantuojamų prietaisų programavimui Perkančiajai organizacijai perduodami Panaudos sutarties pagrindu.
6. **Tiekėjas turi pateikti dokumentus**, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių

reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

7. **Tiekėjas turi būti oficialus** siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius** kad yra siūlomų prekių gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (Reikalavimas taikomas pirkimo dalims nuo Nr. 1 iki Nr. 22).

UAB „STELSA“

P. Lukšio 53, LT49412 Kaunas, tel 388 508, tel./faks.388 508, įmonės kodas 134411924, PVM kodas LT344119219, a/s LT49 7300 0100 0228 3330, AB „Swedbank“, kodas 73000

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikoms

PASIŪLYMAS PIRKTI

Elektrokardiostimuliatorius ir vienkartinės medicinos pagalbos priemonės kardiologijos ir angiologijos centrui, pirkimo Nr. 17207

2018-08-24 Nr. 180824

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Stelsa“
Tiekėjo adresas	P. Lukšio g. 53, 49412 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas, Donatas Gerulaitis
Telefono numeris	+37 388508
Fakso numeris	+37 388508
El. pašto adresas	donatas@stelsa.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes: pateikti pagal pridedamą lentelę (*pildomas Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas*).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Kartu su pasiūlymu pateikiame dokumentus, įrodančius prekių atitikimą SPS priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ reikalavimams.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	1 psl.
2.	Įgaliojimas	1 psl.
3.	CE sertifikatai	2 psl.
4.	Prekių techninis aprašymas	3 psl.

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Vadybininkas

Donatas Gerulaitis