

46.2.	Vario diagnostinis rinkinys Paskirtis Pakuotė	Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam vario depozitų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams. Skirta atlikti ne daugiau 100 testų	iki 100 testų	1 vnt. (100 tests)	21%	793,79	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. 14-145	
46.3.	Picro Sirius Red (Saturn red , jungiamajam audiniui) diagnostinis rinkinys Paskirtis	Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas kolageno I ir III tipo skaidulų vizualizacijai formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.	iki 100 testų	1 vnt. (100 tests)	21%	170,00	Sirius Red for collagen - kit. The kit supplies reagents of Sirius red stain to show collagen type I and III.	
46.4.	Fontana-Masson (Melanin) diagnostinis rinkinys Paskirtis	Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio. Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam melanino ir mikroorganizmų (Deficient Cryptococcus Neoformans ir Cryptococcus Neoformans) kapsulės dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.	iki 100 testų	1 vnt. (100 tests)	21%	170,00	100 tests Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. 14-117	Six-reagent for observing the melanotic pigment in histological tissue sections. Argentafin granules are present in carcinoid cancers
47.	Reagentai audinių įmirkymui	Skirta atlikti ne daugiau 100 testų	100 tests					

	Bendrieji reikalavimai	Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai turi būti tinkami darbui su greitaeigių mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų ir atliekamas automatinis blokavimas.							
47.1.	Audinių dehidratavimo/skaidrinimo tirpalas. Paskirtis	Universalus audinių dehidratavimo ir skaidrinimo tirpalas,tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų , ir atliekamas automatinis blokavimas.	iki 50 ltr.						
	Savybės	Turi būti tinkamas riebiems ir labai riebiems audiniams. Prireikūs skiedžiamas etanolu įvairiais santykiais							
	Pakuotė	Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 10 litrų +/- 5 %							
47.2.	Audinių fiksavimo/dehidratavimo/riebalų ekstrakcijos tirpalas.		iki 1000 ltr.	50 vnt. (1000 ltr)	21%	12750,00	Histo-Line Laboratorijos s.r.l., catalogue nr. R0095		

	Paskirtis	<p>Audinių fiksavimo/dehidratavimo /audinių fiksavimo tirpalas. Paruoštas tirpalas tinkamas šviežių audinių fiksavimui, užkirsti kelią autolizei ir išsaugoti audinio morfologiją, neleisti audiniams išdžiūti ir išsaugoti audinių struktūrą molekuliniam bei imonologiniams tyrimams. Tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų, ir atliekamas automatinis blokavimas. Tuo pat metu tirpalas turi atlikti dehidratavimą/riebalų ekstrakcijos funkcijas.</p>					<p>Alcohol mixture, ethanol-based, for histology and cytology. Unique mixture containing less than 5% of isopropyl alcohol Methanol free No changes of used protocols Suitable for tissue processing and staining, dehydration and rehydration steps The special composition ensures optimal results preserving cell morphology, tissue structure and antigenicity Histo-Alcohol 95: alcoholic mixture with alcohol grade 95</p>
	Savybės	Koncentratas, skiedžiamas etanolu. Mažai toksiškas, be formalino .					Ready to use
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė -reagentas ,supilstytas į ne daugiau nei 5 litrų talpas . Kiekviena pakuotė turi būti su individualiu skaitmeniniu BAR kodu , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą , pakuotės nr., kiekių ilkučius.					4*5ltr

47.3.	Audinių impregnavimo medžiagos		iki 200 kg.	17 vnt. (204 kg)	21%	1443,98	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. R0040 PLUS Paraffin Lab-O-Wax PLUS 56°-58°C. White drops, translucent, odorless, stable and easy to handle. Non-toxic, DMSO free, high purity.
	Paskirtis	Specialus histologinis parafinas audinių impregnavimui, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų, ir atliekamas automatinis blokavimas. Lydimosi temperatūra 56-58C.					6 x 2 kg
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 20 kg.					
47.4.	Parafino valymo tirpalas		iki 300 ltr.	60*5ltr	21%	5400,00	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. R0050 CITRO
	Paskirtis	Specialus netoksiškas tirpalas, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų, ir atliekamas automatinis blokavimas. Skirtas parafino likučiams pašalinti automatinio valymo proceso metu.					Reactive fining of natural origin, formulated to replace xylene in processing, dewaxing and dehydration of slides. Substitute of xylene, limonene based. It replaces xylene in histology and cytology procedures. Non-toxic.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau 10 litrų.					5 ltr

47.5.	Kasetė su impregnavimo vašku			iki 2000 vnt.	8*250 vnt	21%	120,00	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. R4170
	Paskirtis	Audinių fiksavimui, dehidratavimui, impregnavimui parafinu ir parafino bloko formavimui mikrobanginiame audinių įmirkymo procesoriuje su automatiniu blokavimo priedu.						Disposable cassettes for processing and embedding tissue samples.
	Savybės	Vienkartinis rinkinys: kasetė su dangteliu bloko formavimui, sauganti biopsinę medžiagą nuo deformacijos fiksavimo, dehidratavimo, impregnavimo parafinu, parafino bloko formavimo ir pjovimo metu. Kasetė privalo turėti galimybę sukaupti reikiamą fiksatoriaus kiekį pirminei biopsijos apsaugai. Pateikiama su to paties gamintojo impregnavimo vašku.						For processing and embedding of medium-large specimens. External dimensions: 40x28x6 mm (WxDxH) The casset presents a rough surface in the front portion to facilitate writing of graphite pencils.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 700 vnt. rinkinyje.						250 vnt
		Viso 47 pozicija						
	Reagentai kaulinio audinio apdorojimui							
48.	Druskos rūgštis 37%		iki 2 ltr		2*1ltr	21%	228,00	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. R0060
49.	Skruzdžių rūgštis 97%		iki 2 ltr		2*1ltr	21%	92,00	Histo-Line Laboratories s.r.l., catalogue nr. 02-101