

UAB "AMI sprendimai"

Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius, tel. 8 5 237 5675, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras,
įmonės kodas 125456226, PVM mokėtojo kodas LT254562219, el. paštas info@amis.lt, A.s.LT64 7300 0100 3690 2263
Swedbank, AB banko kodas 73000

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

PASIŪLYMAS

OPERACINIO STALO PIRKIMUI

2023-07-27 Nr. 677481

Vilnius,

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „AMI sprendimai“
Tiekėjo įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/</i>	125456226
PVM mokėtojo kodas	LT254562219
A/s numeris	LT64 7300 0100 3690 2263
Bankas, banko kodas	Swedbank AB, 647300
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Laisvės pr. 77B, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilma Dambravienė
Telefono numeris	+37052375675
Asmens atsakingo už sutarties vykdymą vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas	
Fakso numeris	+37052375678
El. pašto adresas	info@amis.lt

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.*):

Subtiekejo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekejo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekejo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekeją (-us)	
Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (<i>Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. Pagal konkurso sąlygų 3.4 punktą</i>)	
Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³	

¹Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekejus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

²Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

³Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą Konkurso sąlygų 3.11. p.), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinanti, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS*;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
 3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu arba fiziniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
 4. Mes siūlome Prekes pagal **operacinio stalo** pirkimo techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) nustatytus reikalavimus:
 - 4.1. pridedame užpildytus šio konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ ir patvirtiname, kad siūlomas operacinis stalas atitinka pateiktus reikalavimus.
 - 4.2. 2 priedo lenteles pateikti elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu.
- Mes siūlome šias prekes:*

Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	PVM (%)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
Operacinis stalas – 1 vnt.	Vnt.	1	21	36.300,00	43.923,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.):
Tiekėjo techninis pasiūlymas*:

Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas	Tiekėjo siūloma papildoma garantija
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)
Operacinis stalas	6 mėnesiai

* Šioje lentelėje tiekėjo nurodyta reikšmė bus naudojama pasiūlymo ekonominiam naudingumui apskaičiuoti.

6. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
2.	EBVPD	14
3.	Tiekėjo deklaracija	2
4.	CE deklaracijos	6
5.	Katalogai	56

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Katalogai
2.	CE sertifikatai

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Projektų vadybininkė

Vilma Dambravienė

***Pasiūlymas ir jo priedai (kurių formose nurodoma, kad turi būti įgalioto asmens parašas) turi būti pasirašytas fiziniais įgalioto asmens parašais arba galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.**

**ATITIKIMAS TECHNINEI SPECIFIKACIJAI
OPERACINIS STALAS – 1 KOMPL.**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Operacinis stalas – 1 kompl.	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	Pavadinimas, Diamond, 40LK, Schmitz-sohne, Vokeitija	“Operacinis stalas” psl. nr. 28
1.	Stalo konstrukcija	1. Stalas mobilus, su ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus	1. Stalas mobilus, su ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas centriniu stabdžiu blokuojant ratukus	“Operacinis stalas” psl. nr. 28
2.	Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas	Elektrohidraulinis (arba lygiavertis)	Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrohidraulinis	“Operacinis stalas” psl. nr. 28
3.	Didžiausia leistina dinaminė stalo apkrova	≥ 350 kg.	Didžiausia leistina dinaminė stalo apkrova – 360 kg	“Operacinis stalas” psl. nr. 28
4.	Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris	≥ 450 kg.	Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris – 454 kg	“Operacinis stalas” psl. nr. 23
5.	Reikalavimai stalviršiui:		Reikalavimai stalviršiui:	
5.1.	Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų	1. Galvos atrama; 2. Nugaros atrama; 3. Dubens atrama; 4. Dviejų dalių kojų atrama.	Sudarytas iš 4 sekcijų: 1. Galvos atrama; 2. Nugaros atrama; 3. Dubens atrama; 4. Dviejų dalių kojų atrama.	“Operacinis stalas” psl. nr. 28
5.2.	Galvos atrama	1. Integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui; 2. Automatinis pasirinkto galvos atramos kampo fiksavimas; 2. Galvos atramos ilgis ≥ 300 mm	Galvos atrama: 1. Integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui; 2. Automatinis pasirinkto galvos atramos kampo fiksavimas; 2. Galvos atramos ilgis 300 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 34 ir 32
5.3.	Kojų atrama	1. Dviejų dalių kojų atramų sekcija, nuimama; 2. Kojų atramų ilgis ≥ 870 mm	1. Dviejų dalių kojų atramų sekcija, nuimama; 2. Kojų atramų ilgis 875 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 40
5.4.	Dubens atrama	1. Skirta stalo paviršiaus prailginimui, nuimama; 2. Sekcijos ilgis ≥ 280 mm; 3. Su išpjova ginekologinėms procedūroms ir kojų atramų tvirtinimo elementais	Dubens atrama 1. Skirta stalo paviršiaus prailginimui, nuimama; 2. Sekcijos ilgis 285 mm; 3. Su išpjova ginekologinėms procedūroms ir kojų atramų tvirtinimo elementais	“Operacinis stalas” psl. nr. 42

5.5.	Laidumas rentgeno spinduliams	Stalviršio nugaros ir dubens sekcijos pralaidžios rentgeno spinduliams	Laidumas rentgeno spinduliams. Stalviršio nugaros ir dubens sekcijos pralaidžios rentgeno spinduliams	“Operacinis stalas” psl. nr. 42 ir 29
5.6.	Priedų tvirtinimo bėgeliai	Prie stalviršio galvos, nugaros ir dubens sekcijų šonų sumontuoti bėgeliai papildomiems priedams tvirtinti	Priedų tvirtinimo bėgeliai Prie stalviršio galvos, nugaros ir dubens sekcijų šonų sumontuoti bėgeliai papildomiems priedams tvirtinti	“Operacinis stalas” psl. nr. 2
5.7.	Gabaritiniai stalo matmenys	Ilgis ne daugiau kaip 250 cm, plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 55 cm.	Gabaritiniai stalo matmenys: ilgis 242 cm, plotis (be šoninių bėgelių) 55 cm.	“Operacinis stalas” psl. nr. 32
6.	Čiužinys	1. Čiužinio storis ≥ 60 mm; 2. Pralaidus rentgeno spinduliams; 3. Antistatinis; 4. Susiformuojantis reaguojant į kūno šilumą	Čiužinys 1.Čiužinio storis 60 mm; 2.Pralaidus rentgeno spinduliams; 3.Antistatinis; 4.Susiformuojantis reaguojant į kūno šilumą	“Operacinis stalas” psl. nr. 29
7.	Stalviršio padėties reguliavimas:		Stalviršio padėties reguliavimas:	
7.1.	Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas	$\geq 30^0$	Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas - 30^0	“Operacinis stalas” psl. nr. 29 ir 31
7.2.	Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas	$\geq 30^0$	Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas - 30^0	“Operacinis stalas” psl. nr. 29 ir 31
7.3.	Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip	Nuo -20^0 iki $+20^0$	Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip	“Operacinis stalas” psl. nr. 29 ir 31
7.4.	Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip	Nuo 700 mm iki 1140 mm	Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas nuo 665 iki 1165 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 29 ir 32
7.5.	Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip	Nuo -30^0 iki $+70^0$	Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas nuo -40^0 iki $+70^0$	“Operacinis stalas” psl. nr. 29 ir 31
7.6.	Galvinės dalies reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip	Nuo -30^0 iki $+25^0$	Galvinės dalies reguliavimas nuo -45^0 iki $+25^0$	“Operacinis stalas” psl. nr. 32
7.7.	Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas	$\geq 220^0$	Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas 220^0	“Operacinis stalas” psl. nr. 31
7.8.	Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas	$\geq 100^0$	Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas 100^0	“Operacinis stalas” psl. nr. 31
7.9.	Nulinė „0“ padėtis	Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija	Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija	“Operacinis stalas” psl. nr. 29

8.	Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas	Laidiniu stalo valdymo pultu	Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas: laidiniu stalo valdymo pultu	“Operacinis stalas” psl. nr. 30
9.	Stalo funkcijos valdomos valdymo pulto pagalba	1. Aukštyn/ žemyn 2.Trendelemburgas/atvirkštinis trendelemburgas 3. Lateralinis posvyris 4. Nugaros atlošo posvyrio kampas	Stalo funkcijos valdomos valdymo pulto pagalba 1. Aukštyn/ žemyn 2.Trendelemburgas/atvirkštinis trendelemburgas 3. Lateralinis posvyris 4. Nugaros atlošo posvyrio kampas	“Operacinis stalas” psl. nr. 6
10.	Stalo veikimo principai (savarankiški, vienas kitą keičiantys): iš elektros tinklo, pakraunamų elektrinių baterijų pagalba ir dalis funkcijų turi būti papildomai valdomos rankiniu-hidrauliniu būdu	Būtina	Stalo veikimo principai (savarankiški, vienas kitą keičiantys): iš elektros tinklo, pakraunamų elektrinių baterijų pagalba ir visos funkcijos papildomai valdomos rankiniu-hidrauliniu būdu	“Operacinis stalas” psl. nr. 5
11.	Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo:		Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo:	
11.1.	Atrama rankai-2 vnt.	1.Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Su rankos fiksavimo diržais; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 600 mm, plotis ≥ 150 mm	Atrama rankai - 2 vnt. 1.Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Su rankos fiksavimo diržais; 3. Reguliuojamo aukščio; 4. Atramos išmatavimai: ilgis 600 mm, plotis 170 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 35
11.2.	Lankas anesteziologo zonos atskyrimui-1 vnt.	L formos	Lankas anesteziologo zonos atskyrimui, L formos -1 vnt.	“Operacinis stalas” psl. nr. 35
11.3.	Kūno atramų laikiklis-2 vnt.	Prie šoninio bėgelio tvirtinamas, leidžiantis atramas reguliuoti horizontalioje ir vertikalioje ašyse, tiekiamas su fiksatoriumi tvirtinimui prie bėgelio	Kūno atramų laikiklis-2 vnt. Prie šoninio bėgelio tvirtinamas, leidžiantis atramas reguliuoti horizontalioje ir vertikalioje ašyse, tiekiamas su fiksatoriumi tvirtinimui prie bėgelio	“Operacinis stalas” psl. nr. 39
11.4.	Pečių/ šoninė kūno atrama-1 vnt.	Tvirtinama prie kūno atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 215 x 100 mm $\pm$ 15 mm	Pečių/ šoninė kūno atrama - 1 vnt. Tvirtinama prie kūno atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 215 x 100 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 39
11.5.	Nugaros/ sėdmenų atrama-1 vnt.	Tvirtinamas prie kūno atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 200 x120 mm $\pm$ 15 mm	Nugaros/ sėdmenų atrama-1 vnt. Tvirtinamas prie kūno	“Operacinis stalas” psl. nr. 39

			atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 200 x120 mm	
11.6.	Ritinėlio formos kūno atrama-1 vnt.	Tvirtinamas prie kūno atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 200 x 65 mm ± 15 mm	Ritinėlio formos kūno atrama-1 vnt. Tvirtinamas prie kūno atramų laikiklio, išoriniai matmenys: 200 x 65 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 39
11.7.	Diržas-2 vnt.	Ligonio fiksavimui prie operacinio stalo	Diržas-2 vnt. Ligonio fiksavimui prie operacinio stalo	“Operacinis stalas” psl. nr. 37
11.8	Biologinio skysčio surinkimo kriauklė (įskaitant tvirtinimo priedus), įstatoma į dubens sekcijos bėgelius-1 vnt.	Kriauklės matmenys (P x I x G): ≥ 300 x 300 x 60 mm	Biologinio skysčio surinkimo kriauklė (įskaitant tvirtinimo priedus), įstatoma į dubens sekcijos bėgelius-1 vnt. Kriauklės matmenys (P x I x G): 350 x 325 x 100 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 43
11.9.	„Göpel“ ar lygiaverčio tipo kojų atramos su fiksatoriais prie bėgelio-2 vnt.	Būtina	„Göpel“ tipo kojų atramos su fiksatoriais prie bėgelio - 2 vnt.	“Operacinis stalas” psl. nr. 41 ir 38
11.10.	Kojų atrama/ paminkštinimas-2 vnt.	1.Gelinis (arba lygiavertės medžiagos; 2. Pailgos formos, skirta naudoti su „Göpel“ ar lygiaverčio tipo kojų atramomis	Kojų atrama/ paminkštinimas - 2 vnt. 1.Gelinis; 2. Pailgos formos, skirta naudoti su „Göpel“ kojų atramomis	“Operacinis stalas” psl. nr. 44
11.11.	Stalo valdymo pultelis-1 vnt.	Laidinis	Stalo valdymo pultelis-1 vnt. Laidinis	“Operacinis stalas” psl. nr. 30
11.12.	TUR sietelis-1 vnt.	Būtina	TUR sietelis-1 vnt.	“Operacinis stalas” psl. nr. 43
11.13.	Skydas apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės	1.Skydas sudarytas iš tarpusavyje sujungtų panelių, kurių viduje naudojami gumuoto švino įdėklai (atitinkantys 0,5 pb ekvivalentą); 2. Skydas pritvirtinamas prie operacinio stalo šoninių bėgelių; 3. Efektyvūs skydo matmenys (P x A):) : ≥ 730 x 640 mm	Skydas apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės 1.Skydas sudarytas iš tarpusavyje sujungtų panelių, kurių viduje naudojami gumuoto švino įdėklai (atitinkantys 0,5 pb ekvivalentą); 2. Skydas pritvirtinamas prie operacinio stalo šoninių bėgelių; 3. Efektyvūs skydo matmenys (P x A): 780 x 730 mm	“Operacinis stalas” psl. nr. 45 ir 46
12.	Valymas ir dezinfekcija	Stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui	Valymas ir dezinfekcija. Stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui	“Operacinis stalas” psl. nr. 47-56
13.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba	Būtina	Gamintojo išduota atitikimo CE reikalavimams deklaracija	Pateikiami kartu su kitais konkurso dokumentais

	lygiaverčiai dokumentai			
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn. ir papildoma 6 mėn. garantija	
