

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai		Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
21.	Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti	Diametras 0,014 colio, ilgis 180-200 cm. Turi būti ryškiai rentgenokonstrastiniu galu.	Turi būti pasiūlytos mažiausiai trijų kietumo variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta).	40	9, 21 p.d. Brosiura Zinger – 2, 5, 6 psl. Diametras 0,014 colio, ilgis 180cm. Ryškiai rentgenokonstrastiniu galu. Siūlomos trijų kietumo variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta).	Medtronic, ZNGRLS180HJ ZNGRLS180HS ZNGRMS180HJ ZNGRMS180HS S ZNGRS180HJ ZNGRS180HS	55.00	2200.00	5%	2310.00
	Bendra pirkimo 21 dalies kaina su PVM žodžiais: Du tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 00 ct									