

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas LT344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMUI**

2022-12-20 Nr. 551558

(Data)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/	234449420
PVM mokėtojo kodas	LT344494219
A/s numeris	LT41 7300 0100 7979 6368
Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Energetikų g. 8, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Telefono numeris	8 37 478242
Asmens atsakingo už sutarties vykdymą vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas	Direktorius Skirmantas Akelis 8 37 478242 info@skirgesa.lt
Fakso numeris	8 37 458161
El. pašto adresas	info@skirgesa.lt

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.*):

Subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	-
Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (<i>Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. Pagal konkurso sąlygų 3.4 punktą</i>)	-
Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³	

¹Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

²Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

³Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą Konkurso sąlygų 3.11. p.), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2023-03-27 d.

3. Mes siūlome prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM)	PVM (%)	Bendra pirkimo dalies kaina Eur (su PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Binokulinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas	Vnt.	1				
2	Veloergometrijos sistema	Vnt.	1				
3	Magneto terapijos aparatas	Vnt.	1				
4	Ultragarsinis aparatas skirtas širdies ir kraujagyslių tyrimams	Vnt.	1				
5	Defibriliatorius	Vnt.	1				
6	Parafino blokų šaldymo stalelis	Vnt.	1				
7	Odontologinių antgalių tepimo aparatas	Vnt.	1				
8	Apekso lokatorius	Vnt.	5	400.00	2000.00	21	2420.00
9	Kompozitų švirkštų kaitintuvas	Vnt.	3	743.00	2229.00	21	2697.09
10	Karštos gutaperčos sistema	Vnt.	2	619.00	1238.00	21	1497.98
11	Įrangos ir instrumentų komplektas urologinei chirurgijai	Vnt.	1				
12	Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai su priedais	Vnt.	2				
13	Neinvazinės minutinės ventiliacijos monitorius	Vnt.	1				
14	Ultragarso aparatas	Vnt.	1				

15	Kompresinės terapijos aparatas	Vnt.	1				
16	Ultragarso aparatas ginekologijai ir akušerijai	Vnt.	1				
17	Ultragarso aparatas urologams	Vnt.	1				
18	Endoskopinė sistema, skirta artroskopinėms ir kitoms endoskopinėms operacijoms atlikti	Vnt.	1				

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**1. Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.):
Tiekėjo techninis pasiūlymas*:**

Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas	Tiekėjo siūloma papildoma garantija
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)
1. Binokulinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
2. Veloergometrijos sistema	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
3. Magneto terapijos aparatas	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
4. Ultragarsinis aparatas skirtas širdies ir kraujagyslių tyrimams	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
5. Defibriliatorius	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
6. Parafino blokų šaldymo stalelis	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
7. Odontologinių antgalių tepimo aparatas	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
8. Apekso lokatorius	12
9. Kompozitų švirkštų kaitintuvas	12
10. Karštos gutaperčos sistema	12
11. Įrangos ir instrumentų komplektas urologinei chirurgijai	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
12. Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai su priedais	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
13. Neinvazinės minutinės ventiliacijos monitorius	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
14. Ultragarso aparatas	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
15. Kompresinės terapijos aparatas	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]

16. Ultragarso aparatas ginekologijai ir akušerijai	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
17. Ultragarso aparatas urologams	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]
18. Endoskopinė sistema, skirta artroskopinėms ir kitoms endoskopinėms operacijoms atlikti	[Tiekėjas įrašo siūlomus papildomus garantijos mėnesius]

* Šioje lentelėje tiekėjo nurodyta reikšmė bus naudojama pasiūlymo ekonominiam naudingumui apskaičiuoti.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Medicininės įrangos techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios: (pateikti pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedo „Medicininės įrangos techninė specifikacija“ grafą „Privalomi techniniai parametrai“). Tiekėjas šių Konkurso sąlygų 2 priedo lentelėse nurodo pirkimo objekto dalis, kurioms teikia pasiūlymą. 2 priedo lenteles pateikti elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu. Jei kainos pasiūlymas teikiamas pdf formatu, prašome papildomai pateikti kainos pasiūlymą ir xls arba doc formatu.

8 pirkimo dalis. Apekso lokatorius -5 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai, atitinkantys prašomiems (tiekėjas įrašo atitinkančius prašomiems konkrečius duomenis, prekių gamintoją ir kilmės šalį)	Pasiūlyme katalogų, techninių aprašymų puslapio numeris (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Belaidis apekso lokatorius	Būtina	Belaidis apekso lokatorius DPEX III, Guilin Woodpecker Medical Instrument, Kinija	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1-6. Žr. „Patvirtinimas“.pdf, psl. 1.
2.	Tikslumas	Ne mažesnis 97,5%	97,71%	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1.
3.	Platus aiškus atspindintis spalvinis skystųjų kristalų ekranas	Būtina	Platus aiškus atspindintis spalvinis skystųjų kristalų ekranas	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2.
4.	Vaizdas kontrastingas ir ryškus	Būtina	Vaizdas kontrastingas ir ryškus	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2.
5.	Spalvinis ir garsinis įspėjamasis signalas priartėjus 1 mm prie apekso	Būtina	Spalvinis ir garsinis įspėjamasis signalas priartėjus 1 mm prie apekso	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 3-5.
6.	Rinkinys	Endodontinių instrumentų laikikliai ≥ 3 vnt., lūpiniai	Endodontinių instrumentų laikikliai 4 vnt., lūpiniai kabliukai 5 vnt., zondo laidai. Viskas sterilizuojama	Žr. „Patvirtinimas“.pdf, psl. 1.

		kabliukai ≥ 5 vnt., zondo laidai. Viskas sterilizuojama		
7.	Matavimui neturi įtakos danties tipas ar vidinė kanalo aplinka: galima dirbti tiek sausame, tiek drėgname kanale	Būtina	Matavimui neturi įtakos danties tipas ar vidinė kanalo aplinka: galima dirbti tiek sausame, tiek drėgname kanale	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 6.
8.	Pažangi daugialypė tinklo varžos matavimo technologija bei automatinis kalibravimas leidžia pasiekti labai tikslų matavimą	Būtina	Pažangi daugialypė tinklo varžos matavimo technologija bei automatinis kalibravimas leidžia pasiekti labai tikslų matavimą	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2
9.	Pakraunama baterija arba AAA tipo baterijos	Būtina	Pakraunama baterija	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2
10.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai	Būtina	CE sertifikatas	Žr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf, psl. 1, 2.
11.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	Lietuvių ir anglų kalbomis	
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	Žr. „Patvirtinimas“.pdf, psl. 1.

9 pirkimo dalis. Kompozitu švirkštų kaitintuvas -3 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai, atitinkantys prašomiems (tiekėjas įrašo atitinkančius prašomiems konkrečius duomenis, prekių gamintoją ir kilmės šalį) APAG P, Silfradent, Italija	Pasiūlyme katalogų, techninių aprašymų puslapio numeris (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	5 kaitinimo programos	Būtina	5 kaitinimo programos	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.
2.	Nustatoma temperatūra diapazone	Būtina	Nustatoma temperatūra diapazone 30°C – 90°C	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.
3.	Nustatomas kaitinimo laikas diapazone	Būtina	Nustatomas kaitinimo laikas diapazone	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.

5.	Prietaisas antistatinis – antimagnetinis	Būtina	Prietaisas antistatinis - antimagnetinis	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.
6.	Kaitinimo kameros dydžiai	8: Ø 16 mm – gylis 85 mm 4: Ø 11 mm – gylis 85 mm	8: Ø 16 mm – gylis 85 mm 4: Ø 11 mm – gylis 85 mm	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.
7.	Nominali galia	100 VA	100 VA	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 7.
8.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai	Būtina	ES atitikties deklaracija	Žr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf, psl. 5, 6.
9.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	Lietuvių ir anglų kalbomis	
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	Žr. „Patvirtinimas“.pdf, psl. 1.

10 pirkimo dalis. Karštos gutaperčos sistema-2 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai, atitinkantys prašomiems (tiekėjas įrašo atitinkančius prašomiems konkrečius duomenis, prekių gamintoją ir kilmės šalį)	Pasiūlyme katalogų, techninių aprašymų puslapio numeris (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Belaidė karštos gutaperčos sistema	Būtina	Belaidė karštos gutaperčos sistema Fi-P Fi-G, Guilin Woodpecker Medical Instrument, Kinija	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 8, 9.
2.	Patogus ir intuityvus vieno mygtuko sistemos valdymas	Būtina	Patogus ir intuityvus vieno mygtuko sistemos valdymas	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 8, 9.
3.	Tinkamas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams	Būtina	Tinkamas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10.
5.	Tikslus temperatūros nustatymas	Būtina	Tikslus temperatūros nustatymas	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10.

6.	LED ekranas. Keičiama ekrano pozicija	Būtina	LED ekranas. Keičiama ekrano pozicija	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10.
7.	Ekране rodoma baterijos lygio indikacija	Būtina	Ekране rodoma baterijos lygio indikacija	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 11.
8.	Kampinis antgalis sukiojasi 360° kampu	Būtina	Kampinis antgalis sukiojasi 360° kampu	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 12.
9.	Automatinis prietaiso išsijungimas, jeigu nedarbama	Būtina	Automatinis prietaiso išsijungimas, jeigu nedarbama	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10.
10.	Baterija	2000 mAh arba lygiavertė, keičiama	2000 mAh, keičiama	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 13, 14.
11.	Darbo laikas su pilnai įkrauta baterija	Ne mažiau 4 val.	4 val.	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 15.
12.	Kaitinimo laikas	Ne daugiau 0,2 sek.	0,2 sek.	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 16.
13.	Pasirenkama darbinė temperatūra	Būtina	Pasirenkama darbinė temperatūra	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 14.
14.	Reguliuojamas garsinių pranešimų garsumas	Būtina	Reguliuojamas garsinių pranešimų garsumas	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 10.
15.	Darbiniai antgaliai sterilizuojami	134°C temperatūroje	134°C temperatūroje	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 17.
16.	Komplektacijoje skirtingi darbiniai antgaliai	Tinkantys vertikaliai ir horizontaliai darbui	Tinkantys vertikaliai ir horizontaliai darbui	Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 8, 9.
17.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiavertės dokumentai	Būtina	EC sertifikatas	Žr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf, psl. 3, 4.
18.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	Lietuvių ir anglų kalbomis	
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	Žr. „Patvirtinimas“.pdf, psl. 1.

4. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Taip pat patvirtiname, kad mes netenkiname šiam pirkimui taikomų Europos Sąjungos Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 nustatytų draudimų ir su mumis nėra draudžiama sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	8
2	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
3	EBVPD	15
4	Patvirtinimas	1
5	Katalogai	17
6	Gamintojų sertifikatai	6
7	Gamintojų įgaliojimai	4

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
-	-

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dovilė Andrijauskaitė
(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DOVILĖ ANDRIJAUSKAITĖ
Data: 2022-12-20 13:47:50
Paskirtis: Pirkimo nr. 636973
Vieta:
Energetikų g. 8, LT-52461, Kau
nas
Kontaktinė informacija:
Viešųjų pirkimų specialistė