

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

**PASIŪLYMAS
PIRKTI MEDICINOS ĮRANGĄ**

2014 m. lapkričio 05 d. Nr. 20141105-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Linas Solominas, IT pardavimo vadovas
Telefono numeris	(8 5) 2685427, mob. 8 698 39603
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	linas.solominas@tradintek.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - Kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Perkamas kiekis	Vnt. kaina, Lt be PVM	Vnt. kaina, Lt su PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Suma, Lt su PVM	Suma, Eur su PVM
2	Artroskopinės traumatologinės chirurgijos rinkinys (Gamintojas STORZ Vokietija)	1 vnt.	297.520,00	359.999,20	104.262,97	359.999,20	104.262,97
10	Ligonio monitoriai B40 pooperacinio budimo palatoje (gamintojas GE Healthcare)	4 vnt.	16.450,00	19.904,50	5.764,74	79.618,00	23.058,97

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

439.617,20 keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniolika Lt ir 20 ct.
(skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 76.297,20 Lt.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

127.321,94 vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas Eur ir 94 ct.
(skaičiais ir žodžiais)

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Antra pirkimo dalis. Artroskopinės traumatologinės chirurgijos rinkinys - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai ir parametrų reikalaujamos reikšmės	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Transporteris, tinkantis video aparatūrai (videokameros kontrolieriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir, esant reikalui, pervežti. Su keičiamu lentynų aukščiu.	1	Transporteris, tinkantis video aparatūrai (videokameros kontrolieriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir, esant reikalui, pervežti. Su keičiamu lentynų aukščiu. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psł.11</i>
2.	Videokameros galva: 2.1. Trijų lustų ("čipų") didelės raiškos (HD) videokameros matrica; 2.2. Autoklavuojama 130 – 140°C temperatūroje arba sterilizuojama kitais būdais; 2.3. Jautrumas šviesai ne blogesnis kaip 2 lux; 2.4. Valdymas – programuojamais valdymo mygtukais ant kameros korpuso, ne mažiau negu 5 iš anksto užprogramuotos funkcijos; 2.5. Kameros kabelio ilgis ne trumpesnis nei 2,5m;	1	Videokameros galva: 2.1. Trijų lustų ("čipų") didelės raiškos (HD) videokameros matrica; 2.2. Sterilizuojama dujomis arba plazma; 2.3. Jautrumas šviesai 1,17 lux; 2.4. Valdymas – programuojamais valdymo mygtukais ant kameros korpuso, 5 užprogramuotos funkcijos, jas galima keisti; 2.5. Kameros kabelio ilgis 3 m; 2.6. Su integruotu optiniu artinimu, didinimas ne 2 kartus. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psł.1 - 3.</i>

	2.6. Su integruotu optiniu arba skaitmeniniu artinimu, didinimas ne mažiau 1.5 kartų;		
3.	Didelės raiškos (HD) videokameros valdymo blokas pritaikytas skaitmeniniam vaizdui apdoroti; 3.1. Progresyvus skenavimas – ne mažiau kaip 1080p; 3.2. Su ne mažiau kaip 4 operacijos specializacijos vaizdo režimais, kurių nustatymus galima lengvai pakeisti; 3.3. Galimybė keisti parametrus su videokameros galvos mygtukais; 3.4. Vaizdo kokybė reguliuojama keičiant reguliuojamus parametrus; 3.5. Skaitmeninio vaizdo stiprinimo sistema; 3.6. Nustatomas baltos šviesos balansas; 3.7. Vaizdo sistema – PAL; 3.8. Elektrosaugos reikalavimai pagal EN 60601-1:BF tipas. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė	1	Didelės raiškos (HD) videokameros valdymo blokas pritaikytas skaitmeniniam vaizdui apdoroti: 3.1. Progresyvus skenavimas – 1080p; 3.2. 4 operacijos specializacijos vaizdo režimais, kurių nustatymus galima lengvai pakeisti; 3.3. Galimybė keisti parametrus su videokameros galvos mygtukais; 3.4. Vaizdo kokybė nuolatos pateikiama aukščiausiu Full HD standartu; 3.5. Skaitmeninio vaizdo stiprinimo sistema; 3.6. Nustatomas baltos šviesos balansas; 3.7. Vaizdo sistema – PAL; 3.8. Aukščiausia elektrosaugos reikalavimus atitinkanti klasė 1/CF. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 4 - 9.</i>
4.	Vaizdo archyvavimo sistema: 4.1. Medicininės paskirties įrenginys; Pastaba: Visa aparatūra ir instrumentai turi būti priskiriami medicinos įrangai pagal direktyvą 93/42/EEB arba 2006/95/EC. 4.2. Video vaizdo konvertavimas į DICOM MPEG-4 VIDEO; 4.3. Video vaizdo suspaudimas į (HD & SD) H.264; 4.4. HD suspaudimo greitis iki ne mažiau 60 Mbit/s; 4.5. DICOM video formatai: DICOM; MPEG-4; 4.6. DICOM Worklist funkcijos palaikymas; 4.7. DICOM video vaizdų išsaugojimas vidinėje atmintyje; 4.8. DICOM vaizdų siuntimas į DICOM PACS server; 4.9. Galimybė darbo metu naudotis Internet Explorer naršykle; 4.10. Galimybė matyti ne tik MPEG-4 DICOM standarto vaizdus įrašymo įrenginyje, bet ir CT, DX, CR, RF, XA, MR, ES tipo DICOM vaizdus; 4.11. Medicininių vaizdų peržiūra tiesiogiai per ligoninėje naudojamą ELI sistemą; 4.12. Programinės įrangos vartotojo sąsaja lietuvių kalba;	1	4.1. Medicininės paskirties įrenginys (žr. Priedas 1. MedDream family CE). 4.2. Video vaizdo konvertavimas į DICOM MPEG-4 VIDEO (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 2 skyrius). 4.3. Video vaizdo suspaudimas į (HD & SD) H.264 (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 2 skyrius). 4.4. HD suspaudimo greitis iki ne mažiau 60 Mbit/s (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 2 skyrius). 4.5. DICOM video formatai: DICOM; MPEG-4 (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 4 skyrius). 4.6. DICOM Worklist funkcijos palaikymas (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 4 skyrius). 4.7. DICOM video vaizdų išsaugojimas vidinėje atmintyje (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius). 4.8. DICOM vaizdų siuntimas į DICOM PACS server (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 4 skyrius). 4.9. Galimybė darbo metu naudotis Internet Explorer naršykle (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius). 4.10. Galimybė matyti ne tik MPEG-4 DICOM standarto vaizdus įrašymo įrenginyje, bet ir CT, DX, CR, RF, XA, MR, ES tipo DICOM vaizdus (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius).

	4.13. Palaikomi video standartai: 1080p/1080i/720p; 4.14. Video įėjimas DVI; 4.15. Galimybė pajungti antrą DVI monitorių; 4.16. Video vaizdų ir paveikslukų įrašymas vienu metu; 4.17. Integravimas į ligoninės informacinės sistemas: į vaizdų archyvą „PACS“ ir į ligoninės informacinę sistemą „ELI“.		4.11. Medicininių vaizdų peržiūra tiesiogiai per ligoninėje naudojamą ELI sistemą (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius). 4.12. Programinės įrangos vartotojo sąsaja lietuvių kalba (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius). 4.13. Palaikomi video standartai: 1080p/1080i/720p (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 3 skyrius). 4.14. Video įėjimas DVI (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 2 skyrius). 4.15. Galimybė pajungti antrą DVI monitorių (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 1 skyrius). 4.16. Video vaizdų ir paveikslukų įrašymas vienu metu (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 1 skyrius). 4.17. Integravimas į ligoninės informacinės sistemas: į vaizdų archyvą „PACS“ ir į ligoninės informacinę sistemą „ELI“ (žr. Priedas 2. Surgery Workstation specifikacija, 5 skyrius). <i>Techniniai aprasai 4.pdf</i> <i>Psl. 1- 6.</i>
5.	LED tipo šviesos šaltinis: 5.1. Galingumas ne mažiau kaip 170 W; 5.2. LED lempos darbo laikas ne mažiau negu 10 000valandų; 5.3. Spalvinė šviesos temperatūra iš intervalo: 5000 – 6500°K; 5.4. Ryškumas reguliuojamas automatiškai arba rankiniu būdu; 5.5. Jungtis leidžianti pritaikyti daugiau nei dviejų rūšių šviesolaidžius 5.6. Elektrosaugos reikalavimai pagal EN 60601-1:BF tipas. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė.	1	LED tipo šviesos šaltinis: 5.1. Galingumas 175 W; 5.2. LED lempos darbo laikas 30000 valandų; 5.3. Spalvinė šviesos temperatūra iš intervalo: 6400 K; 5.4. Ryškumas reguliuojamas automatiškai ir rankiniu būdu; 5.5. Jungtis leidžianti pritaikyti daugiau nei dviejų rūšių šviesolaidžius 5.6. Aukščiausia elektrosaugos reikalavimus atitinkanti klasė 1/CF. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl.10.</i>
6.	Stiklo pluošto šviesolaidis, su integruota jungtimi jungimui prie teleskopo: 6.1. Skersmuo 3,5 -5,0 mm; 6.2. Ilgis ne mažesnis nei 2,4 m. 6.3. Tinkantis daugeliui šviesos šaltinių; 6.4. Autoklavuojamas.	2	Stiklo pluošto šviesolaidis, su integruota jungtimi jungimui prie teleskopo: 6.1. Skersmuo 3,5 mm; 6.2. Ilgis ne mažesnis nei 3,0 m. 6.3. Tinkantis daugeliui šviesos šaltinių; 6.4. Autoklavuojamas. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 33.</i>
7.	Didelės raiškos (HD) monitorius: 7.1. Spalvoto vaizdo, pilnai pritaikytas didelės raiškos (FULL HD) televizijos standartui; 7.2. Matricos įstrižainė ne mažiau kaip 24 coliai; 7.3. Vaizdo kraštinių santykis 16:9; 7.4. Matymo kampas ne mažiau negu 175°;	1	Didelės raiškos (HD) monitorius: 7.1. Spalvoto vaizdo, pilnai pritaikytas didelės raiškos (FULL HD) televizijos standartui; 7.2. Matricos įstrižainė 27 coliai; 7.3. Vaizdo kraštinių santykis 16:9; 7.4. Matymo kampas 178°; 7.5. Medicininės paskirties (su pasiūlymo dokumentais pateikiamas CE sertifikatas įrodantis

	7.5. Medicininės paskirties; 7.6. Galima paviršinė dezinfekcija.		Karl Storz įrangos atitikimą med. įrenginių reikalavimams); 7.6. Galima paviršinė dezinfekcija. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl.12- 14.</i>
8.	Konteineris sterilizavimui, vienu kartu talpinantis teleskopą, ir šviesolaidį.	2	Konteineris sterilizavimui, vienu kartu talpinantis teleskopą, ir šviesolaidį. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 26.</i>
9.	Konteineris sterilizavimui talpinantis videokameros galvą	1	Konteineris sterilizavimui talpinantis videokameros galvą <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 26.</i>
10.	Šeiverio valdymo konsolė: 10.1. Su trijų padėčių kojiniu pedalu; 10.2. Trys išėjimai: šeiveriui, smulkiųjų ir stambiųjų kaulų jėgos instrumentams; 10.3. Galimybė dirbti su dviem instrumentais vienu metu; 10.4. Instrumento automatinis atpažinimas; 10.5.Elektrosaugos reikalavimai pagal EN 60601-1:BF tipas. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė	1	Šeiverio valdymo konsolė: 10.1. Su trijų padėčių kojiniu pedalu; 10.2. Du išėjimai: šeiveriui, smulkiųjų ir stambiųjų kaulų jėgos instrumentams; 10.4. Instrumento automatinis atpažinimas; 10.5.Elektrosaugos reikalavimai pagal EN 60601-1:BF tipas. Klasifikacija pagal 93/42/EEC direktyvą: 1 klasė <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 15- 20.</i>
11.	Šeiverio rankena. Šeiverio automatinės rankenos kontroliuojamos funkcijos: 11.1. Tolygus rotacijos į priekį ir atgal reguliavimas ne siauresniame intervale negu nuo 1000 iki 12000 apsisukimų per minutę; 11.2. Osciliuojamas režimas; 11.3. Šeiverio rankenos laido ilgis ne mažiau 3,5m.	2	Šeiverio rankena. Šeiverio automatinės rankenos kontroliuojamos funkcijos: 11.1. Tolygus rotacijos į priekį ir atgal reguliavimas intervale negu nuo 1000 iki 7000 apsisukimų per minutę; 11.2. Osciliuojamas režimas; 11.3. Šeiverio rankenos laido ilgis 3,5 m. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 19.</i>
12.	Sistemos instaliavimui ir išbandymui būtinos vienkartinės priemonės:		<i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 22 - 24.</i>
12.1.	Šeiverio antgalis 4-5 mm skersmens, vidutinio agresyvumo	5	Šeiverio antgalis 4,2 mm skersmens, agresyvus, vienos eilės dantukais
12.2.	Šeiverio antgalis 4-5 mm skersmens, agresyvus	5 vnt.	Šeiverio antgalis 4,5 mm skersmens, agresyvus
12.3.	Šeiverio antgalis 4-5 mm skersmens, švelnus	5 vnt.	Šeiverio antgalis 4,2 mm skersmens, švelnus
12.4.	Šeiverio boras 3.7-4.5 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio boras 4,2 mm skersmens
12.5.	Šeiverio antgalis 3,0 – 3,7 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio antgalis 3,5 mm skersmens
12.6.	Šeiverio antgalis 4,0 – 4,5 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio antgalis 4,2 mm skersmens
12.7.	Šeiverio antgalis 4,0 – 5,0 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio antgalis 4,2 mm skersmens
12.8.	Šeiverio antgalis 4,0 – 4,5 mm skersmens, lenktas 20° kampu	5 vnt.	Šeiverio antgalis 4,2 mm skersmens, lenktas
12.9.	Šeiverio boras apvalus 4,0 – 4,5 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio boras apvalus 4,2 mm skersmens
12.10.	Šeiverio boras cilindro formos 4.0 – 4,5 mm skersmens	5 vnt.	Šeiverio boras cilindro formos 4,2 mm skersmens

13.	Elektrinis jėgos instrumentas – gręžimo ir pjovimo rankena, jungiama prie šeiverio konsolės: 13.1. Elektrinė, autoklavuojama, kaniuliuota. 13.2. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis tolygiai reguliuojamas ne siauresniame intervale negu nuo 0 iki 1250 aps./min; 13.3. Judesio reversas; 13.4. Specialių pjovimo antgalių įstatymo (pasukimo) padėtis keičiama fiksuojant padėtį kas 180°; 13.5. Pjovimo greitis ne siauresniame intervale negu iki 11000ciklų/min; 13.6. Pjovimo galvutė gali būti pasukama 90° kampu apie instrumento rankenos ašį; 13.7. Nereikia specialaus rakto antgalių tvirtinimui ir nuėmimui; 13.8. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo; 13.9. Komplekte turi būti rankenos pajungimo laidas, gręžimo antgalis, kuriuo galima naudoti ne mažesnio diametro, kaip 6,3 mm skersmens grąžtus, vielų įvedimo antgalis, palėtinto gręžimo antgalis.	1 kompl	Elektrinis jėgos instrumentas – gręžimo ir pjovimo rankena, jungiama prie šeiverio konsolės: 13.1. Elektrinė, autoklavuojama, kaniuliuota. 13.2. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis tolygiai reguliuojamas intervale nuo 0 iki 1700 aps./min; 13.3. Judesio reversas; 13.4. Specialių pjovimo antgalių įstatymo (pasukimo) padėtis keičiama fiksuojant padėtį kas 180°; 13.5. Pjovimo greitis intervale nuo 0 iki 1700 ciklų/min; 13.7. Nereikia specialaus rakto antgalių tvirtinimui ir nuėmimui; 13.8. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo; 13.9. Komplekte turi būti rankenos pajungimo laidas, gręžimo antgalis, kuriuo galima naudoti 6,5 mm skersmens grąžtus, vielų įvedimo antgalis, palėtinto gręžimo antgalis. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 19 - 21.</i>
	ĮRANGOS PRIEDAI		
14	Pneumatinis turniketas valdomas automatiškai palaikantis užpūstos manžetės slėgį, rodantis užpūstos manžetės laiką. Su dviem manžetėmis skirtom uždėti ant šlaunies ir viena ant žasto.	1	Pneumatinis turniketas valdomas automatiškai palaikantis užpūstos manžetės slėgį, rodantis užpūstos manžetės laiką. Su dviem manžetėmis skirtom uždėti ant šlaunies ir viena ant žasto. <i>Techniniai aprasai 4.pdf</i> <i>Psl. 7-8.</i>
15.	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas kelio, klubo ir peties sąnario artroskopijai: 15.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 15.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°; 15.3. Skersmuo 4 mm; 15.4. Darbinis ilgis ne mažiau 165 mm; 15.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 15.6. Galima jungti su daugumos gamintojų šviesolaidžiais; 15.7. Autoklavuojamas.	4	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas kelio, klubo ir peties sąnario artroskopijai: 15.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 15.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°; 15.3. Skersmuo 4 mm; 15.4. Darbinis ilgis 180 mm; 15.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 15.6. Galima jungti su daugumos gamintojų šviesolaidžiais; 15.7. Autoklavuojamas. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> <i>Psl. 26.</i>
16	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas kelio sąnario ir peties artroskopijai: 16.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 16.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 70°; 16.3. Skersmuo 4 mm;	1	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas kelio sąnario ir peties artroskopijai: 16.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 16.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 70°; 16.3. Skersmuo 4 mm;

	16.3. Skersmuo 4 mm; 16.4. Darbinis ilgis ne mažiau 165 mm; 16.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.		16.4. Darbinis ilgis 180 mm; 16.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 26.
17.	Dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinanti artroskopo įmova: 17.1. 5 mm storio, suderinama su greito sujungimo užrakinamu teleskopu, kurio skersmuo 4 mm; 17.2. Komplektuojama su buku pieštuko tipo troakaru; 17.3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 17.4. Autoklavuojama.	4	Dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinanti artroskopo įmova: 17.1. 5,5 mm storio, suderinama su greito sujungimo užrakinamu teleskopu, kurio skersmuo 4 mm; 17.2. Komplektuojama su buku pieštuko tipo troakaru; 17.3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 17.4. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 26.
18	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas mažųjų sąnarių artroskopijai: 18.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 18.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°; 18.3. Skersmuo 2,4 mm; 18.4. Darbinis ilgis ne mažiau 165 mm; 18.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	1	Greito sujungimo užrakinamas artroskopas, skirtas mažųjų sąnarių artroskopijai: 18.1. Suderinamas su dviejų vožtuvų užsirakinančia artroskopo įmova; 18.2. Stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°; 18.3. Skersmuo 2,7 mm; 18.4. Darbinis ilgis 180 mm; 18.5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 27.
19	Dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinanti artroskopo įmova: 19.1. 5 mm storio, suderinama su greito sujungimo užrakinamu teleskopu, kurio skersmuo 2,4 mm; 19.2. Komplektuojama su buku pieštuko tipo troakaru; 19.3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 19.4. Autoklavuojama.	1	Dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinanti artroskopo įmova: 19.1. 4 mm storio, suderinama su greito sujungimo užrakinamu teleskopu, kurio skersmuo 2,7 mm; 19.2. Komplektuojama su pusiau aštrių pieštuko tipo troakaru; 19.3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 19.4. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 27.
	INSTRUMENTAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS ATLIKTI		
20	Artroskopinis kabliukas (probė) 3 mm storio.	2	Artroskopinis kabliukas (probė) 3 mm storio <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 27.
21	Artroskopinis iškandėjas, lenktas į kairę 90° kampui, 3,4 mm storio	1	Artroskopinis iškandėjas, lenktas į kairę 90° kampui, 3,4 mm storio <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 27.
22	Artroskopinis iškandėjas, lenktas į dešinę 90° kampui, 3,4 mm storio	1	Artroskopinis iškandėjas, lenktas į dešinę 90° kampui, 3,4 mm storio <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 27.
23	Artroskopinis iškandėjas tiesus 3,4 mm storio	4	Artroskopinis iškandėjas tiesus 3,4 mm storio <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i>

			Psl. 28.
24	Artroskopinis išskandėjas su lenkta į viršų aktyviaja dalimi 15°, 3,4 mm storio. (Į viršų lenkta tik aktyvioji kandanti dalis)	4	Artroskopinis išskandėjas su lenkta į viršų aktyviaja dalimi 15°, 3,4 mm storio. (Į viršų lenkta tik aktyvioji kandanti dalis) <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 28.
25	Artroskopinis išskandėjas lenktas į viršų prieš aktyviają dalį, 15°, 2,7 mm storio. (Į viršų lenkta aktyvioji dalis ir distalinė tubuso dalis)	2	Artroskopinis išskandėjas lenktas į viršų prieš aktyviają dalį, 15°, 2,7 mm storio. (Į viršų lenkta aktyvioji dalis ir distalinė tubuso dalis) <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 28.
26	Artroskopinis išskandėjas tiesus 2,7 mm storio	2	Artroskopinis išskandėjas tiesus 2,7 mm storio <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 28.
27	Artroskopinis sugriebėjas tiesus, smailėjančiu sugriebiančiu galu 3,4-4 mm storio	2	Artroskopinis sugriebėjas, tiesus, smailėjančiu sugriebiančiu galu <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 28.
KLUBO SĄNARIO ARTROSKOPINĖS OPERACIJOS INSTRUMENTAI			
28	Nukreipimo sistema klubo artroskopinėms operacijoms	Sistemą sudaro: 1. lenktas optikos ir nukreipėjo laikiklis, 2. nukreipėjas, 3. 4,5 mm kaniulė, 4. 5,0 mm kaniulė, 5. 4,5 mm obturatorius 6. 5,0 mm kaniuliuotas obturatorius 7. Sterilizavimo dėklas sistemai	1 Sistema pritaikyta visoms Karl Storz artroskopinėms movos, kurių ilgis 13,5 cm. Sistemą sudaro: 1. Nukreipejas, su kaniuliu laikikliais; 2. Trumpa kaniule 10,5 cm; 3. Ilga kaniule 14,5 cm.; 4. Sterilizavimo dėklas. <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 29.
29	Artroskopinė optika, autoklavuojama	4 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; vaizdo kryptis 70°, regėjimo laukas 115°, darbinis ilgis 160-180 mm	1 4 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; vaizdo kryptis 70°, darbinis ilgis 180 mm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 29.
30	Artroskopokaniulė(įmo va)	5,5 mm skersmens, suderinama su 4 mm skersmens	1 5,5 mm skersmens, suderinama su 4 mm skersmens greito sujungimo teleskopu (artroskopine optika), autoklavuojama <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i>

		greito sujungimo teleskopu (artroskopine optika), autoklavuojama		Psl. 29.
31	Obturatorius	kaniuliuotas, suderinamas su artroskopo kaniule	1	kaniuliuotas, suderinamas su artroskopo kaniule
32	Lovelėta kaniulė	Darbinis ilgis 12-16 cm, diametras 4,5-6,0 mm	1	Darbinis ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
33	Irigacinis prailgintojas	Su dviem kaneliais, lengvai prijungiamas/atjungiamas (klik sistema) prie artroskopo kaniulės bei artroskopo	1	Du kaneliai irigacijai yra ant artroskopinių movų.
34	Artroskopinis zondas klubo artroskopijoms	Diametras 3,00 mm, darbinis ilgis 150-180 mm	1	Diametras 3,00 mm, darbinis ilgis 180 mm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
35	Strypas, kaniuliuotas	Diametras 4,5 mm, ilgis 13-18 cm, 1,2 mm kaniuliacija	2	Diametras 4,8 mm, ilgis 31 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
36	Artroskopinis kandiklis, prailgintas,	darbinė dalis 15° lenkta į viršų, tinkamas klubo artroskopijoms, darbinis ilgis 18-21 cm	2	darbinė dalis 15° lenkta į viršų, tinkamas klubo artroskopijoms, darbinis ilgis 20 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 33.
37	Artroskopinės žirkklės, prailgintos	Tinkamos klubo artroskopijoms, darbinis ilgis 18-21 cm	2	Tinkamos klubo artroskopijoms, darbinis ilgis 13 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 33.
38	Alligator tipo čiupiklis, prailgintas, tiesus	Su smulkiais dantukais, tinkamas klubo artroskopijai	1	Griebiančios žnyplės su smulkiais dantukais, tinkamos klubo artroskopijoms, tiesios <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 33.
39	Alligator tipo čiupiklis, prailgintas, 20° lenktas į viršų	Su smulkiais dantukais, tinkamas klubo artroskopijai	1	Griebiančios žnyplės su smulkiais dantukais, tinkamos klubo artroskopijoms, lenktos į viršų <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 33.
40	Mikrochondrinė smeigė klubo sąnario artroskopijoms	Lenktas galas 30°±1°	1	Lenktas galas 30° <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.

41	Mikrochondrinė smeigė klubo sąnario artroskopijoms	Lenktas galas $45^{\circ} \pm 1^{\circ}$	1	Lenktas galas 30° <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
42	Mikrochondrinė smeigė, klubo sąnario artroskopijoms	Lenktas galas $60^{\circ} \pm 1^{\circ}$	1	Lenktas galas 70° <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
43	Kiuretė klubo sąnario artroskopijoms	Tiesi, atvira, 4,5-5,5 mm	1	Kiuretė, ovali, lenkta 10 laipsnių į viršų, ilgis 13 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 33.
44	Kiuretė klubo sąnario artroskopijoms, lenkta	Lenkta į viršų 20° , 4,5-5,5 mm	1	Lenkta į viršų 20° , darbinis ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
45	Slankus siūlo kirpiklis	Būtina	1	Siūlo kirpiklis <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
46	Artroskopinė dildė, prailginta	Lenkta į viršų	1	Artroskopinė dildė, lenkta į viršų 30 laipsnių <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
47	Mazgo manipulatorius	Prailgintas	1	Mazgo nustūmėjas, ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
48	Penetratorius (pravedėjas), prailgintas	Tiesus	1	Skirtas minkšto audinio pradūrimui siuvant. Darbinis ilgis 15 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
49	Penetratorius (pravedėjas), prailgintas	Paukščio snapo ar lygiaverčio tipo	1	Skirtas minkšto audinio pradūrimui siuvant. Darbinis ilgis 15 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 30.
50	Grežimo nukreipėjai, padedantys gręžti ties gūžduobės kraštu		1	Grežimo nukreipėjai, padedantys gręžti ties gūžduobės kraštu <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 31.
51	Instrumentų sterilizavimo dėklas	Klubo artroskopijos sistemai, su laikikliais instrumentams	1	Instrumentų sterilizavimo dėklas <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 31.
52	Artroskopinė adata su pravedamąja vielute	Ilgis 21-23 cm, tinkanti pravedamai 1,1-1,5 mm vielutei	30	Punkcinė adata, skersmuo 2,1 mm, darbinis ilgis 21,3 cm, su pravedėju ir obturatoriumi <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.
53	Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų	4,2-4,5 mm, darbinis ilgis 18-21 cm	5	4,5 mm, darbinis ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.
54	Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų	4,7-5,0 mm, darbinis ilgis 18-21	5	4,5 mm, darbinis ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.
55	Boras, dalinai uždengtas	4,0 mm, darbinis ilgis 18-21 cm	5	5,5 mm, darbinis ilgis 18 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.

56	Audinių elevatorius lenktas 15 laipsnių kampu	Darbinis ilgis 18-21 cm	1	Audinių elevatorius, 15 laipsnių lenktas į viršų, darbinis ilgis 15 cm <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.
57	Banana tipo arba lygiavertis peilis, skirtas klubo artroskopijoms		1	Peilis, skirtas klubo artroskopijoms <i>Techniniai aprasai 3.pdf</i> Psl. 32.

Dešimta pirkimo dalis. Ligonio monitoriai pooperacinio budimo palatoje – 4 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
I.	Reikalavimai paciento monitoriui transportavimui ir pabudimo palatai	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius, pritaikytas įvairių amžiaus grupių ligoniams	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius B40 (gamintojas GE Healthcare), pritaikytas įvairių amžiaus grupių ligoniams Kat. Nr. 2060600-002 Priedas Nr. 1. Psl. 9 Priedas Nr. 2 Psl. 1
1.	Elektros maitinimas	1. 220V-+10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio $\geq$ 240 min.	1. 220V-+10%, 50 Hz elektros tinklas, Priedas Nr. 2 Psl. 111 2. vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 240 min. Priedas Nr. 2 Psl. 112
2.	Reikalavimai monitoriaus ekranui:	Spalvotas, LCD tipo, $\geq$ 30 cm įstrižainės, skiriamoji geba ne mažiau kaip 800 x 600 taškų	Spalvotas, LCD tipo, 30 cm įstrižainės, skiriamoji geba 800 x 600 taškų Priedas Nr. 2 Psl. 5
3.	Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu	$\geq$ 6 kreivių	6 kreivės Priedas Nr. 2 Psl. 5
4.	Monitoriaus valdymas	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas 2. Integruoti klavišai	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas 2. Integruoti klavišai Priedas Nr. 2 Psl. 5
5.	Galimybė įjungti monitorių į informacinį tinklą	Būtina	Galimybė įjungti monitorių į Carescape arba S/5 informacinį tinklą Priedas Nr. 2 Psl. 1
6.	Turi būti atlikti įrangos integravimo darbai su ligoninės informacine sistema, atliekant	Būtina	Bus atlikti įrangos integravimo darbai su ligoninės informacine sistema, atliekant ligoninės

	ligoninės informacinės sistemos modifikavimo darbus.		informacinės sistemos modifikavimo darbus
7.	Turi būti numatyta reikiama techninė ir programinė įranga (suderinama su įstaigoje naudojama) įrenginio prijungimui prie esamos infrastruktūros	Būtina	Numatyta reikiama techninė ir programinė įranga (suderinama su įstaigoje naudojama) įrenginio prijungimui prie esamos infrastruktūros
8.	Turi būti programinė įranga skirta monitoriaus duomenų perdavimui į ligoninės informacinę sistemą (tiek pavieniams monitoriams tiek įjungtiems į monitorinimo sistemą). Programinė įranga turi būti pritaikyta darbui su skirtingų gamintojų monitoriais, monitoravimo sistemomis, infuzinėmis sistemomis, anestezijos aparatais, bei kitais mediciniais įrenginiais (prijungtais prie monitorių).	Būtina	Programinė įranga HL7 skirta monitoriaus duomenų perdavimui į ligoninės informacinę sistemą (tiek pavieniams monitoriams tiek įjungtiems į monitorinimo sistemą). Programinė įranga pritaikyta darbui su skirtingų gamintojų monitoriais, monitoravimo sistemomis, infuzinėmis sistemomis, anestezijos aparatais, bei kitais mediciniais įrenginiais (prijungtais prie monitorių). Priedas Nr. 2 Psl. 1
9.	Matuojami parametrai	1.EKG multi-derivacinis kanalas, 2.Kvėpavimas, 3.SpO2, 4.Temperatūra, 5.Neinvazinis kraujospūdis 6.Tiesioginis arterinis kraujo spaudimas – 2 kanalai 7. Kvėpuojamųjų ir anestetinių dujų monitoravimas, įsigijus papildomą modulį. 8. Sąmonės būklės monitoravimas, įsigijus papildomą modulį.	1.EKG multi-derivacinis kanalas, 2.Kvėpavimas, 3.SpO2, 4.Temperatūra, 5.Neinvazinis kraujospūdis 6.Tiesioginis arterinis kraujo spaudimas – 2 kanalai 7. Kvėpuojamųjų ir anestetinių dujų monitoravimas, įsigijus papildomą modulį. 8. Sąmonės būklės monitoravimas, įsigijus papildomą modulį. Priedas Nr. 1 Psl. 9 Priedas Nr. 2 Psl. 2
10.	Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo registravimo kanalui: 1. EKG derivacijos: 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos, ne blogiau už nurodytas 3. Gyvybei pavojingų Aritmijų analizė	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, 2. 30 -300 susitr./min 3. Būtina 4. Būtina. Įtampos diapazonas nuo 2 iki 700 mV, impulso trukmės	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, 2. 30 -300 susitr./min 3. Gyvybei pavojingų Aritmijų analizė 4. Kardiosimuliacatoriaus atpažinimas. Įtampos

	4. Kardiostimulatoriaus atpažinimas, nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas	(pločio) diapazonas nuo 0,5 iki 2 ms	diapazonas nuo 2 iki 700 mV, impulso trukmės (pločio) diapazonas nuo 0,5 iki 2 ms Priedas Nr. 1 Psl 113; 114
11.	Reikalavimai SpO ₂ kanalui: 1. SpO ₂ matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Matavimo paklaida	1. Nuo 0-100 % 2. Ne daugiau ± 2 skaitmenys diapazone 70-100%	1. Nuo 0-100 % 2. ± 2 skaitmenys diapazone 70-100% Priedas Nr. 1 Psl 115
12.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Kraujospūdžio matavimo metodika 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai	1. 10-290 mmHg 2. Oscilometrinė 3. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis	1. 10-290 mmHg 2. Oscilometrinė 3. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis Priedas Nr. 1 Psl. 117
13.	Reikalavimai invazinio arterinio kraujo spaudimo matavimo kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą 2. Matavimo paklaida, ne blogiau	1. Nuo -30 iki +300 mmHg 2. ± 2 mmHg arba $\pm 5\%$	1. Nuo -40 iki +320 mmHg 2. ± 2 mmHg arba $\pm 5\%$ Priedas Nr. 2 Psl. 3
14.	Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui: 1. Stimuliavimo režimai. 2. Impulsų trukmės nustatymo ribos (ne siauresnis už nurodytą)	1. TOF, DBS, ST, PTC 2. 100-300 μ s	1. TOF, DBS, ST, PTC 2. 100-300 μ s Priedas Nr. 2 Psl. 7-8
15.	Registruojamų parametų atmintis	Ne mažiau kaip 72 val.	72 val. Priedas Nr. 1 Psl. 46 Priedas Nr. 2 psl. 1
16.	Monitoriaus komplektacija	1. Hemodinamikos modulis – 1 vnt. 2. Raumenų relaksacijos matavimo modulis – 1 vnt.	Bus pateikta kiekvienam monitoriui po 1 vnt. 1. Hemodinamikos modulis. 2. Raumenų relaksacijos matavimo modulis
17.	EKG kabelis 3 elektrodų	1 vnt.	EKG kabelis 3 elektrodų 1 vnt.
18.	SpO ₂ matavimo pirštinis daviklis su kabeliu	1 vnt.	SpO ₂ matavimo pirštinis daviklis su kabeliu 1 vnt.

19.	Daugkartinio naudojimo manžetės neinvaziniam AKS matuoti	Suaugusiems – 3 dydžių (didelė, vidutinė, maža);	Suaugusiems – 3 dydžių (didelė, vidutinė, maža);
20.	Daugkartinis temperatūros matavimo jutiklis	1 vnt.	Daugkartinis odos temperatūros matavimo jutiklis 1 vnt.
21.	Raumenų relaksacijos matavimo mechaninis jutiklis	1 vnt.	Raumenų relaksacijos matavimo mechaninis jutiklis su kabeliu 1 vnt.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1
3.	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2
4.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Įgaliojimo nuorašas	1
7.	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	9
8.	Serviso inžinierių sertifikatai	4
9.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams (EB atitikties deklaracijos) kopijos	7
10.	Pasiūlymo laidavimo raštas	1
11.	Priedas Nr. 1 B40 monitoriaus vartotojo instrukcija LT	130
12.	Priedas Nr. 2 B40 Techninė dokumentacija	10
13.	Priedas Nr. 3 Techniniai aprasai STORZ	33
14.	Priedas Nr. 4 Techniniai aprasai Softenta VBM	8

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE pasiūlymo laidavimo raštą Nr. PA 65436, sumai 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Lt.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

IT pardavimo vadovas

Linas Solominas

UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT08661 Vilnius

TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2014 m. lapkričio 05 d. Nr. 20141105-02
Vilnius

Aš, IT pardavimo vadovas Linas Solominas, atstovaujantis UAB Tradintek (toliau – ūkio subjektas), kuri dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano atstovaujamas ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektą, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

IT pardavimo vadovas

Linas Solominas

UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT08661 Vilnius

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2014 m. lapkričio 05 d. Nr. 20141105-03
Vilnius

1. Aš, IT pardavimo vadovas Linas Solominas, tvirtinu, kad mano atstovaujama UAB Tradintek, dalyvaujanti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų atliekamame atvirajame konkurse medicinos įrangai pirkti, skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Vartojama sąvoka „Profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IT pardavimo vadovas

Linas Solominas