

Pyromol-1 est

Baltymų likučių aptikimas

Ivadas

Po valymo procedūrų atlikimo stebėjimo naudojant indikatorius, baltymų likučių tyrimas taip pat vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant CSSD kokybę. Automatizuotų valymo procedūrų veiksmingumas gali būti patvirtintas ir reguliariai stebimas naudojant TOSI produktų liniją. Rankinio valymo procedūros negali būti patvirtintos ir geriausiai kontroliuojamos išbandžius rezultatai, instrumentų švarą. Baltymai yra dažnas junginys ant užterštų instrumentų. Po valymo instrumentai turi būti visiškai be iokių likučių. Baltymų nustatymo metodai yra įvairūs ir dažnai naudojami maisto ar

Paveikslėlyje rodomi denatūruotų baltymų mėginių

Atitikties deklaracija
EN ISO 15883-5 2021

PEREG GmbH baltymų likučių testas

Pyromol-Test ir Pyromol-E

EN ISO 15883-5 pateikiami baltymų aptikimo bandymo metodų pavyzdžiai (C PRIEDAS).

Declaration of conformity
EN ISO 15883-5 2021

PEREG GmbH protein residue test:

Pyromol-Test and Pyromol-E

✓