

PASIŪLYMAS

atviram pirkimo konkursui

Medicinos pagalbos priemonės

2016-08-02

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Jukom“
Tiekėjo adresas	Beržyno 4-2, LT-03102 Vilnius
Įmonės kodas/PVM mokėtojo kodas	121309314/LT21309313
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT187044060000286409, AB SEB, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	direktorius Jurijus Kornejevas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jurijus Kornejevas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	direktorius Jurijus Kornejevas
Telefono numeris	8 5 2106186
Fakso numeris	8 5 2051999
El.pašto adresas	jukom@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje 2016-06-20
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės pateikiamos faile Pasiūlymo specifikacija.xls

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS pateikiamas lentelėje 2

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	IRD pažyma 1	1	Kvalifikacijos dokumentai.zip
2	IRD pažyma 2	1	Kvalifikacijos dokumentai.zip
3	JAR ESI	2	Kvalifikacijos dokumentai.zip
4	VMI pažyma	1	Kvalifikacijos dokumentai.zip
5	Balansas	1	Kvalifikacijos dokumentai.zip
6	Katalogai	8	Katalogai.zip

Visa šio pasiūlymo informacija, kurios viešas paskelbimas arba atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos įstatymus, yra konfidenciali: informacija apie gamintoją, katalogai, prekių kodai. Dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti "Konfidencialu"

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laikotarpį.

Direktorius

Jurijus Kornejevas

Eil.Nr	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
28-34	- sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - individualiame įpakavime; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - apirogeniški; - pagaminti iš skaidraus, permatomo PVC ar lygiavertės medžiagos; - sudėtyje neturi būti latekso (pažymėta simboliu); - distaliniame gale turi būti anga (Murphy ar lygiaverte anga); - turi turėti didelio tūrio žemo slėgio pripučiamą skaidrią permatomą manžetę; - manžetė privalo turėti kūgio formą, t.y. tolygų diametro mažėjimą per visą manžetės ilgį; - manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti $0,04 \pm 0,01$ mm; - manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams; - vamzdelio sienelėje turi būti integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje; - ekstraoralinėje dalyje atsiveriantis galas turi būti su jungtimi prie atsiurbimo vamzdelio, turi turėti dangtelį; - ant vamzdelio turi būti plati spalvota (pageidautina juoda) žymė įvedimo gylio vizualizacijai; - ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras; - dydžiai nuo 6,0 iki 9,0.	- sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - individualiame įpakavime; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - apirogeniški; - pagaminti iš skaidraus, permatomo PVC ar lygiavertės medžiagos; - sudėtyje neturi būti latekso (pažymėta simboliu); - distaliniame gale turi būti anga (Murphy ar lygiaverte anga); - turi turėti didelio tūrio žemo slėgio pripučiamą skaidrią permatomą manžetę; - manžetė privalo turėti kūgio formą, t.y. tolygų diametro mažėjimą per visą manžetės ilgį; - manžetės sienelės storis centrinėje dalyje neturi viršyti $0,04 \pm 0,01$ mm; - manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams; - vamzdelio sienelėje turi būti integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje; - ekstraoralinėje dalyje atsiveriantis galas turi būti su jungtimi prie atsiurbimo vamzdelio, turi turėti dangtelį; - ant vamzdelio turi būti plati spalvota (pageidautina juoda) žymė įvedimo gylio vizualizacijai; - ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras; - dydžiai nuo 6,0 iki 9,0.
41	- sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartinis (pažymėta simboliu); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - atsiurbimo kateteris su piršto kontrolės anga (steriliame maišelyje); - plastikinis ar lygiavertis keturių krypčių konektorius; - magistralė su konektoriais galuose (injekciniam vandeniui sušvirkšti); - atsiurbimo kateterio ilgis 300 - 570 mm; - įpakuota po 1 rinkinį. - pageidautina naudojimo trukmė ne mažiau 48 val. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).	- sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartinis (pažymėta simboliu); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - atsiurbimo kateteris su piršto kontrolės anga (steriliame maišelyje); - plastikinis ar lygiavertis keturių krypčių konektorius; - magistralė su konektoriais galuose (injekciniam vandeniui sušvirkšti); - atsiurbimo kateterio ilgis 300 - 570 mm; - įpakuota po 1 rinkinį. - pageidautina naudojimo trukmė ne mažiau 48 val. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

98	sterilios (simbolis ant pakuotės); vienkartinės (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; galimybė jungti tris skysčio talpas; užpildymo tūris 90 ml; filtras 170 mikronų; maksimalus tėkmės greitis iki 400 ml/min; skirtos naudoti SIMS Level 1H - 1000 arba H – 500 sistemoms; įpakavimas po 1 vnt.	sterilios (simbolis ant pakuotės); vienkartinės (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; galimybė jungti tris skysčio talpas; užpildymo tūris 90 ml; filtras 170 mikronų; maksimalus tėkmės greitis iki 400 ml/min; skirtos naudoti SIMS Level 1H - 1000 arba H – 500 sistemoms; įpakavimas po 1 vnt.
----	---	---