

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. 1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, **kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametru aprašymų.** Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi ***grafškai nurodyti (pažymėti)*** konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. **Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.***

**Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų arba pateikti dokumentai nepagrindžia prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija jokių papildomų dokumentų nereikalauja, nepriima ir nevertina, o pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.*

1 lentelė „Techniniai parametrai“

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametras bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)
1.	Sauso hidromasažo prietaisas skirtas viso arba daliniam kūno masažui	<i>Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį ir gamintoją</i>	Sauso hidromasažo prietaisas skitas viso arba daliniam kūno masažui Aquatizer QZ-240SG, Minato Medical Science co., ltd. Vartotojo vadovas psl. 1, 31
2.	Masažas atliekama vandens purkštukais	Ne mažiau 2 purkštukai	Masažas atliekamas 4 vandens purkštukais Vartotojo vadovas psl. 30
3.	Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų	Būtina	Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų Gamintojo deklaracija
4.	Valdymo pultas	Būtina	Valdymo pultas Bukletas psl. 2
5.	Valdymo pulte matomi parametrai	1. Procedūros laikas 2. Pasirinkta programa 3. Masažo būdas 4. Vandens temperatūra	Valdymo pulte matomi parametrai: Procedūros laikas Pasirinkta programa

			Masažo būdas Vandens temperatūra Vartotojo vadovas psl. 11, 12
6.	Procedūros laiko nustatymas	1. Galimybė laisvai nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose ne blogiau kaip nuo 1 iki 30 min 2. Trukmės nustatymo žingsnis ne daugiau 1 min. 3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai	Procedūros laiko nustatymas 1. Galimybė laisvai nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę nuo 1 iki 99 min 2. Trukmės nustatymo žingsnis 1 min. 3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai Vartotojo vadovas psl. 18, 20
7.	Masažo programos	1. Iš anksto nustatytos gydymo programos, ne mažiau kaip 5 2. Vartotojo sukuriamos programos, ne mažiau kaip 10 arba galimybė pritaikyti programas pagal vartotojo poreikį	Masažo programos 1. Iš anksto nustatytos gydymo programos 8 2. Vartotojo sukuriamos programos 10 Vartotojo vadovas psl. 16, 31
8.	Masažo atlikimo technikos (būdai)	Ne mažiau kaip 5 masažo technikos	Masažo atlikimo technikos (būdai) 7 Bukletas psl. 1
9.	Maksimali leistina apkrova	Ne mažiau 135 kg	Maksimali leistina apkrova 135 kg Vartotojo vadovas psl. 6
10.	Maksimalus leistinas paciento ūgis	Ne mažiau 190 cm	Maksimalus leistinas paciento ūgis 190 cm Vartotojo vadovas psl. 6
11.	Išankstinio vandens pašildymo funkcija	Galimybė pašildyti vandenį iš anksto prieš darbą, ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C	Išankstinio vandens pašildymo funkcija Galimybė pašildyti vandenį iš anksto prieš darbą nuo 25 iki 40°C Vartotojo vadovas psl. 25
12.	Prietaisas privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklą.	Būtina	Priedamas sertifikatas
13.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	Garantija 24 mėn.